

**IŠRAŠAS IŠ „MOBILIOS DONORŲ KĖDĖS“**  
(RINKOS KONSULTACIJOS ID 4364653)  
VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO  
2025 m. d. Nr. 2

**DARBOTVARKĖ:** dėl Tiekėjo pateikto paklausimo

**SVARSTYTA:** Tiekėjo pateiktas paklausimas

2025-09-10, gautas Tiekėjo siūlymas dėl 2025-09-03 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) vykdytos rinkos konsultacijos „*Mobilios donorų kėdės*“ (rinkos konsultacijos ID. 4364653) techninės specifikacijos.

*1. Tiekėjas teikia siūlymą:*

*„Siūlome apsvarstyti galimybę pakoreguoti techninės specifikacijos nurodytus punktus ir rinktis lengvesnę, patogiau transportuojamą mobilią donorų kėdę.*

*Reikalavimas „<...>1.4 Kėdės išoriniai matmenys: Ištiestos kėdės ilgis 190-200 cm“<...>“. Mūsų siūlomos išlankstytos mobilios donorų kėdės ilgis 167,7 cm. Tokio ilgio kėdės komfortiškai atsisėda 190-200 cm. ūgio žmogus.*

*Reikalavimas „<...>1.8 Kėdės maksimali gamintojo leistina darbinė apkrova ne mažiau 180 kg <...>“. Mūsų siūlomos mobilios donorų kėdės yra 3 rūšių:*

- 1. maksimali apkrova 158,8 kg, svoris 10,4 kg, su 4 sedėjimo pozicijomis, ištiestos kėdės ilgis 167,7 cm. Labiausiai rekomenduojame dėl svorio ir funkcionalumo.*
- 2. maksimali apkrova 180 kg, svoris 10,8 kg, su 3 sedėjimo pozicijomis.*
- 3. apkrova yra 226,80 kg, svoris 15,42 kg, su 4 sedėjimo pozicijomis.*

*Atsižvelgiant į tai, kad donorų kėdes personalas nuolat nešioja ir transportuoja, rekomenduojame rinktis lengviausią modelį su 4 sedėjimo pozicijomis, kuris labiausiai atitinka praktinius naudojimo poreikius.“*

Viešojo pirkimo komisija (toliau - Komisija) apsvarsčiusi tiekėjo pateiktą siūlymą keisti reikalavimą kėdės ilgiui nuo ne mažiau kaip 190–200 cm iki ne mažiau kaip 167,7 cm perkančiajai organizacijai nėra priimtinas. Atkreipiame dėmesį, kad mobiliosios donorų kėdės naudojamos ne tik sėdėti, bet ir paguldyti donora, esant poreikiui, todėl kėdės ilgis 167,7 cm ir trumpesnis nėra pakankamas. Komisija sprendžia nekeisti techninės specifikacijos reikalavimų dėl kėdės ilgio, svorio ir maksimalios apkrovos.

Visi komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šio sprendimo priėmimą balsavo vienbalsiai.

**NUTARTA:**

1. Apie Komisijos atsakymą informuoti klausimus pateikusius Tiekėjus bei kitus suinteresuotus dalyvius.