

IŠRAŠAS IŠ VIEŠOJO PIRKIMO
„DEFIBRILIATORIAI SU IŠORINIU STIMULIAVIMU IR PRIEDAIS“
KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO

DARBOTVARKĖ: Dėl tiekėjo pateiktų pastabų/pasiūlymų.

SVARSTYTA: Tiekėjo pateiktos pastabos/pasiūlymai.

Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis gavo tiekėjo pasiūlymus/pastabas 2025-08-26 CVP IS skelbtai rinkos konsultacijai dėl ***defibriliatorių su išoriniu stimuliavimu ir priedais*** pirkimo (***Nr. 4258162***).

Tiekėjas teikia šiuos siūlymus/pastabas:

Parametrai aiškūs, bet nepakankami. Yra tikimybė įsigyti įrangą, kuri neatitiks gerosios praktikos (mokslu ir kliniškai įrodytų techninių sprendimų), naujausių gaivinimo algoritmų, dėl ko sumažėja sutrikusio širdies ritmo atstatymo į normalų galimybės. Gydytas defibriliuojant ar stimuliuojant širdį bus nepakankamas ir neefektyvus. Nesėkmingo gydymo pasekoje sumažėja paciento šansai pasveikti bei išgyventi, švaistomi brangūs ištekliai - gydymui skiriami medikamentai, diagnostinės ir gydymo procedūros, personalo laikas. Dėl nepakankamo gydymo, kuris neatitinka LR SAM, ERC rekomendacijų pažeidžiamos pacientų teisės į veiksmingą gydymą ir sukuriamos prielaidos atlyginti pacientui ar jo artimiesiems patirtą žalą.

Siūlome naudoti kokybinius ekonominio naudingumo techninius parametrus.

3.	Bifazinio impulso energijos nustatymas	1. Reguliavimo ribos ne siauresnės nei nuo 2 iki 200 J; 2. Keitimo žingsnis 2-200 J diapazone - ne daugiau 50 J.	Pagal Europos Gaivinimo Tarybos rekomendacijas defibriliuojama maksimalia energija 360J net vaikams. Pridedamas vaikų gaivinimo algoritmas. 1. Reguliavimo ribos ne siauresnės nei nuo 2 iki 360 J; 2. Keitimo žingsnis 2-360 J diapazone - ne daugiau 50 J.
4.	Defibriliatoriaus darbo režimai:	1. Nesinchronizuota defibriliacija; 2. Sinchronizuota kardioversija; 3. Neinvazinis kardiostimulatorius; 4. Automatinės išorinės defibriliacijos (<i>angl. trump. – AED</i>) režimas.	Pagal Europos Gaivinimo Tarybos rekomendacijas defibriliuojama maksimalia energija 360J net vaikams. Pridedamas gaivinimo algoritmas
5.	Defibriliatoriaus įsikrovimo trukmė	≤ 7 s įsikrovimui iki 200 J	≤ 10 s įsikrovimui iki 360 J
7.3.	Stimuliacijos srovės keitimo ribos (ne siauresnės už nurodytas)	Nuo 10 iki 140 mA	Siūlome platesnį diapazoną - Nuo 10 iki 200 mA. Dėl didelės paciento varžos stimuliacija maža srove gali būti neefektyvi
14.	Testinė įranga defibriliatoriaus iškrovos patikrinimui	Defibriliatorius turi testinę įrangą, leidžiančią vartotojui patikrinti defibriliatoriaus	Defibriliatorius turi testinę įrangą, leidžiančią vartotojui patikrinti defibriliatoriaus iškrovą, defibriliacijos ir

	arba defibriliatoriaus savitesto funkcija	iškrovą arba defibriliatorius turi savitesto funkciją	stimuliacijos kabelį bei defibriliatorius turi savitesto funkciją
--	---	---	---

Komisija, įvertinusi tiekėjo pastabas pažymi, kad defibriliatoriaus techninė specifikacija pilnai atitinka perkančiosios organizacijos poreikius. Pažymima, kad tiekėjai gali siūlyti geresnių parametrų, nei nurodyta techninėje specifikacijoje, defibriliatorius su išoriniu stimuliavimu ir priedais.

Komisija taip pat pažymi, kad pirkimas bus vykdomas taikant ekonominio naudingumo vertinimo būdą.

Visi Komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šių sprendimų priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Techninės specifikacijos nekeisti.
2. Apie Komisijos sprendimą informuoti pastabas/pasiūlymus pateikusį tiekėją ir suinteresuotus kandidatus.