

Tiekėjams

DĖL BALIONŲ, SKIRTŲ DEGUONIMI UŽPILDYTI PIRKIMO SKELBIAMOS APKLAUSOS BŪDU

Vadovaujantis balionų skirtų deguonimi užpildyti mažos vertės pirkimo skelbiamos apklausos būdu, pirkimo sąlygų 10.4 papunkčiu, paskelbto 2025-09-18 viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, pirkimo Nr. 4574487, perkančioji organizacija atsako į tiekėjo CVP IS priemonėmis pateiktus klausimus.

1 klausimas. Iš Jūsų atsakymo suprantame, jog medžiaga iš kurios turi būti pagaminti cilindrai nėra apribojama. Tačiau prašomi standartai cilindrų medžiagas apriboje ties kompozitinais (EN12257) bei plieniniais (EN1964-1). Tad klausimas yra, ar bus priimtini iš aliuminio lydinio pagaminti cilindrai, kurių atitikmuo techninė specifikacijoje prašomiems standartams yra kitas. **(kalba netaisyta).**

Atsakymas į 1 klausimą. Balionų skirtų deguonimi užpildyti techninėje specifikacijoje nėra nurodytas konkretus balionų medžiagiškumas, **todėl šis aspektas nėra ribojamas.** Tačiau svarbu, kad siūlomi balionai atitiktų visus kitus techninius reikalavimus nurodytus techninėje specifikacijoje.

Vadovaujantis pirkimo sąlygų 5.11.2.2 papunkčiu Tiekėjai gali siūlyti ir lygiavertį standartą, tačiau Tiekėjas siūlydamas lygiavertį standartą privalo pagrįsti lygiavertiškumą pateikdamas atitinkamus dokumentus. Siūlomų standartų lygiavertiškumą Perkančioji organizacija vertins pateiktų pasiūlymų nagrinėjimo metu.