

Chirurginiai siūlai

Eil. Nr.	Pavadinimas	Techninė specifikacija	Mato vnt.	Orientacinis kiekis 24 mėn.
1	PTEE arba lygiavertės medžiagos chirurginis siūlas su 4 kilpomis ir lopeliais, mitralinio vožtuvo rekonstrukcijai	PTFE ar lygiavertis chirurginis siūlas su 4 kilpomis ir lopeliais, mitralinio vožtuvo rekonstrukcijai: - PTFE ar lygiavertis chirurginis siūlas - Nesirezorbuojantis - Monofilamentinis - SU 4 vienodo ilgio PTFE ar lygiavertėmis kilpomis, pritvirtintomis prie lopelių - Siūlo ilgis – 2x 45cm ±1mm - Siūlo storis – 3/0 - Adata pjaunančiu galiuku, ½ lenktumu, 17mm ±0,5mm storio - Lopeliai ovalo formos (6x 3x 2mm ±0,5mm), pagaminti iš PTFE ar lygiavertės– veltinio (teflono), nesirezorbuojantys -Galimi kilpelių dydžiai/ilgiai (mm): nuo 10 iki 30mm ±0,5mm, ilgis keičiasi kas 2 ±0,5mm	vnt.	150

Papildomi reikalavimai:

1. Siūlomos prekės privalo būti ženklintos CE ženklu (pateikti sertifikato kopiją).
2. Viešojo pirkimo komisijai paprašius, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai išbandymui.

