



KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA

Tiekėjams
(siunčiama per CVP IS)

ATSAKYMAI Į GAUTUS KLAUSIMUS

Vadovaudamiesi laboratorinių reagentų darbui su analizatoriais panaudai pirkimo atviro konkurso būdu sąlygų aprašo 49 p. (ID 4593654), atsakome į gautus klausimus.

1. Klausimas. Prašoma pakeisti 4-os pirkimo dalies pav. "REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS hematologinių tyrimų atlikimui dviem analizatoriais, skirtiems atlikti bendrąjį kraujo tyrimą su 5 rūšių leukocitų diferenciacija, kurie turės būti suteikti perkančiajai organizacijai panaudos sutarties pagrindu." 4 p. "Matavimo principas. Leukocitų populiacijos turi būti matuojamos tiesiogiai fizikiniais, optiniais metodais nenaudojant dažų ar fluorescencijų reakcijų ir ne išskaičiuojamos." taip: "Matavimo principas: Leukocitų populiacijos turi būti matuojamos tiesioginiais metodais ir ne išskaičiuojamos".

Nurodoma, kad Perkančioji organizacija, vykdydama pirkimus, privalo užtikrinti, kad techninės specifikacijos nebūtų sudarytos taip, jog dirbtinai apribotų galimus technologinius sprendimus ar suteiktų nepagrįstą pranašumą vienam tiekėjui. Manoma, kad laboratorinėje veikloje yra ypač svarbu palikti galimybę pasirinkti iš įvairių tinkamų bei validuotų metodikų, nes toks lankstumas leidžia taikyti praktiškiausią sprendimą, atsižvelgiant į turimą įrangą, tyrimo tikslus bei tarptautinius standartus.

Atsakymas. Techninė specifikacija numato galimybes pirkime dalyvauti daugeliui tiekėjų, siūlančių fizikiniais metodais išmatuojamas leukocitų populiacijas, kurios matuoja ląsteles natyvinėje stadijoje nesuardo ląstelių, nenaudoja papildomų dažų, kas ypatingai svarbu, nes sudarytų papildomus kaštus, apsunkintų logistiką ir pareikalautų papildomo sandėliavimo. Perkančiosios organizacijos reikalaujamas metodas yra plačiai naudojamas, tikslus ir patikimas. Pridėdami papildomų reikalavimų, susiaurintume tiekėjų skaičių, būtų ribojama konkurencija, kas prieštarautų viešųjų pirkimų įstatymui. Techninės specifikacijos punktas keičiamas nebus.

2. Klausimas. Norime pasitikslinti dėl 7 pirkimo dalies „REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS pH, kraujo dujų, elektrolitų, metabolitų, oksimetrijos, bilirubino tyrimų atlikimui. Tiekėjas turės suteikti perkančiajai organizacijai panaudos sutarties pagrindu 1 automatinį kasetinį analizatorių ir jo duomenų valdymo programinę įrangą." Reikalavimai įrangai 8 punktas nurodo Matuojami tyrimai/analitės: Neonatalinis bilirubinas (nBili). Norime pasitikslinti, ar tBil (bendras bilirubinas) tyrimas bus priimtas kaip lygiavertis nBil tyrimui?

Atsakymas. tBil (bendras bilirubinas) tyrimas bus priimtinas kaip lygiavertis nBil tyrimui.

Pirkimų komisijos pirmininkas

Andrius Betingis

Linas Ališauskas, tel. (0 46) 34 22 57, el. p. linas.alisauskas@klaipeda.lt

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda
Dokumento pavadinimas (antraštė)	ATSAKYMAI Į GAUTUS KLAUSIMUS
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-09-26 Nr. (14.24E)-VP3-609
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Andrius Betingis, Vedėjas, Viešųjų pirkimų skyrius
Sertifikatas išduotas	ANDRIUS BETINGIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-09-26 15:56:43 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-09-26 15:56:55 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E, SK ID Solutions AS EE
Sertifikato galiojimo laikas	2025-08-22 12:55:09 – 2030-08-22 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 09:57:58 iki 2027-12-18 09:57:58
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.78.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-09-26 18:14:00)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-09-26 18:14:01 Dokumentų valdymo sistema Avilys