

IŠRAŠAS IŠ VIEŠOJO PIRKIMO
„MAGNETINIS REZONANSAS“
KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO

DARBOTVARKĖ: Dėl tiekėjo pateiktų pastabų/pasiūlymų.

SVARSTYTA: Tiekėjo pateiktos pastabos/pasiūlymai.

Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau - CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis gavo tiekėjo pasiūlymus/pastabas 2025-07-04 CVP IS skelbtai rinkos konsultacijai dėl **magnetinio rezonanso** pirkimo (Nr. 3528896).

1. Tiekėjas teikia šiuos siūlymus/pastabas:

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamos parametru reikšmės	Siūlomos parametru reikšmės
3.	Radio dažnių (RD) sistema:		
3.1.	Radio dažnio perdavimo maksimali galia	≥ 18 kW	Visuose mūsų atstovaujamos kompanijos gaminamuose 1,5T magnetinio lauko stiprumo MRT sistemose yra naudojami du atskiri radio dažnių (toliau RD) siūstuvai: 16 kW galios siūstuvai viso kūno tyrimams ir 2 kW galios galvos tyrimams. Nors siūstuvų suminė galia yra 18 kW, tačiau jie niekuomet neveikia kartu. Tokiu būdu maksimali momentinė galima galia yra 16 kW. Prašome sudaryti galimybę dalyvauti pirkime ir pakeisti reikalavimą į ≥ 16 kW. Reikalavimas siūlyti sistemą, turinčią didesnę radio dažnių siūstuvo galią, kelia daug abejonių. Techniškai pažangesnės yra tos sistemos, kurios efektyviau panaudoja RD sistemos galią (https://doi.org/10.1016/j.mrl.2021.100006) t.y. kurių perdavimo maksimali galia yra mažesnė. Idealiu atveju, atliekant vidutinio svorio (80 kg) paciento tyrimą ir siekiant neviršyti saugios SAR vertės (4 W/kg) ribos, RD sistemos galia turi būti apie 300 W. Atsižvelgus į įvairius darbo režimus, optimaliai veikiančios sistemos realiai panaudojama maksimali t.y. pacientui saugi galia turėtų būti daug mažesnė nei 10 kW.

4.	RD siuntimo/priėmimo (tyrimų) ritės:		
4.6.1.	Ritės (arba tyrimui atlikti vienu metu naudojamų ričių komplekto) kanalų (arba fizinių elementų) skaičius	≥ 16	Mūsų atstovaujamos kompanijos gaminami 1,5T MRT aparatai gali būti komplektuojami tik su 8-ių kanalų specialiai krūtų tyrimams skirta rite. Prašome pakeisti 4.6.1. p. reikalavimą į „Ritės (arba tyrimui atlikti vienu metu naudojamų ričių komplekto) kanalų (arba fizinių elementų) skaičius ≥ 8“.
8.	Radiologo darbo stotis (vieta) vaizdų peržiūrai ir analizei	1 vnt. Radiologo darbo stotis pateikiama su personaliniu kompiuteriu, dviem monitoriais ir programine įranga ir kompiuterį bei monitorius nuo elektros energijos tiekimo iš el. tinklo sutrikimų saugančiu UPS tipo arba lygiaverčiu nepertraukiamo elektros maitinimo šaltiniu	Prašome patikslinti dėl radiologo darbo vietos (8.-8.2 punktai). Atsižvelgiant į įprastą Kauno klinikų praktiką, radiologo darbo vietos yra serverinio tipo t.y kiekviena jų atskirai konkurentiniu būdu jungiasi prie programinės įrangos serverio bei naudojasi serveryje esančia programine įranga. Šioje specifikacijoje yra prašoma komplektuoti atskirą (stand-alone tipo) radiologo darbo vietą. Nenurodžius, kad darbo vieta privalo būti serverinio tipo, būtų suprantama, kad tiekėjas turi tik užtikrinti nuotolinį prisijungimą (8.2 p.) prie perkamos darbo vietos (ne serverio) bei naudojimąsi jos resursais t.y. 8.1 punkte išvardinta programine įranga. Tokios architektūros atveju, įprastinis radiologo darbas dirbant vietoje ir tuo pat metu prisijungiant nuotoliu būtų nesuderinamas, ir galėtų būti iš esmės naudojamas tik tenkinti radiologui iškilusi konsultacijų (prisijungiant nuotoliniu būdu) poreikį.

2. Tiekėjas teikia šiuos siūlymus/pastabas:

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamos parametru reikšmės	Siūlomos parametru reikšmės
8.1.	Radiologo darbo stoties programinės įrangos funkcijos:	<ol style="list-style-type: none"> Minimalaus/maksimalaus intensyvumo projekcijos; Daugiaplokštuminių rekonstrukcijų programinė įranga; Trimatė paviršių atvaizdavimo programinė įranga; 	8.1 Radiologo darbo stoties programinės įrangos funkcijos: 5. Perfuzijos vizualizavimo ir analizės programinė įranga su spalvinių T1, T2 žemėlapių generavimu;

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Vaizdų sujungimo programinė įranga; 5. Perfuzijos vizualizavimo ir analizės programinė įranga su spalvinių T1, T2 žemėlapių generavimu; 6. Difuzijos vizualizavimo ir analizės programinė įranga su spalvinių ADC žemėlapių generavimu; 7. Programinė įranga kontrastinių tyrimų duomenų apdorojimui; 8. Programinė įranga neurologinių tyrimų duomenų apdorojimui; 9. Programinė įranga ortopedinių tyrimų duomenų apdorojimui; 10. Programinė įranga krūtų tyrimų duomenų apdorojimui; 11. Programinė įranga kraujagyslių tyrimų duomenų apdorojimui; 12. Programinė įranga kūno, pilvo, dubens tyrimų duomenų apdorojimui; 13. Specializuota programinė įranga daugiažingsnių tyrimų sujungimui; 14. Specializuota programinė įranga erdvinei pakitimų segmentacijai; 15. Programinė įranga darinių (auglių) sekimui ir vertinimui multimodaliniuose vaizduose. Automatinis arba pusiau automatinis tūrinis segmentavimas, onkologinio atsako kriterijų pasirinkimas kaip RECIST 1.1 arba lygiaverčių; 16. Vaizdų perdavimas ir archyvavimas DICOM protokoliais. 	<p>Manome, kad yra įsivėlusį klaidą nes perfuzijos vizualizacijos ir analizės generuojami žemėlapiai nebūna T1 ir T2, gali būti tik T2*. Prašome 5. papunktį koreguoti:</p> <p>„Perfuzijos vizualizavimo ir analizės programinė įranga su spalvinių T2* žemėlapių generavimu“;</p> <p>Arba</p> <p>„Perfuzijos vizualizavimo ir analizės programinė įranga su spalvinių žemėlapių generavimu;“</p> <p>https://en.wikipedia.org/wiki/Perfusion_MRI</p>
--	--	--	--

Eil. Nr.	Klausimas	Atsakymas/komentaras/pasiūlymas
6.	Numatytas prekių pristatymo terminas – ne ilgesnis kaip 12 savaičių nuo užsakymo pateikimo dienos. Ar toks terminas pakankamas (per ilgas, per trumpas) prekių pristatymui? Jei ne, koks Jūsų manymu būtų pakankamas ir kodėl?	Terminas yra per trumpas, ypač įrangos tiekimui, kuris jau būtų atliekamas antrajame pusmetyje ir įrangos tiekimas patenka į žiemos šventinį laikotarpį, kurio metu logikos linijos būna ypatingai apkrautos. 4-5 mėnesių tiekimo terminas būtų saugus

3. Tiekėjas teikia šiuos siūlymus/pastabas:

4.5.	Lanksti ritė (arba ričių komplektas), skirta kelio, peties, čiurnos, riešo, pėdos tyrimams	2 vnt. (arba komplektai ne mažiau kaip dviejų skirtingų dydžių)	Siūlome mažinti šio reikalavimo ričių kiekį į 1 vnt. Kadangi 4.4 punkte prašoma ritė taip pat yra lanksti. (mūsų atveju Contour Coil L) – ji gali būti naudojama kelio, peties tyrimams. Šiame punkte siūlytume mažesnio tipo lanksčią ritę skirtą čiurnos, riešo, pėdos tyrimams. Tai leistų pasiūlyti konkurencingesnę kainą ir tilpti į ligoninės turimą biudžetą įrangos įsigijimui.
4.5.1.	Ritės (arba tyrimui atlikti vienu metu naudojamo ričių komplekto) kanalų (arba fizinių elementų) skaičius	≥ 16	Kadangi siūloma mažesnę ritę – siūlome šio parametro reikšmę mažinti iki 12 kanalų.
8.1.	Radiologo darbo stoties programinės įrangos funkcijos:	1. Minimalaus/maksimalaus intensyvumo projekcijos; 2. Daugiaploškštuminių rekonstrukcijų programinė įranga; 3. Trimatė paviršių atvaizdavimo programinė įranga; 4. Vaizdų sujungimo programinė įranga; 5. Perfuzijos vizualizavimo ir analizės programinė įranga su spalvinių T1, T2 žemėlapių generavimu; 6. Difuzijos vizualizavimo ir analizės programinė įranga	Įstaigoje jau naudojamos visų pagrindinių gamintojų (Siemens, Philips, GE) radiologo darbo stotys. Visos jos veikia serveriniu principu, leidžiančiu prisijungti nuotoliniu būdu ir naudotis visu funkcionalumu. Atsižvelgiant į tai, siūlome naikinti šį reikalavimą, paliekant tik reikalavimą dėl fizinės darbo vietos (t. y. 8 punktą). Šį pasiūlymą teikiame siekdami užtikrinti racionalų turimo biudžeto panaudojimą ir sudaryti

		<p>su spalvinių ADC žemėlapių generavimu;</p> <p>7. Programinė įranga kontrastinių tyrimų duomenų apdorojimui;</p> <p>8. Programinė įranga neurologinių tyrimų duomenų apdorojimui;</p> <p>9. Programinė įranga ortopedinių tyrimų duomenų apdorojimui;</p> <p>10. Programinė įranga krūtų tyrimų duomenų apdorojimui;</p> <p>11. Programinė įranga kraujagyslių tyrimų duomenų apdorojimui;</p> <p>12. Programinė įranga kūno, pilvo, dubens tyrimų duomenų apdorojimui;</p> <p>13. Specializuota programinė įranga daugiažingsnių tyrimų sujungimui;</p> <p>14. Specializuota programinė įranga erdvinei pakitimų segmentacijai;</p> <p>15. Programinė įranga darinių (auglių) sekimui ir vertinimui multimodaliniuose vaizduose. Automatinis arba pusiau automatinis tūrinis segmentavimas, onkologinio atsako kriterijų pasirinkimas kaip RECIST 1.1 arba lygiaverčių;</p> <p>16. Vaizdų perdavimas ir archyvavimas DICOM protokolais.</p>	<p>galimybę tiekėjams pateikti ekonomiškai pagrįstus pasiūlymus, neviršijančius numatytos pirkimo vertės.</p>
9.	<p>Komplekte su MRT aparatu pateikiami priedai (įskaitant sumontavimą, instaliavimą):</p>	<p>1. Įvadinė elektros spinta, sukomplektuota apsauginiais el. įtampos ribotuvais (įskaitant spintos sumontavimą MRT aparato instaliavimo metu);</p> <p>2. Radijo dažnių (RD) ekranavimo kabina su oro temperatūrinio režimo palaikymo RD ekranavimo kabinoje sistema;</p> <p>3. MRT aparato veikimui reikalinga aušinimo sistema;</p> <p>4. Techninės patalpos oro temperatūrinio režimo</p>	<p>Dėl racionalaus lėšų panaudojimo siulome atsisakyti nebūtinų trečiųjų šalių įrangos.</p> <p>Siulome atsisakyti ir iš techninės specifikacijos pašalinti šiuos punktus:</p> <p>Automatinis kontrastinės medžiagos inektorius, pritaikytas dirbti siūlomo MRT įrenginio aplinkoje;</p> <p>Metalo ieškiklis;</p>

		<p>palaikymo sistema (atskira arba apjungta su MRT aparato veikimui reikalinga aušinimo sistema);</p> <p>5. Operatoriaus patalpos oro temperatūrinio režimo palaikymo sistema (atskira arba apjungta su MRT aparato veikimui reikalinga aušinimo sistema);</p> <p>6. MRT aparato avarinio šaldymo sistema;</p> <p>7. Helio avarinio išleidimo vamzdis (jei būtinas saugiam MRT aparato eksploatavimui pagal gamintojo rekomendacijas užtikrinti);</p> <p>8. Automatinis kontrastinės medžiagos inektorius, pritaikytas dirbti siūlomo MRT įrenginio aplinkoje;</p> <p>9. Metalų ieškiklis;</p> <p>10. Vežimėlis paciento transportavimui gulimoje padėtyje, pritaikytas dirbti siūlomo MRT įrenginio aplinkoje;</p> <p>11. Vežimėlis paciento transportavimui sėdimoje padėtyje (neįgaliojo vežimėlis), pritaikytas dirbti siūlomo MRT įrenginio aplinkoje;</p> <p>12. UPS tipo arba lygiavertis nepertraukiamo elektros maitinimo šaltinis pagrindinės įrangos dalies – MRT aparato su technologo valdymo konsole apsaugai nuo trumpalaikių elektros energijos tiekimo iš el. tinklo sutrikimų.</p>	<p>Vežimėlis paciento transportavimui gulimoje padėtyje, pritaikytas dirbti siūlomo MRT įrenginio aplinkoje;</p> <p>Vežimėlis paciento transportavimui sėdimoje padėtyje (neįgaliojo vežimėlis), pritaikytas dirbti siūlomo MRT įrenginio aplinkoje;</p> <p>Kokybiškesnę įrangą galima įsigyti atskiru pirkimu (o tiekėjai dabar ieškos pigiausios įrangos, kuri tenkintų specifikacijos sąlygas) Tai taip pat smarkiai iškelia viso projekto kainą.</p> <p>Kitų, tiesiogiai su MRT sistema susijusių priedų šalinti nesiūlome.</p>
15.	Garantinis terminas	≥ 36 mėnesiai	<p>Pažymime, kad kiekvieni papildomi garantiniai metai tiekėjui ar gamintojui sukelia papildomas išlaidas. Standartiškai gamintojas / gamykla įrangai suteikia 12 mėnesių garantiją. Atsižvelgiant į praktinę patirtį, kiekvieni papildomi garantijos metai, priklausomai nuo</p>

			<p>prisiimamos rizikos apimties, gali kainuoti nuo 30 000 iki 70 000 EUR be PVM. Todėl siūlome atsisakyti išplėstinės garantijos reikalavimo ir pakeisti parametro reikšmę į ≥ 12 mėnesių. Tokiu būdu būtų racionaliau naudojamas turimas biudžetas ir užtikrinamas konkurencingesnis tiekėjų dalyvavimas pirkime.</p>
--	--	--	--

4. Tiekėjas teikia šiuos siūlymus/pastabas:

1.5.	Garantuojamas magnetinio lauko homogeniškumas 30 cm sferiniame tūryje	$\leq 0,25$ ppm	<p>Dėl p. 1.5. „Garantuojamas magnetinio lauko homogeniškumas 30 cm sferiniame tūryje. $\leq 0,25$ ppm“</p> <p>MRT Sistemos magnetinio lauko homogeniškumas yra vienas esminių prietaisų apibūdinančių parametrų. Nuo magnetinio lauko homogeniškumo tiesiogiai priklauso rekonstruojamo vaizdo raiška ir viso atliekamo tyrimo kokybė. Pagal gradientus, įskaitant magnetinio lauko homogeniškumą, yra klasifikuojami ir MRT prietaisai. Aukštesnės klasės sistemos turi žemesnį homogeniškumą (ppm). Prašome atsižvelgti į tai, kad pakėlus šį parametą iki mažiau arba lygu 0,2 ppm, gamintojų konkurencija nebus ribojama. Vienas iš potencialių pirkimo dalyvių turės pasiūlyti brangesnę gradientų sistemą, tačiau pilnai atitiks visus techninės specifikacijos reikalavimus. Perkančioji organizacija yra universitetinė ligoninė, todėl reikalavimai, kurie yra būtini kokybiškų diagnostinių vaizdų rekonstrukcijai, turėtų būti svarbesni, už</p>
------	---	-----------------	--

		<p>galimybę įsigyti pigesni prietaisą.</p> <p>Prašome atsižvelgti į aukščiau išdėstytus argumentus ir keisti reikalavimą p. 1.5. sekančiai: „Garantuojamas magnetinio lauko homogeniškumas 30 cm sferiniame tūryje. ≤ 0,2 ppm“</p>
--	--	---

8.	<p>Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? (jei turite, prašome pateikti)</p>	<p>Prašome į pasiūlymų vertinimą įtraukti šiuos techninio pranašumo kriterijus:</p> <p>T1: Pilnai sandarus magnetas, nereikalaujantis avarinio helio nutekėjimo vamzdžio įrengimo (avarijos atveju, kuomet ritės, magneto viduje praranda superlidumą, helis neprarandamas) <i>Technologijos privalumai:</i> 1) <i>Eksploatacijos laikotarpiu (net ir avarinio stabdymo atveju) nereikalingos investicijos Heliui papildyti.</i> 2) <i>Nereikalingas helio šalinimo vamzdis (Quench-pipe)</i> 3) <i>900 kg mažesnis sistemos svoris</i> 4) <i>EasySwitch – greitas, automatizuotas magnetinio lauko išjungimas (<1 val)/įjungimas (< 1 diena) esant būtinybei.</i></p> <p>T2: Garantuojamas nemokamas prietaiso darbingumo atstatymas įvykus savaiminiam ir nesavaiminiam gelio nutekėjimui ir magnetinio lauko praradimui viso prietaiso eksploatacijos laikotarpiu, bei 10 metų laikotarpiu nuo eksploatacijos pradžios Kriterijus užtikrina nepertraukiamą prietaiso darbą, garantuoja minimalias eksploatacines išlaidas magnetinio lauko praradimo atveju. Kriterijus užtikrina nepertraukiamą prietaiso darbą, garantuoja minimalias eksploatacines išlaidas magnetinio lauko praradimo atveju.</p> <p>T3: Galimybė pacientą automatiškai pozicijuoti izocentre, nenaudojant pozicionavimo lazerio. <i>Automatinis pozicionavimas sutrumpina pacientų paruošimo tyrimui laiką. Funkcionalumas pagreitina tyrimų eigą ir padidina pacientų pralaidumą.</i></p> <p>T4: Didžiausias tyrimo laukas (angl. FOV) X, Y ir/arba Z ašyse ≥ 55 cm <i>Platus tyrimo laukas leidžia vienu metu nuskenuoti didesnę tiriamos srities plotą, suteikia papildomos diagnostinės informacijos.</i></p>
----	--	---

Gamintojas Philips specifikuoja 55 x 55 x 50 cm tyrimo lauką (55 cm X ir Y ašyse)

**Pagal techninę specifikaciją nėra prietaisų, kurie gali būti pasiūlyti su 55cm FOV visose ašyse*

T5: Radijo dažnių (RD) modulio priėmimo signalo dinaminis diapazonas (dB), išmatuotas RD imtuve ≥ 185 dB

Platesnis radijo dažnių priėmimo signalo dinaminis diapazonas leidžia aptikti tiek itin silpnus, tiek stiprius signalus. Tai lemia aukštesnę rekonstruotų vaizdų kokybę.

Didesnis dažnių diapazonas taip pat sumažina triukšmų artefaktus bei pagerina kontrasto raišką.

T6: Paciento padengimas stuburo tyrimams naudojant vieną rite, ne mažiau kaip 50 cm

Sprendimas pagreitina paciento paruošimą stuburo tyrimams. Viena ritė užtikrina tolygesnį signalą ir geresnę vaizdo kokybę.

Vienos ritės naudojimas taip pat yra ekonomiškai naudingiau nei būtinybė komplektuoti keletą ričių stuburo tyrimo atlikimui.

T7: Specializuota programinė įranga automatiniam tyrimų planavimui su MR sąlyginiais implantais, automatiškai nustatanti (SAR, magnetinio lauko stiprumą, gradientus (slew rate)).

MR ScanWise Implant sąlyginio implanto parametrų vertes reikia įvesti tik kartą visam tyrimui. Programa automatiškai pritaiko parametrus visiems skenavimams.

Svarbus aspektas yra technologo atsakomybė ir personalo bei paciento apsauga atliekant MRT tyrimus su sąlyginiais implantais. Automatinė tyrimų planavimo ir parametrų nustatymo programinė įranga leis išvengti klaidų ir implantams nustatytų saugos reikalavimų skenavimo metu.

T8: Vaizdų rekonstrukcijos greitis naudojant dirbtinio intelekto algoritmus (SmartSpeed, Deep Resolve, Sonic DL ar analogiška technologija) ne mažesnis kaip 300 tūkst. vaizdų/sek.

Techninis pranašumas leistų atlikti tyrimus su geriausios įmanomos raiškos ir detalumo vaizdų rekonstrukcija tokiu greičiu, kuris šiuo metu yra unikalus rinkoje siūlomų gamintojų prietaisams.

T9: Siūlomos MRT sistemos suvartojamos elektros energijos kiekis per parą remiantis COCIR metodikomis (Interpoliacinis)

Mažesnės elektros energijos sąnaudos suteiks ilgalaikę ekonominę naudą perkančiajai organizacijai.

Komisija, įvertinusi tiekėjų pastabas/siūlymus, atsako:

Komisija sprendžia patikslinti techninės specifikacijos 3.1 punkto reikalavimą kaip nurodyta žemiau:

3.1.	Radijo dažnio perdavimo maksimali galia	≥ 16 kW
------	---	--------------

Komisija pažymi, kad techninės specifikacijos 4.6.1 punkte nurodytas krūtų tyrimams skirtos ritės kanalų skaičius pilnai atitinka perkančiosios organizacijos poreikius. Pažymima, kad didesnis ritės, skirtos krūtų tyrimams, kanalų skaičius lemia greitesnį skenavimą, aiškesnį ir detalesnį vaizdą, kas yra ypač svarbu smulkioms struktūroms (pvz.: krūtų latakams, smulkiems navikams) matyti.

Komisija pažymi, kad techninės specifikacijos 8 - 8.2 punktuose nurodyti reikalavimai pilnai atitinka perkančiosios organizacijos poreikius. Pažymima, kad perkamos licencijos turi užtikrinti galimybę dirbti su siūloma programine įranga dešimčiai vartotojų vienu metu. Tiekėjai turi pasiūlyti techninę ir programinę įrangą, kuri pilna apimtimi išpildytų šiuos reikalavimus. Papildomų vaizdų vertinimo ir analizės programinės įrangos licencijų pirkimas praplėstų įrangos pasiekiamumo galimybes gydytojams radiologams, tokiu būdu būtų didinamas darbo efektyvumas.

Komisija pažymi, kad techninės specifikacijos 8.1.5 punkte nurodytas reikalavimas pilnai atitinka perkančiosios organizacijos poreikius. Tiekėjo siūlymas koreguoti šį reikalavimą yra nepriimtinas perkančiajai organizacijai. Pažymima, kad smegenų perfuzijai atlikti naudojama T2* seka, tačiau T1 perfuzija taip pat yra naudojama abdominaliniams, krūtinės ląstos kontrastinių medžiagų kaupimo tyrimams atlikti.

Komisija pažymi, kad techninės specifikacijos 4.5 punkte nurodytas reikalavimas lanksčiai ritei pilnai atitinka perkančiosios organizacijos poreikius. Tiekėjo siūlymas sumažinti ričių skaičių yra nepriimtinas perkančiajai organizacijai. Pažymima, kad Tiekėjai turi pasiūlyti skirtingų dydžių lanksčias rites, skirtas skirtingų tyrimų ir pacientų skenavimo poreikiui užtikrinti. Perkamo ričių kiekio mažinimas ribotų optimalios ritės pasirinkimo galimybes.

Komisija pažymi, kad techninės specifikacijos 9 punkte nurodyti priedai, kurie turi būti komplektuojami su MRT aparatu, pilnai atitinka perkančiosios organizacijos poreikius. Tiekėjo siūlymas pašalinti tam tikrus priedus iš komplektacijos yra nepriimtinas perkančiajai organizacijai. Pažymima, kad MRT tyrimai bus atliekami naudojant kontrastines medžiagas, todėl automatinis kontrasto inektorius yra reikalinga sistemos komplektacijos dalis. Metalų ieškiklis reikalingas pacientų saugumui užtikrinti. Vežimėliai pacientų transportavimui gulimoje ir sėdimoje padėtyse yra būtini, siekiant užtikrinti tinkamą neįgalių pacientų transportavimą ir saugumą prieš tyrimą ir po jo.

Komisija pažymi, kad techninės specifikacijos 15 punkte nurodytas garantinis terminas MRT aparatui ≥ 36 mėnesiai pilnai atitinka perkančiosios organizacijos poreikius. Tiekėjo siūlymas sumažinti garantinį terminą iki ≥ 12 mėnesių yra ekonomiškai nenaudingas perkančiajai organizacijai, todėl nebus keičiamas.

Komisija taip pat pažymi, kad pirkimas bus vykdomas taikant ekonominio naudingumo vertinimo būdą.

Komisija pažymi, kad nurodytas prekių pristatymo terminas (12 savaičių) yra optimalus ir pakankamas, o Tiekėjo siūlymas pratęsti prekių pristatymo terminą iki 4-5 mėnesių yra nepriimtinas perkančiajai organizacijai.

Visi Komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šių sprendimų priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Techninę specifikaciją patikslinti kaip nurodyta aukščiau. Tvirtinti aktualią techninės specifikacijos redakciją.

2. Apie Komisijos sprendimą informuoti pastabas/pasiūlymus pateikusį tiekėją ir suinteresuotus kandidatus.