

IŠRAŠAS IŠ VIEŠOJO PIRKIMO
„ŠVIESINIAI MIKROSKOPAI SU PRIEDAIS“
KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO

DARBOTVARKĖ: Dėl tiekėjo pateiktų pastabų/pasiūlymų.

SVARSTYTA: Tiekėjo pateiktos pastabos/pasiūlymai.

Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau - CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis gavo tiekėjo siūlymus/pastabas 2025-07-29 CVP IS skelbtai rinkos konsultacijai dėl *šviesinių mikroskopų su priedais* pirkimo (Nr. 3887151).

Tiekėjas teikia šiuos siūlymus/pastabas techninės specifikacijos projektui:

5.	Tubuso pasvirimo kampas	1. Fiksuotas arba kintamas; 2. Pasviręs ne daugiau negu 30° arba pasvirimo kampas reguliuojamas ne siauresniame intervale kaip nuo 5° iki 28°.	SIŪLOME: pasirinkti vieną variantą- arba fiksuotas (bus pigesnis) arba reguliuojamam intervale ergo tipo (bus brangesnis)- bet brangumas atpirks patogumą dirbant, nes tai anomiškai pritaikytas sėdėjimui prie mikroskopo;
6.	Tubuso regos laukas	25 ± 3 mm	SIŪLOME: 25mm ± 2mm ne tokių platų intervalą imti;
11.	Stalelis	1. Mechaninis; 2. Anoduotu arba keraminiu paviršiumi (arba lygiaverčiu paviršiumi); 3. Staliuko slankiojimo eiga: ne mažesnė nei 75 × 50 mm; 4. Valdomas kaire arba dešine ranka (pageidautina kaire ranka).	SIŪLOME – 2. Pункte rašyti anoduotu arba lygiavertis; nes gaunasi kad galimas bet koks;
13.	Fokusavimas	1. Grubus (makro) ir tikslus (mikro) fokusavimas rankenėlėmis kairėje ir plokščiais diskais dešinėje; 2. Eiga grubiam (makro) fokusavimui ne daugiau 18 mm per apsisukimą; 3. Eiga tiksliam (mikro) fokusavimui ne daugiau 0,4 mm per apsisukimą.	SIŪLOME - 2 punktą keisti ne daugiau kaip 15mm ± 2 mm; 3 punktą ne mažiau nei 0,4mm
14.1.	Objektyvas 10×	1. Darbinis atstumas ne mažiau nei 4,0 mm; 2. Skaitinė apertūra ne mažiau nei 0,25; 3. Tinkamas darbui be ir su dengiamuoju stikleliu; 4. Skirtas PH, naudojant PH1 kondensoriaus žiedą / diską.	SIŪLOME: keisti darbinis atstumas ne daugiau nei 7mm;

15.	Apšvietimas	1. LED tipo (arba lygiavertis); 2. ≥ 5 W; 3. Su apšvietimo intensyvumo reguliavimu.	SIŪLOME keisti 2 punktą: ne daugiau kaip $11\text{ W} \pm 2\text{ W}$
17.	Energijos taupymo režimas	Mikroskopas automatiškai išsijungia ne vėliau kaip po 30 min neveikimo ir vėl įsijungia paspaudus bet kurį mygtuką	SIŪLOME keisti ne vėliau kaip 20min ± 5 min; nes ilgesnis laiko tarpas neturi prasmės pačiam energijos taupymo režimui.

Komisija, įvertinusi tiekėjo pastabas/siūlymus, atsako sekančiai:

Perkančioji organizacija, apsvarsčiusi tiekėjo siūlymus korekcijoms 6, 11, 13, 14.1, 15 ir 17 punktuose, atsako, kad techninė specifikacija pilnai atitinka Perkančiosios organizacijos poreikius ir neriboja tiekėjo galimybės siūlyti įrangą.

Komisija, įvertinusi tiekėjo siūlymus/pastabas, sprendžia patikslinti techninės specifikacijos 5 punkto reikalavimus, kaip nurodyta žemiau:

5.	Tubuso pasvirimo kampas	1. Fiksuotas arba Kintamas; 2. Pasviręs ne daugiau negu 30° arba Pasvirimo kampas reguliuojamas ne siauresniame intervale kaip nuo 5° iki 28° .
----	-------------------------	--

Visi Komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šių sprendimų priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Techninę specifikaciją patikslinti kaip nurodyta aukščiau. Tvirtinti aktualią techninės specifikacijos redakciją.

2. Apie Komisijos sprendimą informuoti pastabas/pasiūlymus pateikusį tiekėją ir suinteresuotus kandidatus.