

IŠRAŠAS IŠ VIEŠOJO PIRKIMO
„JĖGOS INSTRUMENTAI“
KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO

DARBOTVARKĖ: Dėl tiekėjų pateiktų pastabų/pasiūlymų.

SVARSTYTA: Tiekėjų pateiktos pastabos/pasiūlymai.

Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau - CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis gavo tiekėjų pasiūlymus/pastabas 2025-06-10 CVP IS skelbtai rinkos konsultacijai dėl *jėgos instrumentų* pirkimo (Nr. 3150893).

1. Tiekėjas teikia šiuos siūlymus/pastabas:

„Dėl techninės specifikacijos 5.3 punkto:

Šiuo metu reikalaujama:

„Mikromotoras neturi viršyti 90 g svorio“

Siūlomas pakeitimas:

Maksimalus mikromotora svoris – iki 110 g.

Pagrindimas:

Siūlome koreguoti šį parametą, nes svoris iki 110 g neturi esminės įtakos klinikiniam darbui bei darbo ergonomikai. Praktikoje tokio svorio mikromotorius pilnai užtikrina saugų ir patogų darbą chirurgo praktikoje, o papildomas svoris nekelia reikšmingo nuovargio ar diskomforto operatoriui. Toks reikalavimo sušvelninimas leistų pasiūlyti platesnį gamintojų spektrą, padidintų konkurenciją pirkime ir sudarytų sąlygas viešajam pirkimui įsigyti optimalų kainos ir kokybės santykį atitinkančią įrangą.

Dėl techninės specifikacijos 6.1 punkto: Šiuo metu reikalaujama:

„Galimybė naudoti 150 mm ilgio antgalius.“

Siūlomas pakeitimas:

Galimybė naudoti iki 125 mm ilgio antgalius.

Pagrindimas:

Praktikoje, atliekant tiek chirurgines, tiek kitokio pobūdžio chirurgines procedūras, pilnai pakanka 125 mm ilgio antgalių. Toks ilgis užtikrina saugią prieigą prie gydomojo lauko, tinkamą instrumentų valdymą bei darbo ergonomiką tiek gydytojui, tiek pacientui. Šio parametro koregavimas leis pirkime dalyvauti platesniam gamintojų skaičiui, skatins konkurenciją.

Dėl techninės specifikacijos 6.3. 9.3.2. ir 9.6.2. punktų:

Šiuo metu reikalaujama:

„Antgalyje integruotas mechanizmas, leidžiantis reguliuoti grąžtelio darbinį ilgį (ne mažiau kaip 3 fiksuotos padėties).“

Siūlomas pakeitimas:

Pašalinti reikalavimą dėl integruoto darbinio ilgio reguliavimo mechanizmo.

Pagrindimas:

Daugelio pasaulyje pripažintų gamintojų šiuo metu siūlomi antgaliai neturi antgalyje integruoto darbinio ilgio reguliavimo mechanizmo, tačiau vis tiek pilnai atitinka visus klinikinius saugumo, tikslumo ir darbo kokybės reikalavimus. Darbinio ilgio reguliavimas dažniausiai atliekamas grąžtelių pagalba, pasirenkant tinkamo ilgio grąžtą atitinkamai klinikinei situacijai. Šio parametro reikalavimas nepagrįstai apriboja konkurenciją, eliminuoja kokybiškus gaminius, kurie neturi šios funkcijos, bet pasižymi kitais aukštais techniniais parametrais (stabilumu, aušinimu, ilgaamžiškumu, vibracijų nebuvimu, mažu triukšmingumu ir pan.). Šio reikalavimo korekcija skatintų konkurenciją ir leistų įsigyti optimalų klinikinės praktikos reikalavimus atitinkantį produktą.”

2. Tiekėjas teikia šiuos siūlymus/pastabas:

1.	Valdymo konsolė	1. Elektroninė valdymo konsolė, skirta chirurginių instrumentų valdymui; 2. Su LCD arba lygiaverčiu ekranu; 3. Valdoma membraninių (arba lygiaverčių) mygtukų pagalba arba liečiamu ekranu; 4. Vienu metu galima prijungti ir valdyti ne mažiau kaip 2 variklius; 5. Sistemoje įdiegta automatinė variklių identifikavimo funkcija; 6. Konsolėje integruota stacionari irigacijos pompa; 7. Irigacijos srauto intensyvumas keičiamas konsolėje ir naudojant kojinių jungiklį;	Siūlome šalinti 5 punktą: „Sistemoje įdiegta automatinė variklių identifikavimo funkcija“ Šis reikalavimas perteklinis, kadangi komplektuojamas tik vienas, konkretus variklis.
4.1.	Valdomi parametrai	1. Antgalio sukimosi greitis; 2. Antgalio sukimosi kryptis; 3. Aktyvių variklių funkcijos keitimas operacijos metu; 4. Irigacijos srauto reguliavimas;	Siūlome keisti į reikalaujamas parametrų reikšmes: 1. Grąžtelio sukimosi greitis; 2. Grąžtelio sukimosi kryptis;
9.3.	Lenktas antgalis – 5 vnt.	1. 79-95 mm ilgio; 2. Antgalyje integruotas mechanizmas, leidžiantis reguliuoti grąžtelio darbinį ilgį (ne mažiau kaip 3 fiksuotos padėtyš);	Siūlome keisti reikalaujama parametrų reikšmę: 2. Antgalyje integruotas mechanizmas, leidžiantis reguliuoti grąžtelio darbinį ilgį (ne mažiau kaip 2 fiksuotos padėtyš);
9.6.	Lenktas antgalis – 5 vnt.	1. 59 – 70 mm ilgio; 2. Antgalyje integruotas mechanizmas, leidžiantis reguliuoti grąžtelio darbinį ilgį (ne mažiau kaip 3 fiksuotos padėtyš);	Siūlome keisti reikalaujama parametrų reikšmę: 2. Antgalyje integruotas mechanizmas, leidžiantis reguliuoti grąžtelio darbinį ilgį (ne mažiau kaip 2 fiksuotos padėtyš);
9.9.	Deimantinis (arba lygiavertis) grąžtelis – 5 vnt. (grąžtelių dydžiai pasirenkami užsakymo metu)	1. Deimantinis (arba lygiavertis) grąžtelis, rutulio formos galvute, universalus ilgio; 2. Galvutės skersmuo 0,6 ($\pm 0,05$) mm, 1,0 ($\pm 0,1$) mm, 1,5 ($\pm 0,1$) mm, 1,9 ($\pm 0,1$) mm;	Siūlome šalinti, nes universalūs grąžtelius turi tik NSK.

1. Dėl techninės specifikacijos 9.9. punkto – „Deimantinis (arba lygiavertis) grąžtelis – 5 vnt. (grąžtelių dydžiai pasirenkami užsakymo metu)“

Atsižvelgiant į dabartinės techninės specifikacijos 9.9 punktą „Deimantinis (arba lygiavertis) grąžtelis – 5 vnt. (grąžtelių dydžiai pasirenkami užsakymo metu)“, norėtume atkreipti dėmesį į šiuo metu nurodytą detalizaciją:

„1. Deimantinis (arba lygiavertis) grąžtelis, rutulio formos galvute, universalus ilgio;“

Manome, kad ši formuluotė **nepagrįstai riboja Perkančiosios organizacijos galimybes pasirinkti iš platesnio gamintojų spektro**. Atlikus rinkos analizę nustatėme, kad tokio tipo

grąžtelius, atitinkančius ne tik nurodytą formą ir ilgį, bet ir visą techninės specifikacijos visumą, gamina tik vienas gamintojas –

Pagrindinė šios problemos priežastis yra reikalavimas „universalaus ilgio“, kuris, mūsų žiniomis, yra būdingas tik gaminiams, tinkantiems angaliams, aprašytiems specifikacijos 9.3 ir 9.6 punktuose. Tai reiškia, kad kiti, galbūt lygiaverčiai ar net geresni, gamintojų produktai, kurie neatitinka šio specifinio ilgio reikalavimo, yra automatiškai eliminuojami iš konkurso.

Siekdami užtikrinti sąžiningą konkurenciją ir platesnes pasirinkimo galimybes Perkančiajai organizacijai, **siūlome naikinti 9.9 punktą kaip perteklinį ir ribojantį konkurenciją**. Šis sprendimas leistų Perkančiajai organizacijai įsigyti reikiamus grąžtelius be nepagrįstų apribojimų.

3. Tiekėjas teikia šiuos siūlymus/pastabas:

1) Reiškiame pasiūlymą koreguoti 7.1 punkto reikalavimą „Grąžteliai skirti daugkartiniui naudojimui“. Absoliuti dauguma į rinką tiekiamų grąžtelių yra vienkartiniai dėl strilumo ir įrangos tarnavimo termino ilgumo. Šis punktas esmingai riboja konkurenciją. Žinome, kad praktikoje grąžteliai būna panaudoti ne vieną kartą, tačiau gamintojai grąžtelius žymi kaip viena kartą naudojamas med. priemones, tad pasiūlymo pateikimas būtų komplikuoatas.

2) Prašome papildyti specifikaciją punktu:

Ilgas lenktas antgalis:

1. Tinkantis darbui su 1,0 mm diametro grąžteliais;
2. Darbinės dalies ilgis 280 mm ± 5 mm;
3. Darbinės dalies diametras 3,5 mm ± 0,1 mm;
4. Darbinio galiuko diametras 2 mm ± 0,1 mm;

Komisija, įvertinusi tiekėjų pastabas/siūlymus, atsako, kad **1 tiekėjo** siūloma 5.3. p korekcija nepriimtina, nes neatitinka perkančiosios organizacijos poreikių. Reikalavimas dėl maksimalios variklio masės (ne daugiau 90 g) nustatytas siekiant užtikrinti optimalią darbo ergonomiką, sumažinti chirurgo rankos nuovargį ir padidinti tikslumą ilgalaikių procedūrų metu.

Tiekėjo siūloma 6.1. p korekcija nepriimtina, nes reikalavimo sumažinimas apribotų įrangos funkcionalumą ir pritaikomumą platesniam chirurginių intervencijų spektrui.

Tiekėjo siūloma 6.3. 9.3.2. ir 9.6.2. punktų korekcija nepriimtina, nes neatitinka perkančiosios organizacijos poreikių. Integruotas darbinio ilgio reguliavimo mechanizmas užtikrina greitą ir tikslų grąžtelio ilgio pritaikymą procedūros metu, nedidinant chirurginės intervencijos laiko ir nemažinant darbo ergonomikos. Jo atsisakymas ribotų operatyvumą bei galimybes vienu antgaliu atlikti skirtingo gylio gręžimus be papildomų grąžtų keitimo.

2 tiekėjo siūloma 2.5. punkto korekcija nepriimtina, nes neatitinka perkančiosios organizacijos poreikių. Nors šiuo metu planuojama komplektuoti tik vieną konkretų variklį, įrangos naudojimas nėra apribotas tik šia komplektacija. Įstaigos poreikiai gali keistis, todėl būtina užtikrinti, kad sistema būtų suderinama ir su kitų tipų varikliais, kuriuos būtų galima prijungti ateityje, be papildomų adaptacijų.

Tiekėjo siūloma 9.3. ir 9.6. punkto korekcija nepriimtina, nes neatitinka perkančiosios organizacijos poreikių. Komisija pažymi, kad ne mažiau kaip 3 fiksuotos padėties yra būtinos siekiant užtikrinti platesnį darbo lankstumą ir instrumentų pritaikomumą skirtingoms klinikinėms situacijoms. Mažesnis padėčių skaičius ribotų naudojimo galimybes ir neatitiktų nustatyto funkcionalumo poreikio.

Komisija pažymi, kad **3 tiekėjo** siūlymas įtraukti į techninę specifikaciją papildomą punktą nepriimtinas, nes nepagrįstai susiaurintų konkurenciją ir ribotų galimų tiekėjų ratą.

Komisija sprendžia techninę specifikaciją koreguoti, kaip nurodyta žemiau.

4.1.	Valdomi parametrai	1. Antgalio/ grąžtelio sukimosi greitis; 2. Antgalio/ grąžtelio sukimosi kryptis; 3. Aktyvių variklių funkcijos keitimas operacijos metu; 4. Irigacijos srauto reguliavimas;
6.1.	Antgalių ilgiai	(70 mm, 95 mm, 125 mm, 150 mm) $\pm$ 5 mm arba (12 mm, 19 mm, 39 mm, 59 mm, 79 mm) $\pm$ 1 mm.
7.	Su gręžimo antgaliais naudojamų grąžtelių tipai	1. Naudojimo tipas: Grąžteliai skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami garų sterilizacijai (autoklavavimui) arba sterilūs vienkartinio naudojimo grąžteliai. 2. Grąžtelių tipai pagal paskirtį: 2.1. Nerūdijančio plieno (arba lygiaverčiai) grąžteliai; 2.2. Deimantiniai (arba lygiaverčiai) grąžteliai; 3. Grąžtelių suderinamumas: 3.1. Grąžteliai turi būti suderinami su naudojamais gręžimo antgaliais, užtikrinant saugų ir patikimą jų fiksavimą; 3.2. Tvirtinimo mechanizmas turi užtikrinti greitą grąžtelių keitimą be papildomų įrankių ir stabilumą darbo metu;
9.3.	Lenktas antgalis – 5 vnt.	1. Antgalio ilgis: 79 mm ($\pm$ 1 mm) arba pasirinktinai (95 mm, 125 mm, 150 mm) $\pm$ 5 mm (pasirenkama užsakymo metu) 2. Antgalyje integruotas mechanizmas, leidžiantis reguliuoti grąžtelio darbinį ilgį (ne mažiau kaip 3 fiksuotos padėties);
9.6.	Lenktas antgalis – 5 vnt.	1. Antgalio ilgis: 70 mm ($\pm$ 5 mm) arba pasirinktinai (12 mm, 19 mm, 39 mm, 59 mm) $\pm$ 1 mm (pasirenkama užsakymo metu) 2. Antgalyje integruotas mechanizmas, leidžiantis reguliuoti grąžtelio darbinį ilgį (ne mažiau kaip 3 fiksuotos padėties);
9.7.	Nerūdijančio plieno (arba lygiavertis) grąžtelis – 5 vnt. (grąžtelių dydžiai pasirenkami užsakymo metu)	1. Nerūdijančio plieno (arba lygiavertis) grąžtelis, rutulio formos galvute. Galvutės skersmuo nuo 0,6 ($\pm$ 0,1) mm iki 7 mm (privaloma ne mažiau kaip 10 skirtingų dydžių šiame intervale); 2. Skirtas naudoti su 9.6 punkte nurodytu antgaliu;
9.9.	Deimantinis (arba lygiavertis) grąžtelis – 5 vnt. (grąžtelių dydžiai pasirenkami užsakymo metu)	1. Deimantinis (arba lygiavertis) grąžtelis, rutulio formos galvute, universalus ilgio arba tinkamas naudoti su siūlomais sistemos gręžimo antgaliais (9.3 p. ir/arba 9.6. p.) 2. Galvutės skersmuo 0,6 ($\pm$ 0,05) mm, 1,0 ($\pm$ 0,1) mm, 1,5 ($\pm$ 0,1) mm, 1,9 ($\pm$ 0,1) mm;

Visi Komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šių sprendimų priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Techninę specifikaciją patikslinti kaip nurodyta aukščiau. Tvirtinti aktualią techninės specifikacijos redakciją.

2. Apie Komisijos sprendimą informuoti pastabas/pasiūlymus pateikusius tiekėjus ir suinteresuotus kandidatus.