



**SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA**

Biudžetinė įstaiga. LT-98112 Skuodas, Vilniaus g. 13, tel. (8 440) 73 932, el. paštas savivaldybe@skuodas.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188751834.

Suinteresuotiems viešojo pirkimo
Nr. 386878 tiekėjams

2024-12-16

Nr. (33.1)-VP3-

DĖL ATSAKYO Į GAUTĄ PAKLAUSIMĄ

Pateikiame atsakymą į gautą paklausimą mažos vertės skelbiamam „Medicininės įrangos ir priemonių pirkimas Mosėdžio PSPC“ pirkimui Nr. 386878.

Klausimas. Prašau pakoreguoti 1 pirkimo dalies „Slaugytojų krepšiai“ techninės specifikacijos 1.3 punktą „Išmatavimai 25x40x21cm (±2cm)“ išdėstant jį taip „Išmatavimai 25x40x21cm (±4cm)“. Esminio skirtumo krepšio funkcionalumui toks pakeitimas neturėtų, bet suteiktumėte galimybę didesniai tiekėjų skaičiui pateikti savo pasiūlymus.

Atsakymas. Sutinkame padidinti 1 pirkimo dalies „Slaugytojų krepšiai“ techninės specifikacijos 1.3 punkte nurodytų išmatavimų paklaidą + 2 cm. 1 pirkimo dalies „Slaugytojų krepšiai“ techninės specifikacijos 1.3 punkto reikalavimą išdėstome taip: „Išmatavimai 25x40x21cm (±4cm)“

Pridedame Techninės specifikacijos aktualią versiją: 2 priedas_Techninė specifikacija-aktuali redakcija 2024-12-16.

Prašome tiekėjų teikti pasiūlymus pagal aktualią Techninės specifikacijos versiją.

Komisijos pirmininkė

Eglė Bertašienė

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Medicininė įranga Mosėdžio PSPC

1. Bendrosios sąlygos:

- 1.1. Prekės pristatymo terminas – ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo Prekės pirkimo ir pardavimo sutarties pasirašymo;
- 1.2. Prekės pristatymo vieta – Skuodo g. 2 LT-98268, Mosėdis;
- 1.3. Prekės turi būti visiškai sukomplektuotos, su visais dokumentais bei priklausiniais: maitinimo kabeliais, baterijomis, transportavimo dėklais, USB kabeliais ir kt.;
- 1.4. Prekių pakuotėse turi būti naudojimo instrukcijos knygelės, kuriose turi būti nurodyta prietaiso naudojimo instrukcija, garantinio laikotarpio terminas.

1. Pirkimo dalis.

Eil. Nr.	Techniniai parametrai - būtinos charakteristikos ir reikalavimai	Siūlomi tiekėjo parametrai ¹ (įvardinanti tikslius gamintojų, prekių modelių pavadinimus ir parametrų reikšmes bei <i>kartu su pasiūlymu pateikti tai patvirtinančius dokumentus</i>) ² , apsiribojimas „atitinka“ arba „taip“ negalimas
1.	Slaugytojų krepšiai, 5 vnt.	
1.1	Gamintojas ir modelis	Gamintojas: [įrašyti] Modelis: [įrašyti jeigu toks yra]
1.2	Krepšys pagamintas iš poliesterio ar lygiavertės medžiagos	
1.3	Išmatavimai 25x40x21cm (± 4cm)	
1.4	Su šonine kišene, su ne mažiau 3 vidiniais skyriais	

2. Pirkimo dalis

Eil. Nr.	Techniniai parametrai - būtinos charakteristikos ir reikalavimai	Siūlomi tiekėjo parametrai ¹ (įvardinanti tikslius gamintojų, prekių modelių pavadinimus ir parametrų reikšmes bei <i>kartu su pasiūlymu pateikti tai patvirtinančius dokumentus</i>) ² , apsiribojimas „atitinka“ arba „taip“ negalimas
2.	Kraujospūdžio matavimo aparatai, 5 vnt.	
2.1	Gamintojas ir modelis	Gamintojas: [įrašyti] Modelis: [įrašyti jeigu toks yra]
2.2	Aparatas: automatinis žasto tipo kraujospūdžio matuoklis	
2.3	Komplekte viena rankovė tinkanti žastui nuo 22 cm iki ne mažiau 42 cm.	
2.4	Rankovės spaudimo intervalas nuo 0 iki 300 mmHg (±10)	

2.5	Veikiantis su elementais arba įjungus į elektros tinklą	
2.6	Kraujospūdžio matuoklio tikslumas ne mažiau nei ± 3	
2.7	Matavimo ribos nuo 20 iki ne mažiau 280 mmHg	
2.8	Matavimo ribos pulsas/ min nuo 40 iki ne mažiau 180	
2.9	Oro pripūtimas į rankovę automatinis	
2.10	Matuoklis komplektuojamas kartu su rankove/ manžete, naudojimo instrukcija, saugojimo dėklu, elementų komplektu, kraujospūdžio matavimo aparato pasu	
2.11	Garantinis terminas - ne mažiau 24 mėn.	

3. Pirkimo dalis

Eil. Nr.	Techniniai parametrai - būtinos charakteristikos ir reikalavimai	Siūlomi tiekėjo parametrai ¹ (įvardinanti tikslus gamintojų, prekių modelių pavadinimus ir parametrų reikšmes bei <i>kartu su pasiūlymu pateikti tai patvirtinančius dokumentus</i>) ² , apsiribojimas „atitinka“ arba „taip“ negalimas
3.	Bekontaktiniai termometrai, 5 vnt.	
3.1	Gamintojas ir modelis	Gamintojas: [<i>įrašyti</i>] Modelis: [<i>įrašyti jeigu toks yra</i>]
3.2	Bekontaktinis termometras matuojantis temperatūrą infraraudonųjų spindulių pagalba	
3.3	Galimybė matuoti temperatūrą kaktos ir ausies srityse	
3.4	Celsijaus temperatūros jutiklis	
3.5	Temperatūros matavimas ne ilgesnis nei 2 sekundės	
3.6	Prietaisas su automatinio išsijungimo funkcija	
3.7	Maitinimo šaltinis: 2 AAA tipo baterijos	
3.8	Kaktos matavimo režime intervalas nuo 34°C iki ne mažiau 42°C	
3.9	Garantinis terminas – ne mažiau 24 mėn.	

4. Pirkimo dalis

Eil. Nr.	Techniniai parametrai - būtinos charakteristikos ir reikalavimai	Siūlomi tiekėjo parametrai ¹ (įvardinanti tikslius gamintojų, prekių modelių pavadinimus ir parametrų reikšmes bei <i>kartu su pasiūlymu pateikti tai patvirtinančius dokumentus</i>) ² , apsiribojimas „atitinka“ arba „taip“ negalimas
4.	Pulsoksimetrai, 5 vnt.	
4.1	Gamintojas ir modelis	Gamintojas: [<i>įrašyti</i>] Modelis: [<i>įrašyti jeigu toks yra</i>]
4.2	Pulsoksimetras duomenis turi matuoti jį uždėjus ant piršto galiuko. Skirtas naudoti rutininiam patikrinimui ir ilalaikiui stebėjimui.	
4.3	Rezultatai turi būti pateikiami LED arba LCD arba OLED spalvų ekrane	
4.4	Prietaiso svoris ne didesnis nei 180 g. su baterijomis	
4.5	Maitinimo šaltinis: 2 AA tipo baterijos	
4.6	Matavimo ribos: SpO2 nuo 0 iki 100 proc.	
4.7	SpO2 tikslumas vaikams ir suaugusiems 70-100 proc. Intervale (± 2 proc.)	
4.8	Pulso dažnis nuo 30 iki ne mažiau 250 BPM	
4.9	Pulso dažnio tikslumas suaugusiems ir vaikams ± 2 BPM	
4.10	Būtina realiojo laiko tyrimo duomenų stebėjimo funkcija	
4.11	Pulsoksimetro komplekte turi būti: 2 AA baterijos, USB kabelis ir programinė įranga	
4.12	Garantinis terminas – ne mažiau 24 mėn.	

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Skuodo rajono savivaldybės administracija 188751834, Vilniaus g. 13, LT-98112 Skuodas
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl atsakymo į gautą paklausimą
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-12-16 Nr. VP3-596
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Eglė Bertašienė, Skyriaus vedėjas, Viešųjų pirkimų skyrius
Sertifikatas išduotas	EGLĖ BERTAŠIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-12-16 10:49:01 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-12-16 10:49:16 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-04-08 11:47:46 – 2027-04-07 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, i.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.80
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-12-16 10:49:45)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-12-16 10:49:45 DBSIS