

IŠRAŠAS IŠ VIEŠOJO PIRKIMO
„DEZINFEKCIŅS MEDŽIAGOS IR PRIEMONĒS STERILIZACIJAI”
(Nr. 4546439)
KOMISIJOS POSĒDŽIO PROTOKOLO

DARBOTVARKĒ: Dēl Tiekējū pateiktū siūlymū/pastabū rinkos konsultacijai

SVARSTYTA: Tiekējū pateikti siūlymai/pastabos rinkos konsultacijai

Viešojo pirkimo Komisija (toliau – Komisija) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau - CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis gavo Tiekējū siūlymus/pastabas 2025-09-17 CVP IS skelbtai rinkos konsultacijai dēl **dezinfekcinių medžiagū ir priemoniū sterilizacijai** pirkimo (Nr. 4546439).

Tiekējo siūlymai/pastabos :

„11 p. d. juostos pločio parametro reikšmę rekomenduojame pakeisti į 15 cm ± 5 mm Kadangi 10 p. d. PO perka 7,5 cm juostas, šioje pirkimo dalyje tikslingiau būtų pirkti ne 10, o 15 cm juostas, kurios talpintų didesnę instrumentų kiekį.“

Komisija atsižvelgdama į tiekējo pateiktą paklausimą pažymi, kad 11 p. d. Techninė specifikacija keičiama nebus, kadangi 15 cm. pakavimo juostos perkamos kituose Perkančiosios organizacijos pirkimuose.

Tiekējo siūlymai/pastabos :

„19 p. d. operacinio lauko antiseptiko pakuotės dydį rekomenduojame pakeisti į 500-1000 ml. Kadangi PO ketina įsigyti priemonę, kurios sudėtyje bus ≥70% alkoholiū, didelio tūrio pakuotė greitai praras savo dezinfekcines savybes (nes alkoholis išgaruos). Be to, tokia tūrio išraiška sudaro galimybę dalyvauti didesniai tiekējū skaičiui.“

Komisija atsižvelgdama į tiekējo pateiktą paklausimą pažymi, kad 19 p. d. Techninė specifikacija bus koreguojama papildant reikalavimu „pakuotės dydis 500-1000 ml.“

Tiekējo siūlymai/pastabos :

*„20.Servetėlės paviršiū dezinfekcijai (drėgnos):-servetėlės dydis ne mažesnis 260 cm²
Klausimas: ar priimtinas ir teiktinas būtų pasiūlymas, jeigu servetėlės dydis 246,05 cm², o ne 260 cm² (kaip pateikta techninėje specifikacijoje).“*

Komisija atsižvelgdama į tiekējo pateiktą paklausimą pažymi, kad 20 p. d. Pasiūlymas „servetėlės dydis 246,05 cm²“ neatitinka techninės specifikacijos reikalavimo „servetėlės dydis ne mažesnis 260 cm²“, todėl nebūtų vertinamas kaip tinkamas.

Tiekējo siūlymai/pastabos :

„4p.d. Prašome Perkančiosios organizacijos patikslinti, kokio konkrečiai ji spausdintuvo nori ir kaip suprasti jų parašymą, kuris yra jau konkrečiau numatyto gamintojo. Prašome patikslinti kas turi būti kiekvienoje spausdintuvo eilutėje. Dabar iš aprašymo neaišku kas kiekvienoje eilutėje turi būti. Taip pat tikslinti, kad ant indikatoriaus yra pakankamai vietos įrašyti reikiamai informacijai ir kad spausdintuvas

turi turėti ne mažiau 32 simbolių. Šiuo metu šios pirkimo dalies šis techninis aprašymas yra konkretaus gamintojo (ne tiekėjo).“

Komisija atsižvelgdama į tiekėjo pateiktą paklausimą pažymi, kad 4 p. d. Techninė specifikacija parengta ne konkrečiam gamintojui, o vadovaujantis HN 47-1:2020 106 punkto reikalavimais „Kiekvienas sterilizuojamas paketas pažymimas įkrovos numeriu, sterilizacijos data, galiojimo data. Įkrovos numeryje koduojami: sterilizatoriaus eilės numeris (jei naudojami keli sterilizatoriai), sterilizavimo proceso ciklo numeris, sterilizuojamų paketų arba neįpakuotų medicinos priemonių įkrovos sudėtis (turinys), operatorius“. Techninė specifikacija koreguojama nebus.

Tiekėjo siūlymai/pastabos :

„9 p. d. Tikslinti kiekį pakuotėje sekančiai : „pakuotė ne mažiau 250 vnt.“ Taip Perkančioji organizacija galės gauti daugiau pasiūlymų ir tuo pačiu neatmes jau dabar gamintojo iš kurio įsigyja prekes.“

Komisija atsižvelgdama į tiekėjo pateiktą paklausimą pažymi, kad 9 p. d. Techninės specifikacijos reikalavimas „pakuotė iki 250 vnt.“ keičiamas nebus. Komisija pažymi, kad sterilizacijos maišeliai skirti nedideliems skyrių poreikiams patenkinti. 250 vienetų yra maksimalus kiekis, kuris sunaudojamas iki maišelių galiojimo pabaigos. Dideliems poreikiams yra skirtos kitos pakavimo priemonių pozicijos Perkančiosios organizacijos pirkimuose.

Tiekėjo siūlymai/pastabos :

„19 p. d. Prašome nurodyti perkamo produkto talpą, bei patikslinti ką Perkančioji organizacija turi galvoje dangtelis mažinantis srovę.“

Komisija atsižvelgdama į tiekėjo pateiktą paklausimą pažymi, kad 19 p. d. Techninė specifikacija bus koreguojama papildant reikalavimu „pakuotės dydis 500-1000 ml.“ Ir bus tikslinama į – „preparato ištekėjimo anga turi būti sumažinto diametro, kad būtų galima kontroliuoti skysčio ištekėjimo srovę“.

Tiekėjo siūlymai/pastabos :

„20 p. d. Prašome Perkančiosios organizacijos tikslinti reikalavimą dėl kiekio: „- supakuota iki 220 servetėlių“. Taip Perkančioji organizacija leis dalyvauti ir kitiems gamintojams, kurių produktus perka didžiosios Lietuvos gydymo įstaigos atsižvelgdamos į servetėlės drėgnumą, išmatavimus ir kiekį pakuotėje, bei galimybę pirkti papildymus. Taip pat prašome Perkančiosios organizacijos įtraukti papildomus techninius reikalavimus išskirstant kiekius: Servetėlės sandariose daugkartinėse dėžutėse ir kitas servetėlės supakuotos vienkartinuose papildymuose, kurie dedasi į dėžutes. Taip Perkančioji organizacija sumažins išmetamų plastiko atliekų kiekius bei tikrai atitiks žaliuosius reikalavimus . Sumažins savo įstaigos kaštus. Taip pat siūlome tikslinti reikalavimą sekančiai: „-servetėlės dydis ne mažiau 380 cm2“ Taip Perkančioji organizacija galės lygiavertiškai vertinti tiekėjų pasiūlymus atsižvelgiant į dydį konkrečiau ir apskaičiuoti koks bus nuvalomas plotas su servetėle.“

Komisija atsižvelgdama į tiekėjo pateiktą paklausimą pažymi, kad 20 p. d. Techninės specifikacijos reikalavimas „- supakuota iki 200 servetėlių“ koreguojamas nebus, nes Techninėje specifikacijoje nurodytas servetėlių kiekis yra maksimalus. Servetėlės naudojamos mažų, krauju nesuterštų paviršių dezinfekcijai, pagrindinė sudedamoji dezinfekcinė medžiaga – alkoholiai. Remiantis Perkančiosios organizacijos daugiamete patirtimi, esant didesnei pakuotei, servetėlės naudojamos ilgesnį laiką, džiušta, galimai sumažėja alkoholio koncentracija (net ir panaudojus sandariai uždariant), tampa netinkamos naudoti, todėl patiriami finansiniai nuostoliai.

Šiame pirkime perkamos servetėlės sandariose vienkartinėse pakuotėse be papildymų, todėl „papildomi techniniai reikalavimai išskirstant kiekius“ nebus įtraukti.

Techninės specifikacijos reikalavimas „*servetėlės dydis ne mažesnis 260 cm²*“ nebus keičiamas, kadangi nurodytas minimalus servetėlės dydis, didesnio išmatavimo servetėlės pirkime galima siūlyti.

Tiekėjo siūlymai/pastabos :

„21 p. d. Prašome tikslinti įtraukiant naujesnį standartą : „<...> veikia virusus (ribotas arba pilnas virucidinis poveikis) (atitinka LST EN 14476 ir LST EN 17111 ar lygiavertį) pateikti atitikimą standartams patvirtinančius dokumentus.“

Komisija atsižvelgdama į tiekėjo pateiktą paklausimą pažymi, kad 21 p. d. Techninė specifikacija bus tikslinama į: *„veikia virusus (ribotas arba pilnas virucidinis poveikis) (atitinka LST EN 14476 arba LST EN 17111 arba lygiavertį).*

Tiekėjo siūlymai/pastabos :

„12-17 pirkimo dalyse prašome pašalinti perteklinį reikalavimą ir iš “ant juostos nurodyta atplėšimo kryptis, išmatavimai, partijos numeris;“ pakeisti į „ant juostos nurodyta atplėšimo kryptis, išmatavimai, ant ritinio nurodytas partijos numeris.“

Komisija atsižvelgdama į tiekėjo pateiktą paklausimą pažymi, kad 12-17 pirkimo dalims Techninė specifikacija koreguojama nebus, kadangi partijos numeris reikalingas sterilizuotų gaminių atsekamumui.

Tiekėjo siūlymai/pastabos :

„Turime pastabų dėl 20 pirkimo dalies -servetėlės paviršių dezinfekcijai (drėgnos):

1) siūlome punktą -pagrindinė sudedamoji dezinfekcinė medžiaga – alkoholiai (koncentracija 60%-80%) keisti į - pagrindinė sudedamoji dezinfekcinė medžiaga – alkoholiai (koncentracija 50%-80%).

2) bei punktą - servetėlės supakuotos dėžutėse-dozatoriuose keisti į supakuotos į sandarias pakuotes su dangteliu.“

Komisija atsižvelgdama į tiekėjo pateiktą paklausimą pažymi, kad 20 p .d. Techninė specifikacija bus koreguojama į:

- „pagrindinė sudedamoji dezinfekcinė medžiaga – alkoholiai (koncentracija 50%-80%)“ ;

- „supakuotos į sandarias pakuotes su dangteliu“.

Visi Komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šio sprendimo priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Patikslinti techninę specifikaciją, tvirtinti aktualią techninės specifikacijos redakciją (pridedama).

2. Apie Komisijos sprendimą informuoti paklausimus pateikusius tiekėjus ir suinteresuotus kandidatus.