

VŠĮ Nacionalinis kraujo centras, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 2 punktu bei Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo, patvirtinto Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. IS-91 „Dėl informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, VI skyriaus „Techninių specifikacijų projektų skelbimas ir pastabų bei pasiūlymų dėl šių projektų įvertinimas“ nuostatomis, siekdamas pasirengti planuojamam pirkimui, kuris bus vykdomas atviro konkurso būdu, bei norėdamas pranešti tiekėjams apie VŠĮ Nacionalinio kraujo centro planus ir suteikti tiekėjams galimybę iš anksto susipažinti su reikalavimais, skelbia šį techninės specifikacijos projektą, dėl kurio tiekėjai gali teikti pasiūlymus ir pastabas.

Atkreipiamas dėmesys, kad tai yra techninės specifikacijos projektas; viešasis pirkimas kol kas nėra vykdomas ir pasiūlymai jam nėra priimami.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS

PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS

Ėminių maišeliai.

PERKAMAS KIEKIS

3 000 vnt.

REIKALAVIMAI ĖMINIŲ MAIŠELIAMS

1. PVC maišeliai, talpinantys 10 – 40 ml tiriamosios medžiagos (konservuoto kraujo, eritrocitų masės ar kraujo plazmos), turintys mažiausiai 10 cm ilgio vamzdelį.
2. Maišeliai turi turėti CE ženklą. Tiekėjas privalo pateikti CE atitikties sertifikato arba lygiaverčio dokumento kopiją.
3. Turi būti sterilūs, apirogeniški.
4. Ėminių maišeliai bus jungiami sterilia jungtimi prie kraujo ar kraujo komponento maišo. Sujungiamų vamzdelių diametras: išorinis 3,9 – 4,5 mm vidinis 2,9 – 3,1 mm.
5. Maišeliai turi būti supakuoti ne daugiau kaip po 5 vnt. sterilioje pakuotėje.