

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bronchoskopas – 1 vnt.

Eil. Nr.	Reikalaujamos parametrų reikšmės
1.	Vaizdo bronchoskopas
1.1.	HDTV (didelės raiškos) standarto, suderinamas su specialiu apšvietimu, skirtu kraujagyslių tinklo bei paviršinių audinių struktūros išryškinimui endoskopiniame vaizde;
1.2.	Regėjimo laukas $\geq 120^\circ$;
1.3.	Regėjimo lauko gylis: ne blogiau kaip 3-100 mm;
1.4.	Lenkimo aukštyn/ žemyn kampai: $\geq 180^\circ / \geq 130^\circ$;
1.5.	Įvedamo vamzdelio diametras $\leq 6,1$ mm, jo distalinės dalies diametras $\leq 5,8$ mm;
1.6.	Kanalo diametras: $\geq 3,0$ mm;
1.7.	Darbinis ilgis ≥ 600 mm;
1.8.	Įvedimo vamzdelio pasukimo funkcija (pasukimas prieš/pagal laikrodžio rodyklę): $\geq 120^\circ / \geq 120^\circ$;
1.9.	Techninis suderinamumas: bronchoskopas techniškai suderinamas su VšĮ Kretingos ligoninės vaizdo procesoriumi „CV-190 plus“ ir šviesos šaltiniu „CLV-190“, bei sistemos „CV-1500“ vaizdo procesoriumi;
1.10.	Garantija ne mažiau 24 mėn.;

BENDRIEJI REIKALAVIMAI:

1. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti:

1.1. Visi techninės specifikacijos reikalavimus pagrindžiantys duomenys turi būti pagrįsti gamintojo paruoštais siūlomų priemonių bukletais, prekių katalogais, kuriuose gamintojas patvirtina, apie siūlomų prekių atitikimą reikalaujamiems parametrams arba

pateikiant nuorodą į gamintojo katalogo internetinį puslapį, kuriame gamintojas viešai nurodo siūlomos prekės atitikimą reikalaujamiems parametrams. Šie dokumentai pateikiami lietuvių kalba arba originalo kalba su vertimu į lietuvių kalbą (jei pateikiama internetinė nuoroda, tai atitinkamai pateikiamas nurodytos informacijos vertimas į lietuvių kalbą).

1.2. Galiojančius CE sertifikatus arba gamintojo EB atitikties deklaracijas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių kopiją originalo kalba kartu su vertimu į lietuvių kalbą.

1.3. Gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos medicinos įrangos garantinį aptarnavimą (arba rašytinis susitarimas su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios medicinos įrangos garantinį aptarnavimą).


2. Prekę pristatoma, sumontuojama ir sukomplektuojama su visais priedais, lietuviškomis technine ir naudojimo instrukcijomis, serviso dokumentacija, CE sertifikatais (arba lygiaverčiais dokumentais), užpildytu medicinos prietaiso pasu, kad būtų užtikrintas tinkamas įrangos naudojimas, atitinkantis technines charakteristikas, nurodytas įrangos gamintojo dokumentacijoje; Tiekėjas apmoko personalą darbui su įranga.

3. Pirkimui taikomi aplinkos apsaugos reikalavimai. Aplinkosauginiai kriterijai prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdam žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdam žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4 punkto 4.4.4. papunkčiu:

3.1. Tiekėjas privalo prekę atvežti pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 09:00 iki 11:00 val., ir nuo 13:00 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 9:00 iki 11:00 val., ir nuo 13:00 iki 15:00 val., ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už prekių priėmimą atsakingas pirkėjo atstovas, priimdamas prekes fiziškai įsitikina, ar tiekėjas prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Pirkėjas turi teisę sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų.

3.2. Su prekių pakuotėmis susiję aplinkosauginiai kriterijai: jei prekės supakuojamos į antrinę ir (ar) tretinę (transportavimo) pakuotę, ji turi būti perdirbamoji pakuotė pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. Tiekėjas pateikdamas prekes pirkėjui, pateikia prekės antrinės ir (ar) tretinės (transportavimo) pakuotės tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) patvirtinančius dokumentus (pavyzdžiui, pakuotės aprašymo dokumentą, techninį dokumentą, dokumentą iš akredituotų laboratorijų ar pakuočių atliekų perdirbėjų, ar eksportuotojų iš tvarkytojų sąrašo, ar kitus lygiaverčius objektyvius įrodymus).

Ambulatorinio konsultacinio skyriaus vedėja
(ešjo pirkimo iniciatoriaus pareigos)




(parašas)

Janina Kizeliene
(vardas ir pavardė)

TVIRTINA:

Vyriausiasis gydytojas
(Vadovo pareigos)



(parašas)

Romaldas Sakalauskas
(vardas ir pavardė)