

IŠRAŠAS IŠ „ODONTOLOGINĖS MEDŽIAGOS IR PRIEMONĖS“
(PIRKIMO NR. 4364564)
VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2025 m. d. Nr. 1
Kaunas

DARBOTVARKĖ: dėl Tiekėjo pateikto paklausimo

SVARSTYTA: Tiekėjo pateiktas paklausimas

2025-09-09 gauti Tiekėjų siūlymai dėl 2025-09-03 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) vykdytos rinkos konsultacijos „**Odontologinės medžiagos ir priemonės**“ (rinkos konsultacijos Nr. 4364564) techninės specifikacijos reikalavimų.

1 Tiekėjas pasiūlyme nurodo:

3 pirkimo dalyje siūlome praplėsti seilių atsiurbėjo dydžio paklaidą,
iš 160 ± 5 mm į 160 ± 10 mm
4 pirkimo dalyje siūlome praplėsti vienkartinį taurelių talpą,
iš 200 - 250ml į 180 - 250ml
12 pirkimo dalyje siūlome nerašyti medžiagos spalvos (žalia), nes taip negalima pasiūlyti tokių pačių savybių, tačiau kitos spalvos produkto (izoliacinės medžiagos).

Viešojo pirkimo Komisija (toliau - Komisija) atsižvelgdama į tiekėjo pateiktą siūlymą, sutinka tikslinti techninę specifikaciją 3 ir 5 pirkimo dalyje ir praplėsti seilių atsiurbėjo dydžio paklaidą ir vienkartinį taurelių talpos paklaidą. Techninę specifikaciją laikyti taip: **3 pirkimo dalis - į 160 ± 10 mm, 5 pirkimo dalis - 180 - 250ml**. 12 pirkimo dalyje, Komisija sutinka praplėsti spalvų ribas - izoliacinė medžiaga gali būti žalios ar mėlynos spalvos.

2 Tiekėjas pasiūlyme nurodo:

9.3 dalis. Sterili pakuotė. Jie yra taip ar taip autoklavuojami ir nebūtinais reikia sterilių pakuotės. Taip mažina kitų gamintojų pasiūlą.

Komisija paaiškina, kad 9.3 pirkimo dalyje, yra mažo dydžio kanalų platintojai, kuriuos perkančioji organizacija naudoja vienkartiniai. Naudojant sterilizuotus instrumentus sudėtingų dantų šaknų kanalų gydymui jie gali lūžti. Todėl perkančioji organizacija siekia įsigyti sterilius instrumentus, tai yra saugiau pacientui.

Visi komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šio sprendimo priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Apie Komisijos priimtą sprendimą informuoti Tiekėjus bei kitus suinteresuotus dalyvius.
2. Patikslinti techninę specifikaciją ir tvirtinti jos aktualią redakciją.