



**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ  
„VISAGINO ENERGIJA“**

**PIRKIMŲ KOMISIJA**

Pirkimo dalyviams

2024-12-16 Nr. (7.26) 170S-309

**DĖL TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TIKSLINIMO IR ATSAKYMŲ Į PATEIKTUS  
KLAUSIMUS**

Informuojame, kad uždarosios akcinės bendrovės „Visagino energija“ Pirkimų komisija (toliau – Komisija), 2024-12-10; 2024-12-11; 2024-12-13 CVP IS (Pranešimai Nr. 4138; Nr. 4692; Nr.7258) susirašinėjimo priemonėmis gavo Tiekėjų prašymus patikslinti techninę specifikaciją, pasiūlymus ir paklausimą ar kalibravimas privalo būti akredituotas:

Pranešimas Nr. 4138 „*Prašome patikslinti Techninę specifikaciją: 2 lentelė. 2 objekto pirkimo dalis.: \* Pastaba. Deguonies manometras turi būti nuriebalintas prieš patikrą, patikrintas ir sukalibruotas pagal 3 taškus (0 30 60 bar).*“ kuriai 2 lentelės pozicijai taikoma? Taip pat, kokia paslauga reikalinga - patikra, kalibravimas, ar abi?

8 lentelė 8 pirkimo objekto dalis.: *Eil. Nr. 1-2 kokie kalibravimo taškai? Eil. Nr. 5 Slėgio modulio Fluke 744 tipai nurodyti 6, o kalibravimo taškai 5 pozicijoms. Prašome patikslinti, kokiam tipui kokie taškai. Eil. Nr. 8 - prašome nurodyti kalibravimo taškus“.*

Pranešimas Nr. 4692 „*Prašome patikslinti, ar kalibravimas privalo būti akredituotas? Ar galimas neakredituotas kalibravimas? tačiau tai neužtikrins paslaugų kokybės.*“

Pranešimas Nr. 7258 „*1 pirkimo dalyje esantiems prietaisams Eil. Nr. 2,3,5 nurodyta atlikti kontrolę: (Varžos matuoklis CA10, Megometras 16D501S, Fazė-nulis matuoklis 16L240P). Nėra galiojančios patikros metodikos, skirtos šiems prietaisams, todėl metrologinė patikros sertifikatas ar kontrolės ataskaita negali būti išduota. Šiems prietaisams būtų galima atlikti kalibravimą. Prašome pakoreguoti pirkimo dokumentus. 2 pirkimo dalyje Eil. Nr. 22 ir 23 Slėgio jutikliai Danfoss RT200.017- 523966 ir Danfoss RT5.017-509466 - nurodyti prietaisai yra slėgio rėlės. Rėlės nėra teisinės metrologijos prietaisai ir šiems prietaisams skirtos galiojančios patikros metodikos nėra. 4 pirkimo dalyje Eil. Nr. 8 Temperatūros jutiklis Danfoss RT107.017-513666 - nurodytas prietaisas yra temperatūros rėlė. Rėlės nėra teisinės metrologijos prietaisai ir šiems prietaisams skirtos galiojančios patikros metodikos nėra. Prašome patikslinti techninę specifikaciją ir pasiūlymo formas.“*

Komisija teikia atsakymus į pateiktus klausimus:

1. KLAUSIMAS *Prašome patikslinti Techninę specifikaciją:*

*2 lentelė. 2 objekto pirkimo dalis.: \* Pastaba. Deguonies manometras turi būti nuriebalintas prieš patikrą, patikrintas ir sukalibruotas pagal 3 taškus (0 30 60 bar).*“ kuriai 2 lentelės pozicijai taikoma? Taip pat, kokia paslauga reikalinga - patikra, kalibravimas, ar abi?

*8 lentelė 8 pirkimo objekto dalis.: Eil. Nr. 1-2 kokie kalibravimo taškai? Eil. Nr. 5 Slėgio modulio Fluke 744 tipai nurodyti 6, o kalibravimo taškai 5 pozicijoms. Prašome patikslinti, kokiam tipui kokie taškai?*

ATSAKYMAS: 2 lentelė. 2 objekto pirkimo dalis.: \* Pastaba. Deguonies manometras Eil. Nr. 12, 15, 19, 21 turi būti nuriebalinti prieš patikrą ir patikrinti.

8 lentelė 8 pirkimo objekto dalis Eil. Nr. 1 kalibravimo taškai -3, (2mA; 3mA; 4mA, Eil. Nr. 2 kalibravimo taškai – 3, (0,000 Mpa; 1,500 Mpa; 2,500 Mpa), Eil. Nr. 5 Slėgio modulio Fluke 744

tipai nurodyti 5, slėgio modulio Fluke 744, tipas 700P00 po atliktos patikros pripažintas netinkamu naudoti. Eilutė yra naikinama.

2. KLAUSIMAS: *Prašome patikslinti, ar kalibravimas privalo būti akredituotas? Ar galimas neakredituotas kalibravimas? tačiau tai neužtikrins paslaugų kokybės?*

ATSAKYMAS: Kalibravimas privalo būti akredituotas.

3. KLAUSIMAS: *1 pirkimo dalyje esantiems prietaisams Eil. Nr. 2,3,5 nurodyta atlikti kontrolę: (Varžos matuoklis CA10, Megometras 16D501S, Fazė-nulis matuoklis 16L240P). Nėra galiojančios patikros metodikos, skirtos šiems prietaisams, todėl metrologinė patikros sertifikatas ar kontrolės ataskaita negali būti išduota. Šiems prietaisams būtų galima atlikti kalibravimą. Prašome pakoreguoti pirkimo dokumentus. 2 pirkimo dalyje Eil. Nr. 22 ir 23 Slėgio jutikliai Danfoss RT200.017- 523966 ir Danfoss RT5.017-509466 - nurodyti prietaisai yra slėgio rėlės. Rėlės nėra teisinės metrologijos prietaisai ir šiems prietaisams skirtos galiojančios patikros metodikos nėra. 4 pirkimo dalyje Eil. Nr. 8 Temperatūros jutiklis Danfoss RT107.017-513666 - nurodytas prietaisas yra temperatūros rėlė. Rėlės nėra teisinės metrologijos prietaisai ir šiems prietaisams skirtos galiojančios patikros metodikos nėra. Prašome patikslinti techninę specifikaciją ir pasiūlymo formas.*

ATSAKYMAS

Kontrolę atlikti pagal galiojančią bendrosios patikros metodiką BPM 8871101-69:2014 Skaitmeninės įžeminimo, izoliacijos varžos matavimo priemonės.

2 pirkimo objekto dalis. Slėgio matavimo prietaisų kalibravimo ir metrologinės patikros paslaugos Eil. Nr. 22, Slėgio jutiklis Danfoss RT200.017-523966 naikinamas ir Eil. Nr. 23, Slėgio jutiklis Danfoss RT5.017-509466 naikinamas.

4 pirkimo objekto dalis. Temperatūros matavimo prietaisų kalibravimo ir metrologinės patikros paslaugos Eil. Nr. 8, Temperatūros jutiklis Danfoss RT107.017-513666 naikinamas.

Komisija vadovaujantis Pirkimo sąlygų 31 punktu savo iniciatyva papildomai patikslina techninę specifikaciją (1 priedas) nurodant kalibravimo taškus:

1 lentelė 1 pirkimo objekto dalis, Elektrinių dydžių matavimo priemonių kalibravimo ir metrologinės patikros paslaugos, Eil. Nr. 6 – kalibravimas - 8 taškai; Eil. Nr. 7 kalibravimas – 8 taškai; Eil. Nr. 9 – kalibravimas - 10 taškų.

4 lentelė 4 pirkimo objekto dalis, Temperatūros matavimo priemonių kalibravimo ir metrologinės patikros paslaugos, Eil. Nr. 5 - P/K (3 taškai); Eil. Nr. 10 kalibravimas – 1 taškas.

8 lentelė 8 pirkimo objekto dalis, Etaloninių matavimo priemonių kalibravimo ir metrologinės patikros paslaugos, Eil. Nr. 8 naikinama, todėl, kad pastarosiomis dienomis įvykus avarijai, prietaisas buvo nepataisomai sugadintas.

10 lentelė 10 pirkimo objekto dalis, Masės matavimo priemonių kalibravimo ir metrologinės patikros paslaugos, Eil. Nr.18, kalibravimas – 7 taškai; Eil. Nr.19 , kalibravimas – 1 taškas.

Ir patikslina pasiūlymo formas (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 priedai) išskiriant viso kiekio (nurodyto techninėje specifikacijoje) priemonės kalibravimo paslaugos kaina EUR be PVM ir viso kiekio (nurodyto techninėje specifikacijoje) priemonės patikros paslaugos kaina EUR be PVM.

Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta Komisija teikia patikslintą techninę specifikaciją 1 priedas ir patikslintas pasiūlymo formas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 priedai.

Komisija, vadovaudamasi Pirkimo sąlygų 30 punktu pasiūlymų pateikimo termino nekeičia.

Komisijos pirmininkas

Rimantas Niparavičius