

IŠRAŠAS IŠ VIEŠOJO PIRKIMO  
„MINI BASONŲ PLOVIMO MAŠINA IR ENTERINĖS MITYBOS POMPOS“  
KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO

DARBOTVARKĖ: Dėl tiekėjų pateiktų pastabų/pasiūlymų.

SVARSTYTA: Tiekėjų pateiktos pastabos/pasiūlymai.

Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau - CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis gavo tiekėjų siūlymus/pastabas 2025-08-08 CVP IS skelbtai rinkos konsultacijai dėl *mini basonų plovimo mašinos ir enterinės mitybos pompų* pirkimo (Nr. 4108150).

1. Tiekėjas teikia šiuos siūlymus/pastabas:

**2 pirkimo dalis. Basonų plovimo mašina (kiekis 1 vnt.)**

12.	Purkštukai kameroje	Ne mažiau 8 stacionarių ir besisukančių purkštukų.	Purkštukai 7 + 5 rotaciniai purkštukai
20.	Mašinos atitikimas Medicinos prietaisų reglamentui (MDR (ES) 2017/745 ir EN ISO 15883 standarto (arba lygiaverčių) reikalavimams	Būtinai mašinos atitikimas Medicinos prietaisų reglamentui MDR (ES) 2017/745 ir EN ISO 15883 standarto (arba lygiaverčių) reikalavimams.	Atitiktis medicinos prietaisų direktyvai 93/42/EEC arba MDR 2017/745 (tiekėjams, kurių produktams dar galioja atitikties deklaracijos EN 93/42 EEC normai, yra galima naudoti šią normą iki deklaracijos galiojimo pabaigos, todėl prašome leisti teikti atitikties deklaracijas 93/42/EEC arba MDR 2017/745).

2. Tiekėjas teikia šiuos siūlymus/pastabas:

**2 pirkimo dalis. Basonų plovimo mašina (kiekis 1 vnt.)**

„<...> prašome atsiųsti nuotrauką su liniuote arba patikslinti basono ilgį 2 p.d. 7.1 p. Ne mažiau kaip vienas plastikinis basonas su rankena (nesimetriško plastikinio basono matmenys: aukštis 10 cm, ilgis 55 cm, plotis per plačiausią vietą 29,5 cm) ir ....“

7.	Kameroje plovimui - dezinfekavimui vienu metu talpinama (pasirinktinai pagal poreikį):	1. Ne mažiau kaip vienas plastikinis basonas su rankena (nesimetriško plastikinio basono matmenys: aukštis 10 cm, <b>ilgis 55 cm</b> , plotis per plačiausią vietą 29,5 cm) ir du šlapimo indai („antelė“) (nesimetriško šlapimo indo matmenys: aukštis 15 cm, ilgis 26 cm, plotis per plačiausią vietą 8 cm) ( <b>būtinai atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas</b> ); 2. Ne mažiau kaip trys šlapimo indai („antelės“) (vieno nesimetriško šlapimo indo matmenys: aukštis 12 cm, ilgis 26 cm, plotis per plačiausią vietą 8 cm) ( <b>būtinai</b>	Prašome patikslinti, ar tikrai nesimetriško plastikinio basono matmenys (ilgio) nurodyti teisingai, kadangi tokie matmenys atrodo nelogiški, turint omeny, kad PO planuoja įsigyti MINI basonų plovimo mašiną, kurios IŠORINIAI matmenys turi būti: Plotis ≤ 600 mm; Gylis ≤ 600 mm; Aukštis ≤ 1320 mm. Tokio dydžio basonų plovimo mašinos KAMEROS matmenys bus dar mažesni ir fiziškai negali talpinti basono, kurio ilgis yra 55 cm ir dviejų šlapimo indų. Jei į 60 cm plotį dar būtų galima sutalpinti nurodyto
----	--	---	--

		<p><b>atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas);</b>  3. Ne mažiau kaip vienas metalinis basonas (nesimetriško metalinio basono matmenys: aukštis 12 cm, ilgis 37 cm, plotis per plačiausią vietą 31 cm) <b>(būtinai atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas).</b></p>	<p>pločio basoną ir du šlapimo indus, tai į ilgį to padaryti nebūtų galima. Be to, nei tiekėjas, nei gamintojas negalės pateikti reikalaujamų patvirtinimų, nes nurodyti konkretūs basonų ir kt. indų išmatavimai, kas reiškia, kad tuėtų būti atlikti bandymai su nurodytais konkrečių išmatavimų indais. Siūlome atsisakyti indų išmatavimų, o reikalavimą formuluoti taip:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ne mažiau vienas basonas ir du šlapimo indai</li> <li>2. Ne mažiau kaip trys šlapimo indai</li> <li>3. Ne mažiau kaip vienas metalinis basonas su dangčiu.</li> </ol>
21.	Garantinis terminas	<p>≥ 36 mėnesiai.  Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas.</p>	<p>Rekomenduojame garantinio termino reikalavimą sumažinti iki 24 mėn., kadangi būtent toks terminas yra daugumos gamintojų nustatytas kaip standartinis ir tai suteiktų galimybę pirkime dalyvauti didesniai tiekėjų skaičiui.</p>
27.	Techninio personalo apmokymas	<p>LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.</p>	<p>Pažymime, kad apmokyti techninį personalą atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą turi teisę tik gamintojas. Tiekėjams tokia teisė nėra suteikta, tokio reikalavimo gamintojui/tiekėjui nenurodo Reglamentas 2017/745, be to, tokios privalomos paslaugos nenurodo ir Medicinos priemonių naudojimo tvarkos aprašas, patvirtintas LR Sveikatos apsaugos ministerijos, bei LR Sveikatos sistemos įstatymas. Šiame punkte nurodytos paslaugos pirkimas turėtų būti atskiro viešojo pirkimo objektas.</p>

**Pastabos, papildomi reikalavimai:**

1. Kartu su pasiūlymu konkursui turi būti pateikti katalogai, prospektai ar kita informacija su visų siūlomų gaminių iliustracijomis bei aprašymais.

2. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, išbandymui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

*Prašome išbraukti 2 punkte nurodytą pastabą, kadangi pirkimo objekte nurodyta basonų plovimo mašina negalės būti išbandyta jos nesumontavus ir nesunaudojus startinio plovimo komplekto. Pateikto mašinos pavyzdžio komisija negalės išbandyti, nes mašinos veikimui reikalingas vanduo, nuotekų pašalinimas, plovikliai, objektai, kuriuos reikėtų išplauti, po ko mašina nebūtų tinkama grąžinti gamintojui. Be to, tai užimtų labai daug perteklinio laiko ir dideles tiekėjo išlaidas. Kadangi nėra konkrečiai apibrėžta, kad mašinos pavyzdžius bus prašoma pateikti iš visų tiekėjų/dalyvių, toks reikalavimas iš esmės gali reikšti atgrasymą nuo dalyvavimo pirkime, nes komisija turėtų teisę iš vieno prašyti pavyzdžio, o iš kitų – ne.*

Numatytas prekių pristatymo terminas – 8 savaitės nuo užsakymo pateikimo dienos yra per trumpas, kadangi plovimo mašinos gamyklose yra surenkamos pagal PO pageidaujamą komplektaciją. Tokiems darbams ir pristatymui rekomenduojamas pristatymo terminas turėtų būti 3 mėnesiai.

3. Tiekėjas teikia šiuos siūlymus/pastabas:

**1 pirkimo dalis. Enterinės mitybos pompos (kiekis 3 vnt.)**

„P.d. 1.4 - 4. Okliuzijos detektavimas (Okliuzijos slėgis ne mažiau 15±5 psi (103,4 ±35 kPa)) – siūlome išimti šį punktą, nes dauguma enterinio maitinimo pompų aptinka okliuziją.

P.d. 10.3 siūlome truputį pakoreguoti :

Kartu su pompa pateikiamas standartinis tvirtinimas prie infuzijos stovo ir/ arba prie konsolės.”

4. Tiekėjas teikia šiuos siūlymus/pastabas:

**2 pirkimo dalis. Basonų plovimo mašina (kiekis 1 vnt.)**

„Turime šias pastabas ir pasiūlymus dėl antros pirkimo dalies 2.3 specifikacijos punkto: HEPA filtras yra didelis privalumas dėl kryžminių infekcijų kontrolės gydymo įstaigoje, džiovinimas/aušinimas (ypač plaunant ir dezinfekuojant metalinius basonus dėl galimybės nusideginti) yra privalumas dėl tos pačios priežasties. Siūlome šį punktą naikinti arba keisti į „3. Efektyvus džiovinimas elektriniu ventiliatoriumi su įmontuotu HEPA filtru, ne blogesniu nei H13 klasės“. Apačioje pateikiamos gamintojų siūlomos galimų džiovinimo/aušinimo variantų pasirinktys: Išplauti daiktai aušinami šiais būdais: - Vidinis aušinimas: išplauti daiktai aušinami vandeniu iš bako. - Ventiliatorius (pasirinktis): daiktus aušina išorinio ventiliatoriaus pučiamas šaltas oras. Oras įtraukiamas pro HEPA filtrą.

Specifikacija iš esmės aiški, tačiau siūlytume įtraukti maksimalias energijos ir vandens sąnaudas standartiniam procesui ir proceso trukmės parametras, tai svarbūs ekonominiai rodikliai. P.vz. Maksimalus vandens suvartojimas: Ne daugiau 15 l/ciklui ekonominėje programoje ir ne daugiau 20 l/ciklui naudojant standartinę programą; Plovimo dezinfekavimo programų laikas su džiovinimu ne daugiau 10 minučių; Energijos suvartojimas: Ne daugiau 0,2 kWh/standartiniam ciklui.

Komisija, įvertinusi tiekėjų pastabas/siūlymus, atsako sekančiai:

**1 tiekėjo siūloma 2 pirkimo dalies, 12 punkto korekcija neaktuali.** Komisija pažymi, kad techninė specifikacija nedraudžia siūlyti 7 stacionarių ir 5 besisukančių purkštukų, nes reikalavime numatyta ne mažiau 8 purkštukų (stacionarių ir besisukančių).

**2 tiekėjo siūloma 2 pirkimo dalies, 7 punkto korekcija nepriimtina,** nes neatitinka perkančiosios organizacijos poreikių. Komisija pažymi, kad techninėje specifikacijoje nurodyti basono matmenys yra teisingi. 55 cm ilgio basonas įrenginyje talpinamas pusiau vertikaliai, todėl

dėl kameros aukščio jis sutelpa kartu su kitais indais. Basono nuotraukos pateikiamos priede Nr. 1.

Tiekėjo siūloma **2 pirkimo dalies, 21 punkto** korekcija nepriimtina, nes neatitinka perkančiosios organizacijos poreikių. Garantinio termino reikalavimas  $\geq 36$  mėn. nustatytas siekiant užtikrinti įsigijamos įrangos patikimumą, ilgaamžiškumą ir mažesnes eksploatacines išlaidas per naudojimo laikotarpį. Komisija pažymi, kad techninėje specifikacijoje nereikalaujama gamintojo nustatytos standartinės garantijos, garantiją gali suteikti tiekėjas.

Komisija pažymi, kad **2 pirkimo dalies, 27 punkto** reikalavimas dėl techninio personalo apmokymo yra nustatytas siekiant užtikrinti nenutrūkstamą įrangos eksploatavimą, mažinti priklausomybę nuo išorinių paslaugų teikėjų bei užtikrinti greitesnę ir ekonomišką pogarantinį aptarnavimą. Įrangos gamintojas arba jo įgaliotas atstovas turi kompetenciją apmokyti perkančiosios organizacijos specialistus, todėl reikalavimo atsisakyti ar išskirti į atskirą pirkimo objektą nėra pagrindo.

Komisija sprendžia šalinti **2 pirkimo dalies** techninės specifikacijos pastabų, **papildomų reikalavimų 2 punktą**.

Komisija sprendžia numatomą prekių pristatymo terminą pratęsti iki 12 sav.

**4 tiekėjo siūloma 2 pirkimo dalies, 2.3. punkto** korekcija neaktuali. Komisija pažymi, kad siekiama įsigyti basonų plovimo mašiną, skirtą užtikrinti basonų plovimą ir dezinfekavimą. Džiovinimo funkcija ir HEPA filtrai šiuo atveju neaktualūs, nes skyriuje naudojami metaliniai basonai yra nedidelės talpos, greitai atvėsta natūraliai, o papildomos funkcijos didintų įrangos kainą ir priežiūros kaštus.

Komisija pažymi, kad parengta techninė specifikacija pilnai atitinka perkančiosios organizacijos poreikius. Šio pirkimu pagrindinis tikslas – užtikrinti kokybišką basonų plovimą ir dezinfekciją. Energijos bei vandens sąnaudų ir ciklo trukmės reikalavimai nebus įtraukiami, nes jie nėra esminiai šio pirkimo objekto vertinimo kriterijai.

Komisija sprendžia techninę specifikaciją koreguoti, kaip nurodyta žemiau.

#### **1 pirkimo dalis. Enterinės mitybos pompos**

1.	Enterinio maitinimo pompos darbo režimai	1. Pastovaus maitinimo režimas; 2. Kintamo maitinimo režimas (intermituojantis - porcijomis pasirinktais laiko intervalais); 3. Automatinio sistemos užpildymo režimas; <b>4. Okliuzijos detektavimas būtinas.</b>
10.	Reikalavimai enterinio maitinimo pompai	1. Ekranas automatiškai prigęsta nuo patamsėjusios aplinkos arba aktyvavus nakties režimą (pageidautina); 2. Paskutinės programos ir duomenų išsaugojimas (pageidautinas); <b>3. Kartu su pompa pateikiamas standartinis tvirtinimas prie infuzijos stovo ir/ arba prie konsolės.</b>

#### **2 pirkimo dalis. Basonų plovimo mašina**

12.	Purkštukai kameroje	Kameroje turi būti stacionarūs ir besisukantys purkštukai, iš viso – ne mažiau kaip 8
20.	Įrangos atitiktis MDR (ES) 2017/745 arba 93/42/EEC ir EN ISO 15883 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimams	Įranga turi atitikti Medicinos prietaisų reglamento (ES) 2017/745 arba Medicinos prietaisų direktyvos 93/42/EEC reikalavimus bei EN ISO 15883 standarto (arba lygiaverčio) reikalavimus

Visi Komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šių sprendimų priėmimą balsavo vienbalsiai.

**NUTARTA:**

1. Techninę specifikaciją patikslinti kaip nurodyta aukščiau. Tvirtinti aktualią techninės specifikacijos redakciją.
2. Apie Komisijos sprendimą informuoti pastabas/pasiūlymus pateikusius tiekėjus ir suinteresuotus kandidatus.



