

IŠRAŠAS IŠ VIEŠOJO PIRKIMO  
„OFTALMOLOGINIAI INSTRUMENTAI“  
KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO

DARBOTVARKĖ: Dėl tiekėjų pateiktų pastabų/pasiūlymų.

SVARSTYTA: Tiekėjų pateiktos pastabos/pasiūlymai.

Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis gavo tiekėjų pasiūlymus/pastabas 2025-09-17 CVP IS skelbtai rinkos konsultacijai dėl *oftalmologinių instrumentų* pirkimo (**Nr. 4557611**).

**1. Tiekėjas teikia šiuos siūlymus/pastabas:**

Prašome tikslinti 3 p.d. išmatavimus sekančiai: „Ne ilgesnės nei 135 mm“  
Taip pat, tiekėjas prašo numatyti prekių pristatymo terminą 8 – 12 sav.

**2. Tiekėjas teikia šiuos siūlymus/pastabas:**

Siūlo keisti prekių pristatymo terminą į ne ilgesnis kaip 12 savaičių nuo užsakymo pateikimo dienos.

**3. Tiekėjas teikia šiuos siūlymus/pastabas:**

„Instrumentų specifikacijoje yra nurodoma medžiaga iš kurios turėtų būti pagaminti instrumentai: "Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba nerūdijančio plieno dengto chromu, arba nerūdijančio plieno padengto keramine danga, arba lygiavertės medžiagos". Norime atkreipti dėmesį, kad šiuo atveju bus siūdomi tik pigiausi instrumentai, pagaminti iš nerūdijančio plieno, be jokio papildomo padengimo. Norėdami gauti aukštesnės kokybės instrumentus turėtumėte nurodyti, kad instrumentai turėtų būti pagaminti iš tokios medžiagos: "Pagamintas iš nerūdijančio plieno dengto chromu, arba nerūdijančio plieno padengto keramine danga, arba iš nerūdijančio plieno dengto lygiaverčiai medžiaga”.

Komisija, įvertinusi tiekėjų pastabas atsako, kad siūloma **3.2. punkto** korekcija nepriimtina, nes neatitinka perkančiosios organizacijos poreikių. Operacinėje naudojamų oftalmologinių instrumentų ergonomika yra itin svarbi. Bendras įrankio ilgis ( $115 \pm 5$  mm) nustatytas atsižvelgiant į oftalmologinių operacijų specifiką, chirurgo darbo patogumą, manipuliacijų tikslumą ir instrumentų suderinamumą su kita naudojama įranga.

Komisija sprendžia numatomą prekių pristatymo terminą pratęsti iki 12 savaičių.

Komisija sprendžia techninę specifikaciją koreguoti, kaip nurodyta žemiau.

1.	Rainelės pincetas	15	1. Tiesus, ekstra delikatus arba $0,12 \pm 0,01$ mm galiukai, su 1x2 dantukais; 2. Bendras ilgis 70-75 mm. 3. Rankena – plokščia, grublėtu paviršiumi su išpjova patogesniai suėmimui; 4. <b>Pagamintas iš nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos) dengto chromu (arba lygiaverte medžiaga);</b> 5. Daugkartinio naudojimo, sterilizuojamas; (firmos Geuder kodas G-32240 arba lygiavertis)
2.	Žvairumo žirkklės	8	1. Lenktos; 2. Ilgi ašmenys (28-30 mm nuo galiukų iki ašies); 3. Bendras ilgis $105 \pm 5$ mm.

			<p><b>4. Pagamintos iš nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos) dengto chromu (arba lygiaverte medžiaga);</b></p> <p>5. Daugkartinio naudojimo, sterilizuojamos; (firmos Geuder kodas G-19425 arba lygiavertės)</p>
3.	Akių žirkklės	15	<p>1. Lenktos į šoną;</p> <p>2. Bendras ilgis 115 ± 5 mm.</p> <p>3. Buki galiukai arba buki galai su burbuliukais;</p> <p><b>4. Pagamintos iš nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos) dengto chromu (arba lygiaverte medžiaga);</b></p> <p>5. Daugkartinio naudojimo, sterilizuojamos; (firmos Geuder kodas G-19510 arba lygiavertės)</p>

Visi Komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šių sprendimų priėmimą balsavo vienbalsiai.

**NUTARTA:**

1. Techninę specifikaciją patikslinti kaip nurodyta aukščiau. Tvirtinti aktualią techninės specifikacijos redakciją.

2. Apie Komisijos sprendimą informuoti pastabas/pasiūlymus pateikusius tiekėjus ir suinteresuotus kandidatus.