



VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, tel.: (8 5) 275 1990, 275 4206,
el. p. pirkimai@vrsa.lt, interneto svetainė www.vrsa.lt, el. pristatymo dėžutės adresas 188708224
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188708224

Tiekėjams, priėmusiems kvietimus teikti
pasiūlymus skelbiamai apklausai
„Laboratorinės spintos“

2025-10-06 Nr. S-
Į 2025-10-03 Nr. CVP IS Nr. 380309

DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PATIKSLINIMO (PIRKIMO NR. 4711810)

Vilniaus rajono savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) gavo konkurso dalyvio prašymą patikslinti skelbiamos apklausos „Laboratorinės spintos“ sąlygas (toliau – Pirkimo sąlygos).

Klausimas (cituojama):

„Techninėje specifikacijoje 1 pirkimo pozicijai "Demonstracinė traukos spinta" nurodyta, kad traukos spintoje turi būti "2 elektros lizdai, 230V – 16 A instaliuoti traukos spintos išorėje". Prašome patikslinti, ar Perkančioji organizacija laikys lygiaverčiu bei atitinkančiu techninius reikalavimus sprendimą, kai 2 elektros lizdai, 230V – 16 A bus instaliuoti demonstracinės traukos spintos viduje, tačiau turės įjungimo/išjungimo mygtukus traukos spintos išorėje.

Norime atkreipti jūsų dėmesį, kad šis sprendimas yra ne tik lygiavertis, tačiau ir saugesnis nei reikalaujama, kadangi užtikrina galimybę vartotojui naudoti elektros prietaisus traukos spintos viduje be į išorę išsikišančių prietaisų laidų. Be to, šis sprendimas suteikia galimybę vartotojui greitai ir saugiai atjungti elektros tiekimą elektros lizdams avariniu atveju.“

Atsakymas:

Perkančioji organizacija patvirtina, kad sprendimas, kai 2 elektros lizdai, 230V – 16 A, yra instaliuoti demonstracinės traukos spintos viduje, tačiau turi įjungimo/išjungimo mygtukus traukos spintos išorėje, yra laikomas lygiaverčiu ir atitinkančiu techninius reikalavimus.

Rengiant pasiūlymus būtina atsižvelgti į šiuos Pirkimo sąlygų patikslinimus.

Pirkimo organizatorius

Adriana Šerlat

Originalas nebus siunčiamas.

A. Šerlat, tel. +370(5)210 9694, el. p. adriana.serlat@vrsa.lt

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilniaus rajono savivaldybės administracija 188708224, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PATIKSLINIMO (PIRKIMO NR. 4711810)
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-10-06 Nr. S-23412(4.37 Mr)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Adriana Šerlat, Vyr. specialistė, Viešųjų pirkimo skyrius
Sertifikatas išduotas	ADRIANA ŠERLAT LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-10-06 14:20:20 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-10-06 14:20:38 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E, SK ID Solutions AS EE
Sertifikato galiojimo laikas	2025-04-15 16:20:28 – 2030-04-15 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2025-05-16 11:31:08 iki 2028-05-15 11:31:08
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.85.4
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-10-06 14:21:06)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-10-06 14:21:06 DBSIS