

Suinteresuotiems tiekėjams

2025-10-06 Nr. S-2383

DĖL MAŽOS VERTĖS „LABORATORINIŲ REAGENTŲ IR PRIEMONIŲ TYRIMAMS ATLIKTI SU PANAUDAI SUTEIKIAMAIS TIEKĖJŲ ANALIZATORIAIS PIRKIMAS“ (PIRKIMO NR. 4751849) PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO

VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika (toliau – Perkančioji organizacija) vykdo mažos vertės pirkimą „Laboratorinių reagentų ir priemonių tyrimams atlikti su panaudai suteikiamais tiekėjų analizatoriais pirkimas“, pirkimo numeris 4751849.

Perkančioji organizacija 2025 m. spalio 3 d. CVP IS priemonėmis gavo tiekėjo paklausimą dėl pirkimo sąlygų techninės specifikacijos bendrojo reikalavimo 3 punkto patikslinimo.

Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) išnagrinėjo tiekėjo paklausimą ir teikia atsakymą į jį.

Klausimas/prašymas: „*Prašome patikslinti techninės specifikacijos bendrąjį reikalavimą (3 p.), kuriame nurodyta pareiga pateikti reagentų, priemonių ir kontrolinių medžiagų kiekį kasdieninei 1-o arba 2-jų lygių kokybės kontrolei.*

Kadangi siūlydami turime tiksliai apskaičiuoti reikalingą medžiagų kiekį ir pasiūlymo kainą, prašome aiškiai nurodyti, ar kasdien bus atliekama:

– vieno lygio (I arba II) kokybės kontrolė,

ar

– dviejų lygių (I ir II) kokybės kontrolė.

Tikslus šio reikalavimo apibrėžimas yra būtinas, kad visi tiekėjai pasiūlymus teiktų pagal vienodus kriterijus ir būtų užtikrintas lygiateisiškumo principas.“

Perkančiosios organizacijos laboratorijoje kasdien atliekama **vieno lygio (I) kokybės kontrolė**. Siekiant užtikrinti lygiateisiškumą ir konkurenciją, papildomai paaiškiname, kad jeigu pagal siūlomo analizatoriaus gamintojo rekomendacijas privaloma atlikti kasdien **dviejų lygių (I ir II) kokybės kontrolę**, tiekėjas turi tai aiškiai nurodyti pasiūlyme ir atitinkamai įtraukti reikalingą kontrolinių medžiagų kiekį į pasiūlymo kainą. Atsižvelgiant į tai, Komisija nusprendė patikslinti techninės specifikacijos bendrųjų reikalavimų **3 punktą taip:**

„3. Tiekėjas privalo pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų kiekį, numatomam visam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui, atsižvelgiant į tai, kad perkančioji organizacija kasdien atlieka vieno lygio (I) kokybės kontrolę. Jeigu pagal siūlomo analizatoriaus gamintojo rekomendacijas privaloma kasdien atlikti dviejų lygių (I ir II) kokybės kontrolę, tiekėjas turi į tai atsižvelgti ir įtraukti reikiamus kontrolinių medžiagų kiekius į pasiūlymo kainą.“

Komisija, atsižvelgdama į bendrųjų reikalavimų 3 punkto patikslinimą, tikslina specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedo „Pasiūlymo forma“ 1, 2 ir 3 pirkimo objekto dalyse nurodytų pastabų 1 punktą sekančiai:

*„Pastaba: 1. Tiekėjas privalo pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų kiekį, numatomam visam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui, atsižvelgiant į tai, kad perkančioji organizacija kasdien atlieka vieno lygio (I) kokybės kontrolę. Jeigu pagal siūlomo analizatoriaus gamintojo rekomendacijas privaloma kasdien atlikti dviejų lygių (I ir II) kokybės kontrolę, tiekėjas turi į tai atsižvelgti ir įtraukti reikiamus kontrolinių medžiagų kiekius į pasiūlymo kainą. **Papildomas priemonės, kontrolines medžiagas reikalingas konkrečiam šioje specifikacijoje nurodytam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami šioje specifikacijoje pateiktą lentelę, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta šioje specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą papildomų priemonių, kontrolinių medžiagų, užtikrinančių kokybišką, konkretaus nurodyto tyrimo, atlikimą.**“*

Atsižvelgiant į Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo 24.3.8 papunktį bei tai, kad tiekėjams teikiamas pirkimo sąlygų patikslinimas, Komisija priėmė sprendimą nukelti pasiūlymų pateikimo terminą iki 2025 m. spalio 14 d. 10.00 val.

Pridedama patikslintų specialiųjų pirkimo sąlygų nauja redakcija. Patikslintos vienos pažymėtos geltonai.

Viešojo pirkimo komisijos pirmininkė



Aušra Indiliūnaitė