

Tiekėjams
(išsiųsta CVP IS priemonėmis)

2025-10-08 Nr. 25SR-VPS- 4278

Dėl pirkimo dokumentų paaiškinimo patikslinimo Nr. 1

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikų viešųjų pirkimų komisija (toliau – Perkančioji organizacija/Komisija) gavo tiekėjo (-ų) klausimą (-us) dėl viešojo atviro (tarptautinio) konkurso būdu vykdomo „Apsaugos priemonės ir vienkartinės medicinos pagalbos priemonės darbui su robotinės chirurgijos sistema "Versius" (9903)“ pirkimo (pirkimo numeris Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) - Nr. 4383205) (toliau – Pirkimas) dokumentų.

Komisija išnagrinėjusi tiekėjo (-ų) klausimą (-us)/prašymą (-us)¹ teikia atsakymą (-us)² į jį (-uos):

Klausimas: Įtariu, kad atsirado klaida techninės specifikacijos 1.4 punkte. Aprašomas troakarų komplektas 8mm, pasakoma, kad diametras 8mm, tačiau vėliau sakoma, kad "praleidžiantis instrumentus 5-11mm". Fiziškai nėra įmanoma, kad 8mm diametro troakaras galėtų praleisti 11mm instrumentą.

"Ilgis 100mm, diametras 8 mm. Pagaminti iš permatomo plastiko su stabilumą užtikrinančiu sriegiu. Pravediklis atraumatinis smeigas. Galvutė kūgio formos, išardoma, su silikonu impregnuotu vožtuvu praleidžiantys instrumentus 5-11 mm.. Trokaras (kaniulė su pravedikliu) su papildoma kaniule komplektuojami vienoje sterilioje pakuotėje. Pravediklis atraumatinis, smeigas skaidrus, su plastikiniais sparneliais audinių atskyrimui bei anga vaizdo kamrai, suteikianti galimybę įvesti troakarą į pilvo ertmę su vizualine kontrole (audinių sluoksniai matomi vaizdo kameros pagalba). Suderinami su CMR Versius instrumentais."

Atsakymas: Techninėje specifikacijoje padaryta techninė klaida, turi būti „Galvutė kūgio formos, išardoma, su silikonu impregnuotu vožtuvu praleidžiantys instrumentus 5-8 mm.“ Pridedame patikslintą Specialiųjų pirkimo sąlygų priedą Nr. 1 Techninė specifikacija (10.07).

Atsižvelgiant į tai, kad atsakymas (-ai) į klausimą (-us) teikiamas (-i) likus mažiau nei 6 (šešioms) dienoms iki Pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, vadovaujantis Bendrųjų pirkimo sąlygų 9.7. punkto nuostatomis, pratęsiamas Pasiūlymų pateikimo terminas. Pasiūlymus reikia pateikti CVP IS priemonėmis į elektroninių pasiūlymų dėžutę ne vėliau kaip iki CVP IS nurodyto termino imtinai (Lietuvos Respublikos laiku) t.y. iki 2025 m. spalio 16 d. 10:00 val.

¹ Siekiant išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimai cituojami tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas).

² Pateikiami Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai/atsakymai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus

Priedama:

1. Techninės specifikacija (10.07)