

RINKOS KONSULTACIJA
INTRODIUSERIAI, Nr. 4671615

VŠĮ Klaipėdos universiteto ligoninės atsakymai į tiekėjo(-ų) prašymus (pastebėjimus) dėl paskelbtos rinkos konsultacijos

Tiekėjo pateiktas klausimas/pastaba/siūlymas: (stiliaus klaidos netaisytos)	Perkančiosios organizacijos (toliau PO) atsakymas, koментарas, informacija apie priimtus sprendimus:
Prašome koreguoti TS iš "Dydžiai: 4F, 5F, 6F, 7F, 8F, 9F, 10F, 11F;" į "Dydžiai: 4F, 5F, 6F, 7F, 8F, 9F", iš "Vielos ilgiai 45 cm, 70-80 cm; Tinkančios mini vielos 0,025"; 0,035"; 0,038";" bei pašalinti "Hemostatinis vožtuvas su "cross cut" (kryžminio pjovimo) silikoniniu disku ;", nes šiuo metu TS pritaikyta tik vienam gamintojui.	Introdiuseriai 10F ir 11F yra naudojami procedūrose, todėl sumažinti dydžių spektrą negalima.

Kardiologijos klinikos
Vadybininkė-administratore
Vaida Viliūnė

