

IŠRAŠAS IŠ VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO
„**MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS**“
(rinkos konsultacijos Nr. 4617330)

DARBOTVARKĖ: dėl Tiekėjo siūlomų pastabų rinkos konsultacijoje.

SVARSTYTA: Tiekėjo siūlomos pastabos rinkos konsultacijoje.

2025-09-29 gauti Tiekėjo siūlymai dėl 2025-09-22 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) skelbto „**Medicinos pagalbos priemonės**“ (Nr. 4617330) techninės specifikacijos rinkos konsultacijos projekto:

Tiekėjas pateikia siūlymus:

2 p.d. prašome panaikinti reikalavimą TS'e - pakuotė trijų lygių (atitinka Medicinos prietaiso reglamento ES 2017/745 (arba lygiaverčio), standarto EN-13795 reikalavimus). Taip pat, prašome patikslinti reikalavimą: paklotas kūdikiui 90 x 120 cm ± 5 cm, absorbuojantis, švelnus į: paklotas kūdikiui ne mažiau 90cm x 120±5 cm., absorbuojantis, švelnus. ARBA paklotas kūdikiui 95±5 x 120±5 cm., absorbuojantis, švelnus. ARBA paklotas kūdikiui 90±10 x 120±5 cm., absorbuojantis, švelnus.

Taip pat prašome patikslinti reikalavimą : popierinės servetėlės 30 x 40 cm ±2 cm į: servetėlės ne mažiau 30cm.x40cm.

Viešojo pirkimo komisija (toliau-Komisija) išnagrinėjusi tiekėjo pateiktą siūlymą pirkimo daliai Nr. 2. **Paklotai su operacinio lauko plėvele (Cezario operacijoms)**, nesutinka naikinti reikalavimo „*pakuotė trijų lygių (atitinka Medicinos prietaiso reglamento ES 2017/745 (arba lygiaverčio), standarto EN-13795 reikalavimus)*“, kadangi šis standartas yra privalomas ES šalyse „Standartas **EN 13795** yra Europos standartas, reglamentuojantis chirurginių drabužių, uždangalų ir švorių patalpų drabužių reikalavimus. Jis daugiausia taikomas medicinos įstaigose naudojamiems gaminiams, kurie turi užtikrinti tinkamą apsaugą nuo infekcijų plitimo chirurginių procedūrų metu.

- **Taikymo sritis:** chirurginės prijuostės, chalatai, operaciniai uždangalai, specialūs apsauginiai rinkiniai.
- **Reikalavimai:**
 - barjerinės savybės (apsauga nuo mikroorganizmų ir skysčių prasiskverbimo),
 - mechaninis stiprumas,
 - dalelių išskyrimas,
 - biokompatibilumas.
- **Klasifikacija:** gaminiai skirstomi į **standartinės apsaugos (Standard Performance)** ir **Padidintos apsaugos (High Performance)**, priklausomai nuo to, kokio lygio apsaugos reikia konkrečiai chirurginei procedūrai.
- **Bandymo metodai:** standarte apibrėžti testavimo būdai, pagal kuriuos tikrinama medžiagų kokybė (pvz., atsparumas skysčių prasiskverbimui, plyšimo jėga, švarumo lygis).

Komisija nesutinka keisti techninės specifikacijos reikalavimo iš „*paklotas kūdikiui 90 x 120 cm ± 5 cm, absorbuojantis, švelnus – 1 vnt.*“ į reikalavimą „*paklotas kūdikiui ne mažiau 90cm x 120±5 cm., absorbuojantis, švelnus ARBA paklotas kūdikiui 95±5 x 120±5 cm., absorbuojantis, švelnus ARBA paklotas kūdikiui 90±10 x 120±5 cm., absorbuojantis, švelnus*“, kadangi didesnių išmatavimų, nei reikalaujama techninėje specifikacijoje, bus per didelis ir netinkamas kūdikiui.

Pateiktos ribos yra optimalios. Komisija nesutinka keisti techninės specifikacijos reikalavimų iš „popierinės servetėlės 30 x 40 cm $\pm$ 2 cm – 4 vnt.“ į reikalavimą „servetėlės ne mažiau 30cm.x40cm“, kadangi didesnių išmatavimų, nei reikalaujama techninėje specifikacijoje, bus per didelės ir neatitiks įstaigos poreikių. Pateiktos ribos yra optimalios.

Visi komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šio sprendimo priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Nekeisti techninės specifikacijos reikalavimų pirkimo daliai Nr. 2.
2. Apie Komisijos priimtą sprendimą informuoti siūlymą pateikusį tiekėją ir suinteresuotus dalyvius.