

TIEKĖJŲ KLAUSIMAI / SIŪLYMAI / PASTABOS DĖL

VšĮ Antakalnio poliklinikos rinkos konsultacijos Nr. 4101993 „Diagnostikos reagentai ir papildomos priemonės infekcinės serologijos tyrimams atlikti su įrangos įsigijimu panaudos būdu pirkimas“

Gautos suinteresuotų rinkos dalyvių pastabos:

	Techninių parametrų pavadinimas	Tiekėjų pastabos	Perkančiosios organizacijos atsakymas
1.	TYRIMŲ, REAGENTŲ IR PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA	<p><i>Tyrimų techninėje specifikacijoje, 3, 5 ir 8 pozicijose, reikalaujama, kad tyrimai būtų kiekybiniai. Mūsų siūlomi tyrimai šioms pozicijoms yra pusiau kiekybiniai. C. pneumoniae IgM, TBE IgM ir Mycoplasma pneumoniae IgM pusiau kiekybiniai (ratio) tyrimai yra lygiaverčiai kiekybiniams, nes: (1) šiems patogenams nėra tarptautinio kalibravimo standarto, todėl skirtingų gamintojų „kiekybiniai“ rezultatai nėra tiesiogiai palyginami; (2) klinicinei diagnostikai svarbiausia yra galimybė aiškiai atskirti neigiamus, ribinius ir teigiamus rezultatus, ką pilnai užtikrina pusiau kiekybiniai reagentai; (3) pusiau kiekybiniai tyrimai leidžia stebėti rezultatų dinamiką, kas yra diagnostiniu požiūriu analogiška kiekybiniams tyrimams;</i></p> <p>Remiantis tuo, prašome, kad reikalavimas būtų pakeistas į „kiekybiniai arba pusiau kiekybiniai“</p>	<p>Atsižvelgdami į tiekėjo pastabą, siekiant užtikrinti tiekėjų konkurenciją, tiksliname tyrimų techninę specifikaciją, leidžiant tiekėjams siūlyti ne tik kiekybinius, bet ir pusiau kiekybinius tyrimus. Galimybė pasiūlyti kiekybinius tyrimus - vertinama kaip techninis pranašumas (dėl aukštesnio tikslumo, rezultatų dinamikos stebėjimo). Todėl pasiūlymai bus vertinami ne tik pagal kainos, bet ir pagal kokybės kriterijų, o tiekėjams, kurie siūlys kiekybinius tyrimus, pasiūlymų vertinime bus suteikiami papildomi balai.</p> <p>Tikslinama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) infekcinių serologijos tyrimų techninė specifikacija (1-11 tyrimų pozicijos), leidžiant siūlyti tiek kiekybinius tyrimus, tiek pusiau kiekybinius tyrimus. 2) Galimybė atlikti kiekybinius tyrimus nustatoma kaip kokybės kriterijus, pasiūlymus vertinant pagal kainos ir kokybės santykį.
2.	TYRIMŲ, REAGENTŲ IR PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA, eil. Nr.	Prašome pašalinti "TBEV IgG (povakcininis), kiekybinis" tyrimą iš Perkančiosios organizacijos pageidaujamų tyrimų sąrašo. Nurodytam tyrimui	Atsižvelgdami į tiekėjo pastabą, siekiant užtikrinti tiekėjų konkurenciją, pašaliname TBVE IgG (provakcininis) tyrimą iš perkamų

	<p>10 „TBEV IgG (povakcininis), kiekybinis (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti su siūloma įranga, kurios techninė specifikacija pateikta 1.1 priede (toliau – įranga)“</p>	<p>atlikti reikalingus reagentus rinkoje gali pasiūlyti vienintelis gamintojas - EUROIMMUN (Vokietija) bei jos atstovas Lietuvoje UAB Dimuna. Todėl prašome atlikti korekcijas, siekiant užtikrinti konkurenciją tarp skirtingų tiekėjų ir galimybę dalyvauti šiame pirkime bei apibrėžti sąlygas, kurios nebūtų vėliau panaudotos kaip ginčo objektas.</p>	<p>tyrimų specifikacijos (10 pozicija). Galimybė papildomai atlikti TBEV IgG (povakcininis) tyrimą bus vertinama kaip techninis pranašumas ir pasiūlymų vertinime bus suteikiami papildomi balai, vertinant pagal kainos ir kokybės santykį.</p> <p>Tikslinama:</p> <p>1) infekcinių serologijos tyrimų techninė specifikacija, pašalinant 10 pozicijoje nurodytą TBVE IgG (provakcininis) tyrimą.</p> <p>2) Galimybė papildomai atlikti TBVE IgG (provakcininis) tyrimą, nustatoma kaip kokybės kriterijus, pasiūlymus vertinant pagal kainos ir kokybės santykį.</p>
3.	<p>TYRIMŲ, REAGENTŲ IR PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA, bendrųjų reikalavimų 7 punktą „Tiekėjas, skaičiuodamas šioje specifikacijoje nurodytam preliminariam tyrimų kiekiui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus, papildomas medžiagas, kontrolines medžiagas ir kalibratorius, privalo įvertinti kad nurodyti diagnostikos reagentai, papildomos medžiagos, kontrolinės medžiagos ir kalibratoriai bus naudojami, atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas, į nurodytą šioje specifikacijoje prekių galiojimo terminą, atidarius diagnostikos</p>	<p>Prašome pakoreguoti Perkančiosios organizacijos nurodytą bendrąjį 7 reikalavimą:</p> <p>"Tiekėjas, skaičiuodamas šioje specifikacijoje nurodytam preliminariam tyrimų kiekiui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus, papildomas medžiagas, kontrolines medžiagas ir kalibratorius, privalo įvertinti kad nurodyti diagnostikos reagentai, papildomos medžiagos, kontrolinės medžiagos ir kalibratoriai bus naudojami, atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas, į nurodytą šioje specifikacijoje prekių galiojimo terminą, atidarius diagnostikos reagentus, į stabilumo terminą (-us) bei į tai, kad kiekvieną kartą, atliekant tyrimus bus naudojami kontrolinės medžiagos ir/ar kalibratoriai ir gali būti atliekami pakartotiniai tyrimai, esant nepatikimiems rezultatams." į "Tiekėjas, skaičiuodamas šioje specifikacijoje nurodytam preliminariam tyrimų kiekiui</p>	<p>Atsižvelgdami į tiekėjo pastabą, tiksliname tyrimų, reagentų ir papildomų priemonių techninės specifikacijos bendrųjų reikalavimų 7 punktą į „Tiekėjas, skaičiuodamas šioje specifikacijoje nurodytam preliminariam tyrimų kiekiui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus, papildomas medžiagas, kontrolinę(-es) medžiagą(-as) ir kalibratorių (-ius), privalo įvertinti kad nurodyti diagnostikos reagentai, papildomos medžiagos, kontrolinė(-ės) medžiaga(-os) ir kalibratorius(-iai) bus naudojami, atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas, į nurodytą šioje specifikacijoje prekių galiojimo terminą, atidarius diagnostikos reagentus, į stabilumo terminą (-us) bei į tai, kad kiekvieną kartą, atliekant tyrimus bus naudojami kontrolinė (-ės)</p>

	<p>reagentus, į stabilumo terminą (-us) bei į tai, kad kiekvieną kartą, atliekant tyrimus bus naudojami kontrolinės medžiagos ir/ar kalibratoriai ir gali būti atliekami pakartotiniai tyrimai, esant nepatikimiems rezultatams.“</p>	<p>atlikti reikalingus diagnostikos reagentus, papildomas medžiagas, kontrolinę(-es) medžiagą(-as) ir kalibratorių (-ius), privalo įvertinti kad nurodyti diagnostikos reagentai, papildomos medžiagos, kontrolinė(-ės) medžiaga(-os) ir kalibratorius(-iai) bus naudojami, atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas, į nurodytą šioje specifikacijoje prekių galiojimo terminą, atidarius diagnostikos reagentus, į stabilumo terminą (-us) bei į tai, kad kiekvieną kartą, atliekant tyrimus bus naudojami kontrolinė (-ės) medžiaga(-os) ir/ar kalibratorius(-iai) ir gali būti atliekami pakartotiniai tyrimai, esant nepatikimiems rezultatams"</p> <p>Atliktos korekcijos užtikrins sąžiningą konkurenciją tarp tiekėjų, sudarys galimybę daugiau tiekėjų dalyvauti pirkime ir aiškiai apibrėš sąlygas, kurios pirkimo metu nekels neaiškumų ar abejonių.</p>	<p><i>medžiaga(-os) ir/ar kalibratorius(-iai) ir gali būti atliekami pakartotiniai tyrimai, esant nepatikimiems rezultatams".</i></p> <p>Tikslinamas tyrimų, reagentų ir papildomų priemonių techninės specifikacijos bendrųjų reikalavimų 7 punktas.</p>
4.	<p>TYRIMŲ, REAGENTŲ IR PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA, bendrųjų reikalavimų 8 punktas „Tyrimai, kurių per metus atliekama mažiau nei 100, bus atliekami 1 kartą į savaitę. Tyrimai, kurių per metus atliekama iki 400, bus atliekama 2 kartus į savaitę.“</p>	<p>Prašome pakoreguoti Perkančiosios organizacijos nurodytą bendrąjį 8 reikalavimą:</p> <p>"Tyrimai, kurių per metus atliekama mažiau nei 100, bus atliekami 1 kartą į savaitę. Tyrimai, kurių per metus atliekama iki 400, bus atliekama 2 kartus į savaitę." į "Tyrimai, kurių per metus atliekama mažiau nei 500, bus atliekami 1 kartą į savaitę. Tyrimai, kurių per metus atliekama daugiau nei 500, bus atliekama 2 kartus į savaitę."</p> <p>Nurodytas atlikimo dažnis užtikrins efektyvesnį reagentų panaudojimą, t.y., bus išvengiamas perteklinis reagentų sunaudojimas kalibracijai bei kontrolėms, kas smarkiai išskeltų pasiūlymo bei tyrimo kainodarą. Tai leis teikėjams pasiūlyti</p>	<p>Atsižvelgdami į tiekėjo pastabą, tiksliname tyrimų, reagentų ir papildomų priemonių techninės specifikacijos bendrųjų reikalavimų 8 punktą į „Tyrimai, kurių per metus atliekama mažiau nei 500, bus atliekami 1 kartą į savaitę. Tyrimai, kurių per metus atliekama daugiau nei 500, bus atliekami 2 kartus į savaitę."</p> <p>Tikslinamas tyrimų, reagentų ir papildomų priemonių techninės specifikacijos bendrųjų reikalavimų 8 punktas.</p>

		ekonomiškai/finansiskai patraukliausius pasiūlymus Perkančiajai organizacijai.	
5.	ĮRANGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA, eil. Nr. 4 „Ne mažiau kaip dviejų lygių kokybės kontrolė (norma ir patologija) kiekvienam techninėje specifikacijoje įvardintam tyrimui.“	<p>Prašome Perkančiosios organizacijos panaikinti 4 reikalavimą:</p> <p><i>"Ne mažiau kaip dviejų lygių kokybės kontrolė (norma ir patologija) kiekvienam techninėje specifikacijoje įvardintam tyrimui."</i></p> <p>Mūsų siūlomuose/atstovaujamuose infekcinės serologijos rinkiniuose (gamintojas Virion-Serion, Vokietija) kaip kokybės kontrolės bei kalibracijos medžiagos yra įtrauktos: SLW1 (blank kontrolė), STD1, STD1, NC medžiagos/šulinėliai. Gaunamos OD reikšmės automatiškai analizatoriuje yra įstatomos į formules, kurios patikrina tyrimo kokybinį atlikimą.</p> <p>Atliktos korekcijos užtikrins konkurenciją tarp skirtingų tiekėjų ir suteiks galimybę dalyvauti šiame pirkime bei apibrėžti sąlygas, kurios nebūtų vėliau panaudotos kaip ginčo objektas.</p>	<p>Atsižvelgdami į tiekėjo pastabą, siekiant užtikrinti tiekėjų konkurenciją, tiksliname įrangos techninės specifikacijos reikalaujamų techninių parametru 4 punktą į „Kokybės kontrolė pagal gamintojo rekomendacijas.“</p> <p>Tikslinamas įrangos techninės specifikacijos reikalaujamų techninių parametru 4 punktas.</p>
6.	ĮRANGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA, eil. Nr. 6 „Analizatoriuje turi būti temperatūros palaikymo (galinti ir šildyti ir šaldyti) sistema, skysčio lygio aptikimo funkcija (tiek reagentams, tiek atliekoms, tiek mėginiams).“	<p>Prašome Perkančiosios organizacijos atlikti 6 reikalavimo pakeitimą:</p> <p><i>"Analizatoriuje turi būti temperatūros palaikymo (galinti ir šildyti ir šaldyti) sistema, skysčio lygio aptikimo funkcija (tiek reagentams, tiek atliekoms, tiek mėginiams)." į "Analizatoriuje turi būti temperatūros palaikymo sistema (inkubatoriai) remiantis gamintojo rekomendacijomis tyrimų atlikimui, skysčio lygio aptikimo funkcija (tiek reagentams, tiek</i></p>	<p>Atsižvelgdami į tiekėjo pastabą, siekiant užtikrinti tiekėjų konkurenciją, tiksliname įrangos techninės specifikacijos reikalaujamų techninių parametru 6 punktą į „Analizatoriuje turi būti temperatūros palaikymo sistema (inkubatoriai) remiantis gamintojo rekomendacijomis tyrimų atlikimui, skysčio</p>

		<p>atliekoms, tiek mėginiams)."</p> <p>Mūsų siūlomi tyrimai yra atliekami stabilioje 37°C temperatūroje, todėl tyrimų atlikimui užtikrinti yra būtini integruoti inkubatoriai analizatoriuje IMMUNOMAT (Virio-Serion), kurie palaikytų minimą tempertūrą, visi naudojami reagentai turi būti kambario temperatūros. Dėl šios priežasties šaldymo funkcija nėra reikalinga.</p> <p>Atliktos korekcijos užtikrins sąžiningą konkurenciją tarp tiekėjų, sudarys galimybę daugiau tiekėjų dalyvauti pirkime ir aiškiai apibrėš sąlygas, kurios pirkimo metu nekels neaiškumų ar abejonių.</p>	<p>lygio aptikimo funkcija (tiek reagentams, tiek atliekoms, tiek mėginiams)."</p> <p>Tikslinamas įrangos techninės specifikacijos reikalaujamų techninių parametru 6 punktas.</p>
7.	<p>ĮRANGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA, eil. Nr. 10 „Automatinio imunologinio analizatoriaus programinė įranga turi būti suderinama ir integruojama į laboratorijos informacinę sistemą (toliau -LIS) ir turi gebėti (neapsiribojant) perduoti į LIS šiuos duomenis: tyrimų atsakymus, tyrimų atlikimo laiką, analizatoriaus (įrangos) ID. Programinė įranga turi užtikrinti galimybę iš statistinių duomenų sudaryti ir atspausdinti ir/arba įrašyti į USB laikmeną kiekybinių analičių dienos kontroles ir kalibracijas. Įrangos programinė įranga turi palaikyti ASTM arba HL7 standartus atitinkantį duomenų perdavimo protokolą.</p>	<p>Prašome Perkančiosios organizacijos atlikti 6 reikalavimo pakeitimą:</p> <p>"Automatinio imunologinio analizatoriaus programinė įranga turi būti suderinama ir integruojama į laboratorijos informacinę sistemą (toliau -LIS) ir turi gebėti (neapsiribojant) perduoti į LIS šiuos duomenis: tyrimų atsakymus, tyrimų atlikimo laiką, analizatoriaus (įrangos) ID. Programinė įranga turi užtikrinti galimybę iš statistinių duomenų sudaryti ir atspausdinti ir/arba įrašyti į USB laikmeną kiekybinių analičių dienos kontroles ir kalibracijas. Įrangos programinė įranga turi palaikyti ASTM arba HL7 standartus atitinkantį duomenų perdavimo protokolą. Duomenų mainai tarp laboratorijos vidinės sistemos ir analizatoriaus (įrangos) turi būti vykdomi per TCP/IP arba RS232 sąsajas." į "Automatinio imunologinio analizatoriaus programinė įranga turi būti suderinama ir integruojama į laboratorijos informacinę sistemą (toliau -LIS) ir turi</p>	<p>Atsižvelgdami į tiekėjo pastabą, siekiant užtikrinti tiekėjų konkurenciją, tiksliname įrangos techninės specifikacijos reikalaujamų techninių parametru 10 punktą į „Automatinio imunologinio analizatoriaus programinė įranga turi būti suderinama ir integruojama į laboratorijos informacinę sistemą (toliau -LIS) ir turi gebėti (neapsiribojant) perduoti į LIS šiuos duomenis: tyrimų atsakymus, tyrimų atlikimo laiką, analizatoriaus (įrangos) ID. Programinė įranga turi užtikrinti galimybę iš statistinių duomenų sudaryti ir atspausdinti ir/arba įrašyti į USB laikmeną kiekybinių analičių dienos kontroles ir kalibracijas ir/arba įrašyti į USB laikmeną kiekybinių analičių dienos kontroles ir kalibracijas ir/arba įrašyti į USB laikmeną kiekybinių analičių dienos kontroles ir kalibracijas pasirinktam laikotarpiui. Įrangos programinė įranga turi palaikyti ASTM arba HL7 standartus atitinkantį</p>

	<p>Duomenų mainai tarp laboratorijos vidinės sistemos ir analizatoriaus (įrangos) turi būti vykdomi per TCP/IP arba RS232 sąsajas.“</p>	<p>gebėti (neapsiribojant) perduoti į LIS šiuos duomenis: tyrimų atsakymus, tyrimų atlikimo laiką, analizatoriaus (įrangos) ID. Programinė įranga turi užtikrinti galimybę iš statistinių duomenų sudaryti ir atspausdinti ir/arba įrašyti į USB laikmeną kiekybinių analizių Levey-Jennings grafiką pasirinktam laikotarpiui. Įrangos programinė įranga turi palaikyti ASTM arba HL7 standartus atitinkantį duomenų perdavimo protokolą. Duomenų mainai tarp laboratorijos vidinės sistemos ir analizatoriaus (įrangos) turi būti vykdomi per TCP/IP arba RS232 sąsajas."</p> <p>Mūsų siūlomame IMMUNOMAT analizatoriaus programinėje įrangoje yra galimybė tik atsispausdinti ir/arba įrašyti į USB laikmeną kiekybinių analizių Levey-Jennings grafiką pasirinktam laikotarpiui. ELISA prietaisuose nėra atliekamos įprastos klabracijos kaip biochemijos ar imunochemijos kalibratoriuose. Kievienu tyrimo leidimo metu ELISA plokštelėje yra sunaudojamas tam tikras šulinių skaičius kalibracijai, bet būtent minėtajam tyrimui bei leidimui.</p> <p>Atliktos korekcijos užtikrins sąžiningą konkurenciją tarp tiekėjų, sudarys galimybę daugiau tiekėjų dalyvauti pirkime ir aiškiai apibrėš sąlygas, kurios pirkimo metu nekels neaiškumų ar abejonių.</p>	<p>duomenų perdavimo protokolą. Duomenų mainai tarp laboratorijos vidinės sistemos ir analizatoriaus (įrangos) turi būti vykdomi per TCP/IP arba RS232 sąsajas."</p> <p>Tikslinamas įrangos techninės specifikacijos reikalaujamų techninių parametrų 10 punktas.</p>
8.	<p>ĮRANGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA, eil. Nr. 12 „Įrangoje turi būti integruota automatinė mechaninių ir matavimo procesų sutrikimų informavimo sistema, informuojanti operatorių apie trikdžius.“</p>	<p>Prašome Perkančiosios organizacijos atlikti 12 reikalavimo pakeitimą:</p> <p>"Įrangoje turi būti integruota automatinė mechaninių ir matavimo procesų sutrikimų informavimo sistema, informuojanti operatorių apie trikdžius." į "Įrangoje turi būti integruota automatinė procesų sutrikimų</p>	<p>Atsižvelgdami į tiekėjo pastabą, siekiant užtikrinti tiekėjų konkurenciją, įrangos techninės specifikacijos reikalaujamų techninių parametrų 12 punkto netikslinsime, kadangi tiekėjo siūlomi įvardinti trikdžiai tik susiaurintų specifikacijoje nurodytą reikalavimą informuoti</p>

		<p><i>informavimo sistema, informuojanti operatorių apie mechaninius trikdžius, krešulio (angl. clot) aptikimą ir pan.</i></p> <p>Atliktos korekcijos techninėje specifikacijoje, aiškiai įvardijant galimus trukdžius, užtikrins sąlygų aiškumą ir skaidrumą. Tokiu būdu bus sudarytos vienodos galimybės visiems tiekėjams bei užkirstas kelias galimiems ginčams dėl skirtingos dokumentacijos interpretacijos.</p>	<p>apie mechaninius ir matavimo procesų sutrikimus.</p> <p>Įrangos techninės specifikacijos reikalaujamų techninių parametrų 12 punktą tikslinamas nebus.</p>
9.	<p>ĮRANGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA, eil. Nr. 13 „Reagentai privalo būti paruošti naudojimui (operatorius neturi nieko daryti, tik įdėti į analizatorių). Privalo būti automatinė kontrolė reagentų lygiui, antgalių dydžiui, reakcijos tūriui.“</p>	<p>Prašome Perkančiosios organizacijos atlikti 13 reikalavimo pakeitimą:</p> <p><i>"Reagentai privalo būti paruošti naudojimui (operatorius neturi nieko daryti, tik įdėti į analizatorių). Privalo būti automatinė kontrolė reagentų lygiui, antgalių dydžiui, reakcijos tūriui." į "Reagentai privalo būti paruošti naudojimui (operatorius neturi nieko daryti, tik įdėti į analizatorių), išskyrus plovimo tirpalą (angl. Wash solution). Privalo būti automatinė kontrolė reagentų lygiui, antgalių dydžiui"</i></p> <p>ELISA analizatoriai neturi automatinės kontrolės reakcijos tūriui. Reakcijos kokybė įvertinama per kokybinius kriterius, tokius, kaip neigiama kontrolė, standartai ir pan.</p> <p>Atliktos korekcijos techninėje specifikacijoje užtikrins sąlygų aiškumą ir skaidrumą. Tokiu būdu bus sudarytos vienodos galimybės visiems tiekėjams bei užkirstas kelias galimiems ginčams dėl skirtingos dokumentacijos interpretacijos.</p>	<p>Atsižvelgdami į tiekėjo pastabą, tiksliname įrangos techninės specifikacijos reikalaujamų techninių parametrų 13 punktą į „<i>Reagentai privalo būti paruošti naudojimui (operatorius neturi nieko daryti, tik įdėti į analizatorių), išskyrus plovimo tirpalą (angl. Wash solution). Privalo būti automatinė kontrolė reagentų lygiui, antgalių dydžiui, reakcijos tūriui</i>“.</p> <p>Tikslinamas įrangos techninės specifikacijos reikalaujamų techninių parametrų 13 punktą.</p>

10.	<p>ĮRANGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA</p>	<p>Rekomenduojame įsitraukti keletą bendrinių reikalavimų įrangos techninei specifikacijai, kas užtikrins konkretesnę informaciją apie Perkančiosios organizacijos pageidaujamą įrangą.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visiškai automatizuotas analizatorius su programine įranga turi būti techniškai pajėgus atlikti nurodytus tyrimus. Būtina galimybė vienu metu tirti ne mažiau kaip dvi 96 šulinėlių plokštelės. 2. Darbo procesas: Visos procedūros turi būti automatizuotos (be papildomo rankinio darbo). 3. Veikimo principas: Visi reakcijos etapai vyksta 96 vietų plokštelėje. 4. Tyrimo rinkinio referentinių verčių įvedimas. Reagento rinkinio referentinių verčių (kalibratorių, kontrolinių medžiagų) automatinis įvedimas. 5. Analizatoriaus programinė įranga turi apskaičiuoti ir pateikti kiekybinius tyrimų rezultatus, sudaryti ir nubraižyti kalibracines kreives, turėti galimybę jas koreguoti, pasirinkti kreivės sudarymo tipą, nurodytą tyrimo metodikoje, galimybę programuoti kalibratorių, kontrolinių medžiagų ir mėginių išdėstymą. 6. Analizatoriuje turi būti integruota brūkšninių kodų identifikavimo sistema (pacientų ėminių/mėginių). 7. Analizatoriaus priežiūra: turi būti pateiktas detalus analizatoriaus priežiūros planas, kuriame būtų aiškiai išskirtos laboratorijos personalui 	<p>Techninėje specifikacijoje nurodyti įrangos techniniai parametrai yra minimalūs ir pakankami ketinamų įsigyti infekcinės serologijos tyrimų atlikimui, todėl įtraukti papildomų techninių parametru būtinybės nėra.</p>
-----	---------------------------------------	--	--

		<p>priskirtos atlikti priežiūros procedūras. Plane privalo būti nurodytos: kasdieninės, savaitinės, mėnesinės ir kitos priežiūros procedūros, atliekamos pagal gamintojo instrukcijas; kiekvienai procedūrai reikalingos priemonės; laikas, nustatytas/ skiriamas kiekvienai procedūrai atlikti.</p> <p>8. Prietaisas ir siūlomi reagentai turi būti vieno gamintojo arba pilnai pritaikyti darbui su siūlomu analizatoriumi. Tiekėjas privalo pateikti oficialų gamintojo patvirtinimą, įrodantį siūlomų reagentų suderinamumą su pasiūlytu analizatoriumi.</p>	
11.	Dėl ekonominio naudingumo konkurso	<p>Siekiant užtikrinti tikslios ir diagnostikai itin svarbios įrangos bei reagentų įsigijimą, rekomenduojame pirkimą vykdyti ne tik pagal kainas, bet ir kokybės kriterijus, taikant ekonominio naudingumo konkurso būdą. Tokiu atveju:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kokybės kriterijams būtų skiriama X %, atsižvelgiant į techninius parametrus, inovatyvumą, eksploatacines savybes, ir kitas Perkančiajai organizacijai svarbias charakteristikas; • Kainos kriterijui būtų skirta Y %, pagal Perkančiosios organizacijos pasirinktą santykį. <p>Toks pirkimo modelis leistų Perkančiajai organizacijai įsigyti ne tik ekonomiškai pagrįstą, bet ir aukštos kokybės, patikimą bei diagnostinius poreikius atitinkančią įrangą.</p> <p>Žemiau pateikiame keletą kokybinių kriterijų pavyzdžių, kurie galėtų būti pritaikomi/įtraukiami šiame pirkime:</p>	Patiksliname, kad ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas bus išrenkamas pagal kainos ir kokybės santykį pagal perkančiosios organizacijos pasirinktus kriterijus.

		<ul style="list-style-type: none"> • Pilnai automatinis ELISA analizatorius yra naujas/nenaudotas (ne senesnis nei 2025 m.). • Pilnai automatinis ELISA analizatorius yra 4 plokštelių (4 pozicijoms skiedimo plokštelėms, 4 nepriklausomi vienas nuo kito inkubatoriai). • Visų tyrimų rezultatai yra pateikiami kiekybiškai. • Visiems tyrimams, kalibracijai bei kontrolėms tyrimo leidimo metu yra sunaudojami ne daugiau nei 4 šulinėliai. • Yra ne mažiau nei 2 sertifikuoti serviso inžinieriai ELISA analizatoriaus priežiūrai. 	
12.	Kiti pastebėjimai, pasiūlymai	Siekiant pateikti perkančiajai organizacijai naudingiausią pasiūlymą prie kiekvieno tyrimo reikėtų nurodyti kiek kartų per savaitę būtų atliekami tyrimai. Tokiu atveju būtų galima tiksliai paskaičiuoti visų papildomų priemonių sunaudojimą.	Atkreipiame dėmesį, kad informacija apie tyrimų atlikimą yra nurodyta tyrimų, reagentų ir papildomų priemonių techninės specifikacijos bendrųjų reikalavimų 8 punkte (reikalavimo patikslinimas nurodytas šios lentelės 4 punkte).

Dėkojame už aktyvų dalyvavimą teikiant pastabas.

Atkreipiame dėmesį, kad, jei dalyvausite planuojamame vykdyti pirkime, kartu su pasiūlymu pateikiamame Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento (toliau - EBVPD) III dalies „Pašalinimo pagrindai“ C13 skiltyje į klausimą „Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią procedūrą (VPĮ 46 str. 4 d. 3 p.)“ atsakytumėte „Taip“. Viešųjų pirkimų tarnyba teigia: „Jei tiekėjas tiesiogiai ar netiesiogiai suteikė pirkimo vykdytojui konsultaciją (nesvarbu, ar rinkos tyrimo (jeigu apie atliekamą rinkos tyrimą buvo informuotas raštu), ar rinkos konsultacijos metu, ar teikdamas pagalbinių viešųjų pirkimų veiklą ir pan.) arba kitaip dalyvavo rengiant pirkimo procedūrą (pavyzdžiui, parengė techninį (darbo) projektą, techninę specifikaciją ir pan.), jis, pildydamas EBVPD III dalies „Pašalinimo pagrindai C13 skiltį, į klausimą „Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią procedūrą (VPĮ 46 str. 4 d. 3 p.)“ turėtų atsakyti „Taip“.