



**Numatomo vykdyti viešojo pirkimo
„Dezinfekcijos įrenginiai (ILK) (10670)“ rinkos konsultacijos suvestinė**

RINKOS KONSULTACIJOS OBJEKTAS IR TIKSLAS	
Data	2025 m. spalio 9 d.
Rinkos konsultacijos tikslas	<ul style="list-style-type: none">- pristatyti būsimą pirkimą potencialiems tiekėjams;- gauti rinkos dalyvių konsultacijas bei pasiūlymus dėl pirkimo objekto techninės specifikacijos ir kitų pridedamų dokumentų, siekiant įsigyti perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančią/-ius prekę efektyviausiu ir racionaliausiu būdu; išsiaiškinti preliminarias numatomų įsigyti prekių kainas ir terminus.
Naudotos priemonės	CVP IS Nr. 3613842
Rinkos konsultacijos atsakymų pateikimo data iki kada turi pateikti tiekėjai	Atsakymų/pasiūlymų pateikimo terminas : 2025 m. liepos 17 d.
Rinkos dalyviai, pateikę atsakymus	<p>Atsakymus pateikė 5 rinkos dalyvis (-iai)*</p> <p>*Rinkos dalyvio pateikti atsakymai pateikiami šioje suvestinėje (pastaba: pateiktų atsakymų tekstas nėra koreguojamas, tačiau perrašant/kopijuojant gali pasitaikyti redakcinio pobūdžio kalbos klaidų).</p>



RINKOS DALYVIŲ PATEIKTŲ ATSAKYMŲ VERTINIMAS

Eil. nr.	Parametrai	Reikalaujamo parametro reikšmė	Tiekėjų siūlymai/klausimai	PO sprendimai <i>(nurodomas sprendimas, pvz. atsižvelgta, neatsižvelgta, atsižvelgta iš dalies, pateikiami sprendimų motyvai)</i>
1 p.d. 4 punktas	Generuojamas dezinfekcinio tirpalo dalelių dydis	Ne siauresnėse ribose kaip 8 - 12 μm	Generuojamas dezinfekcinio tirpalo dalelių dydis – ne siauresnėse ribose kaip 0,5–12 μm .	Neatsižvelgta. Tiekėjo siūlomo įrenginio parametras atitinka TS nurodytas ribas, tad koreguoti TS nėra poreikio.
4 p.d. 5 punktas	Įrenginio matmenys	2. Viršutinė aukščio riba \geq 1900 mm	Viršutinė aukščio riba negali viršyti 2000mm, kadangi nutrukus elektros tiekimui, nebus galima įrenginio transportuoti iš patalpos	Atsižvelgta iš dalies. TS parametras pakoreguotas atsižvelgiant į tiekėjo pastabas: „Viršutinė aukščio riba \geq 1900 mm“
4 p.d	Įrenginio energijos šaltiniai	-	Įrenginys turi veikti be baterijų (galima naudoti 24h per parą, 7 dienas per savaitę, jų nekraunant), esant situacijoms kai reikia dezinfekcijos esamuoju metu, įrenginiai su baterijomis tampa nenaudotini.	Atsižvelgta iš dalies. Remiantis tiekėjo pastabomis į TS buvo įtrauktas punktas „Įrenginio energijos šaltiniai“, kurio reikalaujamos parametro reikšmės: 1. Pagrindinis įrenginio energijos šaltinis - elektros tiekimo tinklas



				2. Papildomas įrenginio energijos šaltinis - integruota vidinė baterija, leidžianti veikti ≥ 10 min. elektros tiekimo sutrikimų atveju.
4 p.d.	Integruota, autonominė navigacijos sistema	3. Naudojama ultragarsinių arba lygiaverčių jutiklių sistema, užtikrinanti saugų ir tikslų judėjimą	Judesio jutikliai automatiškai sustabdo įrenginį 1200mm aukštyje nuo grindų, kad jutiklių veikimo neužstotų šalia esantys baldai ir asmenys nepatirtų nudegimų	Atsižvelgta iš dalies. PO nenustato konkretaus jutiklių įrengimo aukščio, kadangi šis parametras nėra esminės svarbos funkcionalumo kriterijus ir neturi reikšmingos įtakos įrenginio veikimui ar jo paskirčiai. TS punktas tikslinamas: <i>„Naudojama ultragarsinių arba lygiaverčių jutiklių sistema, užtikrinanti saugų ir tikslų judėjimą“</i>
4 p.d.	-	-	Sistemoje integruota lietuvių kalba.	Neatsižvelgta. PO nereikalauja sistemos su integruota lietuvių kalba, kadangi tai nėra esminės svarbos funkcionalumo kriterijus ir neturi reikšmingos įtakos įrenginio veikimui ar jo paskirčiai. Reikalavimas į TS neįtraukiamas.



3 p.d.	-	Antibakterinio skysčio bakas, įrenginio viduje	Būtina	Atsižvelgta. Remiantis tiekėjo pastaba, reikalavimas įtrauktas į TS: „ <i>Antibakterinio skysčio bakas integruotas įrenginio viduje arba tiesiogiai sujungiama su išorėje esančiu antibakterinio skysčio baku</i> “
3 p.d.	-	Pilnas ciklo laikas	≤3 min	Atsižvelgta. Remiantis tiekėjo pastaba, reikalavimas įtrauktas į TS: „ <i>Vieno ciklo laikas - Ne daugiau kaip 3 min</i> “
3 p.d. 8 punktas	Vandens sunaudojimas vieno ciklo metu	Ne daugiau kaip 25 l.	Ne daugiau kaip 27 l.,	Atsižvelgta. Remiantis tiekėjo pastaba, reikalavimas pakoreguotas. TS: „ <i>Ne daugiau kaip 27 l.</i> “

Išvados Rinkos konsultacijos metu surinkti duomenys bus naudojami rengiant numatomo vykdyti viešojo pirkimo dokumentus. Rinkos dalyviai, pateikę atsakymus į rinkos konsultacijos klausimus, bus supažindinami su sprendimais, susijusiais su jų pateiktais atsakymais šiais būdais: paskelbiant šią suvestinę CVP IS priemonėmis.

Parengė: