

RINKOS DALYVIŲ KONSULTACIJOS (RDK) ATASKAITA

Pirkimo objekto pavadinimas	„Neurochirurginės priemonės - implantai“
RDK paskelbimo data ir numeris	2025-09-18, Nr.4571586
RDK vykdymo laikotarpis	nuo 2025-09-18 iki 2025-09-30
RDK vykdyta šiuo būdu	CVP IS
INFORMACIJA APIE RDK DALYVIUS	
Atsakymus, pasiūlymus ar pastabas CVP IS pateikusių dalyvių skaičius	1
APIBENDRINIMAI, IŠVADOS IR SIŪLYMAI	
Rinkos dalyvių konsultacijoje sudalyvavo 1 tiekėjas, kuris turėjo pastabų, rekomendacijų ir siūlymų techninių specifikacijų projektui, kuriuos perkančioji organizacija išnagrinėjo bei įvertino.	

Informuojame, kad išnagrinėjusi pateiktas pastabas ir pasiūlymus, perkančioji organizacija priėmė šiuos sprendimus:

Techninės specifikacijos punktas	Reikalaujamas parametras	Tiekėjo siūlomas pakeitimas/ siūloma prekė	Perkančiosios organizacijos sprendimas
REFLEKTUOJANČIOS MIKROSFEROS			
		<p>Siūloma nurodyti, kad:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mikrosferos turi atspindėti infraraudoną šviesą; • perkamos priemonės vienkartinės, sterilios; • kaip turi būti supakuotos mikrosferos (po 1 vnt. ar po 4 vnt.). 	<p>Perkančioji organizacija sutinka papildyti techninę specifikaciją reikalavimais:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mikrosferos turi atspindėti infraraudoną šviesą; • perkamos priemonės vienkartinės, sterilios; <p>Perkančioji organizacija nekelia konkretaus reikalavimo dėl mikrosferų įpakavimo. Techninės specifikacijos skiltis „Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės kodas“ bus papildyta reikalavimu „Pakuotės dydis“, - tiekėjas turės nurodyti, kokios pakuotės (po kiek vienetų mikrosferų supakuota) yra siūlomos.</p>
RINKINYS VERTEBROPLASTIKAI (Aukšto klampumo)			
		<p>Siūloma nurodyti, kad:</p> <ul style="list-style-type: none"> • visos vertebroplastikos rinkinio dalys yra vienkartinės, sterilios; • prie cemento injektoriaus, - kad jis turi patikimai prisijungti prie uždaros maišymo sistemos luer lock ar lygiaverte jungtimi cemento aspiracijai; • vertebroplastikai pritaikyta adata dalyje nurodyti adatų dyžius 11G, 13G, 15G, kad būtų galima atlikti vertebroplastiką visose stuburo dalyse (ir kakle ir aukštai krūtininėje dalyje, kur 11G adata gali būti per stora); • nurodant rinkinio sudėtį siūlome 	<p>Perkančioji organizacija sutinka papildyti techninę specifikaciją reikalavimais:</p> <ul style="list-style-type: none"> • visos vertebroplastikos rinkinio dalys yra vienkartinės, sterilios; • cemento injektorius turi patikimai prisijungti prie uždaros maišymo sistemos luer lock ar lygiaverte jungtimi cemento aspiracijai; • rinkinio sudėtis: uždara maišymo sistema – 1 vnt. <p>Perkančioji organizacija, vadovaudamasi įstaigos klinicine</p>

		<p>nurodyti : uždara maišymo sistema -1 vnt.</p>	<p>praktika bei turima patirtimi užtikrinant procedūrų efektyvumą, nesutinka nurodyti papildomus adatų dydžius. Perkančioji organizacija techninės specifikacijos reikalavimuose dėl vertebroplastikai pritaikytos adatos nurodys „Privalomas adatos dydis – 11G“.</p>
--	--	--	---