

**Numatomo vykdyti viešojo pirkimo „Kraujo ir skysčių šildymo įrenginiai (ILK)“ rinkos konsultacijos suvestinė**

<b>RINKOS KONSULTACIJOS OBJEKTAS IR TIKSLAS</b>	
<b>Data</b>	2025 m. spalio 13 d.
<b>Rinkos konsultacijos tikslas</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- pristatyti būsimą pirkimą potencialiems tiekėjams;</li><li>- gauti rinkos dalyvių konsultacijas bei pasiūlymus dėl pirkimo objekto techninės specifikacijos ir kitų pridedamų dokumentų, siekiant įsigyti perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančią/-ius prekę efektyviausiu ir racionaliausiu būdu; išsiaiškinti preliminarias numatomų įsigyti prekių kainas ir terminus.</li></ul>
<b>Naudotos priemonės</b>	CVP IS Nr. 3614040
<b>Rinkos konsultacijos atsakymų pateikimo data iki kada turi pateikti tiekėjai</b>	Atsakymų/pasiūlymų pateikimo terminas : 2025 m. liepos 18 d.
<b>Rinkos dalyviai, pateikę atsakymus</b>	Atsakymus pateikė 3 rinkos dalyvis (-iai)* *Rinkos dalyvio pateikti atsakymai pateikiami šioje suvestinėje (pastaba: pateiktų atsakymų tekstas nėra koreguojamas, tačiau perrašant/kopijuojant gali pasitaikyti redakcinio pobūdžio kalbos klaidų).



<b>RINKOS DALYVIŲ PATEIKTŲ ATSAKYMŲ VERTINIMAS</b>				
<b>Eil. nr.</b>	<b>Parametrai</b>	<b>Reikalaujamo parametro reikšmė</b>	<b>Tiekėjų siūlymai/klausimai</b>	<b>PO sprendimai (nurodomas sprendimas, pvz. atsižvelgta, neatsižvelgta, atsižvelgta iš dalies, pateikiami sprendimų motyvai)</b>
<b>Infuzinių tirpalų šildytuvas</b>				
			2p.d. Infuzinių tirpalų šildytuvas Siekiant sudaryti lygiavertę konkurenciją ir išlaikyti galimybę įsigyti aukštos kokybės produktą rekomenduojame įtraukti ekonominio naudingumo parametrus ir skirti papildomus balus už: T1 – Maksimalus tėkmės greitis $\geq 2000$ ml/val. T2 – $\geq 2$ nepriklausomos apsaugos nuo perkaitimo sistemos. T3 - Su $\geq 2$ davikliais temperatūros kontrolei. T4 - Temperatūros reguliavimo ribos (ne siauresniame diapazone už nurodytą) $33^{\circ}\text{C} - 43^{\circ}\text{C}$ , žingsnis $\leq 1^{\circ}\text{C}$ T5 – Per žemos temperatūros aliarmas	Perkančioji organizacija neketina pirkimo vykdyti su ekonominiais naudingumo balais.
<b>Tirpalų šildymo spinta</b>				
4.	Temperatūros ribos	Ne siauresnėse ribose kaip nuo $+5^{\circ}\text{C}$ kambario	Taip, 3 dalyje, 4 punktas: „Temperatūros ribos: Ne siauresnėse ribose kaip nuo $+5^{\circ}\text{C}$ kambario	Perkančioji organizacija sutinka su tiekėjo



		temperatūros iki +50 °C	temperatūros iki +50 °C“, prašome keisti į „ne siauresnėse ribose kaip nuo +35 C iki +50“. Kambario temperatūra nėra standartizuota – ji gali svyruoti priklausomai nuo sezono, patalpos paskirties ar kitų aplinkybių. Be to, medicininėje praktikoje infuziniai tirpalai dažniausiai šildomi +35...+40 °C temperatūros, siekiant palaikyti fiziologiškai palankią temperatūrą pacientui. Dėl to reikalavimas, kad šildymo įrenginys gebėtų dirbti nuo +35 °C, yra labiau pagrįstas praktiniais poreikiais nei žemesnė riba, tokia kaip +5 °C, kuri infuzinių tirpalų atveju neturi realios taikymo vertės. Todėl siekiant aiškumo, praktinio pritaikomumo ir techninio pagrįstumo, siūloma apibrėžti temperatūros ribas konkrečiai: nuo +35°C iki +50°C.	pasiūlymu. Punktas koreguojamas: <i>Ne siauresnėse ribose kaip nuo +5°C kambario temperatūros iki +50 °C arba ne siauresnėse ribose kaip nuo 35°C iki 50°C</i>
4.	Temperatūros ribos	Ne siauresnėse ribose kaip nuo +5°C kambario temperatūros iki +50 °C	Ne siauresnėse ribose kaip nuo +25°C temperatūros iki +50 °C Perkama įranga šildymo spintos, todėl žemesnės temperatūros reikšmės jau reiškia šaldymą. Kambario temperatūra nėra reikšminga, svarbu kad spinta atliktų šildomą funkciją	Perkančioji organizacija sutinka su tiekėjo pasiūlymu. Punktas koreguojamas:



				<i>Ne siauresnėse ribose kaip nuo +5°C kambario temperatūros iki +50 °C arba ne siauresnėse ribose kaip nuo 35°C iki 50°C</i>
10.	Šildymo spintos tūris	Ne mažiau nei 350 litrai.	Ne mažiau nei 300 litrai. Galimybė dalyvauti ir kitiems tiekėjams, praplečiama techninė specifikacija	Perkančioji organizacija nesutinka su pasiūlymu, tačiau tiksliną punktą, jog tiekėjas galėtų sudalyvauti konkurse. <i>Šildymo spintos tūris (bendras/gross) - Ne mažiau nei 350 litrai</i>

**Išvados** Rinkos konsultacijos metu surinkti duomenys bus naudojami rengiant numatomo vykdyti viešojo pirkimo dokumentus. Rinkos dalyviai, pateikę atsakymus į rinkos konsultacijos klausimus, bus supažindinami su sprendimais, susijusiais su jų pateiktais atsakymais šiais būdais: paskelbiant šią suvestinę CVP IS priemonėmis.

Parengė: