

IŠRAŠAS IŠ
KLINIKINIO LOGOPEDO PRIEMONIŲ VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO

Nr. 2
Kaunas

DARBOTVARKĖ: dėl Tiekėjo pateiktų siūlymų

SVARSTYTA: Tiekėjų pateiktų siūlymų

2025-10-02, gautas Tiekėjo siūlymas dėl 2025-09-25 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) pradėtos vykdytos rinkos konsultacijos „*Klinikinio logopedo priemonės*“ (rinkos konsultacijos ID. 4681288) techninės specifikacijos.

Tiekėjo teikiami siūlymai:

2.4. dalyje dėl maitinimo kėdutės siūlomos korekcijos: **Išskirti į atskirą pirkimo dalį, Regliuojamas kėdutės aukštis, Gylis nesireguliuoja. Ar tai reiškia, kad turi būti reguliuojamas aukštis, plotis ir gylis nemažesnuose intervaluose nei nurodyta? Ar gali būti mažesnis svoris? Mūsų kėdutės išmatavimai fiksuoti W 46 cm x H 79 cm x D 49 cm, svoris 6.5 kg. Ar 3.5 ir 3.4 nėra ts pats priedas? Mūsų kėdutė turi padėkliuką, kuris gali būti pritaikomas tiek žaidimams tiek valgymui W 41 cm x H 4 cm x D 44 cm Ar tai reiškia, kad turi būti reguliuojamas plotis ir gylis nemažesnuose intervaluose nei nurodyta? Mūsų fiksuoti išmatavimai plotis 41 cm, gylis 44 cm, 7 punktą Papildyti ar kitas kėdutės kokybę patvirtinantis dokumentas.**

Viešojo pirkimo Komisija paaiškina, kad 2.1. p tiekėjo siūloma korekcija nepriimtina, nes neatitinka perkančiosios organizacijos poreikių. Nurodyti parametrai būtini siekiant pritaikyti kėdutę skirtingo amžiaus ir ūgio vaikams, užtikrinant ergonomišką ir saugią padėtį maitinimo metu. Komisija pažymi, kad 3 p. reguliuojamo kėdutės aukščio, pločio ir gylio nereikalaujama. Nurodyti matmenys (aukštis 75–80 cm, plotis 45–50 cm, ilgis/gylis 48–50 cm) apibrėžia leistiną kėdutės išorinių matmenų intervalą, t. y. bendrą gaminio dydį, o ne reguliavimo ribas.

Pirkimo Komisija sprendžia koreguoti 3.2. p. Svoris 6,5 -9 kg Komisija sprendžia šalinti 3.4. p.

Tiekėjo siūloma 7. p. korekcija nepriimtina, nes neatitinka perkančiosios organizacijos poreikių. techninės specifikacijos reikalavimas dėl CE žymėjimo yra būtinas siekiant užtikrinti, kad siūlomas gaminys atitiktų ES saugos, sveikatos ir kokybės reikalavimus.

Tiekėjas siūlo 3.17. pozicijoje: Išskirti į atskirą pirkimo dalį, laikrodžio matmenys 19 x 19 cm, planuojamas siūlyti laiktoris Neturi CE. Turi gamintojo patvirtinimą apie atitikimą kokybei taikomiems standartams.

Komisija sutinka patikslinti 3.17. dalies „**Atgalinio skaičiavimo laikrodis (laikmatis)**“ pozicijos 2.3. papunktį į: Laikrodžio matmenys – ne mažesni kaip (15×19) +- 2 cm

Tiekėjo siūloma 3.3 p. korekcija nepriimtina, nes neatitinka perkančiosios organizacijos poreikių. techninės specifikacijos reikalavimas dėl CE žymėjimo yra būtinas siekiant užtikrinti, kad siūlomas gaminys atitiktų ES saugos, sveikatos ir kokybės reikalavimus.

Komisija sprendžia pirkimą išskaidyti į pirkimo dalis, pagal prekių pobūdį ir naudojimo paskirtį, kaip nurodoma techninėje specifikacijoje.

Komisija sprendžia techninės specifikacijos 4 pirkimo dalies 4.1. – 4.12 punktus papildyti reikalavimu (Tiekėjo specialistas privalo būti gamintojo sertifikuotas inžinierius (pateikti galiojančius sertifikatus).

Visi komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šio sprendimo priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Apie Komisijos atsakymą informuoti klausimus pateikusius Tiekėjus bei kitus suinteresuotus dalyvius.
2. Tvirtinti aktualią techninės specifikacijos redakciją.