

IŠRAŠAS IŠ VIEŠOJO PIRKIMO
„ODONTOLOGINĖS MOBILIOS SPINTELĖS“
KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO

DARBOTVARKĖ: Dėl tiekėjo pateiktų pastabų/pasiūlymų.

SVARSTYTA: Tiekėjo pateiktos pastabos/pasiūlymai.

Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau - CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis gavo tiekėjo siūlymus/pastabas 2025-10-02 CVP IS skelbtai rinkos konsultacijai dėl **odontologinių mobilių spintelių** pirkimo (Nr. 4796581).

Tiekėjas teikia šiuos siūlymus/pastabas:

6.	Išoriniai matmenys	1. Plotis: 40–60 cm; 2. Gylis: 40–50 cm; 3. Aukštis: 80–85 cm.	2 Gylis. Galėtume pasiūlyti spinteles kurių gylis 51 cm. Prašome koreguoto Gylis 45-55 cm 4. Aukštis. Galėtume pasiūlyti spinteles, kurių aukštis su ratukais 89 cm Siūlome koreguoti 80-90 cm
7.	Spalva	Užsakymo metu galima rinktis iš ≥ 2 šviesių, šaltų atspalvių (nurodykite galimas spalvas)	Galima balta 2 atspalviai ir metalo 2 atspalviai.

Komisija, įvertinusi tiekėjo pastabas 7 punktui, atsako, kad techninė specifikacija pilnai atitinka Perkančiosios organizacijos poreikius ir neriboja tiekėjo galimybės siūlyti prekę.

Komisija, įvertinusi tiekėjo pastabas/siūlymus, sprendžia patikslinti techninės specifikacijos 6 punkto reikalavimus, kaip nurodyta žemiau:

6.	Išoriniai matmenys	1. Plotis: 40–60 cm; 2. Gylis: 40– 55 cm; 3. Aukštis: 80– 90 cm.
----	--------------------	--

Visi Komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šių sprendimų priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Techninę specifikaciją patikslinti kaip nurodyta aukščiau. Tvirtinti aktualią techninės specifikacijos redakciją.

2. Apie Komisijos sprendimą informuoti pastabas/pasiūlymus pateikusį tiekėją ir suinteresuotus kandidatus.