

Odontologinių mobilių spintelių techninė specifikacija (kiekis 6 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
|-----------------|--------------------------------------|---|------------------------------------|
| 1. | Paskirtis | Gydytojo odontologo mobili spintelė yra skirta naudoti medicinos-gydymo įstaigose | |
| 2. | Reikalavimai spintelės konstrukcijai | 1. Ištraukiamų stalčių kiekis: 3–5 vnt.; 2. Stalčiai su rankenomis; 3. <i>Pageidautina papildoma ištraukiama lentynėlė ar stalelis.</i> | |
| 3. | Stalviršis | 1. Pagamintas iš laminuotos medžio drožlių plokštės (MDP) ar lygiavertės medžiagos; 2. Su apsauginiais borteliais ≥ 2 kraštinėse. | |
| 4. | Paviršius (danga) | Patvari danga, lengvai valoma, atspari dezinfekcinėms priemonėms | |
| 5. | Mobilumas | 1. Spintelė mobili; 2. Su ≥ 4 ratukais. | |
| 6. | Išoriniai matmenys | 1. Plotis: 40–60 cm; 2. Gylis: 40–55 cm; 3. Aukštis: 80–90 cm. | |
| 7. | Spalva | Užsakymo metu galima rinktis iš ≥ 2 šviesių, šaltų atspalvių (<i>nurodykite galimas spalvas</i>) | |
| 8. | Garantinis laikotarpis | ≥ 12 mėnesių | |
| 9. | Prekių pristatymas | Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos prekių pristatymo išlaidos | |
| 10. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą | |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

1. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, techninių parametrų atitikimo įvertinimui, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.
2. Būtina kartu su pasiūlymu pateikti originalų gamintojo katalogą, brošiūrą ar kitą originalų gamintojo dokumentą, kuriame yra aiškiai išdėstyta informacija, kuri patvirtina siūlomo produkto atitikimą pirkimo objektui keliamiems reikalavimams (siūlomo pirkimo objekto iliustracija / aprašymas / kataloginis numeris / gamintojo patvirtinimas).