

IŠRAŠAS IŠ VIEŠOJO PIRKIMO
„REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS KRAUJO TYRIMŲ ATLIKIMUI KARTU SU
AUTOMATIZUOTOS SISTEMOS ĮSIGIJIMU PANAUDOS BŪDU“
(Nr. 318214)
KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO

DARBOTVARKĖ: Dėl Tiekėjų pateiktų siūlymų/pastabų rinkos konsultacijai

SVARSTYTA: Tiekėjų pateikti siūlymai/pastabos rinkos konsultacijai

Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau - CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis gavo Tiekėjų siūlymus/pastabas 2024-12-09 CVP IS skelbtai rinkos konsultacijai dėl **reagentų ir papildomų priemonių kraujo tyrimų atlikimui kartu su automatizuotos sistemos įsigijimu panaudos būdu** pirkimo (Nr. 318214).

Tiekėjo siūlymai/pastabos:

„1.4.6. Reikalavimai tepinėlio ruošimo ir dažymo įrangai „1. Yra brūkšninių kodų spausdintuvas, tepinėliai yra pažymimi brūkšniniais kodais, kuriuos nuskaito tepinėlių mikroskopijos įranga.“

Prašome patikslinti dėl brūkšninių kodų spausdintuvo, ar jis turi būti integruotas į dažymo ir paruošimo įrangą, ar gali būti pajungiamas atskirai. Taip pat, prašau patikslinti kokio dydžio lipdukus turi spausdinti brūkšninių kodų spausdintuvas.“

Komisija išnagrinėjusi tiekėjo pateiktą prašymą pažymi, kad brūkšninių kodų spausdintuvas turi būti integruotas į tepinėlio ruošimo ir dažymo įrangą. Ši įranga yra sujungta konvejerine jungtimi su hematologiniu analizatoriumi tad tepinėliai ruošiami ir kodai spausdinami bei lipdukai klijuojami automatiškai be žmogaus įsikišimo. Brūkšninių kodų spausdintuvas turi spausdinti lipdukus, kurie būtų klijuojami ant standartinio dydžio objektinių stiklelių (stiklelius teikia tiekėjas). Techninė specifikacija atitinka Perkančiosios organizacijos poreikius ir keičiama nebus.

Tiekėjo siūlymai/pastabos:

„1.5.3. Tepinėlių mikroskopijos prietaisų integruoti moduliai „Aukštos kokybės progresinio nuskaitymo CCD spalvotas fotoaparatas, didelė sparta pateikiantis geriausios kokybės atvaizdą (arba lygiavertis); vaizdų didinimo nustatymai: 5, 10, 40 (arba 50) ir 100 kartų.“

Prašome patikslinti kokia sparta bus vertinama kaip didelė ir kokia atvaizdų kokybė bus vertinama kaip geriausia..“

Komisija išnagrinėjusi tiekėjo pateiktą prašymą sutinka, kad techninės specifikacijos 1.5.3. punkto dalis <<...didelė sparta pateikiantis geriausios kokybės atvaizdą...>> yra nekonkreči ir negali būti įvertinama. Techninė specifikacija bus keičiama, šis punktas formuluojamas sekančiai „Aukštos kokybės progresinio nuskaitymo CCD spalvotas fotoaparatas (arba lygiavertis), vaizdų didinimo nustatymai: 5, 10, 40 (arba 50) ir 100 kartų.“

Tiekėjo siūlymai/pastabos:

„1.11. Reikalavimai įrangos aptarnavimui „Gavęs pranešimą apie Sistemos gedimą /veiklos sutrikimą, Tiekėjo specialistas privalės prisijungti prie Sistemos nuotoliniu būdu ne vėliau kaip per 30 min. nuo pranešimo gavimo momento ir pašalinti sutrikimą..“

Siūlome didinti specialisto prisijungimo prie sistemos laiką iki 60min ir gedimo šalinimo laiką iki 1val. 30min..“

Komisija išnagrinėjusi tiekėjo pateiktą prašymą pažymi, kad Perkančioji organizacija yra trečio lygio ligoninė dirbanti 24/7, piko metu atliekanti iki kelių šimtų hematologinių tyrimų per valandą. Hematologinių tyrimų atlikimas gali būti gyvybiškai svarbus. Techninė specifikacija atitinka Perkančiosios organizacijos poreikius ir keičiama nebus.

Visi Komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šio sprendimo priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Apie Komisijos sprendimą informuoti paklausimus pateikusius tiekėjus ir suinteresuotus kandidatus.