IŠRAŠAS IŠ VIEŠOJO PIRKIMO
„PACIENTO KĖDĖ IR ANESTEZIJOS VEŽIMĖLIAI“
KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO

DARBOTVARKĖ: Dėl tiekėjų pateiktų pastabų/pasiūlymų.

SVARSTYTA: Tiekėjų pateiktos pastabos/pasiūlymai.

Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau - CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis gavo tiekėjų siūlymus/pastabas 2025-07-29 CVP IS skelbtai rinkos konsultacijai dėl ***paciento kėdės ir anestezijos vežimėlių*** pirkimo (**Nr. 3887305**).

**1. Tiekėjas teikia šiuos siūlymus/pastabas techninės specifikacijos projektui:**

2 pirkimo dalis. Anestezijos vežimėliai (kiekis 5 vnt.)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2. | Konstrukcija ir medžiagos | 1. Vežimėlio rėmas pagamintas iš milteliniu būdu dažyto plieno arba lygiavertės medžiagos.<br>2. Vežimėlio stalviršis pagamintas iš ABS plastiko (arba lygiavertės medžiagos).<br>3. Vežimėlio stalviršis su apsauginiu borteliu (ne mažiau kaip iš trijų šonų), neleidžiančiu nukristi ant staliuko padėtiems daiktams ar nutekėti skysčiams.<br>4. Vežimėlis su stūmimo rankena. | Vežimėlio rėmas yra neteisingas terminas. Vežimėlį sudaro spintelė, kuri turi rėmą prie kurio tvirtinamos spintelės dalys, (korpuso sienos, stalviršis, pagrindas ir stalčiai).Svarbu, kad spintelė nekeltu triukšmo ją pervežant. Taip pat neaišku pagal kokius kriterijus yra nustatomas lygiavertiškumas milteliniu būdu dažytam plienui. Siūlome :<br>**1.Vežimėlio spintelė pilnai pagaminta iš milteliniu būdu dengto plieno, aliuminio arba nerūdijančio plieno. Spintelės korpusas su garsą slopinančia medžiaga, kuri nesugeria drėgmės ir sumažina vibraciją**<br>Neaišku kokiais kriterijais remiantis bus vertinamas lygiavertiškumas ABS plastikui. Siūlome:<br>**2.Vežimėlio stalviršis pagamintas iš ABS plastiko, milteliniu būdu dengto arba ne žemesnės markės kaip AISO304 markės nerūdijančio plieno arba aliuminio**.<br>Vežimėlio stalviršio apsauginis bortelis iš šonų ir nugarinės pusės neapsaugo nuo skysčių nutekėjimo, o apsaugo nuo ant jo padėtų daiktų nuslydimo ar nukritimo dirbant su vežimėliu ar jam judant. Apsaugoti nuo skysčių nutekėjimo stalviršis turi įgilinimą visuose kraštuose ,taip pat svarbu |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | koks apsauginio bortelio ir įgilinimo yra aukštis. Siūlome: **3.Vežimėlio stalviršis turi visuose kraštuose ne mažesnį kaip 18mm įgilinimą ir ne žemesnį kaip 50mm aukščio apsauginį bortuką iš šonų ir nugarinės pusės.** |
| 3. | Stalčiai | 1. Vežimėlyje įrengti 5 stalčiai, užimantys visą erdvę tarp vežimėlio dugno ir stalviršio, išdėstyti vienas po kitu.<br>2. Stalčiai pilnai ištraukiami, su centriniu užraktu.<br>3. Vežimėlio stalčiai su išimamais stalčių skirtukais/skirstytuvais (pirmas viršutinis stalčius suskirstytas į 30 skyrelių; antras ir trečias stalčius suskirstytas į 12 skyrelių). | Siūlome 3.2 punktą sukonkretinti ir papildyti būtinais reikalavimais<br>2. stalčiai ant teleskopinių bėgiukų su savaiminio pritraukimo funkcija ir apsauga nuo iškritimo pilnai ištraukus. Visi rakinami centriniu užraktu<br>Kadangi vežimuko paskirtis - anestezijos vežimukas , jam galioja spalvinio stalčių žymėjimo vaistams pagal ISO standartą 26825:2020 reikalavimai yra būtina šio punkto reikalavimus papildyti<br>4.Stalčiai pagaminti iš milteliniais dažais dengto plieno, stalčių priekinių panelių spalvą galima rinktis užsakant gaminį iš RAL spalvų skalės pagal ISO standarto 26825:2020 reikalavimus. |
| 4. | Kartu su vežimėliu komplektuojami priedai | 1. Papildomas stalviršis – atlenkiama arba į šoną ištraukiama šoninė lentyna.<br>2. Šiukšliadėžės – dvi plastikinės šiukšliadėžės su dangčiais (pagamintos iš PVC arba ABS medžiagos), ne mažesnės kaip 9 litrų talpos, tvirtinamos prie vežimėlio šonų.<br>3. Rėmas priedams (skirstytuvas/dėžučių laikiklis) – vertikalus rėmas su ne mažiau kaip 12 atskirų dalių (skyrelių), tvirtinamas virš vežimėlio stalviršio.<br>4. Pirštinių dėžučių laikikliai – trys pirštinių dozatoriai, tvirtinami prie vežimėlio.<br>5. Kateterių laikiklis – vienas laikiklis, skirtas kateteriams laikyti, tvirtinamas prie vežimėlio.<br>6. Aštrių atliekų talpyklos laikiklis – vienas laikiklis, | Pagal higienos reikalavimus, medicininiuose vežimukuose yra „ švari“ ir „nešvari“ pusės priedams kabinti. Švarioje kabinami laikikliai medicininių pirštinių dėžutėms, laikikliai kateteriams ir tt,“ nešvarioje „– šiukšliadėžės, konteineriai aštrioms atliekoms, dubenys skysčiams ir tt.. Kadangi vienoje pusėje turi būti 2 šiukšliadėžės, ir aštrių atliekų konteineris, o kitoje laikikliai 3 pirštinių dėžutėm ir kateterių laikiklis vietos „atlenkiamai( tvirtinamai iš vežimuko šono)šoninei lentynai nebėra, todėl galimas tiktai š šoną ištraukiamas papildomas stalviršis. Labai svarbu, kad jisai būtu pagamintas iš medžiagų leidžiančių ant jo padėti visus darbui būtinus daiktus- kad nelūžtu nuo perkrovimo ir turėtu kitas savybes reikalingas darbui/ Siūlome: |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | tvirtinamas prie vežimėlio šoninio bėgelio; laikiklio matmenys turi būti (10 × 13 × 21) ±1 cm (plotis × gylis × aukštis). | 1.Į šoną ištraukimas papildomas stalviršis iš milteliniu būdu dengto plieno su įgilinimu visuose kraštuose.<br>2. rašoma, kad šiukšliadėžės turi būti plastikinės , o vėliau kad iš kokio plastiko PVC arba ABS. Iš ABS plastiko šiukšliadėžės negaminamos aplamai, o svarbu yra nurodyti koks šiukšliadėžių dangtis. Vienur rašoma, kad „tvirtinama ant vežimėlio šonų“ kitur „ant vežimėlio šoninio bėgelio“ Siūlome:<br>2. Plastikinė šiukšliadėžė su švytuokliniu dangčiu 8-9 l talpos , tvirtinama ant instrumentinės šinos vežimuko šone 2 vnt.<br>Punkte Nr.4.4 neaišku kas tie „dozatoriai“ Siūlome:<br>4.Medicininių pirštinių dėžučių laikikliai ir milteliniais dažais dengto plieno. 3 vnt. tvirtinami ant instrumentinės šinos<br>Siūlome:<br>5. Kateterių laikiklis iš ne žemesnės nei AISI 304 markės nerūdijančio plieno vielinio tinklo, matmenys ne mažiau kaip11,5 x 11,5 cm aukštis 50 cm. ,tvirtinami vežimėlio šone ant instrumentinės šinos. 1 vnt.<br>Punkto Nr. 6 reikalavimai gana nesuprantami . Kalbama apie „ laikiklį , bet nurodomi aštrių atliekų konteinerio matmenys, minima talpykla, - terminas neaiškus. Manome , kad būtina nurodyti aštrių atliekų konteinerio parametrus ir savybes atitinkančias esamus įstaigoje konteinerius. Aštrių atliekų konteinerio laikiklio pasvirimo kampo keitimas į priekinę ar nugarinę vežimuko puse labai palengvina personalo darbą – taupomas laikas .<br>Siūlome:<br>6. Aštrių atliekų konteinerio laikiklis tinkantis ,145mm skersmens , su galimybe keisti jo posvyrį į priekinę arba nugarinė spintelės pusė, pritaikytas aštrį |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | atliekų konteineriams kurių talpa 2,5l., kabinamas ant instrumentinės šinos vežimuko spintelės šone. 1 vnt |
| 5. | Matmenys ir mobilumas | 1. Ratukai: vežimėlis turi būti su ne mažiau kaip keturiais ratukais, iš kurių ne mažiau kaip du ratukai su stabdžiais; Ratukų skersmuo 100–130 mm.<br>2. Vežimėlio (be priedų) išoriniai matmenys:<br>Plotis: 65-70 cm;<br>Gylis: 47- 55 cm;<br>Aukštis su ratukais: 90-110 cm. | Kadangi virš vežimėlio stalviršio turi būti rėmas su atverčiamais dispenseriais, tai aukščio parametras turi neprieštarauti kitiems reikalavimams ir būti išdėstytas suprantamai. Siūlome: „....Aukštis su ratukais nuo grindų iki stalviršio viršaus: 90-110 cm. „ |

**2. Tiekėjas teikia šiuos siūlymus/pastabas:**

2 pirkimo dalis. Anestezijos vežimėliai (kiekis 5 vnt.)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2. | Konstrukcija ir medžiagos | 1. Vežimėlio rėmas pagamintas iš milteliniu būdu dažyto plieno arba lygiavertės medžiagos.<br>2. Vežimėlio stalviršis pagamintas iš ABS plastiko (arba lygiavertės medžiagos).<br>3. Vežimėlio stalviršis su apsauginiu borteliu (ne mažiau kaip iš trijų šonų), neleidžiančiu nukristi ant staliuko padėtiems daiktams ar nutekėti skysčiams.<br>4. Vežimėlis su stūmimo rankena. | 1. Vežimėlio rėmas. Siūlome pakesti, arba papildyti „arba anodizuoto aliuminio“.<br>Europos gamintojai dažniausiiai siūlo anodizuoto aliuminio rėmus dėl: tvirtumo, ilgaamžiškumo, o tuo pačiu toks vežimėlis yra lengvesnis, ir lengviau valdomas. Ilgaamžiskumas nenukenčia, nes vidinės konstrukcijos naudojamos plieno. |
| 3. | Stalčiai | 1. Vežimėlyje įrengti 5 stalčiai, užimantys visą erdvę tarp vežimėlio dugno ir stalviršio, išdėstyti vienas po kitu.<br>2. Stalčiai pilnai ištraukiami, su centriniu užraktu.<br>3. Vežimėlio stalčiai su išimamais stalčių skirtukais/skirstytuvais (pirmas viršutinis stalčius suskirstytas į 30 skyrelių; antras ir trečias stalčius suskirstytas į 12 skyrelių). | 3.neaišku, ar visi, ar viršutiniai trys stalčiai turi būti su skirtukais. |
| 4. | Kartu su vežimėliu komplektuojami priedai | 1. Papildomas stalviršis – atlenkiama arba į šoną ištraukiama šoninė lentyna.<br>2. Šiukšliadėžės – **dvi** plastikinės šiukšliadėžės su dangčiais (pagamintos iš PVC | 6. „ laikiklio matmenys turi būti..“. Manome perteklinis reikalavimas. Gamintojai siūlo įvairius sprendimus aštrių atliekų talpykloms fiksuoti. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | arba ABS medžiagos), ne mažesnės kaip 9 litrų talpos, tvirtinamos prie vežimėlio šonų.<br>3. Rėmas priedams (skirstytuvas/dėžučių laikiklis) – vertikalus rėmas su ne mažiau kaip 12 atskirų dalių (skyrelių), tvirtinamas virš vežimėlio stalviršio.<br>4. Pirštinių dėžučių laikikliai – **trys** pirštinių dozatoriai, tvirtinami prie vežimėlio.<br>5. Kateterių laikiklis – **vienas** laikiklis, skirtas kateteriams laikyti, tvirtinamas prie vežimėlio.<br>6. Aštrių atliekų talpyklos laikiklis – **vienas** laikiklis, tvirtinamas prie vežimėlio šoninio bėgelio; laikiklio matmenys turi būti (10 × 13 × 21) ±1 cm (plotis × gylis × aukštis). | |

**3.Tiekėjas teikia šiuos siūlymus/pastabas:**

2 pirkimo dalis. Anestezijos vežimėliai (kiekis 5 vnt.)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5. | Matmenys ir mobilumas | 1. Ratukai: vežimėlis turi būti su ne mažiau kaip keturiais ratukais, iš kurių ne mažiau kaip du ratukai su stabdžiais; Ratukų skersmuo 100–130 mm.<br>2. Vežimėlio (be priedų) išoriniai matmenys:<br>Plotis: 65-70 cm;<br>Gylis: 47- 55 cm;<br>Aukštis su ratukais: 90-110 cm. | Prašome koreguoti 5.2 į<br>2. Vežimėlio (be priedų) išoriniai matmenys:<br>Plotis: 65-**75 cm;**<br>Gylis: 47- 55 cm;<br>Aukštis su ratukais: 90-110 cm.<br>*Tai labai nedidelis pločio padidėjimas, tačiau jis padidins pasiūlymų teikėjų skaičių ir padidins konkurencingumą.* |

Komisija, įvertinusi tiekėjų pastabas/siūlymus atsako sekančiai:

Komisija, pažymi, kad tiekėjo siūlomas reikalavimas „Spintelės korpusas su garsą slopinančia medžiaga, kuri nesugeria drėgmės ir sumažina vibraciją“ neaktualus, nes garsą slopinančios medžiagos nėra būtinos vežimėlio funkcijai, taip pat gali apsunkinti valymą, kaupti drėgmę.

Komisija atsako, kad reikalavimas stalviršiui „ABS plastikas arba lygiavertė medžiaga“ nustatytas siekiant neužkirsti kelio tiekėjams siūlyti kitų plastikinių medžiagų, turinčių tokias pačias ar geresnes fizines ir eksploatacines savybes kaip ABS plastikas. ABS plastikas pasirinktas kaip etaloninė medžiaga, nes jis yra lengvas, pasižymi dideliu atsparumu smūgiams ir

mechaniniams pažeidimams, atsparumu dezinfekcinėms medžiagoms ir plovikliams, lengvu valymu bei higienišku, formą išlaikančiu paviršiumi.

Komisija atsako, kad tiekėjo siūlomas reikalavimas dėl stalviršio konkretaus bortelio aukščio (50 mm) ir įgilinimo (18 mm) perteklinis ir galimai ribotų konkurenciją.

Komisija sprendžia techninę specifikaciją koreguoti, kaip nurodyta žemiau.

**2 pirkimo dalis. Anestezijos vežimėliai (kiekis 5 vnt.)**

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės |
|---|---|---|
| 1. | Paskirtis ir funkcionalumas | Vežimėlis skirtas medicininių prietaisų, priemonių ir vaistų laikymui bei transportavimui procedūrų metu. |
| 2. | Vežimėlio konstrukcija (rėmas) | Rėmas pagamintas iš aliuminio, nerūdijančio plieno, milteliniu būdu dažyto plieno arba lygiavertės tvirtos konstrukcinės medžiagos. |
| 3. | Vežimėlio gabaritiniai matmenys (be priedų) | Plotis 650 – 750 mm;<br>Gylis 500 – 715 mm;<br>Aukštis ne daugiau kaip 950 mm. |
| 4. | Vežimėlio priedai | 1. Virš stalviršio prie metalinio vamzdžio (arba lygiavertės konstrukcijos) pritvirtintos dvi eilės plastikinių dėtuvių įvairioms priemonėms susidėti, ne mažiau kaip 12 atverčiamų<br>(laikomų priemonių įdėjimui/ išėmimui), permatomų skyrelių ir butelių laikiklis;<br>2. Panaudotų aštrių atliekų konteineris tinkantis apvaliems ir daugiakampiams, 3-5 l, su laikikliu konteinerio tvirtinimui prie vežimėlio šono;<br>3. Šiukšlių dėžė, tvirtinama vežimėlio šone, padalinta į dvi dalis, bendra talpa ne mažiau kaip 18 litrų ( 2vnt. po ≥ 9 l).<br>4. Ne mažiau kaip 3 medicininių pirštinių dėžučių laikikliai (265×85×130mm) ± 10 mm, tvirtinami virš vežimėlio stalviršio;<br>5. Vežimėlis su ištraukiamu papildomu šoniniu stalviršiu;<br>6. Stalčių skirstytuvai – trims viršutiniams stalčiams. |
| 5. | Stalčių skirstytuvai (kiekis 3 vnt.) | Atitinkantys trijų viršutinių stalčių išmatavimus, suskirstantys pirmą stalčių į 30 skyrelių, antrą ir trečią stalčius į ne mažiau kaip 12 skyrelių. Pirmo stalčiaus medikamentų skyreliai pažymėti atspariais lipdukais pagal ISO 26825:2020 standartą. |
| 6. | Reikalavimai stalviršiui | 1. Su apsauginiu borteliu iš visų keturių šonų, neleidžiančiu nukristi ant staliuko padėtiems daiktams ir nutekėti skysčiams arba su apsauginiu borteliu ne mažiau kaip iš trijų šonų (iš šonų ir nugarinės pusės), neleidžiančiu nukristi ant staliuko padėtiems daiktams ir su įgilinimu visiuose kraštuose, neleidžiančiu nutekėti skysčiams.<br>2. Pagamintas iš ABS plastiko (arba lygiavertės medžiagos), atsparaus dezinfekcinėms medžiagoms, plovikliams ir mechaniniams pažeidimams. |
| 7. | Reikalavimai stalčiams | 1. Po stalviršiu įrengti 5 stalčiai, per visą vežimėlio aukštį, išdėstyti vienas po kitu, užimantys visą erdvę tarp vežimėlio |

| | | |
|---|---|---|
| | | dugno ir stalviršio (vežimėlis turi būti be nišų, be tarpinių lentynų);<br>2. Stalčių išorinių panelių aukščiai: 3 –jų viršutinių stalčių – 75 ± 5 mm ( visi trys stalčiai vienodo aukščio), 4- to stalčiaus 150 ± 5 mm, 5-to (apatinio) stalčiaus – 230 ± 5mm.<br>3. Pagaminti iš metalo, padengto naudojant miltinę arba lygiavertę technologiją, arba iš nerūdijančio plieno.<br>4. Vidinės stalčių sienelės lygios (be išsikišimų ir įdubimų).<br>5. Stalčiai pilnai ištraukiami, vežimėlio korpuse tvirtinami ant teleskopinių bėgelių, turinčių mechanizmą, apsaugantį nuo pilno ištraukto stalčiaus iškritimo, su centriniu užraktu. |
| 8. | Vežimėlio spalva | Visas korpusas, įskaitant stalčių išorines paneles arba tik stalčių išorinės panelės mėlynos spalvos (pageidautina pagal RAL spalvų paletę atitinkančios RAL5007 spalvą). |
| 9. | Vežimėlio apačia | Vežimėlio dugnas pagamintas iš ABS plastiko arba milteliniu būdu dažyto plieno arba nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos). Ratukai su apsauginiu plastikiniu (arba lygiavertės medžiagos) bamperiu. |
| 10. | Reikalavimai ratukams | 1. Keturi gumuoti arba lygiavertės medžiagos ratukai, ne mažiau kaip du iš jų su stabdžiais;<br>2. Ratukų skersmuo ≥100 mm; |
| 11. | Paviršių paruošimas bei padengimas | 1. Visi paviršiai paruošti kokybiškai, nepaliekant aštrių kampų bei briaunų (tokių vietų, į kurias galima susižeisti valant vežimėlį, taip pat sunkiai išvalomų ertmių ir plyšių);<br>2. Visi vežimėlio paviršiai lygūs (negrublėti). |
| 12. | Naudojimo instrukcija | Lietuvių kalba, pristatoma kartu su prekėmis |
| 13. | Prekių pristatymas ir sumontavimas | Pristatymo, iškrovimo, pervežimo į sumontavimo vietą, sumontavimo (jeigu reikia), po sumontavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |
| 14. | Garantinis laikotarpis | ≥ 24 mėnesiai |

Visi Komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šių sprendimų priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Techninę specifikaciją patikslinti kaip nurodyta aukščiau. Tvirtinti aktualią techninės specifikacijos redakciją.
2. Apie Komisijos sprendimą informuoti pastabas/pasiūlymus pateikusius tiekėjus ir suinteresuotus kandidatus.