

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. **Pirkėjas, Perkantysis subjektas, Užsakovas** – AB „Amber Grid“. Daugiau informacijos apie Pirkėją ir jo veiklą galima rasti www.ambergrid.lt.
2. **Pardavėjas, Tiekėjas** – ūkio subjektas (fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, kurie rinkoje siūlo pirkimo objektui atlikti darbus, tiekti prekes ar teikti paslaugas).
3. **Sutartis** – Perkančiojo subjekto sudaroma sutartis su Tiekėju, kuris bus pripažintas laimėjusiu dėl Pirkimo objekto.
4. **Pirkimo objektas** – Naujų uždujinimo signalizatorių su technine priežiūra (įskaitant metrologines patikras), bei naujų dujų nuotėkių aptikimo prietaisų su technine priežiūra (įskaitant kalibravimo paslaugas) pirkimas.
5. Pirkimo objektas skaidomas į **2 (dvi) pirkimo objekto dalis**:
 - **1 pirkimo objekto dalis** – „*Nauji uždujinimo signalizatoriai su technine priežiūra*“;
 - **2 pirkimo objekto dalis** – „*Nauji dujų nuotėkių aptikimo prietaisai su technine priežiūra*“;Tiekėjas gali pateikti Pasiūlymą *vienai ar visoms Pirkimo objekto dalims*.
6. Tiekėjas prekes turi pristatyti adresu Gudelių g. 49, Vilnius. Į prekių kainą turi būti įskaičiuotos ir transportavimo išlaidos.
7. Visoms siūlomoms MP turi būti taikomas ne trumpesnis nei **12 mėnesių** gamintojo arba tiekėjo garantijos terminas.
8. Visos pirkimo dokumentuose esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad perkantysis subjektas priima ir kitus dalyvių lygiaverčių priemonių įrodymus. Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkrečiau tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Jei siūlomas lygiavertis objektas, tiekėjas įsipareigoja pateikti/pagrįsti lygiavertiškumą dokumente nurodytam objektui.

1 PIRKIMO OBJEKTO DALIS „NAUJI UŽDUJINIMO SIGNALIZATORIAI SU TECHNINE PRIEŽIŪRA“

1. Perkami nauji uždujinimo signalizatoriai bei uždujinimo signalizatorių techninės priežiūros (pagal gamintojo rekomendacijas) ir metrologinių patikrų paslaugos.
2. Siūlomi signalizatoriai turi būti moduliniai, turi būti galimybė pasirinkti signalizatorių vien tik su metano sensoriumi ir kombinuotą signalizatorių su deguonies ir metano sensoriais.
3. Siūlomos matavimo priemonės (toliau - MP) turi būti įtraukti į Lietuvos Respublikos matavimo priemonių registrą.
4. Prekės ir paslaugos bus perkamos pagal atskirus Perkančiojo subjekto užsakymus. Perkamų prekių ir paslaugų poreikis bus nurodomas užsakymuose, kurie bus pateikiami Tiekėjui (elektroniniu paštu Tiekėjo už sutartį atsakingam asmeniui).
5. 19 ir 25 punktuose pateikti prekių ir paslaugų kiekiai yra preliminarūs, skirti ekonomiškai naudingiausiajam pasiūlymui nustatyti. Perkantysis subjektas neįsipareigoja išpirkti viso prekių ir paslaugų kiekio, prekės ir paslaugos bus perkamos pagal poreikį.
6. Perkantysis subjektas iškilus poreikiui turi teisę pirkti papildomas techninėje specifikacijoje nenurodytas susijusias prekes ir paslaugas (maksimaliai iki 10 proc. pradinės sutarties vertės be PVM). Už sąraše nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias prekes ir paslaugas bus apmokėta ne didesnėmis nei užsakymo dieną Tiekėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių prekių ir paslaugų kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, Tiekėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis. Ši suma (10 proc. pradinės sutarties vertės be PVM) gali būti skirta tiek nurodytoms Techninėje specifikacijoje, tiek 19 ir 25 punktuose nenurodytoms papildomoms paslaugoms/prekėms įsigyti.
7. Maksimali sudaromos sutarties vertė lygi 36 370,00 eurų be PVM +10 %. (viso 40 007,00 eurų be PVM).
8. Apmokėjimas už suteiktas paslaugas ir perduotas prekes bus vykdomas pagal faktinį užsakytų ir perduotų prekių kiekį per 30 kalendorinių dienų nuo tinkamai suteiktų paslaugų ir perduotų prekių, priėmimo – perdavimo akto pasirašymo bei 9 punkte nurodytų dokumentų ir e sąskaitos pateikimo dienos.
9. Paslaugos teikėjas, po metrologinės matavimo priemonių (toliau – MP) patikros turi pateikti užplombuotas bei atitinkamais žymenimis pažymėtas MP bei užfiksuoti priėmimo – perdavimo akte. Kiekvienai MP turi būti išduotas atskiras patikros sertifikatas bei matavimų protokolas.
10. Prekių pristatymo terminas – ne vėliau nei **2 mėn.** nuo užsakymo pateikimo dienos;
11. Visos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neremontuotos, pristatomos originaliame gamykliniame įpakavime. Prekių komplektuojančios dalys turi būti pagamintos to paties gamintojo;
12. Prekės privalo būti paženklintos CE ženklu;
13. Sprogimui nepavojingas išpildymas (bent II2G Ex ia db eb IIC T3 Gb) ir atitinka ATEX reikalavimus;
14. Turi būti garsinis ir šviesos signalai, signalizuojantys apie pasiektą nustatytą dujų koncentraciją ore;
15. Visos perduodamos (naujai parduodamos) MP turi turėti ne mažiau nei **5 mėn.** galiojančią metrologinę patikrą nuo Prekių perdavimo dienos. Kartu su MP Perkančiajam subjektui turi būti perduodamas patikros sertifikatas.
16. Prekės turi būti kokybiškos, atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus, ir būti tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, neturi būti paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas.
17. Nekokybiškos Prekės ar jų dalys turi būti pakeičiamos naujomis visą Prekių garantinį laikotarpį.

18. Prekių aprašymas ir minimalūs reikalavimai:

Eil. Nr.	Parametras	Reikalaujama parametro reikšmė (charakteristika)
1.	Ekranas	Apšviečiamas
2.	Tinkamumas naudoti	Vienodai tinkamas kairiarankiams ir dešiniarankiams
3.	Pirminis filtras	Lengvai keičiamas, turi būti galimybė patikrinti filtro užterštumą jo neišimant (pvz. pirminio filtro užterštumo indikatorius arba skaidri talpykla/filtro dangtelis leidžiantis matyti filtro užterštumą jo neišimat).
4.	Matavimo funkcijos	Vienu metu matuojama O ₂ ir CH ₄ koncentracija.
5.	Baterijos	Pakraunamos baterijos/akumuliatoriai. Galimybė vietoj baterijų naudoti standartinius AA arba AAA tipo elementus.
6.	Svoris	Ne daugiau 700 g
7.	Korpuso apsaugos klasė	Ne blogiau IP 65
8.	Aplinkos temperatūra darbo režime	Ne siauriau nei nuo -20 °C iki +40 °C
9.	Pompos našumas	Ne mažiau 9 l/h
10.	Metano jutiklis	Įrenginys turi užtikrinti metano koncentracijos matavimą trimis režimais: <ul style="list-style-type: none"> • ppm (dalelės milijone), • LEL (apatinė sprogdumo riba, %LEL), • Vol% (tūrio procentai). Matavimas gali būti vykdomas naudojant vieną daugiavilnių jutiklį arba kelis atskirus jutiklius, jei užtikrinamas visų trijų režimų tikslus ir vienašališkas arba perjungiamas matavimas.
11.	CH ₄ sensoriaus matavimo ribos, tikslumas	Ne siauriau kaip nuo 100 iki 4000 ppm, ne blogiau kaip ±20% išmatuotos vertės. Ne siauriau kaip nuo 0.0 iki 100% LEL, ne blogiau kaip ±1% LEL. Ne siauriau kaip nuo 0.0 iki 100% Vol %, ne blogiau kaip ±3% išmatuotos vertės.
12.	Uždujinimo signalizatorius	Uždujinimo signalizatorius turi turėti galimybę veikti perspėjimo režimu (% LEL) ir matavimo režimu (ppm)
13.	O ₂ sensoriaus matavimo ribos, tikslumas	Ne siauriau kaip nuo 0.0 iki 25.0 vol. %, ne blogiau kaip ±0.1%.
14.	Pompa	Įmontuota korpuse (vidinis siurblys)
15.	Zondas (probe)	Prijungiamas be papildomų įrankių
16.	CH ₄ sensoriaus veikimo garantija	Ne mažiau 24 mėn.
17.	O ₂ sensoriaus veikimo garantija	Ne mažiau 24 mėn.
18.	Krovimas	Prietaisas kraunamas neišėmus baterijų/akumuliatorių
19.	Krovimo stotelės maitinimo įtampa	~240V
20.	Krovimo stotelės jungtis	EURO (netinka USA, UK, AUS ar pan.)

19. Preliminarus detalių, komplektuojančių prekę, kiekis sutarties galiojimo laikotarpiui:

Eil. Nr.	Matavimo priemonę komplektuojančios detalės*	Preliminarus Kiekis, vnt.
1.	Nešiojamas dujų nuotėkio aptikimo ir deguonies analizatorius	9
2.	Metano dujų matavimo sensorius	9
3.	Deguonies matavimo sensorius	9
4.	Įkrovimo stotelė su maitinimo šaltiniu	9
5.	Lankstus zondas su filtro galvute	9
6.	Filtrų rinkinys lanksčiam zondui (100 vnt.)	9
7.	Lagaminas, skirtas laikyti matavimo prietaisą, kroviklių komplektą, bandymo dujas ir papildomus priedus	9
8.	Automobilio laidas įkrovimo stotelei 12 V	9
9.	Pakraunamos baterijos AA tipo (3 vnt.)	5

* Kiekvieno užsakymo metu bus pateiktas atitinkamas komplektuojančių detalių sąrašas (komplektacija).

20. Tiek naujai perkamų dujų signalizatorių, tiek pagal užsakymą atliekama metrologinė patikra turi būti atlikta perkamų paslaugų veiklai akredituotoje laboratorijoje, kaip numatyta Specialiųjų pirkimo sąlygų 3.1 p. 2 lentelėje. Jeigu Tiekėjas negali (neturi teisės) atlikti metrologinės patikros, jis privalo pasiūlyme nurodyti subtiekėją (subtiekėjus), kurių pajėgumais remsis sutarties vykdymo metu.
21. Techninės priežiūros paslaugos (su metrologine patikra) turi būti suteiktos ne vėliau nei **per 10 darbo dienų** nuo matavimo priemonių pateikimo Tiekėjui dienos.
22. Jei prekių aprašyme yra nuoroda į konkretų standartą, gaminį ar gamintoją ir nėra nuorodos „arba lygiavertis“, visur ir kiekvienoje pozicijoje vertinti kaip su nuoroda „arba lygiavertis“.
23. Paslaugos teikėjas savo pateiktame **pasiūlyme privalo pateikti:**
- adresą (pristatymo/atsiėmimo adresą) Lietuvos respublikos teritorijoje, kuriuo MP pristatomos metrologinei patikrai arba techninei priežiūrai ir atsiimamos po patikros arba techninės priežiūros.
 - e-paštą, kuriuo bus pateikiami užsakymai paslaugoms atlikti.
24. Techninės priežiūros metu, pagal gamintojo rekomendacijas, turi būti pakeistos detalės ir atliktas prietaiso (jutiklių) derinimas, kad prietaisas matuotų kuo tiksliau.
25. Preliminarus perkamų paslaugų kiekis sutarties galiojimo laikotarpiui:

Eil. Nr.	MP (dujų analizatoriaus/ signalizatoriaus) pavadinimas	Paslaugos pavadinimas	Kiekis, vnt.
1.	Deguonies ir metano signalizatorius	Techninė priežiūra po 6 mėn.	15
2.		Techninė priežiūra po 12 mėn.	15
		Techninė priežiūra po 18 mėn.	15
3.		Techninė priežiūra po 24 mėn.	7
4.		Metrologinė patikra	30
5.	Metano signalizatorius	Techninė priežiūra po 6 mėn.	15
6.		Techninė priežiūra po 12 mėn.	15
		Techninė priežiūra po 18 mėn.	15
7.		Techninė priežiūra po 24 mėn.	7
8.		Metrologinė patikra	30

26. Techninės priežiūros metu Tiekėjas turi nustatyti ar MP įmanoma pataisyti ar ne.

27. Techninės priežiūros metu gali būti keičiamos detalės:

Eil. Nr.	Detalės pavadinimas	Preliminarus kiekis, vnt.
1.	Dulkių filtras	10
2.	Hidrofobinis filtras	10
3.	Deguonies sensorius	1
4.	Metano sensorius	1

2 PIRKIMO OBJEKTO DALIS „NAUJI DUJŲ NUOTĖKIO APTIKIMO PRIETAISAI SU TECHNINE PRIEŽIŪRA“

1. Bus perkami nauji dujų nuotėkio aptikimo prietaisai. Tiekėjas turi pasiūlyti pagal šią Sutartį įsigytų dujų nuotėkio aptikimo prietaisų techninės priežiūros pagal gamintojo rekomendacijas, remonto ir kalibravimo paslaugas.
2. Prekės bus perkamos pagal atskirus perkančiojo subjekto užsakymus. Perkamų prekių poreikis bus nurodomas užsakymuose, kurie bus pateikiami Tiekėjui (elektroniniu paštu arba telefonu Tiekėjo už sutartį atsakingam asmeniui).
3. 16 ir 23 punktuose pateikti prekių kiekiai yra preliminarūs, skirti ekonomiškai naudingiausiam pasiūlymui nustatyti. Perkantysis subjektas neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio, prekės bus perkamos pagal poreikį.
4. Perkantysis subjektas iškilus poreikiui turi teisę pirkti papildomas techninėje specifikacijoje nenurodytas susijusias prekes ir paslaugas (maksimaliai iki 10 proc. pradinės sutarties vertės be PVM). Už sąraše nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias prekes ir paslaugas bus apmokėta ne didesnėmis nei užsakymo dieną Tiekėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių prekių ir paslaugų kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, Tiekėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis. Ši suma (10 proc. pradinės sutarties vertės be PVM) gali būti skirta tiek nurodytoms Techninėje specifikacijoje, tiek 16 ir 23 punktuose nenurodytoms papildomoms paslaugoms/prekėms įsigyti.
5. Maksimali sudaromos sutarties vertė lygi 27 260,00 eurų be PVM +10%. (viso 29 986,00 eurų be PVM).
6. Apmokėjimas už suteiktas paslaugas ir perduotas prekes bus vykdomas pagal faktinį užsakytų ir perduotų prekių kiekį per 30 kalendorinių dienų nuo tinkamai suteiktų paslaugų ir perduotų prekių, priėmimo – perdavimo akto pasirašymo bei 7 punkte nurodytų dokumentų ir e sąskaitos pateikimo dienos.
7. Tiekėjas po kalibravimo kartu su MP perdavimo-priėmimo aktu Užsakovui turi pateikti užplombuotas su atitinkamai žymenimis pažymėtas MP bei užfiksuoti priėmimo – perdavimo akte. Kiekvienai MP turi būti išduotas atskiras matavimų protokolas.
8. Pristatymo terminas: **2 mėn.** nuo užsakymo pateikimo;
9. Visos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neremontuotos, pristatomos originaliame gamykliniame įpakavime. Prekių komplektuojančios dalys turi būti pagamintos to paties gamintojo;
10. Prekės privalo būti paženklintos ženklų CE;
11. Sprogimui nepavojingas išpildymas (bent II2G Ex ib IIB T4) ir atitinka ATEX reikalavimus;

12. Visos perduodamos MP turi būti sukalibruotos ne daugiau kaip prieš 2 mėnesius iki perdavimo dienos. Kartu su MP perkančiajam subjektui perduodamas kalibravimo protokolas.
13. Prekės turi būti kokybiškos, atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus, ir būti tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, neturi būti paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas.
14. Nekokybiškos Prekės ar jų dalys turi būti pakeičiamos naujomis visą Prekių garantinį laikotarpį.
15. Prekių aprašymas ir minimalūs reikalavimai:

Eil. Nr.	Parametras	Reikalavimas
1.	Dujų nuotėkių aptikimo prietaisas	Nešiojamas prietaisas, skirtas sproglių ir degių dujų aptikimui, matavimui ir perspėjimui (su siurbliu ir etano analizės funkcija).
2.	Korpusas:	sprogimui nepavojingas išpildymas, turi būti sertifikuota pagal ATEX direktyvos ne prastesnius nei II2G Ex ib IIB T3 reikalavimus.
3.	Korpuso apsaugos laipsnis:	Ne mažesnis nei IP54.
4.	Matavimo principas:	PPM (0 ÷ 1000 ppm CH ₄) diapazone - puslaidininkinis jutiklis; LEL (0,0 ÷ 4,4 tūrio % CH ₄) diapazone - infraraudonųjų spindulių jutiklis; VOL (0,1 ÷ 100 tūrio % CH ₄) diapazone - infraraudonųjų spindulių jutiklis; etano analizė – puslaidininkinis jutiklis, dujų chromatografas. CO ₂ (0 ÷ 5%) diapazone - infraraudonųjų spindulių jutiklis; O ₂ (0 ÷ 25%) diapazone - infraraudonųjų spindulių jutiklis, elektrocheminis jutiklis;
5.	Reagavimo trukmė (prietaisai su vidiniu siurbliu):	Visuose matavimo depazonuose reakcijos laikas neilgesnis nei 20 s.
6.	Matavimo paklaida:	PPM diapazone ne daugiau nei ± 30 % LEL diapazone ne daugiau nei ± 5 % VOL diapazone ne daugiau nei ± 5 %
7.	Aliarmo ribų nustatymas:	Būtinai
8.	Jutiklių eksploatavimo trukmė:	Infraraudonųjų spindulių jutiklis ne mažiau 4 metų. puslaidininkinis jutiklis ne mažiau 3 metų.
9.	Siurblio galia: Vakuumas: Srautas:	> 250 mbar; Ne mažesnis nei 30 l/h.
10.	Maitinimo šaltinis:	Įkraunami akumuliatoriai
11.	Darbo laiko trukmė:	Ne mažiau 8 val. nepertraukiamo darbo
12.	Darbo sąlygos: Temperatūra: Oro drėgnumas:	Ne siauresnėse ribose kaip nuo -10 °C iki + 40 °C; Bent 15 ÷ 90 % (be kondensacijos).

16. Preliminarus detalių, komplektuojančių prekę, kiekis sutarties galiojimo laikotarpiui:

Eil. Nr.	Matavimo priemonę komplektuojančios detalės*	Parametras/Paskirtis/kt.	Preliminarus kiekis, vnt.
1.	Dujų sudėties nustatymo prietaisas	Nešiojamas	1
2.	Etano detektorius	- skirta identifikuoti gamtines dujas, pelkių dujas - įmontuotas į prietaisą	1

		- Rekomenduojama mėginio dujų koncentracija 1 - 100% tūrio.	
3.	Pakrovimo stendas su AC / DC adapteriumi	AC / DC adapteris įkrovimui. - Įėjimas: 220 - 240 V ~ - Galia: 12 V = / 1.5 A - Versija: Euro	1
4.	Automobilio kabelis 12 V = mobilus	- su Built-in saugikliu - dviejų dalių kištukai 12/21 mm	1
5.	Nešiojimo sistema	- bent du reguliuojami dirželiai balansiniai - su greito prijungimo mygtukais - dirželių minkšti tarpikliai	1
6.	Dulkių filtras	- tinkantis siurbliniams prietaisams	100
7.	Varpo formos zondas	- Surenkamas ar ištraukiamas (teleskopinis) bent 900 mm - Su dulkių filtru	1
8.	Lokalizavimo zondas	- Nuotėkio aptikimui - Su zondo filtro intarpu - Zondo ilgis 250-400 mm	1
9.	Plūduriuojantis zondas su zondo žarna 6 m	- Su hidrofobiniu filtru - Greitas prijungimas	1
10.	Nešiojimo krepšys	- Su langeliu ir su anga prietaiso jungimui.	1
11.	Transportavimo lagaminas	- Su tinkamu putų intarpų išdėstymu - Įkrovos stotelei - AC / DC adapteriui - Zondo žarnai 6 m - Varpo zondui - Lokalizacijos zondui - Plūduriuojančiam zondui	1
12.	Stūmoklis skylamušis	- Efektyvusis ilgis: ne daugiau kaip 1,4 mm, - skirtas kalti grunte skylės rankiniu būdu - rankena izoliuota nuo 10 kV	1
13.	Hidrofobinis filtras	- Tinkantis visoms zondo žarnoms	10
14.	Filtras varpo formos zondui	- Zondo filtrai	20
15.	Zondo filtras įleidžiamas	- varpo zondui	20
16.	Keičiamos baterijos	- baterijos turi būti pritaikytos prietaisui, užtikrinančios ne trumpesnę nei 8 val. darbo laiko trukmę .	1

* Kiekvieno užsakymo metu bus pateiktas atitinkamas komplektuojančių detalių sąrašas (komplektacija).

17. Dujų nuotėkio aptikimo prietaisų kalibravimas turi būti atliktas perkamų paslaugų veiklai akredituotoje laboratorijoje, kaip numatyta Specialiųjų pirkimo sąlygų 3.1 p. 2 lentelėje. Jeigu Tiekėjas negali (neturi teisės) atlikti kalibravimo paslaugų, jis privalo pasiūlyme nurodyti subtiekęją (subtiekęjus), kurių pagėjumais remsis sutarties vykdymo metu.
18. Techninės priežiūros paslaugos su kalibravimu turi būti suteiktos ne vėliau nei per **10 darbo dienų** nuo matavimo priemonių pateikimo Tiekėjui dienos.
19. Techninės priežiūros metu Tiekėjas turi nustatyti ar MP įmanoma pataisyti ar ne.
20. Jei prekių aprašyme yra nuoroda į konkretų standartą, gaminį ar gamintoją ir nėra nuorodos „arba lygiavertis“, visur ir kiekvienoje pozicijoje vertinti kaip su nuoroda „arba lygiavertis“.

21. Paslaugos teikėjas savo pateiktame pasiūlyme privalo pateikti:
- adresą (pristatymo/atsiėmimo adresą) Lietuvos respublikos teritorijoje, kuriuo MP pristatomos kalibravimui arba techninei priežiūrai ir atsiėmamos po kalibravimo arba techninės priežiūros;
 - e-paštą, kuriuo bus pateikiami uėsakymai paslaugoms atlikti.
22. Techninės priežiūros metu, pagal gamintojo rekomendacijas, turi bėti atliktas prietaiso (jutiklių) derinimas, kad prietaisas matuotų kuo tiksliau.
23. Preliminarus perkamų paslaugų kiekis sutarties galiojimo laikotarpiui:

Eil. Nr.	MP (dujų analizatoriaus/ signalizatoriaus) pavadinimas	Paslaugos pavadinimas	Preliminarus kiekis, vnt.
1.	Dujų nuotėkio aptikimo prietaisas	Techninė priežiūra po 6 mėn.	5
2.		Techninė priežiūra po 12 mėn.	5
		Techninė priežiūra po 18 mėn.	5
3.		Techninė priežiūra po 24 mėn.	2
4.		Kalibravimas	10
