

ATVIRO KONKURSO  
„PRIEMONĖS INTERVENCINEI KARDIOLOGIJAI“  
VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

**DARBOTVARKĖ.** Dėl tiekėjų siūlymų pateiktų rinkos konsultacijos metu.

**SVARSTYTA.** Tiekėjų siūlymai pateikti rinkos konsultacijos metu.

Nuolatinė Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) apsvarstė tiekėjų siūlymus pateiktus 2025-09-24 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje skelbtos rinkos konsultacijos metu dėl priemonių intervencinei kardiologijai pirkimo (pirkimo ID numeris 4656770).

*siūlymas pirkimo daliai Nr. 7 „Introduuseriai įprastinėms procedūroms (11 ir 23 cm ilgio, 5-10F storio)“*

„ilgiai - 11 cm ir 23 cm; diametrai - 5F, 6F, 7F, 8F, 9F ir 10F.“ prašome pakeisti į  
„ilgiai - 5 cm ir 25 cm; diametrai – 4F, 5F, 6F, 7F, 8F, 9F ir 10F.“

Komisija, išnagrinėjusi tiekėjo pateiktą siūlymą pirkimo daliai Nr. 7 „Introduuseriai įprastinėms procedūroms (11 ir 23 cm ilgio, 5-10F storio)“, sprendžia neatsižvelgti į siūlymą ir nekeisti specialiųjų reikalavimų, nes 5 cm ilgio introduuseriai yra gerokai per trumpi šlaunies arterijos ir kitų kraujagyslių punkcijos atveju, o 23 cm ar 25 cm ilgio prireikia gerokai rečiau.

*siūlymas pirkimo daliai Nr. 16 „Kateteriai, skirti per radialinę prieigą atliekamoms diagnostinėms vainikinių arterijų procedūroms“*

„atlaikomas slėgis - ne mažiau nei 1000 psi / 6.895 kPa“  
prašome pakeisti į  
„atlaikomas slėgis - ne mažiau nei 1000 psi/6.895 PA 5F, 6F kateteriui ir ne mažiau nei 750 psi/5171 PA 4F kateteriui.“

Komisija, išnagrinėjusi tiekėjų pateiktus siūlymus pirkimo daliai Nr. 16 „Kateteriai, skirti per radialinę prieigą atliekamoms diagnostinėms vainikinių arterijų procedūroms“, sprendžia atsižvelgti į siūlymą ir pakeisti specialiųjų reikalavimus

iš „atlaikomas slėgis - ne mažiau nei 1000 psi / 6.895 kPa;“  
į „atlaikomas slėgis - ne mažiau nei 1000 psi/6895 kPa 5F, 6F kateteriui ir ne mažiau nei 750 psi/5171 kPa 4F kateteriui;“.

*Siūlymas pirkimo daliai Nr. 27 „Didelio nekintamo diametro aukšto slėgio PTA balioniniai kateteriai“*

*galime pasiūlyti prekę, kur balionėlių diametrai: 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm, 24 mm, 26 mm; ilgiai - 2 cm ir 4 cm (20 - 26 mm diametro balionėliams); o 2 cm, 4 cm ir 6 cm (12 - 18 mm diametro balionėliams). Gal Jūsų specifikacijoje įsivėlė klaidasumaišyti ilgiai pagal balionėlio diameterus? Visus kitus reikalavimus atitinkame ir pakoregavus specifikaciją galėtume pasiūlyti prekę.*

Komisija, išnagrinėjusi tiekėjo pateiktą siūlymą pirkimo daliai Nr. 27 „*Didelio nekintamo diametro aukšto slėgio PTA balioniniai kateteriai*“, sprendžia atsižvelgti į siūlymą ir pakeisti specialiuosius reikalavimus

iš „balionėlių diametrai: 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm, 24 mm, 26 mm, ilgiai - 2 cm ir 4 cm (12 - 18 mm diametro balionėliams), 2 cm, 4 cm ir 6 cm (20 - 26 mm diametro balionėliams);“

į „balionėlių diametrai: 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm, 24 mm, 26 mm, ilgiai - 2 cm, 4 cm ir 6 cm (12 - 18 mm diametro balionėliams), 2 cm ir 4 cm (20 - 26 mm diametro balionėliams);“.

Visi komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šio sprendimo priėmimą balsavo vienbalsiai.

**NUTARTA.** Apie Komisijos priimtą sprendimą informuoti rinkos dalyvius.