

ATVIRO KONKURSO  
„ULTRAGARSO APARATAI“  
(PIRKIMO ID NUMERIS 4537877)  
KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

**DARBOTVARKĖ.** Dėl tiekėjo pateikto paklausimo.

**SVARSTYTA:** Tiekėjo pateiktas paklausimas.

Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis (pranešimo Nr. 376831) gavo tiekėjo paklausimą dėl 2025-09-29 CVP IS skelbto atviro konkurso „Ultragarso aparatai“, pirkimo numeris 4537877, (toliau – ir Pirkimas) pirkimo sąlygų – techninės specifikacijos reikalavimų.

Tiekėjas gautame paklausime prašo *patikslinti techninės specifikacijos 3.4.2 punktą, kad siūlomos įrangos valdymo pulto pasukimo į šonus kampas būtų  $\pm 30^\circ$ .*

Komisija, išnagrinėjusi tiekėjo pateiktą paklausimą, informuoja, kad ultragarso sistemos valdymo pultas turi būti patogiai pozicionuojamas pagal individualius echoskopuotojų poreikius, įskaitant aukščio padėtį ir pasukimo kampo reguliavimą. Parengta techninė specifikacija atitinka perkančiosios organizacijos poreikius bei užtikrina konkurenciją tarp gamintojų ir tiekėjų, todėl paskelbtas viešasis pirkimas nebus nutrauktas, techninė specifikacija nebus keičiama.

Visi Komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šio sprendimo priėmimą balsavo vienbalsiai.

**NUTARTA.** Apie Komisijos sprendimą informuoti paklausimą pateikusį Tiekėją ir suinteresuotus kandidatus.