

IŠRAŠAS IŠ ATVIRO KONKURSO
„NAUJOS KARTOS SEKOSKAITOS REAGENTAI“
(PIRKIMO NR. 4857859)
VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

DARBOTVARKĖ: dėl Tiekėjo pateikto paklausimo

SVARSTYTA: Tiekėjo pateiktas paklausimas

Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) gavo Tiekėjo paklausimą dėl 2025-10-09 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) skelbto atviro konkurso „Naujos kartos sekoskaitos reagentai“ (pirkimo Nr. 4857859) pirkimo dokumentų.

Tiekėjas paklausime nurodo:

„<...> Norėtume patikslinti, ką tiksliai Jūs turite omenyje nurodydami, kad „nuskaitytų sričių padengimo vienodumas (uniformity) turi siekti ne mažiau kaip 90 proc.“.
Pagal praktikoje naudojamus sekoskaitos reagentų rinkinių gamintojų pateikiamus duomenis, uniformity paprastai vertinama pagal kelias skirtingas metrikas, pvz.:
- Fold 80 Base Penalty (mūsų siūloma prekė šiuo parametru pateikia įvertį apie 1,39),
- Target Bases at daugiau nei 30X Coverage proc. (mūsų siūloma prekė šiuo atveju yra apie 94 proc.).
Mūsų klausimas: ar aukščiau pateiktos metrikos (Fold 80 Base Penalty ir proc. Target Bases at daugiau nei 30X Coverage), kurias deklaruoja mūsų siūloma prekė, bus laikomos lygiavertėmis Jūsų techninės specifikacijos reikalavimui dėl „uniformity daugiau nei 90 proc.“?
Ar pakaks pateikti gamintojo dokumentaciją su šiomis reikšmėmis, kad būtų patvirtintas atitikimas minėtam kriterijui?
Taip pat turime klausimą dėl Techninių Pranašumų - ar reikia pateikti nuorodas į gamintojo dokumentaciją ar užtenka Tiekėjo savideklaracijos? Kadangi reikalavimai labai specifiniai ir gamintojai nebūtinai tai yra aprašę dokumentacijoje.“.

Komisija išnagrinėjo Tiekėjo pateiktą paklausimą ir teikia atsakymą:

Nuskaitytų sričių padengimo vienodumas (angl. uniformity) turi siekti ne mažiau kaip 90 % parametru siekiama užtikrinti, kad sekoskaitos duomenys būtų tolygiai paskirstyti per visą taikinių sritį, kuomet ne mažiau kaip 90 % taikinių būtų padengta panašiu nuskaitymu (padengimo) gyliu.

Dėl atitikimo kokybiniais reikalavimams reikia vadovautis pirkimo dokumentų 5.11.9 punktu *“Tiekėjas turi pateikti pasiūlyme nurodytų parametrų teisingumą įrodančius firmos gamintojos dokumentus (katalogus) originalo, o reikalaujamų parametrų – ir lietuvių kalbomis (tais atvejais, kai parametrų teisingumą įrodančių firmos gamintojos dokumentų (katalogų) originalo kalba yra anglų kalba, pateikti vertimus į lietuvių kalbą kartu su pasiūlymu nėra privaloma, tačiau tokie vertimai turės būti pateikti viešojo pirkimo komisijai pareikalavus). Originaliame firmos gamintojos dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos lentelės parametras patvirtina nurodytas parametras. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.“*

Taip pat, Komisija pažymi, jog išankstinio pasiūlymų vertinimo šiame etape neatlieka.

Visi komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šio sprendimo priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA: Apie Komisijos priimtą sprendimą informuoti Tiekėją bei kitus suinteresuotus dalyvius.