

IŠRAŠAS IŠ VIEŠOJO PIRKIMO „ANTIKŪNAI“ (NR. 4960589)
KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

DARBOTVARKĖ: dėl Tiekėjų pateiktų siūlymų/pastabų rinkos konsultacijai

SVARSTYTA: Tiekėjų pateiktų siūlymų/pastabų rinkos konsultacijai

Viešojo pirkimo komisija (toliau - Komisija) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis gavo Tiekėjo siūlymus/pastabas 2025-10-14 CVP IS skelbtai rinkos konsultacijai dėl **Antikūnų** pirkimo (Nr. 4960589).

1. Tiekėjo siūlymai/pastabos:

1 pirkimo dalis. *Prašome įtraukti kloną: EP41*

2 pirkimo dalis. *Prašome įtraukti kloną: EP204.*

Taip pat norėtume paprašyti, jog būtų galima siūlyti pavienius antikūnus.

2. Tiekėjo siūlymai/pastabos:

Kiekvienoje pirkimo dalyje yra nustatytas reikalavimas – CE-IVD ženklavimas. Įvertinę visų pirkimo dalių reikalavimus bei siūlomų produktų technines charakteristikas, nustatėme, kad didžioji dalis šių produktų yra specializuoti ir retai naudojami reagentai, kuriems gamintojai nėra sukūrę CE-IVD ženklavimo atitikmenų.

Dėl šios priežasties negalime pasiūlyti produktų su CE-IVD ženklavimu. Tačiau pagal kitus pirkimo dokumentuose pateiktus techninius reikalavimus galime pasiūlyti reikiamus produktus, kurių paskirtis yra moksliniai tyrimai, o ne diagnostika.

Komisija, išnagrinėjusi rinkos konsultacijai Tiekėjo pateiktus pasiūlymus/pastabas, teikia atsakymą:

1 pirkimo dalis - techninė specifikacija keičiama – įtraukiamas klonas EP41;

2 pirkimo dalis - techninė specifikacija keičiama - įtraukiamas klonas EP204.

Pirkimas bus skaidomas į atskiras pirkimo dalis. Galima pateikti pasiūlymą vienai pirkimo daliai, kelioms pirkimo dalims arba visoms pirkimo dalims. Kiekvienai pirkimo daliai bus sudaroma atskira pirkimo sutartis arba viena bendra sutartis vieno tiekėjo laimėtoms pirkimo dalims.

Antikūnai bus naudojami diagnostikos tikslais, todėl CE-IVD ženklavimas yra būtinas.

Apibendrinant, Komisija priima sprendimą tikslinti techninę specifikaciją. Techninės specifikacijos aktuali redakcija pridedama.

Visi komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šio sprendimo priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Keisti techninę specifikaciją (Aktuali redakcija pridedama).

2. Apie Komisijos sprendimą informuoti pastabas/pasiūlymus pateikusį Tiekėją bei kitus suinteresuotus kandidatus.