

IŠRAŠAS IŠ VIEŠOJO PIRKIMO „ANTIKŪNAI“ (NR. 4661818)
KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

DARBOTVARKĖ: dėl Tiekėjų pateiktų siūlymų/pastabų rinkos konsultacijai

SVARSTYTA: Tiekėjų pateiktų siūlymų/pastabų rinkos konsultacijai

Viešojo pirkimo komisija (toliau - Komisija) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis gavo Tiekėjo siūlymus/pastabas 2025-09-24 CVP IS skelbtai rinkos konsultacijai dėl **Antikūnų** pirkimo (Nr. 4661818).

1. Tiekėjo siūlymai/pastabos:

Kiekvienoje pirkimo dalyje yra nustatytas reikalavimas – CE-IVD ženklimas. Įvertinę visų pirkimo dalių reikalavimus bei siūlomų produktų technines charakteristikas, nustatėme, kad didžioji dalis šių produktų yra specializuoti ir retai naudojami reagentai, kuriems gamintojai nėra sukūrę CE-IVD ženklinimo atitikmenų.

Dėl šios priežasties negalime pasiūlyti produktų su CE-IVD ženklinimu. Tačiau pagal kitus pirkimo dokumentuose pateiktus techninius reikalavimus galime pasiūlyti reikiamus produktus, kurių paskirtis yra moksliniai tyrimai, o ne diagnostika.

2. Tiekėjo siūlymai/pastabos:

3 pirkimo dalis. Prašome pakeisti kloną į EP12 arba įtraukti į specifikaciją.

12 pirkimo dalis. Prašome pakeisti kloną į OLIG2/7366R arba įtraukti į specifikaciją.

24 pirkimo dalis. Prašome įtraukti kloną EP336.

36 pirkimo dalis. Prašome įtraukti kloną EP310.

37 pirkimo dalis. Prašome įtraukti kloną C36B11.

Norėtume, kad pirkimas būtų padalintas į atskiras pirkimo dalis, jog būtų galima siūlyti atskirus sprendimus.

3. Tiekėjo siūlymai/pastabos:

Prašymą pateikti autorizacijos dokumentą, kad tiekėjas gali tiekti gamintojo prekes Lietuvoje. Pageidaujамų pakuočių stulpelyje pagrinde nurodomi mL matavimo vienetai, bet ar būtų tinkama, jei mūsų siūlomo gamintojo pakuotėse nurodyti µg?

Komisija, išnagrinėjusi rinkos konsultacijai Tiekėjo pateiktus pasiūlymus/pastebėjimus teikia atsakymą:

Perkami antikūnai bus naudojami ligų diagnostikai, todėl reikalavimas CE-IVD ženklinimui yra būtinas.

Pirkimas bus skaidomas į atskiras pirkimo dalis. Galima pateikti pasiūlymą vienai pirkimo daliai, kelioms pirkimo dalims arba visoms pirkimo dalims. Kiekvienai pirkimo daliai bus sudaroma atskira pirkimo sutartis arba viena bendra sutartis vieno tiekėjo laimėtoms pirkimo dalims.

Atsižvelgiant į tiekėjo siūlymus techninė specifikacija tikslinama:

3 pirkimo dalis. Įtraukiamas klonas EP12.

12 pirkimo dalis. Įtraukiamas klonas OLIG2/7366R.

24 pirkimo dalis. Įtraukiamas klonas EP336.

36 pirkimo dalis. Įtraukiamas klonas EP310.

37 pirkimo dalis. Įtraukiamas klonas C36B11.

Komisija siekdama neriboti konkurencijos reikalavimo pateikti autorizacijos dokumentą, kad tiekėjas gali tiekti gamintojo prekes Lietuvoje neįtrauks.

Pirkimo dalyse reikalaujami matavimo vienetai tikslinami į „ml/ mg“.

Apibendrinant, Komisija priima sprendimą tikslinti techninę specifikaciją. Techninės specifikacijos aktuali redakcija pridedama.

Visi komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šio sprendimo priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Keisti techninę specifikaciją (Aktuali redakcija pridedama).
2. Apie Komisijos sprendimą informuoti pastabas/pasiūlymus pateikusį Tiekėją bei kitus suinteresuotus kandidatus.