



## IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga. Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina, tel. (0 386) 52 233,  
 el. paštas [info@ignalina.lt](mailto:info@ignalina.lt), e. pristatymo dėžutė 288768350, puslapis internete [www.ignalina.lt](http://www.ignalina.lt),  
 a. s. Nr. LT067182200001130990, AB „Artea“ bankas.  
 Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 288768350

Tiekėjams  
*CVP IS priemonėmis*

2025-10- Nr. VPS-...

### DĖL GAUTOS PRETENZIJOS (PIRKIMAS NR. 4771662)

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisija (toliau – Ignalinos rajono savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisija (toliau – Perkančioji organizacija, PO) informuoja, kad 2025-10-16 14:21 val. gauta (pranešimo Nr. 396547) tiekėjo pretenzija (toliau – Pretenzija) dėl XII-os (Infuzinė pompa) ir XIV-os (Pacientų transportavimo vežimėlis) Pirkimo dalių techninių specifikacijų ir pasiūlė komisijos nariams išnagrinėti gautą Pretenziją ir/ar priimti sprendimą. Pretenzija gauta laiku, nepažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatyme numatytų terminų pastaboms ir pretenzijoms teikti.

Atkreipiame tiekėjų dėmesį, kad perkančiosioms organizacijoms pripažįstama didelė diskrecija formuluojant technines pirkimo specifikacijas, nes būtent jos geriausiai žino objektus, kurių joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi būti tenkinami tam, kad būtų gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva, C-413/17). Iš suformuotos Teisingumo Teismo jurisprudencijos matyti, kad vertinant, ar valstybė narė šioje srityje laikėsi proporcingumo principo, reikia atsižvelgti į tai, kad žmonių sveikata ir gyvybė tarp SESV saugomų vertybių ir interesų užima svarbiausią vietą ir kad valstybės narės turi nuspręsti, kokio lygio visuomenės sveikatos apsaugą jos ketina užtikrinti ir kaip šis lygis turi būti pasiektas (Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva, C-413/17).

Tiekėjas teikia pretenziją dėl **XII-os pirkimo dalies „Infuzinė pompa“ techninės specifikacijos punkto Nr. 5**. Tiekėjas prašo pakeisti reikalavimo „Infuzijos greičio diapazonas reguliuojamas/ Ne siauresnėse ribose kaip 0,01-2100 ml/h“ parametrus į „0,01-2000 ml/h“.

Perkančioji organizacija pabrėžia, kad infuzinės vaistų pompos turi užtikrinti platų darbo diapazoną, kad būtų galima saugiai ir tiksliai atlikti tiek mažos apimties, tiek greito tūrio infuzijas įvairiose klinikinėse situacijose. Reikalavimas, kad greitis būtų reguliuojamas nuo 0,01 iki 2100 ml/h, yra nustatytas atsižvelgiant į šiuos medicininius ir techninius aspektus:

- Universalus taikymas skirtinguose skyriuose – pompos naudojamos terapijos, intensyvios terapijos, skubios pagalbos skyriuose, kur reikalingas platus greičio diapazonas.

- Kritinių būklių valdymas – esant šokui ar kraujotakos nepakankamumui, būtina galimybė labai greitai padidinti infuzijos tūrį; net 100 ml/h skirtumas tarp 2000 ir 2100 ml/h gali būti reikšmingas.

- Dozavimo tikslumas – platesnis diapazonas užtikrina, kad pompa galėtų tiksliai dirbti tiek mikroinfuzijos, tiek makroinfuzijos režimu.

- Technologinis lygis – pompos, galinčios pasiekti 2100 ml/h, paprastai pasižymi aukštesnio našumo varikliais, geresne slėgio kontrole ir ilgesniu tarnavimo laiku.



- Sudėtinių infuzinių sistemų pasipriešinimas – kai naudojamos ilgos linijos ar filtrai, reikia šiek tiek didesnio greičio, kad realus srautas pasiektų paciento kraujotaką.

- Atitiktis tarptautiniams standartams – dauguma gamintojų siūlo modelius su greičio diapazonu iki 2100–2200 ml/h, todėl šis reikalavimas yra proporcingas ir atitinka rinkos lygį.

PO akcentuoja, kad reikalaujamas 0,01–2100 ml/h infuzijos greičio diapazonas yra pagrįstas klinikiniais, technologiniais ir organizaciniais argumentais. Šis parametras užtikrina įrangos universalumą, greitą reagavimą kritinėse situacijose, aukštą dozavimo tikslumą ir darbo saugumą. Dėl šių priežasčių nėra pagrindo mažinti maksimalaus infuzijos greičio iki 2000 ml/h.

Perkančioji organizacija pabrėžia, kad šiuos parametrus atitinkantys sprendimai yra prieinami rinkoje, todėl jie nėra ribojantys ar pritaikyti konkretaus gamintojo įrangai. Atsižvelgiant į tai, reikalavimas laikytini pagrįstu ir lieka galioti be pakeitimų.

PO laiko pretenziją dėl **XII-os pirkimo dalies „Infuzinė pompa“ techninės specifikacijos punkto Nr. 5.** nepagrįsta, netenkina pretenzijos ir nekeičia techninės specifikacijos parametrų.

Pasiūlymų pateikimo terminas nenukeliamas.

Tiekėjas teikia pastebėjimą dėl **XIV-os pirkimo dalies „Pacientų transportavimo vežimėlis“ techninės specifikacijos punkto Nr. 12, t. y. vežimėlio „išoriniai matmenys, (ilgis x plotis)/ (2100x850 cm) ± 5 cm“.**

Perkančioji organizacija informuoja, kad rengiant techninę specifikaciją padaryta techninė klaida ir matmenys nurodyti neteisingai. Jie turėtų būti **(2100x850 mm) ± 50 mm.**

**Perkančioji organizacija informuoja, kad vadovaujantis** Viešųjų pirkimų įstatymo 36 str. 6 dalimi, nustatančia, kad „Perkančioji organizacija savo iniciatyva gali paaiškinti (patikslinti) dokumentus nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui. <...> Tarptautinių pirkimų atveju negali būti daromi tokie esminiai pirkimo sąlygų pakeitimai, dėl kurių būtų buvę galima leisti dalyvauti kitiems kandidatams, negu iš pradžių atrinktiesiems, arba pirkimo procedūra būtų pritraukusi daugiau dalyvių“, **nutraukia XIV-os pirkimo dalies „Pacientų transportavimo vežimėlis“** procedūras dėl poreikio tikslinti specifikaciją, padarius techninę klaidą.

Viešojo pirkimo komisijos pirmininkė

Neringa Jefimovienė

Vita Zabalevičienė, tel. +370 386 52 045, el. p. [vita.zabaleviciene@ignalina.lt](mailto:vita.zabaleviciene@ignalina.lt)



<b>DETALŪS METADUOMENYS</b>	
<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Ignalinos rajono savivaldybės administracija
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Dėl gautos pretenzijos (pirkimas Nr. 4771662)
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2025-10-24 Nr. VPS-701
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	-
<b>Dokumento adresatas (-ai)</b>	Tiekėjams
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Neringa Jefimovienė Administracijos direktoriaus pavaduotoja
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2025-10-24 11:20
<b>Parašo formatas</b>	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2025-10-24 11:20
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	ADIC CA ECC
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2025-07-02 09:48 - 2029-07-01 09:48
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	-
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	0
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	0
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Elpako v.20251015.1
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-10-24)
<b>Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas</b>	2025-10-24 nuorašą suformavo Vita Zabalevičienė
<b>Paieškos nuoroda</b>	-
<b>Papildomi metaduomenys</b>	Nuorašą suformavo 2025-10-24 Dokumentų valdymo sistema „Kontora“