

IŠRAŠAS IŠ VIEŠOJO PIRKIMO
„INDIVIDUALUS KAUKOLĖS IMPLANTAS“
KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO

DARBOTVARKĖ: Dėl tiekėjo pateiktų pastabų/pasiūlymų.

SVARSTYTA: Tiekėjo pateiktos pastabos/pasiūlymai.

Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau - CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis gavo tiekėjo pasiūlymus/pastabas 2025-10-22 CVP IS skelbtai rinkos konsultacijai dėl **individualaus kaukolės implanto** pirkimo (Nr. 5071019).

Tiekėjas teikia šiuos siūlymus/pastabas: „Prašome techninėje specifikacijoje nurodyti defekto dydį ir vietą.“

Komisija, įvertinusi tiekėjo pastabas/siūlymus, patikslina techninės specifikacijos 1.3 punktą, nauja redakcija išdėstant taip:

„Bifrontaliniam kaulo defektui pašalinti. Pastaba: perkamas individualus kaukolės implantas reikalingas pacientui, turinčiam didžiulį bifrontalinį kaktikaulio defektą, kurio dydis (ilgis x plotis) apytiksliai 26 x 13 cm“

Visi Komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šių sprendimų priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Techninę specifikaciją patikslinti kaip nurodyta aukščiau. Tvirtinti aktualią techninės specifikacijos redakciją.
2. Apie Komisijos sprendimą informuoti pastabas/pasiūlymus pateikusį tiekėją ir suinteresuotus kandidatus.