

Individualaus kaukolės implanto techninė specifikacija

Eil. Nr.	Pavadinimas, reikalaujamos techninės charakteristikos	Siūlomos prekės pavadinimas, techninės charakteristikos
1.	Individualus kaukolės implantas - 1 kompl.	
1.1.	Pritaikytas naudoti kranioplastikoje, užpildant kaukolės defektus.	
1.2.	Specialiai pagamintas konkrečiam pacientui, atitinkantis individualią paciento kaukolės anatomiją.	
1.3.	Bifrontaliniam kaulo defektui pašalinti. Pastaba: perkamas individualus kaukolės implantas reikalingas pacientui, turinčiam didžiulį bifrontalinį kaktikaulio defektą, kurio dydis (ilgis x plotis) apytiksliai 26 x 13 cm.	
1.4.	Pagamintas iš 100% medicininio PEEK (polieter-eter-ketono) 3D spausdinimo technologija arba frezuojant arba iš polipropileno (94%) ir poliesterio (6%) siūlų, naudojant nėrimo techniką (<i>arba iš lygiaverčių medžiagų, naudojant lygiavertę technologiją</i>).	
1.5.	Sterilus (pateikiamas sterilioje pakuotėje) arba pritaikytas sterilizavimui gydymo įstaigoje autoklavavimo būdu.	
1.6.	Į implanto kainą įskaičiuotos visos paruošiamųjų planavimo procedūrų ir priemonių išlaidos (įskaitant operacijos planavimui skirtų modelių gamybą bei pateikimą).	
1.7.	Į implanto kainą įskaičiuotos pristatymo LSMU ligoninei Kauno klinikoms išlaidos.	