

1 pirkimo dalis - LCD ženklų ekranas akių patikrai:

Parametras	Reikalaujama reikšmė
Ekranas tipas	21,5 colio IPS ekranas
Raiškos santykis	Ne blogiau kaip 1920 × 1080
Maksimalus ryškumas	Ne blogiau 300 cd/m ²
Darbinis atstumas	Reguliuojamas 2,5 m ~ 6 m (žingsnis 0,1 m)
Montavimas	Būtinai. Tvirtinimas prie sienos / stalo
Su pulteliu	
Būtinai	CE ženklavimas

2 pirkimo dalis – Autoklavas:

Eil.nr	Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams	
1.	Sterilizatoriaus matmenys (plotis x gylis)	500 x 640 (+/- 50 mm)
2	Sterilizatoriaus kojelės	turi tilpti pastatyti ant 60 cm stalviršio
3	Sterilizatoriaus talpa	Nemažiau kaip 23 litrai
3	Durys	Vienerios, termoizoliuotos, turinčios automatinį užraktą
4	Nerūdijančio plieno kamera	Būtinai
5	Maitinimas	230V (+/- 10%) nuo 50 iki 60 Hz
6	Sterilizatoriaus valdymas	Lietimui jautrus, spalvotas valdymo ekranas, be mygtukų
7	Sterilizatoriaus tipas	Pastatomas, nereikalauja prijungimo prie vandens tiekimo ir nuotekų sistemos.
8	Krovimo galimybės	Galimybė pakrauti: ne mažiau kaip 4,5 kg nepakuotų instrumentų, ne mažiau kaip 3,5 kg. supakuotų instrumentų, ne mažiau kaip 1,5 kg. supakuotos tekstilės
9	Kamera	Galimybė įdėti į sterilizatoriaus kamerą ne mažiau kaip 4 padėklus, kurie turi būti pateikiami su sterilizatoriumi
10	Universalios 134°C „B“ programos trukmė supakuotiems instrumentams	Su džiovinimu ne ilgiau kaip 55 min.
11	Programos	Turi būti gamintojo instaliuotos standartinės sterilizacijos ir patikros programos (ne mažiau kaip 5 sterilizacijos programos įpakuotiems instrumentams, tuščiaaviduriams instrumentams ir tekstilei).
12	Garantija	Ne mažiau kaip 24 mėnesiai
13	Sterilizatoriaus klasė	Ne mažesnė kaip B
14	Naudojimo instrukcijos kalba	lietuvių
15	CE ženklas	Prekė turi turėti CE ženklą su identifikavimo numeriu.
16	Medicinos prietaisų reglamento reikalavimai	Prekė turi atitikti LST EN 13060 ir ES Medicinos prietaisų reglamento (ES 2017/745) reikalavimus

3 pirkimo dalis - Kinezoterapijos priemonių rinkinys:**Rankos dinamometras**

Paskirtis	Plaštakos ir pirštų izometrinei griebimo jėgai matuoti.
Tipas	Hidraulinis.
Matavimo ribos	Nuo 0 iki 70 kg.
Rankena	Patogi, ergonomiška kriaušės formos rankena.
Savybės	Indikatorius skalėje turi išlikti ties maksimaliu pagriebimu iki tol, kol atstatomas į nulinę padėtį.
Komplektacija	Prietaisas, dėklas jam laikyti, naudojimosi instrukcija lietuvių kalba.
Būtina	CE ženklavimas

4 pirkimo dalis - Modulis endodontiniam antgaliui:

Modulis endodontiniam antgaliui su suintegruotu apeksu lokatoriumi ir instrumentais

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametų reikšmės
Motoro dantų šaknų kanalų valymui techniniai reikalavimai		
1.	Paskirtis (taikymas)	Motoras su kampiniu antgaliu ir integruotu apekslokatoriumi, skirtas dantų šaknų kanalų valymui ir jų ilgio matavimui naudojant mašiniškus ir rankinius endodontinius instrumentus.
2.	Darbo režimai (pagal endodontinio instrumento sukimo pobūdį)	Nuolatinio sukimo viena kryptimi; Kintamos sukimo krypties (reciprokinio judesio). Motore turi būti iš anksto suprogramuotos endodontinės sistemos (ProTaper Next, ProTaper Ultimate™, Wave One Gold arba lygiavertės). Integruoto apeksu lokatoriaus darbo režimai: - Apekslokatoriaus funkcija dirbant su rankiniais instrumentais; - Tiesioginė apekslokatoriaus funkcija dirbant su besisukančiais endodontiniais instrumentais; - Programinė įranga ir endodontinė sistemų biblioteka atnaujinamos prijungus prietaisą prie WiFi.
3.	Ekranas	Lietimui jautrus ekranas; Dydis ne mažiau 7".
4.	Kampinis lėtaeigis antgalis	Paleidimas mygtuku arba paleidimo galimybė nuo belaidžio pedalo; • Paleidimo mygtukas sukasi 360 laipsnių kampu; • Perdavimo santykis ne mažiau 5:1; • Įmontuota LED šviesa; • Motore turi būti kampinio lėtaeigio antgalio kalibravimo funkcija; • Kampinis antgalis pilnai izoliuotas, nereikia papildomų apsaugų dirbant su apeksu lokatoriaus funkcija.
4.1	Motoro antgalio parametrai	Komplektuojams kartu su stovu, kabeliu ir nuimama autoklavuojama metaline apsauginė rankovė.
5.	Prietaiso maitinimo šaltinis	• Vidinė, neintegruota įkraunama ličio jonų baterija; Baterijos pilno įsikrovimo laikas ne daugiau kaip 1,5 val.; • Motoru galima naudotis ir nuo baterijos ir prijungus prie maitinimo šaltinio.
6.	Kintamosios srovės adapteris	Komplektuojamas kartu su Europos sąjungos valstybėse naudojamiems elektros lizdams pritaikytais keičiamais kištukais.
7.	Komplektacija	Valdymo blokas su prijungtu variklio antgaliu; - 5:1 kampinis lėtaeigis antgalis su integruota LED šviesa; - Variklio antgalio magnetinis stovas; - Danties šaknies viršūnės (apeksu) lokatoriaus adapteris;

		<ul style="list-style-type: none"> - Dildės gnybtas (su kabeliu); - Lūpų spaustuko (kabliuko) kabelis - Lūpų spaustukas (kabliukas); - Autoklavuojamas metalinis antgalio apvalkalas; - Maitinimo blokas; - Informacinis lapas lietuvių k.
8.	Garantinio aptarnavimo laikotarpis	Visam prietaiso komplektui suteikiama ne mažiau kaip 36 mėn. garantija, išskyrus kampinį antgalį ir bateriją, kuriems suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. garantija.
9.	Žymėjimas CE ženklu	Būtinas. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti galiojančio CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją.
10.	Prekių pristatymas ir personalo apmokymas	Prekių pristatymo ir personalo apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.
11.	Kartu su prietaisu pateikiami dokumentai	Naudojimo instrukcija lietuvių kalba.
12.	Į komplektaciją įeina	8 ProTaper Ultimate™ arba lygiaverčių, tinkančių siūlomam moduliui sekos rinkinukai (5 vnt.)

5 pirkimo dalis - Gimdos - kiaušidžių muliažas:

Parametras	Reikalaujama reikšmė
Kelių patologijų (adhezija, karcinoma, cistos, endometriozė, fibroma, skaidulinis auglys, polipai, salpingitas)	Būtinas
Skerspjūvinis gimdos ir kiaušidžių modelis	Būtinas
Modelio stovas	Būtinas
Paaiškinimas lietuvių kalba	Būtinas
Matmenys: aukštis 22-25 cm. (+/-4 cm)	Būtinas

6 pirkimo dalis - Modelis skirtas pacientų mokymui:

Modelis, skirtas pacientų mokymui švari-nešvari burna

Parametras	Reikalaujama reikšmė
Kontrastas tarp „švarios“ burnos pusės su sveikais dantimis ir dantenomis bei tarp „nešvarios“ pusės su dantų akmenimis, įdubomis, dantėnų uždegimu, periodontitu.	Būtina
Žingsnių sąrašas kaip išlaikyti dantis sveikus.	Būtina
Pagrindo ant kurio pritvirtintas modelis ilgis yra 38 cm (+/-2cm), plotis – 25 cm (+/- 2 cm).	Būtina
Modelio aukštis – 10 cm (+/-1 cm), plotis 13 cm (+/- 1 cm)	
3D modelis	Būtina

Pirkimo objekto kiekis ar apimtys (atsižvelgiant į visą pirkimo sutarties trukmę su galimais pratęsimais)


1. LCD ženklų ekranas akių patikrai – 1 vnt;
2. Autoklavas – 1 vnt.;
3. Kineziterapijos priemonių rinkinys – 1 vnt.;
4. Modulis endodontiniam antgaliui – 2 vnt.;
5. Gimdos - kiaušidžių muliažas – 1 vnt.;
6. Modelis skirtas pacientų mokymui – 1 vnt.

Prekių pristatymo, paslaugų suteikimo ar darbų atlikimo terminai

30 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos

Papildoma informacija


Slaugos administratore



Rasa Irkinienė

TVIRTINA:

Direktore
(atsakingojo darbuotojo pareigos)



(parašas)

Renata Lukauskienė
(vardas ir pavardė)