

VIEŠOJO PIRKIMO
„DEZINFEKCIJOS KAMERA“
 KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

DARBOTVARKĖ: dėl Tiekėjų pateiktų pastabų/pasiūlymų rinkos konsultacijoje.

SVARSTYTA: Tiekėjų pateiktos pastabos/pasiūlymai rinkos konsultacijoje.

Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis gavo tiekėjų pastabas/pasiūlymus 2025-09-29 skelbtai rinkos konsultacijai dėl **dezinfekcijos kameros** pirkimo (pirkimo numeris 4725966).

1. Tiekėjas teikia šias pastabas/siūlymus:

6.	Pakrovimo į kamerą aukštis (nuo grindų)	300 ±50 mm arba grindų lygyje	Prašome 6 punktą išimti kaip netinkamą, ir trukdanti įrangos funkcionalumui, arba pakeisti sekančiais, kad įranga turi būti instaliuota duobėje, kurių gylis ne mažiau 150 mm. Jei įranga įmontuota ne duobėje, tai jai reikia papildomos rampos, kad sklandžiai vežimėlis būtų įstumtas į kameros vidų.
14.	Kameros apvalkalas	1. Kanalinės (arba kitaip padalintos) konstrukcijos; 2. Pagamintas iš 316 Ti markės nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos); 3. Su nepriklausoma garo tiekimo sistema.	Tikslinti 14 punktą ir išimti perteklinį 2 punktą: „Pagamintas iš 316 Ti markės“. Šis reikalavimas yra netikslingas, nes Perkančioji organizacija jau nori, kad kamera būtų iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno AISI 316 L. Šis reikalavimas yra orientuotas konkrečiam gamintojui.
16.	Valdymo pulto ekranas	1. Įrengtas pakrovimo pusėje (iškrovimo pusėje - pageidautinas, tačiau neprivalomas); Darbuotojas stebi procesą švarioje, t.y. iškrovimo pusėje. Būtų privalumas abiejuose. 2. Spalvotas; Nebūtina. 3. Lietimui jautrus; 4. Ekranas įstrižainė ne mažiau kaip 7 coliai; 5. Raiška ≥ (640 x 480) taškų; 6. Jungtys (ne mažiau kaip po vieną nurodyto tipo arba lygiavertę jungtį): USB, Ethernet, RS 232.	Išimti 16 punktą 2 papunktį „5. Raiška ≥ (640 x 480) taškų;“ Kaip perteklinį, nekeičiantį įrangos darbo kokybei bei orientuotam konkrečiam gamintojui.
20.	Dviguba proceso kontrolė pagal	1. Temperatūra matuojama Pt100 (arba lygiavertėmis) jutikliais;	20 punkto 2 dalį tikslinti iš „Slėgis matuojamas pjezovaržiniais slėgio keitikliais (arba lygiavertėmis).“

	EN285 arba lygiavertį standartą	2. Slėgis matuojamas pjezovaržiniais slėgio keitikliais (arba lygiaverčiais).	Sekančiai: „Slėgio matuokliai“, nes šiuo atveju aprašytas konkretus iš gamintojo techninio aprašymo reikalavimas.
--	---------------------------------	---	---

2. Tiekėjas teikia šias pastabas/siūlymus:

6.	Pakrovimo į kamerą aukštis (nuo grindų)	300 ±50 mm arba grindų lygyje	Labai didelis neergonomiškas personalui pakrovimo aukštis. Rekomenduojame šalinti „300 ±50 mm“ ir palikti tik įrašą – „Grindų lygyje“. Kitu atveju keisti į „150 ±50 mm arba grindų lygyje“
14.	Kameros apvalkalas	1. Kanalinės (arba kitaip padalintos) konstrukcijos; 2. Pagamintas iš 316 Ti markės nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos); 3. Su nepriklausoma garo tiekimo sistema.	Prašome paaiškinti, kokių tikslų nurodyta aukštesnės plieno markės kameros apvalkalo medžiaga (316Ti yra titanizuotas plienas), nei pačios kameros medžiaga. Papunktis 2 yra perteklinis ir neturi įtakos galutiniam rezultatui. Tuo pačiu norime atkreipti dėmesį, kad rinkoje yra vienas tiekėjas, kuris primygtinai šį punktą siūlo įtraukti į specifikacijas. Prašome punktą keisti į: 2. Pagamintas iš 304 ar geresnės markės nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos); Papunktis 3 yra neaiškus. AR nepriklausoma garo sistema reiškia, kad į apvalkalą garas turi būti tiekiamas ir atskiro garo generatoriaus, ar per atskirus vamzdžius nei kameros garas. Prašome patikslinti. Punktas yra perteklinis. Vietoje nurodyta parametro būtų tikslinga nurodyti tiekimo vamzdžių medžiagą – „nerūdijantis plienas“.
15.	Šilumos nuostoliai	Maksimalūs šilumos nuostoliai ne daugiau 11 kW arba vidutiniai šilumos nuostoliai ne daugiau 8 kW	Būtu tikslingiau nurodyti el. suvartojimą o ne šilumos nuostolius.
17.	Valdymo pulto ekrane pateikiama informacija	1. Data ir laikas; 2. Slėgis kameroje; 3. Temperatūra kameroje; 4. Tarpinės prispaudimo būklė; 5. Ciklo eilės numeris; 6. Atvaizduojama ciklo eiga; 7. Programų pasirinkimas 8. Informacija apie gedimus ar klaidas.	Punktas perteklinis, pritaikytas konkrečiam tiekėjui ir riboja konkurenciją. Apie netinkamą slėgį kameroje praneša klaidos pranešimas ekrane, operatoriui tarpinės prispaudimo būklės matyti nereikia. Prašome naikinti papunktį 17.4.
22.1.	Reikalavimai garų generatoriui	1. Galia ≥ 70 kW;	Punktai 4-6 neturi įtakos galutiniam rezultatui,

		2. Automatinė vandens lygio kontrolė su integruota apsauga esant vandens trūkumui; 3. Pagamintas iš nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos); 4. Pagaminamo garo kiekis ≥ 95 kg/h; 5. Maksimali vandens talpa ≥ 120 l; 6. Maksimalus darbinis slėgis $\geq 4,5$ bar.	rekomenduojam keisti suvartojimo kiekius ciklui.
22.2	Reikalavimai transportavimo - pakrovimo vežimėliui	1. Talpinantis ≥ 8 čiužinius, kurių storis 12 cm; 2. Pagamintas iš nerūdijančio plieno ir/arba aliuminio (arba lygiaverčių medžiagų); Kadangi nuolatos bus dezinfekuojamas, gal reikėtų palikti tik nerūdijantį plieną? 3. Turintis nuimamą (pakrovimui/iškrovimui) šoninį laikiklį.	Tik nerūdijantis plienas, papildomai nurodant plieno klasę „nerūdijantis plienas 304 arba geresnis“. 3 papunktis neaiškus, nurodo vieno gamintojo specifinę funkciją, rekomenduojame vietoje jo nurodyti vežimėlio paskirstytą keliamąją galią „paskirstoji keliamoji galia ne mažiau 250kg.“.

Komisija, įvertinusi tiekėjų pastabas/siūlymus, atsako:

Siekiant reikalavimų aiškumo bei konkurencijos tarp gamintojų ir tiekėjų užtikrinimo, dezinfekcijos kameros techninė specifikaciją patikslinama sekančiai:

- 1) Punktuose Nr. 6, 14.3, 15, 16.5, 17.4, 22.1.4, 22.1.5 ir 22.1.6 pateikti reikalavimai panaikinami;
- 2) Atsižvelgiant į tai, kad ES lėšomis statomame naujame korpusė esančios patalpos, kurioje bus eksploatuojama įsigyta dezinfekcijos kamera, grindys yra be įgilinimo ir įgilinimo padarymas pastato projekte nėra numatytas, vietoje panaikinto 6 punkto reikalavimo įvedamas naujas reikalavimas „6. Dezinfekcijos kameros pritaikymas montavimui bei instaliavimui ant grindų be įgilinimo“, kurio reikalaujama parametro reikšmė „Dezinfekcijos kamera statoma ant grindų, nereikalaujanti įgilinimo (duobės suformavimo) grindyse“;
- 3) Punkto Nr. 14 „Kameros apvalkalas“ 2 dalyje reikalaujama parametro reikšmė nauja redakcija išdėstoma taip: „Pagamintas iš 304 markės nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos)“;
- 4) Punkto Nr. 16 „Valdymo pulto ekranas“ 6 dalyje reikalaujama parametro reikšmė nauja redakcija išdėstoma taip: „Jungtis prijungimui prie kompiuterinio tinklo“;
- 5) Punkto Nr. 20 „Dviguba proceso kontrolė pagal EN285 arba lygiavertį standartą“ reikalaujama parametro reikšmė nauja redakcija išdėstoma taip: „Matuojama temperatūra (Pt100 arba lygiaverčiais jutikliais) ir slėgis“;
- 6) Punkto Nr. 22 „Komplektacija (pateikiami dezinfekcijos kameros priedai):“ 2 dalyje reikalaujama parametro reikšmė nauja redakcija išdėstoma taip: „Transportavimo - pakrovimo vežimėliai (čiužiniams, pagalvėms ir patalynei transportuoti bei pakrauti į dezinfekcijos kamerą) - 2 vnt.“;
- 7) Punkto Nr. 22.2 „Reikalavimai transportavimo - pakrovimo vežimėliui“ 2 dalyje reikalaujama parametro reikšmė nauja redakcija išdėstoma taip: „Pagamintas iš nerūdijančio plieno (arba lygiaverčių medžiagų)“;
- 8) Punkto Nr. 22.2 „Reikalavimai transportavimo - pakrovimo vežimėliui“ 3 dalyje reikalaujama parametro reikšmė nauja redakcija išdėstoma taip: „Turintis konstrukcinius sprendinius, užtikrinančius, kad dezinfekavimui sukrautos priemonės transportavimo metu neiškristų – priemonės prilaikančius šoninius laikiklius arba lentynas priemonių sukrovimui keliuose lygiuose (arba lygiaverčius)“;

Komisija pažymi, kad kiti (nepaminėti aukščiau) techninės specifikacijos reikalavimai atitinka perkančiosios organizacijos poreikius bei užtikrina konkurenciją, todėl nekeičiami.

Visi komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šių sprendimų priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Patikslinti techninę specifikaciją kaip nurodyta aukščiau, tvirtinti aktualią techninės specifikacijos redakciją;
2. Apie Komisijos sprendimus informuoti pastabas/siūlymus pateikusius tiekėjus ir suinteresuotus kandidatus.