



ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, J. Biliūno g. 23, 29111 Anykščiai, tel. (8 381) 5 80 35, faks. (8 381) 5 80 88, el. p. info@anyksciai.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774637

Viešojo pirkimo dalyviams

2025-10-28 Nr. 1-SD-1-SD-3442

DĖL ATSAKymo Į DALYVIO PRAŠYMĄ

Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija), atliekanti Atviro supaprastinto konkurso viešąjį pirkimą dėl „Odontologo darbo vietos įrangos“ pavaldžiai organizacijai VšĮ Anykščių rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centrui įsigijimo, Nr. 4973523, paskelbtą 2025 m. spalio 15 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS), 2025 m. spalio 22 d. gavusi viešojo pirkimo dalyvio prašymą, išnagrinėjo jį ir teikia atsakymus:

Atsakydami į prašymą informuojame, kad tenkiname siūlymą nurodytą Techninės specifikacijos_Reikalavimai įrangai (pirkimo sąlygų priedas Nr. 4.1.1) lentelės 1.1.1 punkto c) papunktyje. Techninės specifikacijos_Reikalavimai įrangai 1.1.1 punkto c) papunktį pakeičiame taip: „Maksimalus kėdės nusileidimo aukštis 400 mm +/-20 mm“.

Atsakydami į prašymą informuojame, kad tenkiname siūlymą nurodytą Techninės specifikacijos_Reikalavimai įrangai lentelės 1.1.1 punkto d) papunktyje. Techninės specifikacijos_Reikalavimai įrangai 1.1.1 punkto d) papunktį pakeičiame taip: „Kėdės (paciento) keliamoji galia ne mažiau kaip 140 kg“.

Atsakydami į prašymą informuojame, kad netenkiname siūlymo nurodyto Techninės specifikacijos_Reikalavimai įrangai lentelės 1.1.2 punkto d) papunktyje, nes 4.600 - 5.500 K ribas atitinka daugelio gamintojų šviestuvai. Reikalavimas dėl šviesos spalvos temperatūros reguliavimo techninėje specifikacijoje su reikalaujama maksimalia spalvos temperatūra 6200K yra nustatytas dėl to, kad skirtingoms gydymo procedūroms yra naudojami skirtingi šviesos spalvos temperatūros nustatymai. Šviesos spalvos temperatūra (6200 K) suteikia didesnę ir optimalų kontrastą, kas gerokai gydytojui palengvina endodontijos indikacijų gydymą, bei gydymo kokybę pacientams.

Atsakydami į prašymą informuojame, kad tenkiname siūlymą nurodytą Techninės specifikacijos_Reikalavimai įrangai lentelės 1.1.3 punkto b) papunktyje. Techninės specifikacijos_Reikalavimai įrangai 1.1.3 punkto b) papunktį pakeičiame taip: „4) Rankovė ultragarsiniam skaleriui su pašvietimu“.

Atsakydami į prašymą informuojame, kad tenkiname siūlymą nurodytą Techninės specifikacijos_Reikalavimai įrangai lentelės 1.1.3 punkto l) papunktyje. Techninės specifikacijos_Reikalavimai įrangai 1.1.3 punkto l) papunktį pakeičiame taip: „Papildomas vandens reguliavimas mikrovariklio korpuse arba žarnos jungtyje su mikrovarikliu, turbinos greitoje jungtyje, ultragarsinio skalerio korpuse arba žarnos jungtyje su ultragarsiniu skaleriu. *(galimybė pasiūlyti papildomą vandens reguliavimą mikrovariklio korpuse arba žarnos jungtyje su mikrovarikliu, turbinos greitoje jungtyje, ultragarsinio skalerio korpuse arba žarnos jungtyje su ultragarsiniu skaleriu bus vertinama kaip privalumas, pasiūlymų vertinime suteikiantis papildomų balų)*“.

Atsakydami į prašymą informuojame, kad tenkiname siūlymą nurodytą Techninės specifikacijos_Reikalavimai įrangai lentelės 1.1.6 punkto b) papunktyje. Techninės

specifikacijos_Reikalavimai įrangai 1.1.6 punkto b) papunktį pakeičiame taip: „Ne didesnis nei 10 mm, aukštis ne didesnis nei 14,5 mm“ .

Atsakydami į prašymą informuojame, kad tenkiname siūlymą nurodytą Techninės specifikacijos_Reikalavimai įrangai lentelės 1.1.7 punkto b) papunktyje. Techninės specifikacijos_Reikalavimai įrangai 1.1.7 punkto b) papunktį pakeičiame taip: „Ne mažiau 350 000 aps/min“ .

Atsakydami į prašymą informuojame, kad netenkiname siūlymo nurodyto Techninės specifikacijos_Reikalavimai įrangai lentelės 1.1.7 punkto d) papunktyje, nes 26W galia nėra išskirtinumas, nes rinkoje daug antgalių, kurių galingumas yra 36W ir daugiau. Turbinos galingumas palengvina gydytojo darbą, taupo laiką, bei įtakoja gydymo efektyvumą.

Atsakydami į prašymą informuojame, kad tenkiname siūlymą nurodytą Techninės specifikacijos_Reikalavimai įrangai lentelės 1.1.7 punkto e) papunktyje. Techninės specifikacijos_Reikalavimai įrangai 1.1.7 punkto e) papunktį pakeičiame taip: „Diametras ne didesnis nei 12,5 mm, aukštis ne didesnis nei 14,5 mm“ .

Atsakydami į prašymą informuojame, kad tenkiname siūlymą nurodytą Techninės specifikacijos_Reikalavimai įrangai lentelės 1.1.8 punkte. Techninės specifikacijos_Reikalavimai įrangai 1.1.8 punktą pakeičiame taip: „Ultragarsinis skaleris“ .

Atsakydami į prašymą informuojame, kad netenkiname siūlymo nurodyto Techninės specifikacijos_Reikalavimai įrangai lentelės 1.3 punkte reikalavimą Talpai, nes didesnė talpa niekaip neužtikrina stabilesnio oro tiekimo, kadangi agregatas turi dirbti ilgiau jog užpildytą didesnę talpą, tuo pačiu padidindamas suspausto oro temperatūrą. Didesnė talpa reikalinga dėl būtino kompresoriaus agregato darbo-poilsio režimo. Tobulesnės konstrukcijos kompresoriai gali dirbti nepertraukiamu režimu ir jiems nereikalinga didesnė talpa. Taip pat kompresorius su mažesne talpa užima mažiau vietos, kas taip pat yra aktualu perkančiai organizacijai. Pažymėtina jog rinkoje yra nemažai kompresorių galinčių dirbti nepertraukiamu režimu ir turinčių net mažesnę nei 20 l talpą.

Apibendrinant atsakymą į prašymą, pateikiame atnaujintą Techninės specifikacijos priedą (Priedas Nr. 4.1.1 Techninė specifikacija_Reikalavimai įrangai_Versija 2). Taip pat informuojame, kad aptikta techninė klaida Specialiosiose pirkimo sąlygose 2 skyriaus 2.5 punkte, todėl įkeliamos patikslintos Supaprastinto atviro konkurso specialiosios sąlygos Versija_Nr. 2 (AKTUALI REDAKCIJA). Atsižvelgiant į pakeitimus, informuojame, kad Perkančioji organizacija tęsia viešojo pirkimo procedūras.

Viešųjų pirkimų ir turto skyriaus vyriausioji specialistė,
viešųjų pirkimų komisijos pirmininko pavaduotoja

Žydrė Zlatkuvienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Anykščių rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Atsakymas į tiekėjo prašymą
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-10-28 Nr. 1-SD-3442 (6.37 E)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Viešojo pirkimo dalyviams
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Žydrė Zlatkuvienė Vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-10-28 11:12
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-11-23 14:25 - 2027-11-22 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jurgita Povilaitienė Specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-10-28 11:28
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-10-28 11:29
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA-2
Sertifikato galiojimo laikas	2025-04-07 07:43 - 2027-04-07 07:43
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20251024.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-10-28)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-10-28 nuorašą suformavo Rasa Palubinskaitė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-