

IŠRAŠAS IŠ VIEŠOJO PIRKIMO  
„KONSOLĖ IZOLIACINEI PALATAI“  
KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO

DARBOTVARKĖ: Dėl tiekėjo pateiktų pastabų/pasiūlymų.

SVARSTYTA: Tiekėjo pateiktos pastabos/pasiūlymai.

Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) *elektroniniu paštu* gavo tiekėjo pasiūlymus/pastabas 2025-10-21 CVP IS skelbtai rinkos konsultacijai dėl **konsolės izoliacinei palatai** pirkimo (Nr. 5062492).

Tiekėjas teikia siūlymus/pastabas:

1.1.	Konsolės konstrukcija ir tipas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prie lubų montuojama vienos alkūnės (peties) vertikali konsolė (su montavimu prie lubų-perdangos, atsižvelgiant į pakabinamų lubų aukštį);</li> <li>2. Alkūnės ilgis <math>\geq 800</math> mm;</li> <li>3. Konsolės vertikalios kolonos ilgis <math>\geq 1200</math> mm;</li> <li>4. Konsolės alkūnių sukimosi apie savo ašį kampas <math>\geq 330^\circ</math>;</li> <li>5. Konsolės padėties fiksavimui naudojama elektromagnetinių arba pneumatinių stabdžių sistema;</li> <li>6. Būtina galimybė konsolės galinėje ir priekinėje pusėje montuoti lentyną arba kitą įrangą;</li> <li>7. Galimybė keisti lentynų aukštį bei atstumus (tarpus) tarp lentynų;</li> <li>8. Konsolėje įrengti judesio eigos ribotuvai.</li> </ol>	Prašome koreguoti: Konsolės vertikalios kolonos ilgis $\geq 1000$ mm;
1.7.	Jungtys	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kolonoje sumontuotos jungtys: <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. elektros rozetės (230 V, su įžeminimu) su dangteliais – 10 vnt.;</li> <li>1.2. elektrinių potencialų išlyginimo rozetės (gnybtai) – 6 vnt.;</li> <li>1.3. dviguba kompiuterinio tinklo jungtis (RJ45 CAT6 ar lygiavertė) – 1 vnt.;</li> <li>1.4. vakuomo jungtis – 1 vnt.;</li> <li>1.5. suspausto oro jungtis, <math>\geq 4</math> bar – 1 vnt.;</li> <li>1.6. deguonies (O2) tiekimo jungtis – 2 vnt.</li> </ol> </li> <li>2. Konsolėje sumontuotos medicininių dujų ir vakuomo jungtys yra „Medical</li> </ol>	<p>Siūlome koreguoti šiuos reikalavimus:</p> <p>dviguba kompiuterinio tinklo jungtis (RJ45 CAT6 ar lygiavertė) – 4 vnt.;</p> <p>vakuomo jungtis – 2 vnt.;</p> <p>suspausto oro jungtis, <math>\geq 4</math> bar – 2 vnt.;</p> <p>Prašome šalinti 2 punkto reikalavimą - trečio punkto reikalavimas nurodo, kad visoms jungtims turi būti pateikiami pajungimo antgaliai, todėl konkretus</p>

		Technologies“ standarto (turi būti suderinamos su reanimacijoje turimais aparatais); 3. Visoms siūlomoms medicininių dujų ir vakuumo jungtims sukombektuoti tinkami medicininės įrangos pajungimo antgaliai (pastaba: turi atitikti aukščiau minimą standartą).	jungčių standartas nėra būtinas.  Reikalavimą prašome koreguoti: “Visoms siūlomoms medicininių dujų ir vakuumo jungtims sukombektuoti tinkami medicininės įrangos pajungimo antgaliai.
2.1.	Konsolės konstrukcija ir tipas	1. Prie lubų montuojama dviejų alkūnių (pečių) vertikali konsolė (su montavimu prie lubų-perdangos, atsižvelgiant į pakabinamų lubų aukštį); 2. Alkūnių bendras ilgis $\geq 1400$ mm; 3. Konsolės vertikalios kolonos ilgis $\geq 1200$ mm; 4. Konsolės alkūnių sukimosi apie savo ašį kampas $\geq 330^\circ$ ; 5. Konsolės padėties fiksavimui naudojama elektromagnetinių arba pneumatinių stabdžių sistema; 6. Būtina galimybė konsolės galinėje ir priekinėje pusėje montuoti lentyną arba kitą įrangą; 7. Galimybė keisti lentynų aukštį bei atstumus (tarpus) tarp lentynų; 8. Konsolėje įrengti judesio eigos ribotuvai.	Prašome koreguoti: “Konsolės vertikalios kolonos ilgis $\geq 1000$ mm;”
2.7.	Jungtys	1. Kolonoje sumontuotos jungtys: 1.1. elektros rozetės (230 V, su žeminimu) su dangteliais – 12 vnt.; 1.2. elektrinių potencialų išlyginimo rozetės (gnybtai) – 6 vnt.; 1.3. dviguba kompiuterinio tinklo jungtis (RJ45 CAT6 ar lygiavertė) – 1 vnt.; 1.4. vakuumo jungtis – 2 vnt.; 1.5. suspausto oro jungtis, $\geq 4$ bar – 2 vnt.; 1.6. deguonies (O2) tiekimo jungtis – 2 vnt. 2. Konsolėje sumontuotos medicininių dujų ir vakuumo jungtys yra „Medical Technologies“ standarto	Siūlome koreguoti: dviguba kompiuterinio tinklo jungtis (RJ45 CAT6 ar lygiavertė) – 4 vnt.  Prašome šalinti 2 punkto reikalavimą - trečio punkto reikalavimas nurodo, kad visoms jungtims turi būti pateikiami pajungimo antgaliai, todėl konkretus jungčių standartas nėra būtinas.  Reikalavimą prašome koreguoti: “Visoms siūlomoms medicininių dujų ir vakuumo jungtims sukombektuoti

		(pastaba: turi būti suderinamos su reanimacijoje turimais aparatais); 3. Visoms siūlomoms medicininių dujų ir vakuumo jungtims sukomplektuoti tinkami medicininės įrangos pajungimo antgaliai (turi atitikti aukščiau minimą standartą).	tinkami medicininės įrangos pajungimo antgaliai.
3.2.	Ambu maišo laikiklis – 1 vnt.	Laikiklis Ambu maišui prie vieno peties lubinės konsolės	Prašome koreguoti: Ambu maišo laikiklis arba dėžė medicininėms priemonėms (tvirtinama prie medicininio bėgelio) – 1 vnt.  Laikiklis Ambu maišui arba dėžė medicininėms priemonėms (tvirtinama prie medicininio bėgelio) prie vieno peties lubinės konsolės

Taip pat, tiekėjas prašo pratęsti prekių pristatymo terminą iki 3 mėnesių.

Komisija, įvertinusi tiekėjo siūlymus/pastabas, atsako sekančiai:

Tiekėjo siūlymas mažinti 1.1 punkto 3 papunkčio ir 2.1 punkto 3 papunkčio reikalavimus konsolės vertikalios kolonos ilgiui yra nepriimtinas. Siūloma korekcija sumažintų minimalų reikalaujamą ilgį 20-čią centimetrų, kas gali turėti tiesioginės įtakos įrangos sutalpinimui lentynose. Perkančioji organizacija yra įsivertinusi konsolės vertikalios kolonos minimalaus ilgio poreikius ir tiekėjas turėtų vadovautis techninėje specifikacijoje pateikiama informacija.

Komisija nesutinka su tiekėjo siūlomomis korekcijomis 1.7 punkto 1 papunkčiui ir 2.7 punkto 1 papunkčiui. Perkančioji organizacija yra įsivertinusi jungčių poreikius ir tiekėjas turėtų vadovautis techninėje specifikacijoje pateikiama informacija.

Komisija nesutinka naikinti 1.7 punkto 2 papunkčio ir 2.7 punkto 2 papunkčio, kadangi Perkančiajai organizacijai yra aktualu, kad konsolės jungtys atitiktų „Medical Technologies“ standartą. Ši konsolė bus montuojama Bendrosios intensyviosios terapijos 2-jame skyriuje, kur turima įranga yra pritaikyta „Medical Technologies“ standarto jungtims. Perkančioji organizacija įsivertino, kad yra neracionalu turėti 1-ą konsolę su kito standarto jungtimis, kai tuo tarpu dauguma skyriuje esančių sistemų yra „Medical Technologies“ standarto. Toks pakeitimas reikalautų peržiūrėti turimus įrangos kiekius, išskirti, kuriai įrangai būtų galima pakeisti jungtis, taip pririšant šią įrangą prie vienos konsolės, kadangi nebūtų galimybės esant poreikiui greitai prijungti kitos įrangos be inžinerinio personalo įsikišimo ar papildomų pajungimo antgalių pirkimo. Tai didintų riziką, kad esant kritinėms situacijoms viena konsolė negalėtų būti naudojama ir pacientas turėtų būti perkeltas į kitą palatą. Šis tiekėjo reikalavimas neproporcingai didintų Perkančiosios organizacijos eksploatacinius kaštus, mažintų paslaugų prieinamumą, pilnavertį patalpų išnaudojimą, nes bendros sistemos vienas komponentas (konsolė) nebūtų lengvai suderinamas su visa esama konsolių ir įrangos sistema.

Komisija nesutinka naikinti 1.7 punkto 3 papunkčio ir 2.7 punkto 3 papunkčio, kadangi yra svarbu, jog būtų komplektuojamos to paties standarto jungtys ir pajungimo antgaliai. Tiekėjo siūloma korekcija sudarytų sąlygas interpretacijoms: tiekėjai galėtų siūlyti kito standarto pajungimo antgalius ir nebūtų užtikrintas suderinamumas.

Komisija norėtų pažymėti, kad remiantis įvairių konsolių pirkimo patirtimi, tiekėjams neretai kyla klausimų, koks turėtų būti jungčių standartas, todėl Perkančioji organizacija iš karto suteikė tiekėjams šią informaciją.

Komisija nesutinka su tiekėjo siūlymu praplėsti 3.2 punkto reikalavimus, kadangi siūloma korekcija iškreiptų šio punkto esmę. Perkančiajai organizacijai yra svarbu, kad konsolė būtų komplektuojama su ambu maišo laikikliu, o ne „dėže medicininėms priemonėms“.

Komisija **nesutinka** pratęsti prekių pristatymo termino, kadangi konsolė reikalinga kuo skubiau, jog būtų galima kuo greičiau pradėti izoliacinės palatos eksploatavimą.

Visi Komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šio sprendimo priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Techninės specifikacijos nekeisti.
2. Apie Komisijos sprendimą informuoti pastabas/pasiūlymus pateikusį tiekėją ir suinteresuotus kandidatus.