

IŠRAŠAS IŠ VIEŠOJO PIRKIMO
„PACIENTŲ GYVYBINIŲ FUNKCIJŲ MONITORIAI PRITAIKYTI DIRBTI MRT APLINKOJE”
KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO

DARBOTVARKĖ: Dėl tiekėjo pateiktų pastabų/pasiūlymų.

SVARSTYTA: Tiekėjo pateiktos pastabos/pasiūlymai.

Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau - CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis gavo tiekėjo pasiūlymus/pastabas 2025-08-17 CVP IS skelbtai rinkos konsultacijai dėl *pacientų gyvybinių funkcijų monitorių pritaikytų dirbti MRT aplinkoje* pirkimo (Nr. 4128317).

Tiekėjas teikia šiuos siūlymus/pastabas:

Techninės specifikacijos P.13.6.2. riboja konkurenciją. Philips monitorius specifikuojamas su 20 – 44 C temperatūros matavimo diapazonu.

Prašome užtikrinti lygiavertes konkurencines sąlygas pirkimo dalyviams ir reikalavimą keisti sekančiai:

„Matavimo diapazonas ne siauresnis kaip 25 – 44 °C.“

Prašome į techninės specifikacijos P.12. įtraukti šiuos reikalavimus:

1. Ne mažiau kaip 3 skirtingų lygių pavojaus signalai;

2. Galimybė keisti pavojaus signalų garsumą, vienu lietimui konfigūruoti pavojaus signalų ribas;

Prašome į techninę specifikaciją įtraukti reikalavimą:

„Belaidis monitoruojamų parametrų ir kreivių duomenų perdavimas į MRT sistemą“

Prašome prekių pristatymo terminą prailginti iki ne ilgesnio kaip 12 savaičių nuo užsakymo pateikimo dienos.

Komisija, įvertinusi tiekėjo pastabas/siūlymus, atsako sekančiai:

Tiekėjo siūlomas papildomas reikalavimas (2. Galimybė keisti pavojaus signalų garsumą, vienu lietimui konfigūruoti pavojaus signalų ribas) neaktualus. Komisija pažymi, kad reikalavimo esmė – aliarmų funkcionalumas ir jų diferenciacija (≥3 lygiai), o ne naudotojo sąsajos patogumas.

Komisija sprendžia numatomą prekių pristatymo terminą pratęsti iki 12 savaičių.

Komisija sprendžia techninę specifikaciją koreguoti, kaip nurodoma žemiau.

10.1.	Belaidis duomenų perdavimas	Galima belaidžiu būdu perduoti realaus laiko monitoruojamų parametrų ir kreivių duomenis į MRT valdymo patalpos ekraną.
11.	Pavojaus signalai (aliarmai)	1. Garsiniai ir vizualiniai. 2. Ne mažiau kaip 3 skirtingų lygių.
13.6.	Temperatūros matavimo modulis su jutikliais	1. Komplekte – daugkartinis temperatūros jutiklis (paviršinis) - 1 vnt. 2. Matavimo diapazonas ne siauresnis kaip 25-44 °C.

Visi Komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šių sprendimų priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Techninę specifikaciją patikslinti kaip nurodyta aukščiau. Tvirtinti aktualią techninės specifikacijos redakciją.

2. Apie Komisijos sprendimą informuoti pastabas/pasiūlymus pateikusius tiekėjus ir suinteresuotus kandidatus.