



## KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

Tiekėjams

### DĖL PIRKIMO NR. 4829454

Dėkojame už dalyvavimą tarptautinės vertės pirkime „Fizioterapijos ir medicinos įranga“ atviro konkurso būdu (toliau – pirkimas).

Perkančioji organizacija atsako į CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateiktus klausimus:

*Dėl IX pirkimo dalies („Elektrokardiografas“)*

**Klausimas:** „Laba diena, pastebėtas netikslumas „IX Pirkimo dalis Elektrokardiografas“ 14. „Skiriamoji geba Ne daugiau nei 1  $\mu$ V/24 bit. '- Techniškai neteisingai parašytas parametras, prašome koreguoti į "Skiriamoji geba – ne daugiau nei 1 $\mu$ V (naudojant 24 bitų ADC)". Ačiū.“

**Atsakymas:** Dėkojame už Jūsų pastabą dėl techninės specifikacijos punkto, kuriame nurodyta „Skiriamoji geba – ne daugiau nei 1  $\mu$ V/24 bit“. Sutinkame, kad nurodyta formuluotė „1  $\mu$ V/24 bit“ nėra techniškai tiksliai išreikšta. Reikalaujama, kad įrenginio skiriamoji geba būtų ne didesnė nei 1  $\mu$ V, esant ne mažesniai kaip 24 bitų skaitmeninio tikslumui. Siekiant aiškumo, techninė specifikacija **patikslinama taip: „Skiriamoji geba – ne daugiau kaip 1  $\mu$ V (ADC 24 bitų).“** Pažymime, kad šis pakeitimas **nekeičia pirkimo esmės**, nes tikslinama tik formuluotė, o reikalavimo turinys ir techninis lygis išlieka toks pat.

14.	Skiriamoji geba	<del>Ne daugiau nei 1 <math>\mu</math>V/24 bit.</del>	
		Ne daugiau kaip 1 $\mu$ V (ADC 24 bitų).	

*Dėl visų pirkimo dalių*

Pratęsiamas pasiūlymų pateikimo terminas iki 2025-11-18 09:30 bei skelbime apie pirkimą ir kituose pirkimo dokumentuose atliekami šie pakeitimai:

Keistino teksto vieta	Yra	Turi būti
Pasiūlymų arba paraiškų dalyvauti pirkime pateikimo terminas	11/11/2025 09:30	18/11/2025 09:30
Paaiškinimų termino pabaiga	01/11/2025 09:30	08/11/2025 09:30
Susipažinimo su pasiūlymais data	11/11/2025 10:00	18/11/2025 10:00

Erika Pečiulienė, tel.: +370 622 84599, el. p. erika.peciulienė@klaipedos-r.lt

TVIRTINU

VšĮ Klaipėdos rajono savivaldybės  
sveikatos centro direktorė

Neringa Tarvydienė

2025 – 08 -

**Pirkimo „(savivaldybė įrašo), Fizioterapijos ir medicinos įranga.“**

**IX Pirkimo dalis**

**Elektrokardiografas. Techninė specifikacija**

Elektrokardiografas (2 vnt.)

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Parametrai (specifikacija)</b>	<b>Reikalaujamos parametru reikšmės</b>	<b>Siūloma parametro reikšmė</b>
1.	Paskirtis	Registruoti širdies elektrinį aktyvumą	
2.	Svoris	Ne daugiau 5,8 kg.	
3.	Derivacijos	12 derivacijų ramybės EKG registravimui	
4.	Ramybės ritmo rašymo trukmė	Ne trumpiau nei 10 min.	
5.	Ekranas	1. Ne blogiau nei LCD 2. Ne mažesnis nei 7“ 3. Raiška ne blogesnė nei 1024 x 768 taškų	
6.	Įmontuota baterija	Būtina	
7.	Veikimo trukmė naudojant bateriją	Ne trumpiau 8 valandų įprasto darbo	
8.	Elektrokardiogramos spausdinimas	Naudojant integruotą terminį spausdintuvą	
9.	Spausdintuvo raiška	Ne mažiau 8 taškai/mm (amplitudės ašyje), ne mažiau 40 taškų/mm (laiko ašyje) .	
10.	Darbę spartinantys mygtukai arba	1. Prietaiso įjungimui/išjungimui;	

	valdymas per jutiklinį ekraną	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Automatiniam kardiogramos užrašymui;</li> <li>3. Rankiniam kardiogramos užrašymui;</li> <li>4. Įrašytų duomenų ištrynimui.</li> </ol>	
11.	Atmintis	Ne mažiau 300 ramybės EKG įrašų	
12.	Duomenų perkėlimas	Galimybė duomenis PDF formatu perkelti į USB atmintinę arba Wifi ryšiu.	
13.	EKG užrašymo dažnis	Ne mažiau nei 32000 Hz	
14.	Skiriamoji geba	Ne daugiau kaip 1 $\mu$ V (ADC 24 bitų).	
15.	Kardiostimuliatoriaus detekcijos dažnis	Ne daugiau nei 23 kHz.	
16.	Interpretacija	Būtina	
17.	Komplektacija	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Elektrokardiografas</li> <li>2. Standartinis paciento kabelis ne mažiau 1vnt.</li> <li>3. Daugkartinio naudojimo suaugusiųjų EKG elektrodų komplektas ne mažiau 1vnt.</li> <li>4. EKG gelis ne mažiau 1vnt.</li> <li>5. Terminio popieriaus ne mažiau kaip 10vnt.</li> <li>6. Transportavimo vežimėlis</li> </ol>	
18.	Transportavimo vežimėlis	Su nemažiau kaip su 4 ratukais, iš kurių ne mažiau kaip 2 ratukai su stabdžiais. Skirtas aparatui ir priedams susidėti	
19.	Maitinimas	Iš ~220V, 50Hz elektros tinklo	
20.	CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745	Būtina	
21.	Garantinis terminas	$\geq$ 24 mėnesiai	

22.	Įrangos pristatymas ir instaliavimas	Tiekėjas patvirtinta, kad įrangos pristatymas į gydymo įstaigą, iškrovimas, pervežimas į montavimo vietą, senos įrangos išmontavimas, naujos įrangos sumontavimas, po montavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), išbandymas, medicininio personalo ir/ar gydymo įstaigos inžinierių apmokymas įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą.	
23.	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija	1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; 2. Serviso dokumentacija anglų arba lietuvių kalbomis; 3. Užpildytas prietaiso techninis pasas.	

*\* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.*

*\* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimančias Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.*

## **BENDRIEJI REIKALAVIMAI TIEKĖJUI**

**Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti:**

**1.** Paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotą CE sertifikatą arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaraciją, arba lygiavertčius dokumentus, patvirtinančius, kad siūloma prekė atitinka Europos Sąjungos direktyvoje MDR 2017/745 „Dėl medicinos prietaisų“ / 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamente 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus, skaitmenines kopijas originalo ir lietuvių kalba.

2. Dokumentus, patvirtinančius kad tiekėjas yra medicinos įrangos gamintojas arba kitas asmuo, atitinkantis reikalavimus, nurodytus Medicinos priemonių naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl medicinos priemonių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 24 punkte.

3. **Kilus abejonėms dėl tiekėjo pateiktos gamintojo dokumentacijos ar deklaracijos autentiškumo**, Perkančiosios organizacijos prašymu, tiekėjas turi pateikti gamintojo dokumentus, patvirtintus gamintojo vadovo ar jo įgalioto asmens (kartu su prekės aprašymu pateikiami gamintojo įgalioto atstovo atitinkamas teises įrodantys dokumentai) kvalifikuoto elektroniniu parašu, atitinkančiu 2014 liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 273, p. 73)

\* Pažymėtina, kad kvalifikuotas elektroninis parašas priimamas šiomis sąlygomis:

a) tiekėjo dokumentams pateikti skirtos elektroninės priemonės sudaro galimybes techniškai tvarkyti reikalaujamą kvalifikuoto elektroninio parašo formatą, nustatytą Reglamento Nr. 910/2014 27 straipsnyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose. Jeigu tiekėjo dokumentai pateikiami kitokiu elektroninio parašo formatu, į elektroninio parašo arba elektroninio dokumento laikmeną turi būti įtraukta informacija apie esamas patvirtinimo galimybes, kuriomis naudodamasi perkančioji organizacija turi galėti internetu, neatlygintinai ir asmenims, kuriems pateikiamų dokumentų kalba nėra gimtoji, suprantamu būdu patvirtinti gautą elektroninį parašą kaip kvalifikuotą elektroninį parašą;

b) jeigu tiekėjo dokumentai pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu, kurį išdavė sertifikavimo paslaugų teikėjas, įtrauktas į patikimą sąrašą, sudarytą vadovaujantis Reglamento Nr. 910/2014 22 str. nurodytais įgyvendinimo aktais, jokie papildomi reikalavimai, kurie trukdytų naudoti tokius parašus, nekeliami.

4. Dėl taikomų minimalių aplinkosauginių reikalavimų:

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Minimalūs aplinkosauginiai reikalavimai</b>	<b>Atitikimas reikalavimams (Taip/Ne)</b>
<b>1.</b>	Tiekėjas turi pateikti garantinį raštą užtikrinantį galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos.	
<b>2.</b>	Tiekėjas turi pateikti pasirašytą Tiekėjo deklaraciją ar lygiavertį dokumentą, kuriuo įsipareigoja, kad personalo apmokymų metu bus aptarti įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai	

	(parametrų reguliavimas, tikslinimas, režimų pasirinkimas ir kt.) mažinant poveikį aplinkai visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose, ypatingai susijusiuose su energijos vartojimo efektyvumu, įrangos technine priežiūra.	
--	---	--

## TVIRTINU

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos  
direktorius 2025-10-03 įsakymu Nr. AV-1495

# KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TARPTAUTINIO VIEŠOJO PIRKIMO P-2025/13258, FIZIOTERAPIJOS IR MEDICINOS ĮRANGA VYKDOMO ATVIRO KONKURSO BŪDU SPECIALIOSIOS SĄLYGOS (versija 2025.02.01)

## TURINYS

I SKYRIUS .....	1
BENDRA INFORMACIJA .....	2
II SKYRIUS .....	2
PIRKIMO OBJEKTAS .....	2
III SKYRIUS .....	2
SUSITIKIMAI SU TIEKĖJAIS IR OBJEKTO APŽIŪRA .....	2
IV SKYRIUS .....	3
TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI IR KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI .....	3
V SKYRIUS .....	3
REIKALAVIMAI, SUSIJĘ SU NACIONALINIŲ SAUGUMU .....	3
VI SKYRIUS .....	3
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI PASIŪLYMŲ RENGIMUI IR PATEIKIMUI .....	3
VII SKYRIUS .....	4
PASIŪLYMO GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS .....	4
VIII SKYRIUS .....	4
ELEKTRONINIS AUKCIONAS .....	4
IX SKYRIUS .....	4
PASIŪLYMŲ VERTINIMAS .....	4
X SKYRIUS .....	4
SUTARTIES SUDARYMAS .....	4
XI SKYRIUS .....	4
KITOS SĄLYGOS .....	4
Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“ .....	4
Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“ .....	6
Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“ .....	7
Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“ .....	14
Pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“ (XML formatu) .....	17
Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“ .....	18
Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“ .....	22
Pirkimo sąlygų 8 priedas „Sutarties projektas“ .....	23
Pirkimo sąlygų 9 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatomis juridiniam asmeniui“ .....	24
Pirkimo sąlygų 9 priedo „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatomis fiziniam asmeniui“ tęsinys .....	24



## I SKYRIUS BENDRA INFORMACIJA

1.1. Centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas vykdanči Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (kodas 188773688), Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. (8-46) 452545, faksas (8-46) 472005 (toliau – Perkančioji organizacija) atlieka VšĮ Klaipėdos rajono savivaldybės sveikatos centro pavedimu viešojo pirkimo „P-2025/13258, Fizioterapijos ir medicinos įranga“ (toliau – pirkimas) procedūras.

1.2. Sutartį pasirašys VšĮ Klaipėdos rajono savivaldybės sveikatos centras. Kai pirkimą atlieka įgaliotoji ar centrinė perkančioji organizacija, ji atlieka pirkimo dokumentuose nurodytus perkančiajai organizacijai priskirtinus veiksmus, išskyrus pirkimo sutarties sudarymą.

1.3. Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes: CPO LT centralizuotų pirkimų katalogas nesiūlo prekių, kurias ketinama įsigyti šiuo Pirkimu, perkant iš CPO LT katalogo į prekių kainą būtų įskaiciuotas CPO LT kataloge veikiančių tiekėjų dalyvavimo CPO LT organizuojamuose pirkimuose mokestis, todėl prekių kaina būtų didesnė. CVP IS skelbiamam pirkime gali dalyvauti visi pageidaujantys tiekėjai, todėl rezultate dėl masto ekonomijos bus užtikrintas racionalus lėšų panaudojimas (įsigytos pageidaujamos prekės už mažiausią rinkos kainą).

1.4. Perkančioji organizacija nerezervuoja teisės dalyvauti pirkime.

1.5. Stebėtojai dalyvauti Komisijos posėdžiuose nėra kviečiami.

1.6. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ nuostatomis. Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti: Techninėje specifikacijoje, sutarties sąlygose.

1.7. Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas.

1.8. Pirkime perkančioji organizacija nenumato skelbti pranešimo dėl savanoriško *ex ante* skaidrumo.

1.9. Pirkime neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų.

1.10. Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriamą šių pirkimo sąlygų dalis.

1.11. Pirkimo procedūrų klausimais konsultuoja: Erika Pečiulienė, Viešųjų pirkimų skyriaus patarėja, tel. +370 622 84599, el. paštas: erika.peciuliene@klaipedos-r.lt.

1.12. Dėl pirkimo objekto konsultuoja: Lukas Piluckis, VšĮ Klaipėdos rajono savivaldybės sveikatos centro Medicinos technikos priežiūros specialistas, Radiacinės saugos specialistas, tel.: +370 670 91574, el. p. lukas.piluckis@gsc.lt.

## II SKYRIUS PIRKIMO OBJEKTAS

2.1 Perkančioji organizacija numato įsigyti **Fizioterapijos ir medicinos įrangą**. Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti specialiuju pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“.

2.2 Pirkimo objektas skaidomas į 11 dalių.

**I pirkimo dalis – Šviesos terapijos sistema;**

**II pirkimo dalis – Magnetinis dubens raumenų treniruoklis;**

**III pirkimo dalis - Ultragarso terapijos prietaisas;**

**IV pirkimo dalis - Lazerinės terapijos prietaisas;**

**V pirkimo dalis - Šalčio ir aktyvios kompresinės terapijos prietaisas;**

**VI pirkimo dalis - Magnetinės terapijos prietaisas;**

**VII pirkimo dalis - Defibriliatorius;**

**VIII pirkimo dalis - Deguonies koncentratorius;**

**IX pirkimo dalis – Elektrokardiografas;**

**X pirkimo dalis – Autokeratorefraktometras;**

**XI pirkimo dalis - Operacinis šviestuvas.**

2.3 Pirkimo apimtys, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“. Perkančioji organizacija sudarys atskiras sutartis dėl pirkimo dalių, dėl kurių laimėtoju nustatytas tas pats tiekėjas.

2.4 Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkrečiam tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

2.5 Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

### **III SKYRIUS SUSITIKIMAI SU TIEKĖJAIS IR OBJEKTO APŽIŪRA**

3.1. Perkančioji organizacija nerengs susitikimo su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo.

### **IV SKYRIUS TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI IR KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI**

4.1. Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekejų (jei taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“.

4.2. Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai ir jų atitiktį patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“.

### **V SKYRIUS REIKALAVIMAI, SUSIJĘ SU NACIONALINIU SAUGUMU**

5.1. Pirkimui taikomos Europos Sąjungos Tarybos 2022 m. balandžio 8 d. priimtas Tarybos Reglamentas (ES) 2022/576, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje (toliau – Reglamentas), nuostatos. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti užpildytą deklaraciją dėl (ne)atitikties Reglamento nuostatoms, kuri pateikta specialiųjų pirkimo sąlygų 9 priede „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms“. Kilus abejonių dėl tiekėjo (ne)atitikties Reglamento nuostatoms, perkančioji organizacija iš galimo laimėtojo prašys pateikti dokumentus, įrodančius deklaracijoje pateiktų duomenų teisingumą.

5.2. Perkančioji organizacija nustačiusi, kad tiekėjo pasitelktas subtiekėjas ar ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, tenkina Reglamento su visais pakeitimais nustatytus ribojimus, reikalaus tiekėjo juos pakeisti kitais, pirkimo sąlygų reikalavimus atitinkančiais, subjektais.

5.3. Jei perkančioji organizacija veikia gynybos srityje, valdo ypatingos svarbos informacinę infrastruktūrą, veikia srityse, kurios laikomos nacionaliniam saugumui užtikrinti strategiškai svarbių ūkio sektorių dalimi, ar įrašyta į Saugiojo tinklo naudotojų sąrašą ir įsigyja pirkimo objektą, kurio BVPŽ kodai nurodyti VPĮ įstatymo 92 straipsnio 13 dalyje numatytame sąrašė, kaip nurodyta VPĮ 37 straipsnio 9 dalyje: reikalavimas nėra taikomas.

5.4. Jei Perkančioji organizacija, veikia gynybos srityje, valdo ypatingos svarbos informacinę infrastruktūrą, veikia srityse, kurios laikomos nacionaliniam saugumui užtikrinti strategiškai svarbių ūkio sektorių dalimi, ar įrašyta į Saugiojo tinklo naudotojų sąrašą, atlieka pirkimą, kurio objektas

apima VPĮ 92 straipsnio 13 dalyje numatytame sąraše nurodytų BVPŽ kodų prekes ar paslaugas, kaip nurodyta VPĮ 47 straipsnio 9 dalyje: reikalavimas nėra taikomas.

## VI SKYRIUS SPECIALIEJI REIKALAVIMAI PASIŪLYMŲ RENGIMUI IR PATEIKIMUI

---

6.1. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:

6.1.1. tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede „Pasiūlymo forma“ pateiktą pasiūlymo formą.

6.1.2. užpildytas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“). Pasirašydamas pasiūlymą, tiekėjas patvirtina ir EBVPD tikrumą;

6.1.3. jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);

6.1.4. dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti;

6.1.5. jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;

6.1.6. jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime.

6.2. Visas pasiūlymas privalo būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Kvalifikuotu elektroniniu parašu tiekėjo vadovas ar jo įgaliotas asmuo turi patvirtinti visą pasiūlymą, atskirai kiekvienos dokumentų kopijos pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu nereikia (jei pirkimo sąlygose nenumatyta kitaip). Gali būti pateikiami:

6.2.1. kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai (kai tiekėją atstovaujantis ir visą pasiūlymą pasirašantis asmuo nesutampa su elektroniniu parašu atitinkamą dokumentą pasirašančiu asmeniu);

6.2.2. elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai (kai tiekėją atstovaujantis ir visą pasiūlymą pasirašantis asmuo sutampa su atitinkamą dokumentą turinčiu teisę pasirašyti asmeniu);

6.2.3. skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu asmens, nesutampančio, su pasiūlymą pasirašančiu asmeniu, parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti);

6.2.4. CVP IS sistema palaiko šiuos dokumentų tipus: 7z, avi, csv, doc, docm, docx, docx, dot, dotx, dwg, e0x, fr, geojson, info, jpeg, jpg, json, mov, mp4, mpp, msg, odp, ods, odt, p7m, pages, pdf, png, ppt, pptx, rar, rtf, svg, tar, tiff, txt, util, webp, wmv, xls, xlsb, xlsx, xml, zip, zipx. **Jeigu norima įkelti pasirašytą .adoc dokumentą, tiekėjas pirma turi šį dokumentą suspausti (į .zip ar kitus palaikomus formatus) ir tada prisegti CVP IS.**

6.3. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių arba anglų kalba. Jei su pasiūlymu pateikiami dokumentai negali būti pateikti lietuvių arba anglų kalba, šie dokumentai turi būti pateikti originalo kalba, pridėdant jų vertimą į lietuvių ar anglų kalbą (vertimas turi būti patvirtintas vertimą atlikusio asmens parašu). Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą. Perkančiajai organizacijai turint įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, perkančioji organizacija reikalauja pateikti vertimą atlikusio asmens parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą.

6.4. Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio.

6.5. Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

## VII SKYRIUS PASIŪLYMO GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS

---

7.1. Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

**VIII SKYRIUS  
ELEKTRONINIS AUKCIONAS**

8.1. Perkančioji organizacija pirkime netaikys elektroninio aukciono.

**IX SKYRIUS  
PASIŪLYMŲ VERTINIMAS**

9.1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą (laimėtoju bus pripažintas mažiausią kainą pasiūlęs tiekėjas), kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede „Pasiūlymo forma“. Tas pats tiekėjas gali būti nustatomas laimėtoju dėl visų pirkimo objekto dalių.

9.2. Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje. Jeigu pirkimas skaidomas į dalis, laimėjusiu pasiūlymu kiekvienoje pirkimo objekto dalyje galės būti pripažinti tik po 1 (vieną) ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, esantį atitinkamos pirkimo objekto dalies pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje. Tas pats tiekėjas gali būti nustatomas laimėtoju dėl visų pirkimo objekto dalių, vadovaujantis specialiųjų pirkimo sąlygų priede „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“ nustatytais taisyklėmis.

**X SKYRIUS  
SUTARTIES SUDARYMAS**

10.1. Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs, o jei pirkimas skaidomas į dalis – su tiekėjais, kurių pasiūlymai bus pripažinti laimėję. Sutarties sąlygos pateikiamos Pirkimo sąlygų priede Nr. 8 „Sutarties projektas“.

**XI SKYRIUS  
KITOS SĄLYGOS**

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“

<b>Eil.Nr.</b>	<b>VEIKSMAS</b>	<b>DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS</b> (Lietuvos laiku)	<b>PASTABOS</b>
1.	Pasiūlymų pateikimo terminas	nurodytas skelbime	Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą.
2.	Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais	Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos	
3.	Prašymą paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip:	<i>Jeigu vykdomas tarptautinis pirkimas:</i> 10 (dešimt) dienų iki pasiūlymų pateikimo dienos	
4.	Perkančioji organizacija pirkimo sąlygų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip:	<i>Jeigu vykdomas tarptautinis pirkimas:</i> 6 (šešios) dienos iki pasiūlymų pateikimo dienos	
5.	Objekto apžiūra bus vykdoma:	NETAIKOMA	

6.	Perkančioji organizacija rengs susitikimus su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo	NETAIKOMA	
7.	Tiekėjai turi pateikti prekių pavyzdžius	NETAIKOMA	
8.	Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip	nurodytas skelbime	
9.	Perkančioji organizacija atsako tiekėjui, ar ji sutinka priimti tiekėjo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per	3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos	Netaikoma, jei neprašoma pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento
10.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui gražinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per	5 (penkias) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos	Netaikoma, jei neprašoma pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento
11.	Perkančioji organizacija informuoja pirkimo dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus ne vėliau kaip per	3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos	
12.	Perkančioji organizacija pirkimo dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per	3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos	
13.	Perkančioji organizacija, pirkimo dalyviui raštu paprašius, jam pateikia VPĮ 58 straipsnio 2 dalyje nustatytą informaciją ne vėliau kaip per	15 (penkiolika) dienų nuo pirkimo dalyvio raštu pateikto prašymo gavimo dienos	
14.	Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui <b>ne vėliau kaip per</b> (išskyrus VPĮ 102 str. 3, 4 d. numatytas nuostatas)	<i>Jeigu vykdomas tarptautinis pirkimas:</i> 10 (dešimt) dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus; 15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis	

		pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis.	
15.	Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti tiekėjo pretenziją priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems pirkimo dalyviams ne vėliau kaip per	6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos	
16.	Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, tiekėjas turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (VPĮ 102 str. 2 d.)	per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems pirkimo dalyviams.	
17.	Perkančioji organizacija negali sudaryti sutarties anksčiau kaip po	<i>Jeigu vykdomas tarptautinis pirkimas:</i> 10 (dešimt) dienų, nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį (o jei buvo gauta pretenzija – nuo pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą dėl pretenzijos) išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos pirkimo dalyviams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – ne anksčiau kaip po 15 (penkiolikos) dienų.	
18.	Jeigu suinteresuotas dalyvis paprašys perkančiosios organizacijos pateikti laimėjusį pasiūlymą	VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsimi papildomam terminui, jį skaičiuojant nuo suinteresuoto dalyvio prašymo pateikti laimėjusį pasiūlymą pateikimo perkančiajai organizacijai dienos iki tol, kol suinteresuotam dalyviui bus pateiktas minėtas pasiūlymas. Jeigu laimėjusio dalyvio pasiūlymas pateikiamas tą pačią dieną, kai buvo paprašyta, VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsimi vienai darbo dienai.	

## **TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

Pateikiama/pridedama CVP IS atskirais failais:

- I pirkimo dalis – Šviesos terapijos sistema;
- II pirkimo dalis – Magnetinis dubens raumenų treniruoklis;
- III pirkimo dalis - Ultragarso terapijos prietaisas;
- IV pirkimo dalis - Lazerinės terapijos prietaisas;
- V pirkimo dalis - Šalčio ir aktyvios kompresinės terapijos prietaisas;
- VI pirkimo dalis - Magnetinės terapijos prietaisas;
- VII pirkimo dalis - Defibriliatorius;
- VIII pirkimo dalis - Deguonies koncentratorius;
- IX pirkimo dalis – Elektrokardiografas;
- X pirkimo dalis – Autokeratorefraktometras;
- XI pirkimo dalis - Operacinis šviestuvas.

## TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

1. Su pasiūlymu teikiamas tik EBVPD. Perkančioji organizacija su pasiūlymu nereikalauja pateikti lentelėje nurodytų pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų. Šių dokumentų prašoma tik iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusių tiekėjo prieš nustatant laimėjusį pasiūlymą. Vis dėlto, perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti kandidatų ar dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

2. Pašalinimo pagrindai taikomi tiekėjui (kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – visiems tos grupės nariams) ir ūkio subjektams, kurių pajėgumais tiekėjas **remiasi**. Perkančioji organizacija netikrina fizinių asmenų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi pagal VPĮ 49 straipsnį, ir kuriuos, pirkimo laimėjimo atveju, tiekėjas ketina įdarbinti (kvazisubtiekėjų) pašalinimo pagrindų ir nereikalauja jų teikti atskiro EBVPD.

3. Perkančioji organizacija tiekėją pašalina iš pirkimo procedūros bet kuriame pirkimo procedūros etape, jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš pirkimo procedūrą ar jos metu jis atitinka bent vieną iš pirkimo dokumentuose nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų, išskyrus VPĮ 46 straipsnio 10 dalyje nustatytus atvejus (tačiau atsižvelgiant į VPĮ 46 straipsnio 11 ir 12 dalių nuostatas).

4. Perkančioji organizacija, priimdama sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46 straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytais pašalinimo pagrindais, atsižvelgia į tai, ar vertinant tiekėjo patikimumą tiekėjo pašalinimas iš pirkimo procedūros proporcingas vertinamam tiekėjo elgesiui, VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunkčio atveju – ar taikant šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą nebūtų reikšmingai apribota konkurencija. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 ir 6 punktuose nurodytais pašalinimo pagrindais, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 ir 91 straipsnius skelbiamą informaciją.

5. Perkančioji organizacija visų pirma reikalauja tokios rūšies pažymų ir tokių dokumentinių įrodymų formų, apie kuriuos pateikta informacija Europos Komisijos informacinėje dokumentų saugykloje „e-Certis“. Lentelės ketvirtame stulpelyje nurodomi dokumentai, kuriuos turi pateikti Lietuvos Respublikoje registruoti tiekėjai. Dėl dokumentų, kuriuos turi pateikti užsienio šalių tiekėjai, informaciją Perkančioji organizacija pasitikrina „e-Certis“, adresu <https://ec.europa.eu/tools/ecertis/>.

6. Perkančioji organizacija nereikalauja iš tiekėjo pateikti dokumentų, patvirtinančių jo pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu ji:

6.1. turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasi Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis;

6.2. šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų, jeigu šiuose dokumentuose nurodyta informacija vis dar yra aktuali (dokumentas išduotas prieš ne daugiau dienų, negu nurodyta atitinkamoje žemiau esančios lentelės eilutėje).

7. Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų VPĮ 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

7.1. priesaikos deklaracija;

7.2. oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

### TAIKOMA NEPRIKLAUSOMAI KURIAI PIRKIMO DALIAI/DALIMS TEIKIAMAS PASIŪLYMAS

Eil.	Tiekėjo pašalinimo pagrindai	VPĮ straipsnis,	Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai
------	------------------------------	-----------------	---

Nr .		dalis, punktas bei EBVPD formos dalis pildymui	
<b>Privalomi<sup>1</sup> pašalinimo pagrindai pagal VPĮ 46 straipsnio 1 – 4 dalių nuostatas</b>			
1.	<p>Tiekėjas arba jo atsakingas asmuo, nurodytas VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 2 punkte, nuteistas už šią nusikalstamą veiką:</p> <p>1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam;</p> <p>2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą;</p> <p>3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsiamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje;</p> <p>4) nusikalstamą bankrotą;</p> <p>5) teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą;</p> <p>6) nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą;</p> <p>7) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą;</p> <p>8) kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose.</p>	<p><b>VPĮ 46 straipsnio 1 dalis</b></p> <p>EBVPD III dalies A1-A6 punktai</p> <p>EBVPD III dalies D1 punktas</p>	<p>Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>išrašo iš teismo sprendimo arba</li> <li>Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymos, arba</li> <li>valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.</li> </ul> <p>Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento<sup>2</sup>.</li> </ul> <p>Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų iki <i>tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus.</i></p> <p><b>Pavyzdys:</b> <i>Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14.</i></p> <p>Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo</p>
	<p><sup>1</sup> Pirkimą vykdant pagal VPĮ.</p> <p>Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl:</p> <p>1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir</p>		<p><sup>2</sup> Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami, arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:</p>

a) priesaikos deklaracija;

b) oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

	<p>įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;</p> <p>2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos <b>struktūrinis</b> padalinys, vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;</p> <p>3) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos <b>struktūrinis</b> padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus.</p>		<p>pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.</p>
2.	<p>Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.</p>	<p><b>VPĮ 46 straipsnio 2<sup>1</sup> dalis</b></p> <p>EBVPD III dalies D2 punktas</p>	<p>Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.</p>
3.	<p>Tiekėjas yra nuteistas už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus, kaip tai apibrėžta VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, arba perkančioji organizacija turi kitų įrodymų apie šių įsipareigojimų nevykdymą.</p> <p>Laikoma, kad tiekėjas nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl:</p> <p>1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;</p> <p>2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos <b>struktūrinis</b> padalinys, per pastaruosius 5 metus</p>	<p><b>VPĮ 46 straipsnio 3 dalis</b></p> <p>EBVPD III dalies B1 ir B2 punktai</p>	<p>Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:</p> <p>1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• išrašo iš teismo sprendimo (jei toks yra)</li> <li>• arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduoto dokumento,</li> <li>• arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.</li> </ul>

<p>buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus.</p> <p>Tačiau ši nuostata netaikoma, jeigu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus;</li> <li>2) įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų);</li> <li>3) tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutartis ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų 1 punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, perkančiajai organizacijai reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal VPĮ 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu.</li> </ol>	<p>Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento<sup>3</sup>.</li> </ul> <p>Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki <i>tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus.</i></p> <p><b>Pavyzdys:</b> <i>Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14.</i></p> <p>Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.</p> <p>2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma:</p> <p>2.1) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, adresu <a href="http://draudejai.sodra.lt/draudeju_vie_si_duomenys/">http://draudejai.sodra.lt/draudeju_vie_si_duomenys/</a>.</p> <p>Jeigu dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau –</p>
---	--

<sup>3</sup> Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- a) priesaikos deklaracija;
- b) oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

		<p>„Sodra“) informacinės sistemos techninių trikdžių Perkančioji organizacija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją (juridinį asmenį), jis turės teisę prašyti tiekėjo (juridinio asmens) pateikti išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. Tiekėjas taip pat gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.</p> <p>2.2) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ išduotą dokumentą, arba valstybės įmonės Registrų centras Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.</p> <p>Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos dokumento<sup>4</sup>.</li> </ul> <p>Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki <i>tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus.</i>  <b>Pavyzdys:</b> Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14</p>
--	--	---

<sup>4</sup> Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- a) priesaikos deklaracija;
- b) oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

			<p><i>pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14.</i></p> <p>Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.</p>
4.	Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų.	<p><b>VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas</b></p> <p>EBVPD III dalies C10 punktas</p>	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.
5.	Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatom.	<p><b>VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas</b></p> <p>EBVPD III dalies C12 punktas</p>	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.
6.	Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti.	<p><b>VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas</b></p> <p>EBVPD III dalies C13 punktas</p>	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.
7.	Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktą VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų VPĮ,	<p><b>VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punktas</b></p> <p>EBVPD III dalies C15 punktas</p>	<p>Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.</p> <p><b>Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 straipsnį skelbiamą informaciją:</b></p>

	<p>Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ar Koncesijų įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų.</p> <p>Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų arba taikomos kitos panašios sankcijos.</p>		<p><a href="https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/melaginga-informacija-pateikusių-tiekeju-sarasas-3/">https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/melaginga-informacija-pateikusių-tiekeju-sarasas-3/</a></p>
8.	<p>Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiais teisėtomis priemonėmis.</p>	<p><b>VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas</b></p> <p>EBVPD III dalies C15 punktas</p>	<p>Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.</p>
9.	<p>Tiekėjas yra neįvykdęs sutarties, sudarytos vadovaujantis VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos sutarties arba yra netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo</p>	<p><b>VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 6 punktas</b></p> <p>EBVPD III dalies C14 punktas</p>	<p>Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.</p> <p><b>Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali būti atsizvelgiama į pagal VPĮ 91 straipsnį skelbiamą informaciją:</b></p> <p><a href="https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/nepatikimi-tiekejai-1/">https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/nepatikimi-tiekejai-1/</a></p>

	<p>tenkinamas perkančiosios organizacijos, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, ar per pastaruosius 3 metus buvo priimtas perkančiosios organizacijos sprendimas, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija.</p> <p>Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę sutartį, ankstesnę sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos.</p>		<p><a href="https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas/">https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas/</a></p>
10.	<p>Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai.</p>	<p><b>VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto a papunktis</b></p> <p>EBVPD III dalies C11 punktas</p>	<p>Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: <a href="https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php">https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php</a> paskelbtą informaciją, taip pat į šiame informaciniame pranešime pateiktą informaciją: <a href="https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose/">https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose/</a></p>
11.	<p>Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis (tiekėjas) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40<sup>1</sup> straipsnio 1 dalyje.</p>	<p><b>VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto b papunktis</b></p>	<p>Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.</p> <p>Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo</p>

		EBVPD III dalies C11 punktas	pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu <a href="https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija">https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija</a> skelbiamą informaciją.
12.	Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.	<b>VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunktis</b>  EBVPD III dalies C11 punktas	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.  <b>Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu:</b>  <a href="https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu">https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu</a> skelbiamą informaciją.

#### Pastabos:

(i) Perkančioji organizacija pripažįsta kitose valstybėse išduotus lygiaverčius pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančius dokumentus.

(ii) Užsienio valstybės tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, atitiktį kvalifikacijos reikalavimams ir, jeigu taikytina, reikalaujamiems kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams, patvirtinantys dokumentai legalizuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus, dokumentas yra atleistas nuo legalizavimo ir (ar) tvirtinimo žymos (Apostille).

(iii) Perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjas privalės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų originalus.

#### PAŠALINIMO PAGRINDŲ, NURODYTŲ SKELBIMO EFORMOJE, EPVPD IR VPĮ ATITIKTIES LENTELĖ (SKELBIMŲ PILDYMU)

KRIMINALINIAI NUSIKALTIMAI			
Eil. Nr.	Privalomumas	Pašalinimo pagrindo pavadinimas skelbimo eformoje	EBVPD, VPĮ
1.	PRIVALOMAS	Dalyvavimas nusikalstamoje organizacijoje	EBVPD III dalies A1 punktas, VPĮ 46 straipsnio 1 dalies 1, 8 punktai
2.	PRIVALOMAS	Korupcija	EBVPD III dalies A2 punktas, VPĮ 46 straipsnio 1 dalies 2, 8 punktai
3.	PRIVALOMAS	Sukčiavimas	EBVPD III dalies A3 punktas, VPĮ 46 str. 1 dalies 3, 8 punktai

4.	PRIVALOMAS	Teroristiniai nusikaltimai arba su teroristine veikla susiję nusikaltimai	EBVPD III dalies A4 punktas, VPĮ 46 straipsnio 1 dalies 5, 8 punktai
5.	PRIVALOMAS	Pinigų plovimas arba teroristų finansavimas	EBVPD III dalies A5 punktas, VPĮ 46 straipsnio 1 dalies 6, 8 punktai
6.	PRIVALOMAS	Vaikų darbas ir kitos prekybos žmonėmis formos	EBVPD III dalies A6 punktas, VPĮ 46 straipsnio 1 dalies 7, 8 punktai
<b>MOKESČIŲ AR SOCIALINIO DRAUDIMO ĮMOKŲ MOKĖJIMAS</b>			
1.	PRIVALOMAS	Mokesčių mokėjimas	EBVPD III dalies B1 punktas, VPĮ 46 straipsnio 3 dalis
2.	PRIVALOMAS	Socialinio draudimo įmokų mokėjimas	EBVPD III dalies B2 punktas, VPĮ 46 straipsnio 3 dalis
<b>NEMOKUMAS, INTERESŲ KONFLIKTAI AR PROFESINIS NUSIŽENGIMAS</b>			
10.	PRIVALOMAS	Pripažinimas kaltu dėl sunkaus profesinio nusižengimo	1. EBVPD III dalies C11 punktas, VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto a, b, c papunkčiai
11.	PRIVALOMAS	Su kitais ekonominės veiklos vykdytojais sudaryti susitarimai, kuriais siekta iškraipyti konkurenciją	EBVPD III dalies C10 punktas, 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas
12.	PRIVALOMAS	Interesų konfliktas dėl dalyvavimo pirkimo procedūroje	EBVPD III dalies C12 punktas, VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas
13.	PRIVALOMAS	Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią pirkimo procedūrą	EBVPD III dalies C13 punktas, VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas
14.	PRIVALOMAS	Sutarties nutraukimas anksčiau laiko, žala ar kitos panašios sankcijos	EBVPD III dalies C14 punktas, 46 straipsnio 4 dalies 6 p.
15.	PRIVALOMAS	Pripažinimas kaltu dėl klaidingos informacijos, negalintis pateikti reikalaujamų dokumentų ir gautas konfidencialios informacijos apie šią procedūrą	EBVPD III dalies C15 punktas, VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4, 5 punktai
<b>KONKRETŪS NACIONALINIAI PAŠALINIMO PAGRINDAI</b>			
		Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai	
1.	PRIVALOMAS	Nusikalstamas bankrotas	EBVPD III dalies D1 punktas, VPĮ 46 straipsnio 1 dalies 4 punktas
2.	PRIVALOMAS	Teismo paskirta baudžiamojo poveikio priemonė – uždraudimas juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose	EBVPD III dalies D2 punktas, VPĮ 46 straipsnio 2 <sup>1</sup> dalis

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“

## **TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAVIMAI LAIKYTIŠ KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA) APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ**

1. Tiekėjo kvalifikacija turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus kvalifikacijai.

**TIEKĖJO KVALIFIKACIJA TAIKOMA VISOMS PIRKIMO DALIMS**

---

<sup>5</sup> Perkančioj organizacija, nustačiusi kvalifikacijos reikalavimus, turi pateikti informaciją kaip numatyta Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos 8 punkte.

Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimas <sup>5</sup>	Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai	Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą [aprašoma prie kiekvieno reikalavimo atskirai]
1.	<b>Techninis ir profesinis pajėgumas</b>		
1.1.	<p>Tiekėjas per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdo veiklą mažiau nei 3 metus) iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos pagal vieną ar daugiau sutarčių yra savo įėjomis pristatęs:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Šviesos terapijos sistemą ir/ar</li> <li>• Magnetinį dubens raumenų treniruoklį ir/ar;</li> <li>• Ultragarso terapijos prietaisą ir/ar;</li> <li>• Lazerinės terapijos prietaisą ir/ar;</li> <li>• Šalčio ir aktyvios kompresinės terapijos prietaisą ir/ar;</li> <li>• Magnetinės terapijos prietaisą ir/ar;</li> <li>• Defibriliatorių ir/ar;</li> <li>• Deguonies koncentratorių ir/ar;</li> <li>• Elektrokardiografą ir/ar;</li> <li>• Autokeratorefraktometrą ir/ar</li> <li>• Operacinis šviestuvą ir/ar</li> <li>• Kitos paskirties medicininę įrangą.</li> </ul> <p>Ir kurių vertė būtų ne mažesnė kaip:</p> <p><b>3 000,00 EUR be PVM (I pirkimo daliai)</b></p>	<p><b>Pateikiama:</b></p> <p>1) Pagrindinių per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdo veiklą mažiau nei 3 metus) iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos patiektų prekių sąrašas, kuriame nurodyta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pristatytų prekių(-ės) apibūdinimas;</li> <li>- prekių(-ės) pristatymo data (metai, mėnuo, diena) ar laikotarpis (nuo metai, mėnuo, diena iki metai, mėnuo, diena);</li> <li>- pristatytų prekių(-ės) vertė Eur be PVM ir;</li> <li>- užsakovo (tiek viešieji, tiek privatieji) identifikavimo duomenys.</li> </ul> <p>2) Kartu su laisvos formos sąrašu teikiami sąrašė esančią informaciją įrodantys užsakovų atsiliepimai, kuriuose turi būti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nurodomas tiekėjo pavadinimas;</li> <li>- pristatytų prekių(-ės) apibūdinimas;</li> <li>- prekių(-ės) pristatymo data (metai, mėnuo, diena) ar laikotarpis (nuo metai, mėnuo, diena iki metai, mėnuo, diena);</li> <li>- pristatytų prekių(-ės) vertė Eur be PVM ir;</li> <li>- informacija, ar prekės buvo pristatytos (ir sumontuotos, jei buvo perkamos su jų montavimo paslauga) tinkamai.</li> </ul> <p>Perkančioji organizacija, siekdama įsitikinti tiekėjo pateikta informacija, pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo susisiekti su tiekėjo nurodytu užsakovo kontaktiniu asmeniu.</p> <p>3) Dokumentai, pagrindžiantys tiekėjo ar tiekėjų grupės partnerio dalyvavimo įvykdytoje ir (ar) vykdomoje (įvykdytose ir (ar )</p>	<p>Pastaba:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• jeigu pasiūlymą teikia <b>ūkio subjektų grupė</b> – reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu (ūkio subjektų grupės narių turima patirtis sumuojama), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus;</li> <li>• tiekėjas gali remtis kitų <b>ūkio subjektų pajėgumais</b> tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų;</li> <li>• subtiekejams šis reikalavimas nenustatomas.</li> </ul> <p>Tiekėjui nedraudžiama remtis sutartimi, kurią tiekėjas vykdė ne vienas, bet kartu su kitais ūkio subjektais. Tačiau tokiu atveju bus vertinamos būtent konkretaus tiekėjo, dalyvaujančio viešajame pirkime, pristatytos prekės, jų apimtis, vertė, o ne visas vykdytos sutarties objektas.</p>

Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimas	Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai	Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą [aprašoma prie kiekvieno reikalavimo atskirai]
	<p>6 000,00 EUR be PVM <b>(II pirkimo daliai)</b></p> <p>1 000,00 EUR be PVM <b>(III pirkimo daliai)</b></p> <p>2 000,00 EUR be PVM <b>(IV pirkimo daliai)</b></p> <p>1 000,00 EUR be PVM <b>(V pirkimo daliai)</b></p> <p>2 000,00 EUR be PVM <b>(VI pirkimo daliai)</b></p> <p>2 000,00 EUR be PVM <b>(VII pirkimo daliai)</b></p> <p>600,00 EUR be PVM <b>(VIII pirkimo daliai)</b></p> <p>2 000,00 EUR be PVM <b>(IX pirkimo daliai)</b></p> <p>3 000,00 EUR be PVM <b>(X pirkimo daliai)</b></p> <p>6 000,00 EUR be PVM <b>(XI pirkimo daliai)</b></p> <p>Jei pasiūlymas teikiamas 2 dalimis – ne mažesnę nei didžiausia vienos iš dalių reikalaujama suma (pavyzdžiui, pasiūlymas teikiamas tik I, II dalimis, tai reiškia, kad suma turi būti ne mažesnė nei 6 000 EUR be PVM. Arba pasiūlymas teikiamas tik II, III dalimis, tai reiškia, kad suma turi būti ne mažesnė nei 6 000 EUR be PVM. Arba pasiūlymas teikiamas tik VII, VIII dalimis, tai reiškia, kad suma turi būti ne</p>	<p>vykdomose) sutartyje (sutartyse) dalį, tai yra prekių, kurias tiekėjas ar tiekėjų grupės partneris pristatė savo įgėgomis kaip tiekėjas, tiekėjų grupės partneris arba subtiekęjas, vertę.</p>	

Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimas	Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai	Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą [aprašoma prie kiekvieno reikalavimo atskirai]
	<p>mažesnė nei 2 000 EUR be PVM).</p> <p>Jei pasiūlymas teikiamas 3 dalimis – ne mažesnę nei didžiausia vienos iš dalių reikalaujama suma (pavyzdžiui, pasiūlymas teikiamas tik I, II ir III dalimis, tai reiškia, kad suma turi būti ne mažesnė nei 6 000 EUR be PVM. Arba pasiūlymas teikiamas tik II, VII, VIII dalimis, tai reiškia, kad suma turi būti ne mažesnė nei 6 000 EUR be PVM).</p> <p>Jei pasiūlymas teikiamas visoms pirkimo dalimis – ne mažesnę nei 6 000 EUR be PVM.</p> <p>Tiekėjui nedraudžiama remtis vykdoma sutartimi.</p> <p>Tiekėjai reikalaujamą patirtį gali įrodinėti tiek baigtomis, tiek nebaigtų vykdyti sutarčių per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdo veiklą mažiau nei 3 metus) iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos jau įvykdytomis dalimis.</p>		
1.2.	<b>Aplinkos apsaugos vadybos priemonės:</b>		
	-	-	-

### Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai

#### Tiekėjams keliami reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (ar) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimai

1. Tiekėjai turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi.

Eil. Nr.	Reikalavimas dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi.	Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai	Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą [aprašoma prie kiekvieno reikalavimo atskirai]
1.	<b>Kokybės vadybos sistemos taikymas</b>		
1.1.	NETAIKOMA	NETAIKOMA	NETAIKOMA
2.	<b>Aplinkos apsaugos vadybos sistemos taikymas</b>		
2.1.	NETAIKOMA	NETAIKOMA	NETAIKOMA

---

## **EUROPOS BENDRASIS VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAS**

„Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pateikiamas .xml formatu.

---

Herbas arba prekių ženklas (Tiekėjo pavadinimas) (Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)				
<b>Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai</b>				
<b>PASIŪLYMAS</b> <b>PIRKIMUI P-2025/13258, FIZIOTERAPIJOS IR MEDICINOS ĮRANGA</b>				
(Data) (Sudarymo vieta)				
I.	Tiekėjo pavadinimas [Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai]	[pildo tiekėjas]		
	Tiekėjo juridinio asmens kodas (-ai) (tu atveju, jei paraišką teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.) [Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visų dalyvių kodai]	[pildo tiekėjas]		
	Tiekėjo adresas [Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, nurodomas tiekėjų grupę atstovaujancio dalyvio adresas]	[pildo tiekėjas]		
	Atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos	[pildo tiekėjas]		
	Telefono numeris	[pildo tiekėjas]		
	El. pašto adresas	[pildo tiekėjas]		
	Valdymo (stebėtojų tarybos), priežiūros organo (valdybos) narių ar kitų asmenų, turinčių teisę atstovauti tiekėjui (kiekvienam tiekėjų grupės partneriui) ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, vardai ir pavardės	[pildo tiekėjas, jei yra] [nepildyti, jei nėra]		
II.	Informacija apie kiekvieno <b>tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis</b> numatomų pristatyti prekių dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):	Numatomi perduoti vykdyti darbai/pristatyti prekės/teikti paslaugos	Perduodama sutarties dalis % ar Eur sutarties kainoje	Kuriai pirkimo daliai
	1. [įrašyti pavadinimą, kodą]	[pildo tiekėjas]	[pildo tiekėjas]	[pildo tiekėjas]
	.....			
III.	Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos <b>subrangovus/subtiekėjus/subteikėjus:</b> <i>[tiekėjo pirkimo <b>sutarties vykdymui</b> pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio</i>	Numatomi perduoti vykdyti darbai/pristatyti prekės/teikti paslaugos	Perduodama sutarties dalis % ar Eur sutarties kainoje	Kuriai pirkimo daliai

	<b><u>kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus</u></b>			
	1. [įrašyti pavadinimą, kodą]	[pildo tiekėjas]	[pildo tiekėjas]	[pildo tiekėjas]
	.....			
IV.	Vykdamt sutartį pasitelksiu šiuos <b>ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiuosi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus:</b>	Numatomi perduoti vykdyti darbai/pristatyti prekės/teikti paslaugos	Perduodama sutarties dalis % ar Eur sutarties kainoje	Kuriai pirkimo daliai
	1. [įrašyti pavadinimą, kodą]	[pildo tiekėjas]	[pildo tiekėjas]	[pildo tiekėjas]
	.....			
V.	Vykdamt sutartį pasitelksiu šiuos specialistus, kuriuos <b>ketinu įdarbinti</b> (toliau - Kvazisubrangovai/ kvazisubtiekėjai/ kvazisubteikėjai)	Numatomi perduoti vykdyti darbai/pristatyti prekės/teikti paslaugos	_____	_____
	1. [įrašyti vardas ir pavardė]	[pildo tiekėjas]	[pildo tiekėjas]	_____
	.....			

Pastabos:

*Vadovaujantis Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 1S-105, ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi pagal VPĮ 49 straipsnį, nevadinami subrangovais/subtiekėjais tik šiose pirkimo sąlygose ir jos prieduose, išskyrus sutarties projektą. Sutarties projekte, ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi yra vadinami subrangovais/subtiekėjais (kai sutarties nuostatos taikomos subrangovams/subtiekėjams bendrai, nepriklausomai nuo rėmimosi jų pajėgumais) ir subrangovais/subtiekėjais, kurių pajėgumais remiamasi (tais atvejais, kai sutarties nuostatos bus taikomos tik subrangovams/subtiekėjams, kurių pajėgumais remiamasi).*

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad:

1. Sutinkame su visomis Pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- (i) skelbime apie Pirkimą, paskelbtame CVP IS;
- (ii) konkurso sąlygose;
- (iii) kituose Pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Atitinkame visus Pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo ir atitikties kvalifikacijos reikalavimams, ir teikiame duomenis bei kitus dokumentus pagal Pirkimo dokumentų reikalavimus.

3. Pateikdami užpildytą EBVPD deklaruojame, kad pasitelkti (jeigu pasitelkiami) subtiekėjai ir (ar) kiti ūkio subjektai atitinka jiems keliamus reikalavimus, nurodytus konkurso sąlygose.

4. **Pasirašydami CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą elektroniniu parašu, patvirtiname, kad**

**(i) dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninės priemonėmis pateikti duomenys yra tikri;**

**(ii) siūlomos Prekė visiškai atitinka perkančiosios organizacijos Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.**

**Jei teikiamas pasiūlymas I pirkimo daliai „Šviesos terapijos sistema“**

VI. Mes siūlome šias prekes:

1 lentelė

Eil. Nr.	Prekės aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Vieno mato vnt. kaina (EUR be PVM)	Kaina (EUR be PVM)
A	B	C	D	E	F= D x E
1.	<b>Šviesos terapijos sistema</b>	vnt.	1	Įrašyti skaičius x,xx	Įrašyti skaičius x,xx
<b>Bendra pasiūlymo kaina, EUR be PVM</b>					Įrašyti skaičius x,xx
<b>Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM</b>					Įrašyti skaičius x,xx

Siūloma Prekė visiškai atitinka perkančiosios organizacijos Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

2 lentelė

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujama parametro reikšmė *	Siūloma parametro reikšmė **
1.	Paskirtis (taikymas)	Skirta skausmo, uždegimo, žaizdų gijimo terapijai	Pilnas modelio pavadinimas gamintojas, serijos numeris, jei toks yra: Įrašo tiekėjas....
2.	Galios tankis	40 mW/cm <sup>2</sup> ±15%	Įrašo tiekėjas....
3.	Šviesos energija per minutę	2.4 J/cm <sup>2</sup> ±15%	Įrašo tiekėjas....
4.	Nominali halogeno galia	90 W ±15%	Įrašo tiekėjas....
5.	Apsauga nuo perkaitimo	Būtina	Įrašo tiekėjas....
6.	Mažiausias bangos ilgis	Ne daugiau kaip 480 ±100 nm.	Įrašo tiekėjas....
7.	Didžiausias bangos ilgis	Ne mažiau kaip 3400 ±100 nm.	Įrašo tiekėjas....
8.	Ekranas	1. Skaitmeninis 2. Rodantis procedūros trukmę	Įrašo tiekėjas....
9.	Procedūros laiko nustatymas ir automatinis	Būtina	Įrašo tiekėjas....

	prietaiso išsijungimas		
10.	Komplektacija	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Šviesos terapijos prietaisas</li> <li>2. Stovas šviesos terapijos prietaisui</li> <li>3. Ne mažiau 3 skirtingų šviesos spalvų filtrų</li> </ol>	Įrašo tiekėjas....
11.	Reikalavimai stovui	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Su nemažiau 4 ratukais, iš kurių bent 2 su stabdžiais.</li> <li>2. Reguliuojamas aukštis</li> <li>3. Reguliuojamas prietaiso pasukimo/pasvyrimo kampas.</li> </ol>	Įrašo tiekėjas....
12.	Maitinimas	Iš ~220V, 50Hz elektros tinklo	Įrašo tiekėjas....
13.	CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745	Būtina	Įrašo tiekėjas....
14.	Garantinis terminas	≥ 24 mėnesiai	Įrašo tiekėjas.... Sutarties vykdymo sąlyga
15.	Įrangos pristatymas ir instaliavimas	Tiekėjas patvirtinta, kad įrangos pristatymas į gydymo įstaigą, iškrovimas, pervežimas į montavimo vietą, senos įrangos išmontavimas, naujos įrangos sumontavimas, po montavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), išbandymas, medicininio personalo ir/ar gydymo įstaigos inžinierių apmokymas įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą.	
16.	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis;</li> <li>2. Serviso dokumentacija anglų arba lietuvių kalbomis;</li> <li>3. Užpildytas prietaiso techninis pasas.</li> </ol>	Įrašo tiekėjas.... Sutarties vykdymo sąlyga
17.	<b>BENDRIEJI REIKALAVIMAI TIEKĖJUI</b>		
17.1	Paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotą CE sertifikatą arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties		Įrašo tiekėjas....

	deklaraciją, arba lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius, kad siūloma prekė atitinka Europos Sąjungos direktyvoje MDR 2017/745 „Dėl medicinos prietaisų“ / 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamente 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus, skaitmenines kopijas originalo ir lietuvių kalba	
17.2	Dokumentus, patvirtinančius kad tiekėjas yra medicinos įrangos gamintojas arba kitas asmuo, atitinkantis reikalavimus, nurodytus Medicinos priemonių naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl medicinos priemonių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 24 punkte.	Įrašo tiekėjas....
17.3	Tiekėjas turi pateikti garantinį raštą užtikrinantį galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos.	Įrašo tiekėjas....
17.4	Tiekėjas turi pateikti pasirašytą Tiekėjo deklaraciją ar lygiavertį dokumentą, kuriuo įsipareigoja, kad personalo apmokymų metu bus aptarti įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (parametrų reguliavimas, tikslinimas, režimų pasirinkimas ir kt.) mažinant poveikį aplinkai visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose, ypatingai susijusiuose su energijos vartojimo efektyvumu, įrangos technine priežiūra.	Įrašo tiekėjas....

**Jeį teikiamas pasiūlymas II pirkimo daliai „Magnetinis dubens raumenų treniruoklis“**

VI. Mes siūlome šias prekes:

3 lentelė

Eil. Nr.	Prekės aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Vieno mato vnt. kaina (EUR be PVM)	Kaina (EUR be PVM)
A	B	C	D	E	F= D x E
1.	<b>Magnetinis dubens raumenų treniruoklis</b>	vnt.	1	Įrašyti skaičius x,xx	Įrašyti skaičius x,xx
<b>Bendra pasiūlymo kaina, EUR be PVM</b>					Įrašyti skaičius x,xx
<b>Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM</b>					Įrašyti skaičius x,xx

**Siūloma Prekė visiškai atitinka perkančiosios organizacijos Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:**

4 lentelė

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujama parametro reikšmė*	Siūloma parametro reikšmė**
1.	Paskirtis (taikymas)	Šlapimo nelaikymo ir negalavimų dubens srityje gydymui	Jrašo tiekėjas....
	<b>Magnetinis dubens raumenų treniruoklis</b>		Pilnas modelio pavadinimas serijos numeris, jei toks yra: Jrašo tiekėjas...
	Nurodyti prekių gamintoją:		Jrašo tiekėjas....
2.	Prietaiso konstrukcija	LED Magneto stimuliacijos prietaisas su kėde, stimuliacija vykdoma pacientui sėdint ant specializuotos kėdės. Stimuliacija atliekama pacientui vilkint drabužius	Jrašo tiekėjas....
3.	Maksimali elektromagnetinio lauko indukcija	Ne mažiau kaip 3 T	Jrašo tiekėjas....
4.	Impulso pasikartojimo dažnis	Intervalas ne trumpesnis nei 1-100 Hz	Jrašo tiekėjas....
5.	Terapiniai protokolai	1. Automatinis režimas ne mažiau 8 taikymo protokolų 2. Rankinis režimas ne mažiau 8 taikymo protokolų 3. Gydymo protokolai šlapimo nelaikymui ne mažiau 3 taikymo protokolai	Jrašo tiekėjas....
6.	Procedūros trukmė	Intervalas netrumpesnis nei 1-60 min.	Jrašo tiekėjas....
7.	Kanalų skaičius	Ne mažiau 2 kanalų	Jrašo tiekėjas....
8.	Valdymas	Jutiminis, ne mažiau 8 colių, ne blogiau LCD jutiminis ekranas	Jrašo tiekėjas....
9.	Aplikatoriaus reikalavimai	Ne mažiau: 1. Du aplikatoriai skirtingų dydžių 2. Abu aplikatoriai turi tvirtinimo vietas ant prietaiso 3. Artikuliuojama ranka, skirta laikyti aplikatorių	Jrašo tiekėjas....

10.	Avarinio stabdymo mygtukas	Būtina	Įrašo tiekėjas....
11.	Komplektacija	Ne mažiau:  1. Magnetinės stimuliacijos prietaisas 2. Kėdė 3. 2vnt. aplikatorių 4. Artikuliuojama ranka.	Įrašo tiekėjas....
12.	Maitinimas	Iš ~220V, 50Hz elektros tinklo.	Įrašo tiekėjas....
13.	CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745	Būtina	Įrašo tiekėjas....
14.	Garantinis terminas	≥ 24 mėnesiai	Įrašo tiekėjas.... Sutarties vykdymo sąlyga
15.	Įrangos pristatymas ir instaliavimas	Tiekėjas patvirtinta, kad įrangos pristatymas į gydymo įstaigą, iškrovimas, pervežimas į montavimo vietą, senos įrangos išmontavimas, naujos įrangos sumontavimas, po montavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), išbandymas, medicininio personalo ir/ar gydymo įstaigos inžinierių apmokymas įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą.	Įrašo tiekėjas.... Sutarties vykdymo sąlyga
16.	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija	1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; 2. Serviso dokumentacija anglų arba lietuvių kalbomis; 3. Užpildytas prietaiso techninis pasas.	Įrašo tiekėjas.... Sutarties vykdymo sąlyga
17.	<b>BENDRIEJI REIKALAVIMAI TIEKĖJUI</b>		
17.1	Paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotą CE sertifikatą arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaraciją, arba lygiavertius dokumentus, patvirtinančius, kad siūloma prekė atitinka Europos Sąjungos direktyvoje MDR 2017/745 „Dėl medicinos prietaisų“ / 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamente 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus, skaitmenines kopijas originalo ir lietuvių kalba.		Įrašo tiekėjas....
17.2	Dokumentus, patvirtinančius kad tiekėjas yra medicinos įrangos gamintojas arba kitas asmuo, atitinkantis reikalavimus, nurodytus Medicinos priemonių naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto		Įrašo tiekėjas....

	Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl medicinos priemonių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 24 punkte.	
17.3	Tiekėjas turi pateikti garantinį raštą užtikrinantį galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos.	Įrašo tiekėjas....
17.4	Tiekėjas turi pateikti pasirašytą Tiekėjo deklaraciją ar lygiavertį dokumentą, kuriuo įsipareigoja, kad personalo apmokymų metu bus aptarti įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (parametrų reguliavimas, tikslinimas, režimų pasirinkimas ir kt.) mažinant poveikį aplinkai visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose, ypatingai susijusiuose su energijos vartojimo efektyvumu, įrangos technine priežiūra.	Įrašo tiekėjas....

**Jei teikiamas pasiūlymas III pirkimo daliai „Ultragarso terapijos prietaisas“**

VI. Mes siūlome šias prekes:

5 lentelė

Eil. Nr.	Prekės aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Vieno mato vnt. kaina (EUR be PVM)	Kaina (EUR be PVM)
A	B	C	D	E	F= D x E
1.	<b>Ultragarso terapijos prietaisas</b>	vnt.	1	Įrašyti skaičius x,xx	Įrašyti skaičius x,xx
<b>Bendra pasiūlymo kaina, EUR be PVM</b>					Įrašyti skaičius x,xx
<b>Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM</b>					Įrašyti skaičius x,xx

Siūloma Prekę visiškai atitinka perkančiosios organizacijos Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

6 lentelė

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujama parametro reikšmė *	Siūloma parametro reikšmė **
1.	Paskirtis (taikymas)	Neinvazinis terapinis išilginių bangų mechaninės energijos panaudojimas, prasiskverbiantis giliai į minkštuosius kūno audinius	Įrašo tiekėjas....
	<b>Ultragarso terapijos prietaisas</b>		Pilnas modelio pavadinimas serijos numeris, jei toks yra: Įrašo tiekėjas...
	Nurodyti prekių gamintoją:		Įrašo tiekėjas....
2.	Ultragarso zondas	Nuosekliai suaktyvinami ultragarso kristalai ir automatiškai	Įrašo tiekėjas....

		stebimi sukimosi greitis, išėjimo galia ir įsiskverbimo gylis	
3.	Maksimalus intensyvumas	≥2 W/cm <sup>2</sup> .	Įrašo tiekėjas....
4.	Prijungiamų kanalų skaičius	≥1 vnt.	Įrašo tiekėjas....
5.	Režimai	≥2 vnt.	Įrašo tiekėjas....
6.	Pasikartojimo dažnio diapozonas	Ne siauresnis nei 10-150 Hz	Įrašo tiekėjas....
7.	Valdymas	Naudojant jutiminį ekraną ≥5 colių	Įrašo tiekėjas....
8.	Reikalavimai programinei įrangai	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Įrašyta terapinė enciklopedija</li> <li>2. Kūno dalių navigacija</li> </ol>	Įrašo tiekėjas....
9.	Komplektacija	<p>Ne mažiau kaip:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ultragarso terapijos prietaisas 1vnt;</li> <li>2. Ultragarso zondas 1vnt.</li> <li>3. Vežimėlis skirtas prietaisui sumontuoti. Ne mažiau kaip 4 ratukai, iš kurių 2 su stabdžiais</li> </ol>	Įrašo tiekėjas....
10.	Maitinimas	Iš ~220V, 50Hz elektros tinklo	Įrašo tiekėjas....
11.	CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745	Būtina	Įrašo tiekėjas....
12.	Garantinis terminas	≥ 24 mėnesiai	Įrašo tiekėjas.... Sutarties vykdymo sąlyga
13.	Įrangos pristatymas ir instaliavimas	Tiekėjas patvirtinta, kad įrangos pristatymas į gydymo įstaigą, iškrovimas, pervežimas į montavimo vietą, senos įrangos išmontavimas, naujos įrangos sumontavimas, po montavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), išbandymas, medicininio personalo ir/ar gydymo įstaigos inžinierių apmokymas įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą.	Įrašo tiekėjas.... Sutarties vykdymo sąlyga

14.	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija	1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; 2. Serviso dokumentacija anglų arba lietuvių kalbomis; 3. Užpildytas prietaiso techninis pasas.	Įrašo tiekėjas.... Sutarties vykdymo sąlyga
15.	<b>BENDRIEJI REIKALAVIMAI TIEKĖJUI</b>		
15.1	Paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotą CE sertifikatą arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaraciją, arba lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius, kad siūloma prekė atitinka Europos Sąjungos direktyvoje MDR 2017/745 „Dėl medicinos prietaisų“ / 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamente 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus, skaitmenines kopijas originalo ir lietuvių kalba.		Įrašo tiekėjas....
15.2	Dokumentus, patvirtinančius kad tiekėjas yra medicinos įrangos gamintojas arba kitas asmuo, atitinkantis reikalavimus, nurodytus Medicinos priemonių naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl medicinos priemonių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 24 punkte.		Įrašo tiekėjas....
15.3	Tiekėjas turi pateikti garantinį raštą užtikrinantį galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos.		Įrašo tiekėjas....
15.4	Tiekėjas turi pateikti pasirašytą Tiekėjo deklaraciją ar lygiavertį dokumentą, kuriuo įsipareigoja, kad personalo apmokymų metu bus aptarti įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (parametru reguliavimas, tikslinimas, režimų pasirinkimas ir kt.) mažinant poveikį aplinkai visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose, ypatingai susijusiuose su energijos vartojimo efektyvumu, įrangos technine priežiūra.		Įrašo tiekėjas....

**Jeį teikiamas pasiūlymas IV pirkimo daliai „Lazerinės terapijos prietaisas“**

VI. Mes siūlome šias prekes:

7 lentelė

Eil. Nr.	Prekės aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Vieno mato vnt. kaina (EUR be PVM)	Kaina (EUR be PVM)
A	B	C	D	E	F= D x E
1.	<b>Lazerinės terapijos prietaisas</b>	vnt.	1	Įrašyti skaičius x,xx	Įrašyti skaičius x,xx
<b>Bendra pasiūlymo kaina, EUR be PVM</b>					Įrašyti skaičius x,xx

Eil. Nr.	Prekės aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Vieno mato vnt. kaina (EUR be PVM)	Kaina (EUR be PVM)
A	B	C	D	E	F= D x E
<b>Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM</b>					Įrašyti skaičius x,xx

**Siūloma Prekė visiškai atitinka perkančiosios organizacijos Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:**

*8 lentelė*

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujama parametro reikšmė *	Siūloma parametro reikšmė **
1.	Paskirtis (taikymas)	Mažos energijos monochromatinės koherentinės spinduluotės taikymas lazerio pavidalu siekiant sukelti audinio fotochemines reakcijas	Įrašo tiekėjas....  Pilnas modelio pavadinimas serijos numeris, jei toks yra: Įrašo tiekėjas....  Nurodyti prekių gamintoją: Įrašo tiekėjas....
2.	Lazerio klasė 3B	Būtina	Įrašo tiekėjas....
3.	Galia	≥1000 mW	Įrašo tiekėjas....
4.	Režimai	≥2 vnt.	Įrašo tiekėjas....
5.	Pasikartojimo dažnis	Ne siauresnis nei 1-10000 Hz	Įrašo tiekėjas....
6.	Valdymas	Naudojant jutiklinį ≥7 colių ekraną	Įrašo tiekėjas....
7.	Reikalavimai programinei įrangai	1. Įrašyta terapinė enciklopedija 2. Kūno dalių navigacija	Įrašo tiekėjas....
8.	Komplektacija	Ne mažiau kaip:  1. Lazerinės terapijos prietaisas 2. Apsauginiai akiniai 2vnt. 3. Aplikatorius raudonų ir infraraudinių spindulių 1vnt.	Įrašo tiekėjas....

		<p>4. Artikuliuojama ranka lazerio zondui laikyti terapijos metu 1vnt.</p> <p>5. Vežimėlis prietaisui montuoti su ne mažiau kaip 4 ratukais, iš kurių bent 2 su stabdžiais.</p>	
9.	Maitinimas	Iš ~220V, 50Hz elektros tinklo	Irašo tiekėjas....
10.	CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745	Būtina.	Irašo tiekėjas....
11.	Garantinis terminas	≥ 24 mėnesiai	Irašo tiekėjas.... Sutarties vykdymo sąlyga
12.	Įrangos pristatymas ir instaliavimas	Tiekėjas patvirtinta, kad įrangos pristatymas į gydymo įstaigą, iškrovimas, pervežimas į montavimo vietą, senos įrangos išmontavimas, naujos įrangos sumontavimas, po montavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), išbandymas, medicininio personalo ir/ar gydymo įstaigos inžinierių apmokymas įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą.	Irašo tiekėjas....
13.	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija	<p>1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis;</p> <p>2. Serviso dokumentacija anglų arba lietuvių kalbomis;</p> <p>3. Užpildytas prietaiso techninis pasas.</p>	Irašo tiekėjas.... Sutarties vykdymo sąlyga
14.	<b>BENDRIEJI REIKALAVIMAI TIEKĖJUI</b>		
14.1	Paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotą CE sertifikatą arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaraciją, arba lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius, kad siūloma prekė atitinka Europos Sąjungos direktyvoje MDR 2017/745 „Dėl medicinos prietaisų“ / 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamente 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus, skaitmenines kopijas originalo ir lietuvių kalba		Irašo tiekėjas....

14.2	Dokumentus, patvirtinančius kad tiekėjas yra medicinos įrangos gamintojas arba kitas asmuo, atitinkantis reikalavimus, nurodytus Medicinos priemonių naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl medicinos priemonių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 24 punkte.	Įrašo tiekėjas....
14.3	Tiekėjas turi pateikti garantinį raštą užtikrinantį galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos.	Įrašo tiekėjas....
14.4	Tiekėjas turi pateikti pasirašytą Tiekėjo deklaraciją ar lygiavertį dokumentą, kuriuo įsipareigoja, kad personalo apmokymų metu bus aptarti įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (parametrų reguliavimas, tikslinimas, režimų pasirinkimas ir kt.) mažinant poveikį aplinkai visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose, ypatingai susijusiuose su energijos vartojimo efektyvumu, įrangos technine priežiūra.	Įrašo tiekėjas....

**Jei teikiamas pasiūlymas V pirkimo daliai „Šalčio ir aktyvios kompresinės terapijos prietaisas“**

VI. Mes siūlome šias prekes:

9 lentelė

Eil. Nr.	Prekės aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Vieno mato vnt. kaina (EUR be PVM)	Kaina (EUR be PVM)
A	B	C	D	E	F= D x E
1.	<b>Šalčio ir aktyvios kompresinės terapijos prietaisas</b>	vnt.	1	Įrašyti skaičius x,xx	Įrašyti skaičius x,xx
<b>Bendra pasiūlymo kaina, EUR be PVM</b>					Įrašyti skaičius x,xx
<b>Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM</b>					Įrašyti skaičius x,xx

Siūloma Prekė visiškai atitinka perkančiosios organizacijos Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

10 lentelė

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujama parametro reikšmė *	Siūloma parametro reikšmė **
1.	Paskirtis	Skirtas kompresiniam šaldymui	Pilnas modelio pavadinimas Nurodyti prekių gamintoją ,

			serijos numeris, jei toks yra: Įrašo tiekėjas....
2.	Įrenginys su rankena nešiojimui	Būtina	Įrašo tiekėjas....
3.	Šaldymui naudojami ledukai su vandeniu, kurie dedami į jiems skirtą talpyklą prietaise	Būtina	Įrašo tiekėjas....
4.	Programos	ne mažiau kaip 6 programos, pasirinkimas atliekamas spaudžiant vieną mygtuką	Įrašo tiekėjas....
5.	Drenažo programa vandeniui iš talpyklos pašalinti	Būtina	Įrašo tiekėjas....
6.	Galima keisti ne mažiau kaip šiuos terapijos nustatymus:	kompresiją, temperatūrą, terapijos laiką	Įrašo tiekėjas....
7.	Ne mažiau kaip trys kintamos kompresijos lygiai	1. Žemas (5 – 15 mmHg), 2. vidutinis (5 – 50 mmHg) ir 3. aukštas (5 – 75 mmHg), 4. ± 5 mmHg	Įrašo tiekėjas....
8.	Galimybė atlikti šaldymą be kompresijos	Būtina	Įrašo tiekėjas....
9.	Reguliuojama temperatūra	Ribos $1 - 10^0 \pm 1^0$	Įrašo tiekėjas....
10.	Reguliuojamas terapijos laikas	ne trumpiau kaip iki 60 min	Įrašo tiekėjas....
11.	Ekrane rodoma ne mažiau kaip	Progarmos numeris, spaudimo indikatorius, aktuali temperatūra, tikslinė temperatūra, laikmatis	Įrašo tiekėjas....
12.	Komplektacija	Ne mažiau kaip:  1. Kompresijos prietaisas 2. mova keliams 1 vnt.	Įrašo tiekėjas....

		<ul style="list-style-type: none"> <li>3. mova alkūnei 1 vnt.</li> <li>4. mova nugaros sričiai 1 vnt.</li> <li>5. mova kojai, bato tipo 1 vnt.</li> <li>6. ne trumpesnė kaip 1.5 m, dezinfekuojama jungiamoji žarna 1 vnt.</li> <li>7. Jungiamieji laidai reikalingi aparato naudojimui</li> </ul>	
13.	Maitinimas	Iš ~220V, 50Hz elektros tinklo	Įrašo tiekėjas....
14.	CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745	Būtina	Įrašo tiekėjas....
15.	Garantinis terminas	≥ 24 mėnesiai	Įrašo tiekėjas.... Sutarties vykdymo sąlyga
16.	Įrangos pristatymas ir instaliavimas	Tiekėjas patvirtinta, kad įrangos pristatymas į gydymo įstaigą, iškrovimas, pervežimas į montavimo vietą, senos įrangos išmontavimas, naujos įrangos sumontavimas, po montavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), išbandymas, medicininio personalo ir/ar gydymo įstaigos inžinierių apmokymas įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą.	Įrašo tiekėjas.... Sutarties vykdymo sąlyga
17.	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis;</li> <li>2. Serviso dokumentacija anglų arba lietuvių kalbomis;</li> <li>3. Užpildytas prietaiso techninis pasas</li> </ul>	Įrašo tiekėjas.... Sutarties vykdymo sąlyga
18.	<b>BENDRIEJI REIKALAVIMAI TIEKĖJUI</b>		
18.1	Paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotą CE sertifikatą arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaraciją, arba lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius, kad siūloma prekė atitinka Europos Sąjungos direktyvoje MDR 2017/745 „Dėl medicinos prietaisų“ / 2017-04-05 Europos parlamento ir		Įrašo tiekėjas....

	Tarybos reglamente 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus, skaitmenines kopijas originalo ir lietuvių kalba	
18.2	Dokumentus, patvirtinančius kad tiekėjas yra medicinos įrangos gamintojas arba kitas asmuo, atitinkantis reikalavimus, nurodytus Medicinos priemonių naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl medicinos priemonių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 24 punkte.	Įrašo tiekėjas....
18.3	Tiekėjas turi pateikti garantinį raštą užtikrinantį galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos	Įrašo tiekėjas....
18.4	Tiekėjas turi pateikti pasirašytą Tiekėjo deklaraciją ar lygiavertį dokumentą, kuriuo įsipareigoja, kad personalo apmokymų metu bus aptarti įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (parametrų reguliavimas, tikslinimas, režimų pasirinkimas ir kt.) mažinant poveikį aplinkai visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose, ypatingai susijusiuose su energijos vartojimo efektyvumu, įrangos technine priežiūra	Įrašo tiekėjas....

**Jeį teikiamas pasiūlymas VI pirkimo daliai „Magnetinės terapijos prietaisas“**

VI. Mes siūlome šias prekes:

11 lentelė

Eil. Nr.	Prekės aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Vieno mato vnt. kaina (EUR be PVM)	Kaina (EUR be PVM)
A	B	C	D	E	F= D x E
1.	<b>Magnetinės terapijos prietaisas</b>	vnt.	1	Įrašyti skaičius x,xx	Įrašyti skaičius x,xx
<b>Bendra pasiūlymo kaina, EUR be PVM</b>					Įrašyti skaičius x,xx
<b>Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM</b>					Įrašyti skaičius x,xx

Siūloma Prekė visiškai atitinka perkančiosios organizacijos Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

12 lentelė

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujama parametro reikšmė*	Siūloma parametro reikšmė**

1.	Prietaiso paskirtis	Gydyti audinius magnetinio lauko veikimo principu	Įrašo tiekėjas....
	<b>Magnetinės terapijos prietaisas</b>		Pilnas modelio pavadinimas serijos numeris, jei toks yra: Įrašo tiekėjas....
	Nurodyti prekių gamintoją:		Įrašo tiekėjas....
2.	Veikimas paremtas fokusuojančio elektromagnetinio lauko sukūrimo principu kai terapeutas nėra veikiamas magnetinio lauko arba lygiavertis sprendimas	Būtina	Įrašo tiekėjas....
3.	Gydymo programą galima pasirinkti iš prietaise esančios gamintojo sukurtos bibliotekos	Būtina	Įrašo tiekėjas....
4.	Nepriklausomų kanalų skaičius	$\geq 2$	Įrašo tiekėjas....
5.	Vienu metu prijungiami aplikatoriai	$\geq 2$	Įrašo tiekėjas....
6.	Maksimalus dažnis	$\geq 160$ Hz.	Įrašo tiekėjas....
7.	Maksimalus intensyvumas	$\geq 120$ mT	Įrašo tiekėjas....
8.	Prietaiso ekranas	Spalvotas ne mažiau kaip 4 colių įstrižainės, jutiklinis ekranas	Įrašo tiekėjas....
9.	Procedūros trukmės reguliavimo ribos	Ne siauresnės nei 1 – 60 min	Įrašo tiekėjas....
10.	Iš anksto suprogramuotos terapinės gydymo programos su	Būtina	Įrašo tiekėjas....

	enciklopedija arba lygiavertus sprendimas integruotas prietaise		
11.	Dvigubas aplikatorius:	Sudaro ne mažiau kaip 2 aplikatoriai (plokšti)	Įrašo tiekėjas....
12.	Didysis solenoidas:	Skersmuo ne mažesnis nei 70 cm ± 10 cm	Įrašo tiekėjas....
13.	Speciali terapijos kušetė	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Su slankiaja sistema, pritaikyta terapijai su didesniu solenoid</li> <li>2. Matmenys: ilgis ne mažiau kaip 200 cm, plotis 60 cm ± 10 cm, aukštis 65 cm ± 5 cm</li> </ol>	Įrašo tiekėjas....
14.	Komplektacija	<p>Ne mažiau:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Magneto terapijos prietaisas</li> <li>2. Dvigubas aplikatorius</li> <li>3. Didysis solenoidas</li> <li>4. Kušetė</li> </ol>	Įrašo tiekėjas....
15.	Maitinimas	Iš ~220V, 50Hz elektros tinklo	Įrašo tiekėjas....
16.	CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745	Būtina	Įrašo tiekėjas....
17.	Garantinis terminas	≥ 24 mėnesiai	Įrašo tiekėjas.... Sutarties vykdymo sąlyga
18.	Įrangos pristatymas ir instaliavimas	Tiekėjas patvirtinta, kad įrangos pristatymas į gydymo įstaigą, iškrovimas, pervežimas į montavimo vietą, senos įrangos išmontavimas, naujos įrangos sumontavimas, po montavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), išbandymas, medicininio personalo ir/ar gydymo įstaigos inžinierių apmokymas įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą.	Įrašo tiekėjas.... Sutarties vykdymo sąlyga

19.	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija	1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; 2. Serviso dokumentacija anglų arba lietuvių kalbomis; 3. Užpildytas prietaiso techninis pasas.	Įrašo tiekėjas.... Sutarties vykdymo sąlyga
20.	<b>BENDRIEJI REIKALAVIMAI TIEKĖJUI</b>		
20.1	Paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotą CE sertifikatą arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaraciją, arba lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius, kad siūloma prekė atitinka Europos Sąjungos direktyvoje MDR 2017/745 „Dėl medicinos prietaisų“ / 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamente 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus, skaitmenines kopijas originalo ir lietuvių kalba		Įrašo tiekėjas....
20.2	Dokumentus, patvirtinančius kad tiekėjas yra medicinos įrangos gamintojas arba kitas asmuo, atitinkantis reikalavimus, nurodytus Medicinos priemonių naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl medicinos priemonių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 24 punkte.		Įrašo tiekėjas....
20.3	Tiekėjas turi pateikti garantinį raštą užtikrinantį galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos		Įrašo tiekėjas....
20.4	Tiekėjas turi pateikti pasirašytą Tiekėjo deklaraciją ar lygiavertį dokumentą, kuriuo įsipareigoja, kad personalo apmokymų metu bus aptarti įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (parametrų reguliavimas, tikslinimas, režimų pasirinkimas ir kt.) mažinant poveikį aplinkai visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose, ypačiai susijusiuose su energijos vartojimo efektyvumu, įrangos technine priežiūra.		Įrašo tiekėjas....

VI. Mes siūlome šias prekes:

13 lentelė

Eil. Nr.	Prekės aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Vieno mato vnt. kaina (EUR be PVM)	Kaina (EUR be PVM)
A	B	C	D	E	F= D x E
1.	<b>Defibriliatorius</b>	vnt.	1	Įrašyti skaičius x,xx	Įrašyti skaičius x,xx
<b>Bendra pasiūlymo kaina, EUR be PVM</b>					Įrašyti skaičius x,xx
<b>Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM</b>					Įrašyti skaičius x,xx

Siūloma Prekė visiškai atitinka perkančiosios organizacijos Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

14 lentelė

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujama parametro reikšmė*	Siūloma parametro reikšmė**
1.	Paskirtis	Atkurti normalų širdies ritmą, stebint paciento gyvybines funkcijas	
	<b>Defibriliatorius</b>		Pilnas modelio pavadinimas serijos numeris, jei toks yra: Įrašo tiekėjas....
	Nurodyti prekių gamintoją:		Įrašo tiekėjas....
2.	Prietaise naudojama defibrilacijos bangos forma	1. Bifazinis defibriliacijos impulsas su fiksuota optimalia fiziologine fazių trukme 2. Išlaiko pacientui tiekiamą energiją maždaug pastoviu lygiu atsižvelgiant į paciento atsparumą (varžą)	Įrašo tiekėjas....
3.	Standartiniai energijos nustatymai automatiname režime	Suaugusiems, ne daugiau nei 150/200/200 J	Įrašo tiekėjas....
4.	Standartiniai energijos nustatymai rankiniame režime	Suaugusiems, ne mažiau nei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 30, 50, 70, 90, 120, 150, 170, 200 J	Įrašo tiekėjas....

5.	Įkrovimo laikas šokui	Laikas reikalingas saugojimo kondensatoriui įkrauti iki maksimalios 200 J energijos, esant rankiniam režimui:  1. Su visiškai įkrauta baterija – ne ilgiau nei 8 sekundės 2. Dirbant nuo elektros tinklo – ne ilgiau nei 7 sekundės	Įrašo tiekėjas....
6.	Ciklo laiko ritmo analizė – automatiniam režime	Su pilnai įkrauta baterija - 1 šokas ne vėliau nei 11 sekundžių	Įrašo tiekėjas....
7.	Ciklo laikas tarp šokų (shock-shock)	Ne daugiau nei 15 sekundžių	Įrašo tiekėjas....
8.	Darbo režimai, ne mažiau nei išvardinta	1. Synchronizuotas su širdies veikla 2. Nesynchronizuotas 3. Automatinis	Įrašo tiekėjas....
9.	Šoko perdavimas, ne mažiau nei išvardinta	1. Naudojant vienkartinius, lipnius defibriliacijos elektrodus  2. Naudojant defibriliacijos menteles	Įrašo tiekėjas....
10.	Defibriliacijos elektrodai	1. Elektrodų kabelis ne trumpesnis nei 2 metrai	Įrašo tiekėjas....
11.	Elektrodų dydis	Suaugusių elektrodai ne mažiau nei 80 cm <sup>2</sup> aktyvaus paviršiaus	Įrašo tiekėjas....
12.	Defibriliacijos mentelių dydis	Suaugusiems, ne mažiau nei 69 cm <sup>2</sup> aktyvaus paviršiaus	Įrašo tiekėjas....
13.	Prietaisas turi išorinės kardiostimuliacijos funkciją	Būtina	Įrašo tiekėjas....
14.	Kardiostimuliatoriaus darbo režimai, ne mažiau nei išvardinta	1. Pareikalavimo 2. Fiksuoto dažnio	Įrašo tiekėjas....
15.	Stimuliuojančio impulso forma	Stačiakampė vienfazė su nuolatiniu srovės šaltiniu arba lygiavertė	Įrašo tiekėjas....

16.	Kardiostimuliacijai naudami tie patys elektrodai, kaip ir automatiniai defibriliacijai	Būtina	Įrašo tiekėjas....
17.	Defibriliatoriaus/monitoriaus registruojamos derivacijos	Sinchroniškai įrašoma ne mažiau nei 6 derivacijos	Įrašo tiekėjas....
18.	EKG paciento kabelis	Ne mažiau nei 3 laidų	Įrašo tiekėjas....
19.	Blokada, kuria sukelia defibriliacijos šokas	Ne daugiau nei 5 sekundės	Įrašo tiekėjas....
20.	Prietaisas turi turėti neinvazinio kraujos spaudimo matavimo modulį	Būtina	Įrašo tiekėjas....
21.	Neinvazinio kraujos spaudimo matavimo režimai, ne mažiau nei išvardinta:	1. Automatinis 2. Rankinis	Įrašo tiekėjas....
22.	Matavimo metodas : Oscilometrinis	Būtina	Įrašo tiekėjas....
23.	Prietaisas turi turėti SpO2 matavimo modulį	Būtina	Įrašo tiekėjas....
24.	Svoris	Ne daugiau nei 6.5 kg kartu su daugkartinėmis mentelėmis	Įrašo tiekėjas....
25.	Apsauga nuo vandens bei kietųjų dalelių	Ne mažesnė nei IP 33	Įrašo tiekėjas....
26.	Galimybė dirbti tiek nuo elektros tinklo, tiek nuo įmontuotos baterijos	Būtina	Įrašo tiekėjas....

27.	Veikimo trukmė nuo vidinės baterijos	Ne mažiau 200 smūgių maksimalia energija arba ne mažiau nei 8 valandų monitoravimo	Įrašo tiekėjas....
28.	Defibriliatoriaus/monitoriaus ekrano tipas	Spalvotas LCD arba lygiavertis	Įrašo tiekėjas....
29.	Prietaisas turi integruotą terminį spausdintuvą	Būtina	Įrašo tiekėjas....
30.	Komplektacija	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prietaisas defibriliacijai atlikti</li> <li>2. Daugkartinių mentelių komplektas</li> <li>3. Vienkartiniai suaugusiųjų elektrodai ne mažiau 5vnt.</li> <li>4. EKG laidai ne mažiau 1vnt.</li> <li>5. SpO2 laidai ne mažiau 1vnt.</li> <li>6. AKS laidai ir manžetė ne mažiau po 1vnt.</li> </ol>	Įrašo tiekėjas....
31.	Maitinimas	Iš ~220V, 50Hz elektros tinklo	Įrašo tiekėjas....
32.	CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745	Būtina	Įrašo tiekėjas....
33.	Garantinis terminas	≥ 24 mėnesiai	Įrašo tiekėjas.... Sutarties vykdymo sąlyga
34.	Įrangos pristatymas ir instaliavimas	Tiekėjas patvirtinta, kad įrangos pristatymas į gydymo įstaigą, iškrovimas, pervežimas į montavimo vietą, senos įrangos išmontavimas, naujos įrangos sumontavimas, po montavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), išbandymas, medicininio personalo ir/ar gydymo įstaigos inžinierių apmokymas įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą.	Įrašo tiekėjas.... Sutarties vykdymo sąlyga

35.	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija	1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; 2. Serviso dokumentacija anglų arba lietuvių kalbomis; 3. Užpildytas prietaiso techninis pasas	Įrašo tiekėjas....  Sutarties vykdymo sąlyga
36.	<b>BENDRIEJI REIKALAVIMAI TIEKĖJUI</b>		
36.1	Paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotą CE sertifikatą arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaraciją, arba lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius, kad siūloma prekė atitinka Europos Sąjungos direktyvoje MDR 2017/745 „Dėl medicinos prietaisų“ / 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamente 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus, skaitmenines kopijas originalo ir lietuvių kalba		Įrašo tiekėjas....
36.2	Dokumentus, patvirtinančius kad tiekėjas yra medicinos įrangos gamintojas arba kitas asmuo, atitinkantis reikalavimus, nurodytus Medicinos priemonių naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl medicinos priemonių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 24 punkte.		Įrašo tiekėjas....
36.3	Tiekėjas turi pateikti garantinį raštą užtikrinantį galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos		Įrašo tiekėjas....
36.4	Tiekėjas turi pateikti pasirašytą Tiekėjo deklaraciją ar lygiavertį dokumentą, kuriuo įsipareigoja, kad personalo apmokymų metu bus aptarti įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (parametrų reguliavimas, tikslinimas, režimų pasirinkimas ir kt.) mažinant poveikį aplinkai visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose, ypatingai susijusiuose su energijos vartojimo efektyvumu, įrangos technine priežiūra		Įrašo tiekėjas....

**Jeį teikiamas pasiūlymas VIII pirkimo daliai „Deguonies koncentratorius“**

VI. Mes siūlome šias prekes:

15 lentelė

Eil. Nr.	Prekės aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Vieno mato vnt. kaina (EUR be PVM)	Kaina (EUR be PVM)
A	B	C	D	E	F= D x E
1.	<b>Deguonies koncentratorius</b>	vnt.	1	Įrašyti skaičius x,xx	Įrašyti skaičius x,xx
<b>Bendra pasiūlymo kaina, EUR be PVM</b>					Įrašyti skaičius x,xx
<b>Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM</b>					Įrašyti skaičius x,xx

**Siūloma Prekė visiškai atitinka perkančiosios organizacijos Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:**

*16 lentelė*

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujama parametro reikšmė *	Siūloma parametro reikšmė **
1.	Prietaiso paskirtis	Iš aplinkos oro sukoncentruoti deguonį.	
	<b>Deguonies koncentratorius</b>		Pilnas modelio pavadinimas serijos numeris, jei toks yra: Įrašo tiekėjas....
	Nurodyti prekių gamintoją:		Įrašo tiekėjas....
2.	Reguliuojamas deguonies srovės greitis	Didžiausias tiekiamas deguonies greitis ne mažiau 5 l/min	Įrašo tiekėjas....
3.	Deguonies koncentracija	Ne mažiau kaip 85 %	Įrašo tiekėjas....
4.	Triukšmo lygis	≤ 40db (A) ± 5 db.	Įrašo tiekėjas....
5.	Svoris	Ne daugiau 20 kg ± 2 kg.	Įrašo tiekėjas....
6.	Aliarmai	Vizualiniai ir garsiniai pranešimai/aliarmai	Įrašo tiekėjas....
7.	Deguonies srauto indikacija	Būtina	Įrašo tiekėjas....
8.	Konstrukcija	1. Su ne mažiau kaip 4 ratukais iš kurių bent 2 su stabdžiais 2. Rankena patogiam nešimui	Įrašo tiekėjas....

9.	Komplektacija	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Deguonies koncentratorius</li> <li>2. Buteliuko prijungimo žarna ne mažiau 20vnt.</li> <li>3. Vienkartiniai buteliukai ne mažiau 20vnt.</li> </ol>	Įrašo tiekėjas....
10.	Maitinimas	Iš ~220V, 50Hz elektros tinklo	Įrašo tiekėjas....
11.	CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745	Būtina	Įrašo tiekėjas....
12.	Garantinis terminas	≥ 24 mėnesiai	Įrašo tiekėjas.... Sutarties vykdymo sąlyga
13.	Įrangos pristatymas ir instaliavimas	Tiekėjas patvirtinta, kad įrangos pristatymas į gydymo įstaigą, iškrovimas, pervežimas į montavimo vietą, senos įrangos išmontavimas, naujos įrangos sumontavimas, po montavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), išbandymas, medicininio personalo ir/ar gydymo įstaigos inžinierių apmokymas įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą.	Įrašo tiekėjas.... Sutarties vykdymo sąlyga
14.	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis;</li> <li>2. Serviso dokumentacija anglų arba lietuvių kalbomis;</li> <li>3. Užpildytas prietaiso techninis pasas</li> </ol>	Įrašo tiekėjas.... Sutarties vykdymo sąlyga
15.	<b>BENDRIEJI REIKALAVIMAI TIEKĖJUI</b>		
15.1	Paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotą CE sertifikatą arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaraciją, arba lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius, kad siūloma prekė atitinka Europos Sąjungos direktyvoje MDR 2017/745 „Dėl medicinos prietaisų“ / 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamente 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus, skaitmenines kopijas originalo ir lietuvių kalba		Įrašo tiekėjas....
15.2	Dokumentus, patvirtinančius kad tiekėjas yra medicinos įrangos gamintojas arba kitas asmuo,		Įrašo tiekėjas....

	atitinkantis reikalavimus, nurodytus Medicinos priemonių naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl medicinos priemonių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 24 punkte.	
15.3	Tiekėjas turi pateikti garantinį raštą užtikrinantį galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos	Įrašo tiekėjas....
15.4	Tiekėjas turi pateikti pasirašytą Tiekėjo deklaraciją ar lygiavertį dokumentą, kuriuo įsipareigoja, kad personalo apmokymų metu bus aptarti įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (parametrų reguliavimas, tikslinimas, režimų pasirinkimas ir kt.) mažinant poveikį aplinkai visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose, ypačingai susijusiuose su energijos vartojimo efektyvumu, įrangos technine priežiūra	Įrašo tiekėjas....

**Jeigu teikiamas pasiūlymas IX pirkimo daliai „Elektrokardiografas“**

VI. Mes siūlome šias prekes:

17 lentelė

Eil. Nr.	Prekės aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Vieno mato vnt. kaina (EUR be PVM)	Kaina (EUR be PVM)
A	B	C	D	E	F= D x E
1.	<b>Elektrokardiografas</b>	vnt.	2	Įrašyti skaičius x,xx	Įrašyti skaičius x,xx
<b>Bendra pasiūlymo kaina, EUR be PVM</b>					Įrašyti skaičius x,xx
<b>Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM</b>					Įrašyti skaičius x,xx

**Siūloma Prekė visiškai atitinka perkančiosios organizacijos Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:**

18 lentelė

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujama parametro reikšmė*	Siūloma parametro reikšmė**
1.	Paskirtis:	Registruoti širdies elektrinį aktyvumą.	
	<b>Elektrokardiografas</b>		Pilnas modelio pavadinimas serijos numeris, jei toks yra: Įrašo tiekėjas....

	Nurodyti prekių gamintoją:		Įrašo tiekėjas....
2.	Svoris	Ne daugiau 5,8 kg	Įrašo tiekėjas....
3.	Derivacijos	12 derivacijų ramybės EKG registravimui	Įrašo tiekėjas....
4.	Ramybės ritmo rašymo trukmė	Ne trumpiau nei 10 min	Įrašo tiekėjas....
5.	Ekranas	1. Ne blogiau nei LCD 2. Ne mažesnis nei 7“ 3. Raiška ne blogesnė nei 1024 x 768 taškų	Įrašo tiekėjas....
6.	Įmontuota baterija	Būtina	Įrašo tiekėjas....
7.	Veikimo trukmė naudojant bateriją	Ne trumpiau 8 valandų įprasto darbo	Įrašo tiekėjas....
8.	Elektrokardiogramos spausdinimas	Naudojant integruotą terminį spausdintuvą	Įrašo tiekėjas....
9.	Spausdintuvo raiška	Ne mažiau 8 taškai/mm (amplitudės ašyje), ne mažiau 40 taškų/mm (laiko ašyje)	Įrašo tiekėjas....
10.	Darbą spartinantys mygtukai arba valdymas per jutiklinį ekraną	1. Prietaiso įjungimui/išjungimui; 2. Automatiniam kardiogramos užrašymui; 3. Rankiniam kardiogramos užrašymui; 4. Įrašytų duomenų ištrynimui.	Įrašo tiekėjas....
11.	Atmintis	Ne mažiau 300 ramybės EKG įrašų	Įrašo tiekėjas....
12.	Duomenų perkėlimas	Galimybė duomenis PDF formatu perkelti į USB atmintinę arba Wifi ryšiu	Įrašo tiekėjas....
13.	EKG užrašymo dažnis	Ne mažiau nei 32000 Hz	Įrašo tiekėjas....
14.	Skiriamoji geba	<del>Ne daugiau nei 1 μV/24 bit</del> Ne daugiau kaip 1 μV (ADC 24 bitų).	Įrašo tiekėjas....

15.	Kardiostimuliatoriaus detekcijos dažnis	Ne daugiau nei 23 kHz	Įrašo tiekėjas....
16.	Interpretacija	Būtina	Įrašo tiekėjas....
17.	Komplektacija	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Elektrokardiografas</li> <li>2. Standartinis paciento kabelis ne mažiau 1vnt.</li> <li>3. Daugkartinio naudojimo suaugusiųjų EKG elektrodų komplektas ne mažiau 1vnt.</li> <li>4. EKG gelis ne mažiau 1vnt.</li> <li>5. Terminio popieriaus ne mažiau kaip 10vnt.</li> <li>6. Transportavimo vežimėlis</li> </ol>	Įrašo tiekėjas....
18.	Transportavimo vežimėlis	Su nemažiau kaip su 4 ratukais, iš kurių ne mažiau kaip 2 ratukai su stabdžiais. Skirtas aparatui ir priedams susidėti	Įrašo tiekėjas....
19.	Maitinimas	Iš ~220V, 50Hz elektros tinklo	Įrašo tiekėjas....
20.	CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745	Būtina	Įrašo tiekėjas....
21.	Garantinis terminas	≥ 24 mėnesiai	Įrašo tiekėjas.... Sutarties vykdymo sąlyga
22.	Įrangos pristatymas ir instaliavimas	Tiekėjas patvirtinta, kad įrangos pristatymas į gydymo įstaigą, iškrovimas, pervežimas į montavimo vietą, senos įrangos išmontavimas, naujos įrangos sumontavimas, po montavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), išbandymas, medicininio personalo ir/ar gydymo įstaigos inžinierių apmokymas įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą.	Įrašo tiekėjas.... Sutarties vykdymo sąlyga
23.	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis;</li> <li>2. Serviso dokumentacija anglų arba lietuvių kalbomis;</li> </ol>	Įrašo tiekėjas.... Sutarties vykdymo sąlyga

		3. Užpildytas prietaiso techninis pasas	
24.	<b>BENDRIEJI REIKALAVIMAI TIEKĖJUI</b>		
24.1	Paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotą CE sertifikatą arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaraciją, arba lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius, kad siūloma prekė atitinka Europos Sąjungos direktyvoje MDR 2017/745 „Dėl medicinos prietaisų“ / 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamente 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus, skaitmenines kopijas originalo ir lietuvių kalba		Įrašo tiekėjas....
24.2	Dokumentus, patvirtinančius kad tiekėjas yra medicinos įrangos gamintojas arba kitas asmuo, atitinkantis reikalavimus, nurodytus Medicinos priemonių naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl medicinos priemonių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 24 punkte.		Įrašo tiekėjas....
24.3	Tiekėjas turi pateikti garantinį raštą užtikrinantį galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos		Įrašo tiekėjas....
24.4	Tiekėjas turi pateikti pasirašytą Tiekėjo deklaraciją ar lygiavertį dokumentą, kuriuo įsipareigoja, kad personalo apmokymų metu bus aptarti įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (parametrų reguliavimas, tikslinimas, režimų pasirinkimas ir kt.) mažinant poveikį aplinkai visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose, ypatingai susijusiuose su energijos vartojimo efektyvumu, įrangos technine priežiūra		Įrašo tiekėjas....

**Jeį teikiamas pasiūlymas X pirkimo daliai „Autokeratorefraktometras“**

VI. Mes siūlome šias prekes:

19 lentelė

Eil. Nr.	Prekės aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Vieno mato vnt. kaina (EUR be PVM)	Kaina (EUR be PVM)
A	B	C	D	E	F= D x E
1.	<b>Autokeratorefraktometras</b>	vnt.	1	Įrašyti skaičius x,xx	Įrašyti skaičius x,xx
<b>Bendra pasiūlymo kaina, EUR be PVM</b>					Įrašyti skaičius

Eil. Nr.	Prekės aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Vieno mato vnt. kaina (EUR be PVM)	Kaina (EUR be PVM)
A	B	C	D	E	F= D x E
					X,XX
<b>Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM</b>					Įrašyti skaičius X,XX

**Siūloma Prekė visiškai atitinka perkančiosios organizacijos Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:**

*20 lentelė*

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujama parametro reikšmė *	Siūloma parametro reikšmė **
1.	Prietaiso paskirtis	Akių refrakcijos ydų nustatymui	
	<b>Autokeratorefraktometras</b>		Pilnas modelio pavadinimas serijos numeris, jei toks yra: Įrašo tiekėjas....
	Nurodyti prekių gamintoją:		Įrašo tiekėjas....
2.	Matuojamos sferinės refrakcijos ribos	Ne mažiau kaip -25D iki +22D	Įrašo tiekėjas....
3.	Matuojamos sferinės refrakcijos žingsnis	0.12/0.25 D, pasirinktinai	Įrašo tiekėjas....
4.	Matuojamos cilindrinės refrakcijos ribos	Ne mažiau kaip iki ±10D	Įrašo tiekėjas....
5.	Matuojamos cilindrinės refrakcijos žingsnis	0.12/0.25 D, pasirinktinai	Įrašo tiekėjas....
6.	Matuojama ašis	Ne mažiau kaip 0° - 180°	Įrašo tiekėjas....
7.	Matuojamos ašies žingsnis	1°/5° pasirinktinai	Įrašo tiekėjas....
8.	Matuojamas ragenos kreivumo spindulys	Prietaisas turi gebėti matuoti ragenos kreivumo spindulį bent nuo 5 mm iki 10 mm arba platesniame intervale	Įrašo tiekėjas....
9.	Matuojamas ragenos kreivumo spindulio žingsnis	Ne daugiau kaip 0,01mm	Įrašo tiekėjas....

10.	Matuojamas ragenos refrakcinės galios riba	Prietaisas turi gebėti matuoti ragenos refrakcinės galios ribą	Įrašo tiekėjas....
11.	Matuojamas ragenos refrakcinės galios žingsnis	0,12/0,25 D pasirinktinai	Įrašo tiekėjas....
12.	Minimalus matuojamo vyzdžio diametras	Ne daugiau kaip nuo 2.00mm	Įrašo tiekėjas....
13.	Atstumo tarp vyzdžių matavimas	Ne mažiau kaip iki 85mm	Įrašo tiekėjas....
14.	Atstumo tarp vyzdžių matavimo žingsnis	Ne daugiau kaip 1mm žingsnis	Įrašo tiekėjas....
15.	Galimybė matuoti ragenos diametrą	Būtinai	Įrašo tiekėjas....
16.	Lietimu valdomas (touch screen)	Būtinai	Įrašo tiekėjas....
17.	Lietimu valdomo LCD monitoriaus dydis	Ne mažiau 7"	Įrašo tiekėjas....
18.	Galimybė reguliuoti monitoriaus pasvyrimo ir pasukimo kampą vertikaliai ir horizontaliai	Būtina	Įrašo tiekėjas....
19.	Galimybė valdyti prietaisą, stovint pacientui už nugaros	Būtina	Įrašo tiekėjas....
20.	Automatizuotas valdymas naudojant tik LCD ekraną	Būtinai	Įrašo tiekėjas....
21.	Visų matavimų rezultatų duomenų peržiūra monitoriuje,	Būtina	Įrašo tiekėjas....

	nespausdinant spausdintuvu		
22.	Matavimas režimai	Automatinis (vieno mygtuko paspaudimu) ir rankinis-automatinis	Įrašo tiekėjas....
23.	Automatinis akies suradimas	Būtinai	Įrašo tiekėjas....
24.	Integruota rūko sistema	Būtinai	Įrašo tiekėjas....
25.	Rūko sistemos pasirinkimas	Pastovus/pirmas tyrimas	Įrašo tiekėjas....
26.	Pasmakrio laikiklio aukščio reguliavimas - motorizuotas	Būtinai	Įrašo tiekėjas....
27.	Rezultatų spausdinimas	Integruoto spausdintuvo pagalba	Įrašo tiekėjas....
28.	Automatinis rezultatų spausdinimas atlikus tyrimą	Būtinai	Įrašo tiekėjas....
29.	Aparato automatinis persijungimas į budintį režimą	Būtinai	Įrašo tiekėjas....
30.	Duomenų perdavimo būdai	USB; RS-232C; LAN arba Wifi	Įrašo tiekėjas....
31.	Svoris	Ne daugiau kaip 20kg	Įrašo tiekėjas....
32.	Maitinimas	Iš ~220V, 50Hz elektros tinklo	Įrašo tiekėjas....
33.	CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745	Būtinai	Įrašo tiekėjas....
34.	Garantinis terminas	≥ 24 mėnesiai	Įrašo tiekėjas.... Sutarties vykdymo sąlyga
35.	Įrangos pristatymas ir instaliavimas	Tiekėjas patvirtinta, kad įrangos pristatymas į gydymo įstaigą, iškrovimas, pervežimas į montavimo vietą, senos įrangos išmontavimas, naujos įrangos sumontavimas, po montavimo	Įrašo tiekėjas.... Sutarties vykdymo sąlyga

		likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), išbandymas, medicininio personalo ir/ar gydymo įstaigos inžinierių apmokymas įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą	
36.	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija	1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalbomis; 3. Užpildytas prietaiso techninis pasas	Įrašo tiekėjas.... Sutarties vykdymo sąlyga
37.	<b>BENDRIEJI REIKALAVIMAI TIEKĖJUI</b>		
37.1	Paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotą CE sertifikatą arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaraciją, arba lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius, kad siūloma prekė atitinka Europos Sąjungos direktyvoje MDR 2017/745 „Dėl medicinos prietaisų“ / 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamente 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus, skaitmenines kopijas originalo ir lietuvių kalba		Įrašo tiekėjas....
37.2	Dokumentus, patvirtinančius kad tiekėjas yra medicinos įrangos gamintojas arba kitas asmuo, atitinkantis reikalavimus, nurodytus Medicinos priemonių naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl medicinos priemonių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 24 punkte.		Įrašo tiekėjas....
37.3	Tiekėjas turi pateikti garantinį raštą užtikrinantį galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos		Įrašo tiekėjas....
37.4	Tiekėjas turi pateikti pasirašytą Tiekėjo deklaraciją ar lygiavertį dokumentą, kuriuo įsipareigoja, kad personalo apmokymų metu bus aptarti įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (parametrų reguliavimas, tikslinimas, režimų pasirinkimas ir kt.) mažinant poveikį aplinkai visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose, ypačiai susijusiuose su energijos vartojimo efektyvumu, įrangos technine priežiūra		Įrašo tiekėjas....

**Jei teikiamas pasiūlymas XI pirkimo daliai „Operacinis šviestuvas“**

VI. Mes siūlome šias prekes:

21 lentelė

Eil. Nr.	Prekės aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Vieno mato vnt. kaina (EUR be PVM)	Kaina (EUR be PVM)
A	B	C	D	E	F= D x E
1.	<b>Operacinis šviestuvas</b>	kompl.	2	Įrašyti skaičius x,xx	Įrašyti skaičius x,xx
<b>Bendra pasiūlymo kaina, EUR be PVM</b>					Įrašyti skaičius x,xx
<b>Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM</b>					Įrašyti skaičius x,xx

**Siūloma Prekė visiškai atitinka perkančiosios organizacijos Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:**

22 lentelė

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujama parametro reikšmė *	Siūloma parametro reikšmė **
1.	<b>Operacinis šviestuvas</b>		Pilnas modelio pavadinimas serijos numeris, jei toks yra: Įrašo tiekėjas....
	Nurodyti prekių gamintoją:		Įrašo tiekėjas....
2.	Dviejų modulių lubinio tvirtinimo operacinis šviestuvas	Su diodiniais šviesos šaltiniais	Įrašo tiekėjas....
3.	Šviestuvo kupolo konstrukcija	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daugiareflektovinė sistema su šviesos diodais, įmontuotais vientisame „kupole“ arba iš atskirų segmentų sudarytame „kupole“;</li> <li>2. Šviesos diodai su reflektoriais kupolo centro atžvilgiu išdėstyti (sukoncentruoti) mažiausiai trimis kryptimis (netinka pagal vieną ašį išdėstytą formų (ovalo, dviejų į priešingas puses nukreiptų žiedlapių ir pan.) kupolai);</li> <li>3. Individualių lešių su reflektoriais sistema kiekvienam LED diodui</li> </ol>	Įrašo tiekėjas....
4.	Šviestuvo generuojamas	≥ 160 klx	Įrašo tiekėjas....

	maksimalus šviesos intensyvumas (abiejų modulių)		
5.	Spalvinė temperatūra (kiekvieno modulio)	Reguliuojama diapazone nuo 3800-5000 K (ne siauresniame už nurodytą)	Jrašo tiekėjas....
6.	Vienalytės šviesos stulpo aukštis (L1+L2, 60%) (kiekvieno modulio)	≥ 600 mm	Jrašo tiekėjas....
7.	Raudonos spalvos skiriamosios gebos koeficientas (R9) (kiekvieno modulio)	≥ 94	Jrašo tiekėjas....
8.	Reguliuojamas apšvietimo intensyvumas (kiekvieno modulio)	Nuo 100% (maksimalios apšvietos vertės) iki ≤ 50%	Jrašo tiekėjas....
9.	Endo apšvietimas (kiekvieno modulio)	Būtinai	Jrašo tiekėjas....
10.	Reguliuojamas šviesos lauko diametras (kiekvieno modulio)	Būtina, ne siauresniame kaip 20-25 cm diapazone.	Jrašo tiekėjas....
11.	Lempos kupolo centre sumontuota rankena su keičiamomis, plastikinėmis apsaugomis steriliam lempos skleidžiamo šviesos srauto krypties reguliavimui, bei sensoriniam (valdomam lietimui) intensyvumo ir	Būtina. Komplekte su operacine lempa pristatomos ≥ 5 vnt. sterilizuojamų, sensoriniam valdymui pritaikytų rankenėlių	Jrašo tiekėjas....

	šviesos lauko diametro reguliavimui		
12.	Šviestuvo valdymo pultas	<p>1. Pulto funkcijos:</p> <p>a) Įjungti/išjungti;</p> <p>b) Šviesos intensyvumo reguliavimas;</p> <p>c) Endoskopinio apšvietimo įjungimas;</p> <p>d) Operacinio lauko apšvietimo diametro nustatymas;</p> <p>e) Spalvinės apšvietimo temperatūros nustatymas.</p> <p>2. Pultas turi būti pritvirtintas prie šviestuvo alkūnės ar šviestuvo kupolo korpuso.</p>	Įrašo tiekėjas....
13.	Operacinės lempos tvirtinimas:	Operacinė lempa turi būti su jos tvirtinimui prie lubų optimaliai parinktais konstrukciniais elementais pagal lubų tipą ir patalpos bendrą aukštį. (Lubų tipas – betoninės, Aukštis 375cm ± 10cm.)	Įrašo tiekėjas....
13.1	Šviestuvo moduliai	Alkūninėmis konstrukcijomis jungiasi prie centrinės vertikalios kolonos, kuri montuojama prie lubų.	Įrašo tiekėjas....
13.2.	Lempas moduliai	Tvirtinami naudojant ne mažiau 2 dalių (alkūnių) svirtį. Alkūnės sujungtos su ne mažiau kaip 2 šarnyrinėmis jungtimis, kiekviena juda aplink vertikalią šarnyro ašį ne mažesniame kaip 360° diapazone	Įrašo tiekėjas....
13.3.	Pirmos su centre vertikalia kolona sujungtos alkūnės, prie kurių tvirtinasi šviestuvų moduliai aplink centrinę kolonos ašį	Turi rotuoti ne mažiau kaip 360°	Įrašo tiekėjas....
13.4.	Sumontuoto šviestuvo, centrinės tvirtinimo	Nuo grindų nutolęs ne mažiau kaip 2200 mm	Įrašo tiekėjas....

	kolonos, žemiausias taškas		
13.5.	Į maksimalų aukštį pakeltų operacinių šviestuvų atstumas, matuojant nuo centrinės rankenėlės žemiausio taško, šviestuvo kupolams esant horizontalioje padėtyje, iki grindų	Ne mažesnis kaip 1900 mm. <i>(Pastaba: kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tai įrodančius brėžinius arba patalpos eksplikaciją su tai atspindinčiais matmenimis).</i>	Įrašo tiekėjas....
13.6.	Centrinės kolonos tvirtinimo taškai ir maitinimo blokas vizualiai paslėpti	Būtina	Įrašo tiekėjas....
14.	Šviesos šaltinių tarnavimo laikas	≥ 60 000 val.	Įrašo tiekėjas....
15.	Šviestuvo kupolo apsaugos klasė	≥ IP42	Įrašo tiekėjas....
16.	CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745	Būtina	Įrašo tiekėjas....
17.	Garantinis terminas	≥ 24 mėnesiai	Įrašo tiekėjas.... Sutarties vykdymo sąlyga
18.	Įrangos pristatymas ir instaliavimas	Tiekėjas patvirtinta, kad įrangos pristatymas į gydymo įstaigą, iškrovimas, pervežimas į montavimo vietą, senos įrangos išmontavimas, naujos įrangos sumontavimas, po montavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), išbandymas, medicininio personalo ir/ar gydymo įstaigos inžinierių apmokymas įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą.	Įrašo tiekėjas.... Sutarties vykdymo sąlyga

19.	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija	1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; 2. Serviso dokumentacija anglų arba lietuvių kalbomis; 3. Užpildytas prietaiso techninis pasas	Įrašo tiekėjas.... Sutarties vykdymo sąlyga
20.	<b>BENDRIEJI REIKALAVIMAI TIEKĖJUI</b>		
20.1	Paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotą CE sertifikatą arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaraciją, arba lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius, kad siūloma prekė atitinka Europos Sąjungos direktyvoje MDR 2017/745 „Dėl medicinos prietaisų“ / 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamente 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus, skaitmenines kopijas originalo ir lietuvių kalba		Įrašo tiekėjas....
20.2	Dokumentus, patvirtinančius kad tiekėjas yra medicinos įrangos gamintojas arba kitas asmuo, atitinkantis reikalavimus, nurodytus Medicinos priemonių naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl medicinos priemonių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 24 punkte.		Įrašo tiekėjas....
20.3	Tiekėjas turi pateikti garantinį raštą užtikrinantį galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos		Įrašo tiekėjas....
20.4	Tiekėjas turi pateikti pasirašytą Tiekėjo deklaraciją ar lygiavertį dokumentą, kuriuo įsipareigoja, kad personalo apmokymų metu bus aptarti įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (parametrų reguliavimas, tikslinimas, režimų pasirinkimas ir kt.) mažinant poveikį aplinkai visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose, ypatingai susijusiuose su energijos vartojimo efektyvumu, įrangos technine priežiūra		Įrašo tiekėjas....

Pastabos:

\* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkrečiam tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms pas-laugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo parei-ga.

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos

standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbu projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygia-vertis“.

**\*\*** Įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti:

Jeigu tiekėjo siūlomos prekės nėra pagamintos (sukurtos) ir <b><u>tiekėjas pats bus siūlomų prekių gamintojas</u></b> ,	Jeigu tiekėjo siūlomos prekės nėra pagamintos (sukurtos) ir <b><u>tiekėjas pats jų negamins</u></b>	<b>Jeigu tiekėjo siūlomos prekės yra pagamintos (sukurtos)</b>
<p>papildomų atitiktį reikalavimams patvirtinančių <b>dokumentų pateikti nereikalaujama.</b> Laikoma, kad pasiūlymų teikimo metu, jei tiekėjas, kuris pats gamintojas, teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir prekių gamybai keliamų reikalavimų, minimalių aplinkos apsaugos kriterijų, tokiu atveju papildomi dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami. Tiekėjo pasiūlymas – įsipareigojimas pagaminti nurodytus techninius parametrus atitinkančią prekę.</p>	<p>tiekėjas turi pateikti <b>siūlomų prekių gamintojo (-ų)</b> raštiškus patvirtinimus dėl prekių atitikties reikalavimams <b>(gamintojo deklaracijos</b> ar pan.).</p>	<p>dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename šio pasiūlymo lentelės Nr. 2 techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo technines specifikacijas/katalogus/bukletus/ brošiūras/internetinės nuorodas į prekių gamintojo puslapį(-ius), įrodantį atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinę (-es) ekrano kopijas (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš prekės gamintojo tinklalapio), kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu – prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių modeliai, versijomis, identifikavimo numeriais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai. Siūlomų prekių gamintojo techninėse specifikacijose/kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose/ prekių gamintojo internetinio puslapio momentinėje ekrano kopijoje (print screen) ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą</p>

		<p>jos atitinka). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti techninių specifikacijų/katalogų /bukletų/ brošiūrų ir techninių aprašymų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.</p> <p>Tuo atveju, <b>jeigu pateiktoje prekės gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamos prekės charakteristikos patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti prekės gamintojo arba jo įgalioto atstovo</b> (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., <b>prekės gamintojo atitikties deklaraciją</b> ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.</p>
--	--	--

**Kilus abejonėms dėl tiekėjo pateiktos gamintojo dokumentacijos ar deklaracijos autentiškumo**, Perkančiosios organizacijos prašymu, tiekėjas turi pateikti gamintojo dokumentus, patvirtintus gamintojo vadovo ar jo įgalioto asmens (kartu su prekės aprašymu pateikiami gamintojo įgalioto atstovo atitinkamas teises įrodantys dokumentai) kvalifikuoto elektroniniu parašu, atitinkančiu 2014 liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 273, p. 73).

\* Pažymėtina, kad kvalifikuotas elektroninis parašas priimamas šiomis sąlygomis:

a) tiekėjo dokumentams pateikti skirtos elektroninės priemonės sudaro galimybes techniškai tvarkyti reikalaujamą kvalifikuoto elektroninio parašo formatą, nustatytą Reglamento Nr. 910/2014 27 straipsnyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose. Jeigu tiekėjo dokumentai pateikiami kitokiu elektroninio parašo formatu, į elektroninio parašo arba elektroninio dokumento laikmeną turi būti įtraukta informacija apie esamas patvirtinimo galimybes, kuriomis naudodamasi perkančioji organizacija turi galėti internetu, neatlygintinai ir asmenims, kuriems pateikiamų dokumentų kalba nėra gimtoji, suprantamu būdu patvirtinti gautą elektroninį parašą kaip kvalifikuotą elektroninį parašą;

b) jeigu tiekėjo dokumentai pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu, kurį išdavė sertifikavimo paslaugų teikėjas, įtrauktas į patikimą sąrašą, sudarytą vadovaujantis Reglamento Nr. 910/2014 22 str. nurodytais įgyvendinimo aktais, jokie papildomi reikalavimai, kurie trukdytų naudoti tokius parašus, nekeliama

#### **Pastabos:**

- Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtinės dalis ir pan. Perkančioji organizacija, tiekėjui baigus vykdyti sutartį, turės galėti naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip.
- Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, jis turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta

tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiuavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija).

- Kaina (ir jos sudėtinės dalys) turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.

#### **Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad:**

- Atidžiai išnagrinėjome perkančiosios organizacijos pateiktą techninę specifikaciją ir kitus pirkimo dokumentus, pirkimo metu perkančiosios organizacijos pateiktus paaiškinimus ir kt. perkančiosios organizacijos pirkimui pateiktus dokumentus;
- Į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos darbų vykdymo išlaidos ir visi mokesčiai, ir mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą;
- Pateikdami pasiūlymą, mes įsivertiname visas darbų apimtis bei prisiimame riziką dėl kiekių ir išlaidų dydžio svyravimo.
- Visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui;
- Įvertiname pirkimo dokumentų, paslaugų suteikimui, darbų atlikimui aktualių teisės aktų reikalavimus bei kitus priedus ir suprantame, kad sudarydami pirkimo sutartį privalėsime pasiekti pirkimo sutartyje numatytą rezultatą ir dėl to privalome imtis visų reikiamų veiksmų ir priemonių bei užtikrinti, kad perkančioji organizacija galėtų tinkamai ir visapusiškai naudotis šiuo rezultatu pagal tiesioginę ir pirkimo sutartyje bei pirkimo dokumentuose numatytą objekto paskirtį.
- Žinome, kad perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kuriai taikomi VPĮ 20 straipsnio 5 dalyje nurodyti konfidencialios informacijos apsaugos reikalavimai arba kurios atskleidimas prieštarautų duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, taip pat informaciją, kurią teikdamas pasiūlymą tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

<b>Eil .Nr</b>	<b>Pateiktų dokumentų (failų) pavadinimas (Tiekėjas įrašo teikiamo dokumento pavadinimą)</b>	<b>Dokumento puslapių skaičius</b>
1.	[Tiekėjas įrašo teikiamo dokumento pavadinimą, pvz., EBVPD]	...
2.	Pvz., pasiūlyme nurodytų subteikėjų/subteikėjų/subrangovų ar ūkio subjektų ketinimų protokolai (susitarimai) ar kiti dokumentai	
3.	<b>Nepamiršti su pasiūlymu pateikti atitiktį įrodančius gamintojo dokumentus</b>	
....	...	...

Neteiksime šių pašalinimo pagrindų nebuvimą ir (arba) atitiktį kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančių dokumentų. Su jais perkančioji organizacija gali susipažinti\*:

<b>Eil .Nr</b>	<b>Pirkimo pavadinimas</b>	<b>Pirkimo numeris</b>	<b>Dokumento (failo) pavadinimas</b>
1.	[Tiekėjas įrašo pirkimo pavadinimą,]	...	

2.	...	...	
3	...	...	

\* Pildoma (ir nurodyti šaltinį) tik tais atvejais, jei žinoma, kad perkančioji organizacija gali turėti atitinkamus dokumentus iš kitų pirkimo procedūrų.

Ši pasiūlyme ir (ar) kituose dokumentuose nurodyta informacija yra konfidenciali\*\*/perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

<b>Eil .Nr .</b>	<b>Dokumento (failo) pavadinimas</b>	<b>Paaiškinimas, kokia konkrete informacija dokumente (faile) yra konfidenciali</b>	<b>Konfidencialumo pagrindimas (koku pagrindu informacija laikoma konfidencialia)</b>
1.	[Tiekėjas įrašo dokumento pavadinimą]		
2.	...		
3	...		

\*\*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Pasiūlymas galioja: \_\_ žr. specialiųjų pirkimo sąlygų XI skyriaus 1 priede „Terminai“ 8 p.

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

[Jeigu norima įkelti pasirašytą .adoc dokumentą, tiekėjas pirma turi šį dokumentą suspausti (į .zip ar kitus palaikomus formatus) ir tada prisegti CVP IS]

## **PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI IR SĄLYGOS**

1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrinks pagal pasiūlymo kainą, t. y. neatmesti pasiūlymai bus vertinami pagal kainą. Ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu laikomas mažiausios kainos pasiūlymas.
2. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurai. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurai pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną.

---

Pirkimo sąlygų 8 priedas „Sutarties projektas“

## **SUTARTIES PROJEKTAS**

Pateikiamas/pridedamas CVP IS atskiru failu.

Pirkimo sąlygų 9 priedas „Tiekėjo  
deklaracija dėl atitikties Reglamento  
nuostatomis“

Herbas arba prekių ženklas  
(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, juridinio asmens kodas,  
pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės  
mokesčio mokėtojas)

---

(Pirkimo vykdytojo pavadinimas)

### TIEKĖJO/ SUBTIEKĖJO DEKLARACIJA

---

(Data)

Patvirtinu, kad mano atstovaujamo tiekėjo/subtiekėjo sudėtyje nėra Rusijos dalyvavimo, viršijančio 2014 m. liepos 31 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje, su visais pakeitimais, nustatytas ribas t.y.:

(a) mano atstovaujamas tiekėjas/subtiekėjas (ir nė vienas iš tiekėjų grupės narių) nėra Rusijos pilietis arba Rusijoje įsisteigęs fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga;

(b) mano atstovaujamas tiekėjas/subtiekėjas (ir nė vienas iš tiekėjų grupės narių) nėra juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, kurio nuosavybės teisės tiesiogiai ar netiesiogiai daugiau kaip 50 % priklauso šios dalies a) punkte nurodytam subjektui;

(c) nei aš, nei mano atstovaujama bendrovė nėra fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, veikianti a) arba b) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;

(d) a)-c) punktuose išvardyti subjektai nedalyvauja subtiekėjais, tiekėjais ar subjektais, kurių pajėgumais remiasi mano atstovaujamas tiekėjas, tais atvejais kai jiems tenka daugiau kaip 10 % sutarties vertės.

Patvirtinu, kad tiekėjui/subtiekėjui kuriuos esu pasitelkęs ar pasitelksiu ateityje, ūkio subjektams, kurių pajėgumais remiuosi ar (ir) remsiuosi, prekių (ir jų sudedamųjų dalių) gamintojams netaikomos Lietuvos Respublikoje įgyvendinamos tarptautinės sankcijos, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatyme.

Deklaruojamoms aplinkybėms pasikeitus, įsipareigoju nedelsiant apie tai informuoti Pirkimo vykdytoją.

---

(Parašas)

---

(Vardas, pavardė, pareigos)

Pirkimo sąlygų 10 priedas „Deklaracija dėl  
tiekėjo atsakingų asmenų“

**DEKLARACIJA DĖL TIEKĖJO ATSAKINGŲ ASMENŲ**

Aš, \_\_\_\_\_  
(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

deklaruoju, kad pasiūlymo pateikimo dieną mano vadovaujamo (-os)/(atstovaujamo (-os))  
\_\_\_\_\_ atsakingi asmenys, vadovaujantis Viešųjų pirkimų  
įstatymo

(tiekėjo pavadinimas)

46 straipsnio 1 dalimi, yra:

I. Valdyba (sudaryta/nesudaryta) .....(įrašyti)

Jei sudaryta, nurodyti visus valdybos narius (vardas, pavardė):

1.

2.

3.

.....

II. Stebėtojų taryba (sudaryta/nesudaryta) .....(įrašyti)

Jei sudaryta, nurodyti visus stebėtojų tarybos narius (vardas, pavardė):

1.

2.

3.

.....

III. Įmonėje nustatytas kiekybinis atstovavimas (taip/ne) ..... (įrašyti)

Jei nustatytas kiekybinis atstovavimas, nurodyti juridinio asmens vardu veikiančius  
asmenis (vardas, pavardė):

1.

2.

.....

\_\_\_\_\_  
(Deklaraciją sudariusio  
asmens pareigų  
pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(Parašas)

\_\_\_\_\_  
(Vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Pirkimas Nr. 4829454
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-10-30 Nr. (18.25 E) VŠ1-1479
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Tiekėjams
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Erika Pečiulienė Patarėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-10-30 08:56
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	KRSA-DC1-CA
Sertifikato galiojimo laikas	2025-07-09 11:09 - 2026-07-09 11:09
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Elektrokardiografas. Techninė specifikacija IX pirkimo dalis_pataisyta.docx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	25 10 29_specialiosios salygos_Fizioterapijos_atnaujinta.docx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20251024.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-10-30)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-10-30 nuorašą suformavo Erika Pečiulienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-10-30 Dokumentų valdymo sistema „Kontora“