

## RINKOS DALYVIŲ KONSULTACIJOS (RDK) ATASKAITA

Pirkimo objekto pavadinimas	„Vienkartinės priemonės (dirbtinės kraujagyslės ir kraujagysliniai protezai“
RDK paskelbimo data ir numeris	2024-12-02, Nr.120873
RDK vykdymo laikotarpis	nuo 2024-12-02 iki 2024-12-10
RDK vykdyta šiuo būdu	CVP IS
<b>INFORMACIJA APIE RDK DALYVIUS</b>	
Atsakymus, pasiūlymus ar pastabas CVP IS pateikusių dalyvių skaičius	2
<b>APIBENDRINIMAI, IŠVADOS IR SIŪLYMAI</b>	
Rinkos dalyvių konsultacijoje sudalyvavo 2 tiekėjai, - perkančioji organizacija išnagrinėjo ir įvertino pastabas, rekomendacijas ir siūlymus techninių specifikacijų projektui.	

Informuojame, kad išnagrinėjusi pateiktas pastabas ir pasiūlymus, perkančioji organizacija priėmė šiuos sprendimus:

Techninės specifikacijos punktas	Reikalaujamas parametras	Tiekėjo siūlomas pakeitimas/ siūloma prekė	Perkančiosios organizacijos sprendimas
<b>2.1 Biosintetiniai kraujagysliniai protezai</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dirbtinės kraujagyslės;</li> <li>2. Pagamintas iš poliesterio tinklelio karkaso sujungto su avies kolagenu.</li> <li>3. Diametras 5-8mm. (Siūlyti ne mažiau nei 3 dydžių);</li> <li>4 Vidinis kraujagyslės paviršius turi būti lygus, nepralaidus kraujui, suformuoja antibakterinį barjerą;</li> <li>5. Ilgis ne mažiau nei 40cm;</li> </ol>	Siūloma biosintetinių kraujagyslių protezų pirkimo poziciją padalinti į atskiras pirkimo dalis pagal protezo ilgį, o ne sudėti visus skirtingus ilgįs į tą pačią poziciją. Biosintetinio kraujagyslinio protezo kaina priklauso nuo jos ilgio, jeigu padalinsite šią poziciją į atskiras dalis pagal ilgįs (40 cm, 50 cm ir 60 cm + virš 60 cm), gausite ekonomiškėsius kainų pasiūlymus, nes protezo dydžiai, kurių reikia jūsus ligoninei, priklauso nuo jūsus pacientų dydžių. Esant dabartinam jūsus pirkimo projektui tiekėjas gali pasiūlyti tik vieną kainą visiems dydžiams, nors ligoninė galėtų gauti trumpesnius dydžius su geresnėmis kainomis, jei pirkimas būtų išskaidytas pagal ilgįs.	Perkančioji organizacija <b>sutinka</b> biosintetinių kraujagyslių protezų poziciją išskaidyti į atskiras pirkimo dalis pagal protezų ilgįs.