

ATVIRO KONKURSO
„AORTOS STENTAVIMO PRIEMONĖS KRAUJAGYSLIŲ CHIRURGIJAI“
VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

DARBOTVARKĖ: dėl Tiekėjų siūlomų pastabų rinkos konsultacijoje.

SVARSTYTA: Tiekėjų siūlomos pastabos rinkos konsultacijoje.

Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) apsvaustė tiekėjų siūlymus pateiktus 2025-10-03 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje skelbtos rinkos konsultacijos metu dėl aortos stentavimo priemonių kraujagyslių chirurgijai pirkimo (pirkimo ID numeris 4818071).

Siūlymai pirkimo daliai 3. „Abdominalinių stentgraftų proksimalus prailgintojas“

*Prašome minimaliai išplėsti diametro ribas, nurodant: „Diametras proksimaliai =distaliai nuo 23 iki **ne mažiau 36mm.** , t.p. minimaliai išplėsti dengto ilgio ribas nurodant: Dengtas ilgis 50mm.(± 1 mm).*

Komisija išnagrinėjusi tiekėjo pateiktą siūlymą pirkimo daliai 3. „Abdominalinių stentgraftų proksimalus prailgintojas“, sutinka tikslinti reikalavimą iš „Diametras proksimaliai =distaliai nuo 23 iki 38mm“ į reikalavimą „Diametras proksimaliai =distaliai nuo 23 iki ne mažiau 36mm“. Taip pat sutinka tikslinti reikalavimą „Dengtas ilgis 50mm“ į reikalavimą „Dengtas ilgis 50mm (± 1 mm)“.

Siūlymas pirkimo daliai Nr. 4 „Abdominalinių stentgraftų klubinis prailgintojas“

*Prašome minimaliai išplėsti diametro ribas, nurodant: "Klubinio prailgintojo mažiausias diametras proksimaliai nuo **10-13 mm**, didžiausias 27-**28 mm**. Distaliai mažiausias diametras 10 mm, didžiausias 27-**28 mm**. Bendras ilgis 80 (**+2**)mm. Įvedimo sistemos išorinis diametras **14, 16, 18F**.*

Komisija išnagrinėjusi tiekėjo pateiktą siūlymą pirkimo daliai Nr. 4 „Abdominalinių stentgraftų klubinis prailgintojas“, sutinka tikslinti reikalavimą iš „Klubinio prailgintojo diametras proksimaliai nuo 13 iki 27mm“ į „Klubinio prailgintojo mažiausias diametras proksimaliai nuo 10-13 mm, didžiausias 27-28 mm“. Taip pat sutinka tikslinti reikalavimą iš „Distaliai nuo 10 iki 27mm“ į reikalavimą „Distaliai mažiausias diametras 10 mm, didžiausias 27-28 mm“. Tikslinti reikalavimą iš „Bendras ilgis 80mm“ į reikalavimą „Bendras ilgis 80 (+2)mm“ ir iš „Įvedimo sistemos išorinis diametras 16-18F“ į reikalavimą „Įvedimo sistemos išorinis diametras 14, 16, 18F“.

Siūlymas pirkimo daliai Nr. 5 „Aortos uni-iliac stentgraftas“

*Prašome minimaliai išplėsti diametro distaliai ribas, nurodant: „Diametras distaliai 13-**14 mm**. T.p. minimaliai išplėsti dengto ilgio ribas, nurodant: Dengtas ilgis 105mm. (**± 3 mm**)*

Komisija išnagrinėjusi tiekėjo pateiktą siūlymą pirkimo daliai Nr. 5 „Aortos uni-iliac stentgraftas“, sutinka išplėsti ribas iš „Diametras distaliai 13mm“ į reikalavimą „Diametras distaliai 13-14 mm“ ir „Dengtas ilgis 105mm“ į reikalavimą „Dengtas ilgis 105mm (± 3 mm)“.

Siūlymas pirkimo daliai Nr. 8 „AAA stentgrafto distalinis prailgintojas“

*Prašome minimaliai pakoreguoti dengtos dalies ilgį, nurodant: „dengtos dalies trumpiausias ilgis 80-82 mm, ilgiausias **ne mažiau kaip** 160 mm (mes galime pasiūlyti ir 199 mm dengtos dalies ilgį). T.p. prašome minimaliai išplėsti klubinės arterijos dalies diametrus ir nurodyti: Klubinės arterijos dalies diametrai turi būti įvairių dydžių, nuo 9 iki 24 mm (**± 1mm**). Minimaliai pakoreguoti: Įvedimo sistemos išorinis diametras 14F, **16 F**.*

Komisija išnagrinėjusi tiekėjo pateiktus siūlymus pirkimo daliai Nr. 8 „AAA stentgrafto distalinis prailgintojas“, sutinka tikslinti reikalavimą iš „dengta dalis nuo 80 iki 160 mm“ į reikalavimą „dengtos dalies trumpiausias ilgis 80-82 mm, ilgiausias **ne mažiau kaip** 160 mm“ taip pat reikalavimą iš „Klubinės arterijos dalies diametrai turi būti įvairių dydžių, nuo 9 iki 24 mm“ į reikalavimą „Klubinės arterijos dalies diametrai turi būti įvairių dydžių, nuo 9 iki 24 mm (**± 1mm**)“. Komisija sutinka patikslinti iš „Įvedimo sistemos išorinis diametras turi būti ne didesnis nei 14F“ į reikalavimą „Įvedimo sistemos išorinis diametras 14F, **16F**“.

Siūlymas pirkimo sutarčiai

Jeigu sutartis bus sudaroma 12 mėn. ar ilgesniam laikotarpiui, tuomet taikyti įkainių perskaičiavimą atsižvelgiant į kainų lygio pokytį, kuris neturėtų būti nustatytas didesnis kaip 3 %. Įkainių perskaičiavimas galėtų būti inicijuojamas po 6 mėn.

Komisija, išnagrinėjusi tiekėjo pateiktus siūlymus sutarties reikalavimams, pažymi, kad planuojamos sudaryti prekių tiekimo sutarties trukmė ilgesnė nei 12 mėn. ir įkainių perskaičiavimas dėl kainų lygio pokyčio bus numatytas ne anksčiau kaip po 6 (šešių) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos (jeigu peržiūra jau buvo atlikta – nuo Susitarimo dėl paskutinio perskaičiavimo pagal šį Specialiųjų sąlygų papunktį įsigaliojimo dienos), jeigu Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokytis viršys 5 procentus. Komisija pažymi, kad nustatydamą procentinį dydį vadovaujasi Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2025 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. 1S-51 „Dėl viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2024 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. 1S-19 „Dėl prekių viešojo pirkimo – pardavimo sutarties tipinių sąlygų patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtintomis Prekių viešojo pirkimo–pardavimo sutarties specialiosiomis sąlygomis ir jis atitinka rinkos realijas.

NUTARTA:

1. Tikslinti techninės specifikacijos reikalavimus pirkimo dalims Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5 ir Nr. 8.
2. Apie Komisijos priimtą sprendimą informuoti rinkos dalyvius.