

IŠRAŠAS IŠ VIEŠOJO PIRKIMO  
„LABORATORINIAI REAGENTAI NAUJOS KARTOS SEKOSKAITOS (NKS) TYRIMAMS“  
(PIRKIMO NR. 361481)  
KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO

**DARBOTVARKĖ:** Dėl Tiekėjo pateiktų siūlymų/pastabų rinkos konsultacijai

**SVARSTYTA:** Tiekėjo pateikti siūlymai/pastabos rinkos konsultacijai

Viešojo pirkimo Komisija (toliau – Komisija) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau - CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis gavo Tiekėjų siūlymus/pastabas 2024-12-10 CVP IS skelbtai rinkos konsultacijai dėl **laboratorinių reagentų Naujos kartos sekoskaitos (NKS) tyrimams** pirkimo (Nr. **361481**).

**Tiekėjo siūlymai/pastabos:**

„Line 5 – we would recommend the following:

*kit that allows for 1–1000 ng total RNA for standard-quality RNA samples and 10 ng total RNA for FFPE samples, with a kit size of 16 or 96 samples*

Line 6-7:

*index set with 10 bp length and kit size of 96 samples)“*

**Komisija atsižvelgdama į tiekėjų pateiktus paklausimus atsako sekančiai:**

**5 punktas pakoreguotas iš** „Informacinės RNR sekoskaitos bibliotekų ruošimo rinkinys turi užtikrinti informacijos apie grandinės orientaciją išlaikymą ir leisti **paruošti ne mažiau kaip 48 mėginius**. Rinkinyje privalo būti RNR gryninimo rutuliukai, leidžiantys surinkti poliA turinčias RNR sekas, PGR mišinys, skirtas informacinės RNR perrašymui į kopijinę DNR. **Rinkinys turi būti tinkamas paruošti bibliotekas iš visuminės RNR (ribose nuo 0,1 iki 1 µg) ir informacinės RNR (ribose nuo 0,01 iki 0,1µg)**. Rinkinys turi būti suderinamas su sekoskaitos, paremtos sintezės principu, naujos kartos sekoskaitos platforma.“

į „Informacinės RNR sekoskaitos bibliotekų ruošimo rinkinys turi užtikrinti informacijos apie grandinės orientaciją išlaikymą ir leisti paruošti **ne daugiau kaip 96 mėginius**. Rinkinyje privalo būti RNR gryninimo rutuliukai, leidžiantys surinkti poliA turinčias RNR sekas, PGR mišinys, skirtas informacinės RNR perrašymui į kopijinę DNR. **Rinkinys turi būti tinkamas paruošti bibliotekas iš standartinės kokybės RNR mėginių naudojant visuminę RNR ribose nuo 1 iki 1000 ng ir RNR mėginių gautų iš parafine įlietų audinių visuminės RNR ne mažiau kaip 10 ng**. Rinkinys turi būti suderinamas su sekoskaitos, paremtos sintezės principu, naujos kartos sekoskaitos platforma.“

**6 punktas pakoreguotas iš** „Indeksais žymėtų adapterių rinkinys turi būti skirtas indeksų sekomis pažymėti RNR sekoskaitos bibliotekas. Adapterių rinkinys turi būti suderinamas su bibliotekų ruošimo rinkiniais, skirtais analizuoti sekas sintezės principu paremtose naujos kartos sekoskaitos platformose. Adapterių kiekis rinkinyje turi įgalinti paruošti **ne mažiau kaip 48 atskirus RNR mėginius**. Rinkinyje turi būti ne mažiau kaip 12 adapterių (A tipas), **pažymėtų unikalėmis 6 bp ilgio indeksų** sekomis. Rinkinyje turi būti A-uodegos pridėjimo reagentų mišinys ir kontrolė, grandinės galų reparacijos kontrolė, ligavimo reagentų mišinys, kontrolė ir nutraukimo buferis, resuspensijos buferis.“

į „Indeksais žymėtų adapterių rinkinys turi būti skirtas indeksų sekomis pažymėti RNR sekoskaitos bibliotekas. Adapterių rinkinys turi būti suderinamas su bibliotekų ruošimo rinkiniais,

skirtais analizuoti sekas sintezės principu paremtose naujos kartos sekoskaitos platformose. Adapterių kiekis rinkinyje turi įgalinti paruošti **ne mažiau kaip 96 atskirus RNR mėginius**. Rinkinyje turi būti ne mažiau kaip 12 adapterių (A tipas), **pažymėtų unikaliomis 10 bp ilgio indeksų sekomis**. Rinkinyje turi būti A-uodegos pridėjimo reagentų mišinys ir kontrolė, grandinės galų reparacijos kontrolė, ligavimo reagentų mišinys, kontrolė ir nutraukimo buferis, resuspensijos buferis.“ **į**“

**7 punktą pakoreguotas iš** „Indeksais žymėtų adapterių rinkinys turi būti skirtas indeksų sekomis pažymėti RNR sekoskaitos bibliotekas. Adapterių rinkinys turi būti suderinamas su bibliotekų ruošimo rinkiniais, skirtais analizuoti sekas sintezės principu paremtose naujos kartos sekoskaitos platformose. Adapterių kiekis rinkinyje turi įgalinti paruošti **ne mažiau kaip 48 atskirus RNR mėginius**. Rinkinyje turi būti ne mažiau kaip 12 adapterių (B tipas), **pažymėtų unikaliomis 6 bp ilgio indeksų sekomis**. Rinkinyje turi būti A-uodegos pridėjimo reagentų mišinys ir kontrolė, grandinės galų reparacijos kontrolė, ligavimo reagentų mišinys, kontrolė ir nutraukimo buferis, resuspensijos buferis.“

**į** „Indeksais žymėtų adapterių rinkinys turi būti skirtas indeksų sekomis pažymėti RNR sekoskaitos bibliotekas. Adapterių rinkinys turi būti suderinamas su bibliotekų ruošimo rinkiniais, skirtais analizuoti sekas sintezės principu paremtose naujos kartos sekoskaitos platformose. Adapterių kiekis rinkinyje turi įgalinti paruošti **ne mažiau kaip 96 atskirus RNR mėginius**. Rinkinyje turi būti ne mažiau kaip 12 adapterių (B tipas), **pažymėtų unikaliomis 10 bp ilgio indeksų sekomis**. Rinkinyje turi būti A-uodegos pridėjimo reagentų mišinys ir kontrolė, grandinės galų reparacijos kontrolė, ligavimo reagentų mišinys, kontrolė ir nutraukimo buferis, resuspensijos buferis.“

Visi Komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šio sprendimo priėmimą balsavo vienbalsiai.

#### **NUTARTA:**

1. Patikslinti techninę specifikaciją, tvirtinti aktualią techninės specifikacijos redakciją (pridedama).
2. Apie Komisijos sprendimą informuoti paklausimą pateikusį tiekėją ir suinteresuotus kandidatus.