



**MUITINĖS DEPARTAMENTAS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS**

Tiekėjams

2025-

Nr. (22.10Mr)3BE-

ATSAKYMAS Į PAKLAUSIMĄ

2025 m. lapkričio 11 d. Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis gautas paklausimas dėl Raman tipo spektrometrų viešojo pirkimo atviro (tarptautinio) konkurso sąlygų (toliau – Konkurso sąlygos).

Raman tipo spektrometrų pirkimui organizuoti ir atlikti sudaryta viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) išnagrinėjo paklausimą ir teikia atsakymą:

Eil. Nr.	Teikėjo paklausimas (tekstas originalus)	Komisijos atsakymas			
1.	<p>„Norėčiau pasiteirauti dėl šiuo metu paskelbto pirkimo techninės specifikacijos 5.2 punkto formuluotės. Paskelbtame dokumente (PD SPEKTROMETRAI_2025, 22 psl., 5.2 punktas) nurodyta: „Spektrometre turi būti automatinis išpėjimo formavimas nuskenavus medžiagas, kurių (kaip prekursorių) kombinaciją galima panaudoti konkrečios medžiagos gamybai (sprogmenų bei psichotropinių narkotikų gamybai skirtos medžiagos).“ Tuo tarpu rinkos konsultacijos metu šio punkto formuluotė buvo tokia (TS_2025_RAMAN_v.0.1 – ATNAUJINTA, 2 psl., 4.5 punktas): „Spektrometre turi būti automatinis išpėjimo formavimas nuskenavus medžiagas, kurios priskiriamos pavojingoms, sprogiosioms, psichotropinėms, narkotinėms medžiagoms, visų šių medžiagų prekursoriams ir jų gamybai naudotinas medžiagas.“ Norėčiau pasiteirauti, dėl kokių priežasčių pirkimo dokumentuose esantis 5.2 punktas buvo grąžintas į ankstesnę, pradinę redakciją, kuri buvo paskelbta dar pirminės rinkos konsultacijos metu. Šiuo metu paskelbta formuluotė, mūsų vertinimu, yra labai specifinė ir faktiškai tinkama tik vienam įrangos tiekėjui, todėl gali apriboti konkurenciją bei užkirsti kelią dalyvauti kitų gamintojų įrangai, kurios techninės savybės nėra prastesnės, o kai kuriais atvejais – netgi pranašesnės. Taip pat norėtume atkreipti dėmesį, kad rinkos konsultacijos metu buvo paskelbta būtent tokia formuluotė, kokia dabar yra pirkimo dokumentuose, tačiau vėliau ji buvo pakeista į 4.5 punkte nurodytą</p>	<p>Perkančioji organizacija keičia Konkurso sąlygų 1 priedo (techninės specifikacijos) 4.2 papunktį ir išdėsto taip:</p> <p>„4.2. Spektrometre turi būti automatinis išpėjimo formavimas nuskenavus medžiagas, kurios priskiriamos pavojingoms, sprogiosioms, psichotropinėms, narkotinėms medžiagoms, visų šių medžiagų prekursoriams ir jų gamybai naudotinas medžiagas;“</p> <p>Perkančioji organizacija keičia Konkurso sąlygų 2 priedo (pasiūlymo formos) 4 lentelės 5.2 papunktį ir išdėsto taip:</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">5.2</td> <td>Spektrometre turi būti automatinis išpėjimo formavimas nuskenavus medžiagas, kurios priskiriamos pavojingoms, sprogiosioms, psichotropinėms, narkotinėms medžiagoms, visų šių medžiagų prekursoriams ir jų gamybai naudotinas medžiagas</td> <td>(Tiekėjas privalo pateikti techninio parametro atitikimą patvirtinančius dokumentus (pvz. gamintojo prekės aprašymas arba nuoroda į gamintojo puslapį, kuriuose būtų nurodytas techninėje specifikacijoje nustatytas reikalavimas)</td> </tr> </table>	5.2	Spektrometre turi būti automatinis išpėjimo formavimas nuskenavus medžiagas, kurios priskiriamos pavojingoms, sprogiosioms, psichotropinėms, narkotinėms medžiagoms, visų šių medžiagų prekursoriams ir jų gamybai naudotinas medžiagas	(Tiekėjas privalo pateikti techninio parametro atitikimą patvirtinančius dokumentus (pvz. gamintojo prekės aprašymas arba nuoroda į gamintojo puslapį, kuriuose būtų nurodytas techninėje specifikacijoje nustatytas reikalavimas)
5.2	Spektrometre turi būti automatinis išpėjimo formavimas nuskenavus medžiagas, kurios priskiriamos pavojingoms, sprogiosioms, psichotropinėms, narkotinėms medžiagoms, visų šių medžiagų prekursoriams ir jų gamybai naudotinas medžiagas	(Tiekėjas privalo pateikti techninio parametro atitikimą patvirtinančius dokumentus (pvz. gamintojo prekės aprašymas arba nuoroda į gamintojo puslapį, kuriuose būtų nurodytas techninėje specifikacijoje nustatytas reikalavimas)			

<p>redakciją. Kodėl tuomet konsultacijos metu šis punktas buvo pakoreguotas, o dabar vėl grąžintas į pradinę redakciją? Būtume dėkingi už paaiškinimą ir, jei įmanoma, už svarstymą grąžinti neutralesnę punkto formuluotę, kuri užtikrintų sąžiningą konkurenciją ir sudarytų sąlygas dalyvauti platesniam tiekėjų ratui.“</p>	
---	--

Raman tipo spektrometrų viešojo pirkimo atviro (tarptautinio) konkurso sąlygų aktuali redakcija bus paskelbta Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis.

Informuojame, kad ***pasiūlymų pateikimo terminas pratęsiamas iki 2025 m. gruodžio 29 d. 14:00 val.*** Atitinkamai pratęsiamas prašymų dėl Konkurso sąlygų paaiškinimų pateikimo terminas iki 2025 m. gruodžio 20 d. 00:00 val.

Komisijos pirmininkė

Dovilė Kraulaidienė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 188656838, A. Jakšto g. 1, LT-01105 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Atsakymas į paklausimą
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-11-17 Nr. (22.10 Mr)3BE-6784
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Dovilė Kraulaidienė, Generalinio direktoriaus pavaduotojas
Sertifikatas išduotas	DOVILĖ KRAULAIIDIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-11-17 12:04:00 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-11-17 12:04:19 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-06-01 15:43:58 – 2027-05-31 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2025-05-16 11:31:08 iki 2028-05-15 11:31:08
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.85.4
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-11-17 13:42:49)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-11-17 13:42:49 DBSIS