

**PRANEŠIMAS DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PATIKSLINIMO 5-oje Pirkimo dalyje ir
 PASIŪLYMŲ PATEIKIMO TERMINO NUKĖLIMO**

VšĮ „Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė“ (toliau – perkančioji organizacija) atviro (tarptautinio) konkurso būdu vykdo viešąjį pirkimą „Neurochirurginiai implantai (Nr. 9843-2)“ (pirkimo ID: 5021722) (toliau - Pirkimas).

Informuojame, kad dėl Pirkimo sąlygų priede Nr.1 „Techninė specifikacija ir pasiūlymo kaina“ nustatytos techninės klaidos, perkančioji organizacija, vadovaujantis VPĮ 36 str. 6d., tikslina pirkimo dokumentus, pateikdama aktualią Pirkimo sąlygų priedo Nr.1 redakciją.

Pakeitimai 5-oje Pirkimo dalyje (lentelės papildymas apačioje skiltimis „Pirkimo dalies kaina, Eur be PVM“, „PVM suma, Eur“, „Pirkimo dalies kaina, Eur su PVM“, pažymėta raudona spalva)

| P.D. Nr. | Prekės pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Preliminarius kiekius (vnt.) 24 mėn. | Vieneto įkainis EUR, be PVM | PVM tarifas (%) | Suma Eur, be PVM | Siūlomoms prekės parametrai (būtina nurodyti konkrečius siūlomų prekių parametrus). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės. | Siūlomoms prekės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės kodas (jei taikoma), nuoroda į gaminio kodą techninėje dokumentacijoje. Įrašyti prekės ref. kodą (jei taikomas) |
|---|--------------------|--|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7= 4 x 5 | 8 | 9 |
| 5. Plokštelės ir varžtai kaklinės stuburo dalies operacijoms | | | | | | | | |
| 5.1 | Plokštelės | 1. kaklinės stuburo dalies priekinės fiksacijos plokštelės, 2-jų slankstelių kūnų fiksacijai; 2. 4 skylių nuo 20 mm iki 32 mm ilgio (žingsnis kas 2 mm); 3. pagamintos iš titano lydinio, galimo naudoti magnetinio rezonanso tyrimo metu, tinkančio implantavimui stuburo fiksacijai, anatomiškai lenktos su numatytomis lenkimo zonomis. | 160 | | | | | |
| 5.2 | Plokštelės | 1. kaklinės stuburo dalies priekinės fiksacijos plokštelės, 3-jų slankstelių kūnų fiksacija; 2. ne mažiau 6 skylių nuo 34 iki 58 mm ilgio (žingsnis kas 2-3 mm); 3. pagamintos iš titano lydinio, galimo naudoti magnetinio rezonanso tyrimo metu, tinkančio implantavimui stuburo fiksacijai, anatomiškai lenktos su numatytomis lenkimo zonomis. | 120 | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|------------|--|------|--|--|--|--|
| 5.3 | Plokštelės | 1. kaklinės stuburo dalies priekinės fiksacijos plokštelės, 4-jų slankstelių kūnų fiksacijai; 2. ne mažiau 8 skylių nuo 49 iki 67 mm ilgio (žingsnis kas 2 -3 mm); 3. pagamintos iš titano lydinio, galimo naudoti magnetinio rezonanso tyrimo metu, tinkančio implantavimui stuburo fiksacijai, anatomiškai lenktos su numatytais lenkimo zonomis. | 20 | | | | |
| 5.4 | Plokštelės | 1. kaklinės stuburo dalies priekinės fiksacijos plokštelės, 5-ių slankstelių kūnų fiksacijai; 2. ne mažiau 10-12 skylių, nuo 67 iki 103 mm ilgio (žingsnis kas 2-3 mm); 3. pagamintos iš titano lydinio, galimo naudoti magnetinio rezonanso tyrimo metu, tinkančio implantavimui stuburo fiksacijai, anatomiškai lenktos su numatytais lenkimo zonomis. | 6 | | | | |
| 5.5 | Sraigčiai | 1. kaklinės stuburo dalies priekinės fiksacijos sraigčiai, savaimė užsirakinantys, spongioziniai ar kortikaliniai; 2. Ø 4-4,5 mm, nuo 10 mm iki 18 mm ilgio, žingsnis kas 1-2 mm; 3. pagaminti iš titano lydinio, galimo naudoti magnetinio rezonanso tyrimo metu, tinkančio implantavimui stuburo fiksacijai. | 1400 | | | | |
| Pirkimo dalies kaina, EUR be PVM: | | | | | | | |
| PVM suma, EUR: | | | | | | | |
| Pirkimo dalies kaina, EUR su PVM: | | | | | | | |

Vykstant viešojo pirkimo procedūrai vykdytojas negali keisti esminių pirkimo sąlygų, įskaitant technines specifikacijas ir sutarties sudarymo kriterijus, tačiau pagal Viešųjų pirkimų tarnybos 2021m. kovo 5 d. išaiškinimą, „*negalima daryti išvados, kad bet koks pirkimo sąlygų keitimas, jau paskelbus apie pirkimą, iš esmės yra draudžiamas bet kokiomis aplinkybėmis*“. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (toliau –ESTT) 2017 m. balandžio 5 d. sprendime (byla *Borta C-298/15*) pakeitė iki tol formuotą praktiką, „*atsižvelgdamas į išaiškinimus, kad tiekėjas išimtiniais atvejais turi galimybę taisyti ar pildyti pasiūlymo duomenis, kuriems tereikia paprasto paaiškinimo arba, siekdamas ištaisyti akivaizdžias redakcinio pobūdžio klaidas, jei dėl tokios klaidos kreipiamasi į visus ją padariusius dalyvius* (ESTT 2012 m. kovo 29 d. sprendimas byloje *SAG ELV Slovensko ir kt., C-599/10*), pripažino, kad perkančiajai organizacijai, paskelbusiai vykdomo viešojo pirkimo sąlygas, taip pat turi būti leidžiama daryti tam tikrus pirkimo sąlygų pakeitimus, nepriklausomai nuo keičiamų sąlygų pobūdžio“. ESTT pripažinus, kad paskelbtos pirkimo sąlygos, įskaitant esmines pirkimo sąlygas, gali būti keičiamos, remiantis tiek ESTT išaiškinimais, tiek Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau – LAT) ta pačia linkme formuojama pratika, keičiant arba tikslinant jau paskelbto viešojo pirkimo sąlygas turi būti paisoma

nediskriminavimo, vienodo požiūrio ir skaidrumo principų, kurie užtikrinami perkančiajai organizacijai laikantis trijų sąlygų (dar kitaip vadinamų *Borta* kriterijų):

1. „Atitinkami paskelbtų viešojo pirkimo dokumentų (sąlygų) pakeitimai, nors ir svarbūs, neturi būti tokie esminiai, kad pritrauktų potencialių dalyvių, kurie, jei šių pakeitimų nebūtų padaryta, nebūtų galėję pateikti pasiūlymo“.
2. „Apie viešojo pirkimo sąlygų pakeitimus turi būti tinkamai paskelbta“.
3. „Viešojo pirkimo sąlygos gali būti keičiamos tik prieš dalyviams pateikiant pasiūlymus. Pasiūlymų pateikimo terminą, jeigu pakeitimai yra svarbūs, reikia pratęsti tiek, kad pratęsimo trukmė atitiktų pakeitimų svarbą ir būtų pakankama tam, kad suinteresuotieji ūkio subjektai galėtų atitinkamai pritaikyti savo pasiūlymus.“

Kadangi perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentų patikslinimas atitinka aukščiau nurodytus *Borta* kriterijus bei leidžia toliau tęsti viešojo pirkimo procedūras jas vykdant pagal patikslintas viešojo pirkimo sąlygas, **perkančioji organizacija priėmė sprendimą, patikslinus pirkimo dokumentus, tęsti viešojo pirkimo procedūrą paskelbiant apie viešojo pirkimo sąlygų patikslinimus ir nukeliant pasiūlymų pateikimo terminą iš 2025 m. lapkričio 24 d. 9:00 val. į 2025 m. lapkričio 28 d. 9:00 val. Tiekėjai, teikiantys pasiūlymus 5-oje Pirkimo dalyje, prašomi pateikti aktualią Pirkimo sąlygų priedo Nr.1 „Techninė specifikacija ir pasiūlymo kaina“ redakciją.**

Pagarbiai

Viešųjų pirkimų komisija